

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL LIGONINĖJE TURIMOS VENTANA BMK XT MĖGINIŲ KAITINIMO SISTEMOS REMONTO

2016-07-11 Nr. 1-47635132
Vilnius

Paslaugos teikėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Expertus Vilnensis“
Paslaugos teikėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Mokslininkų g. 12A, LT-08412 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Administratorė Neringa Masionienė
Telefono numeris	+370 5 2729374
Fakso numeris	+370 5 2729396
El. pašto adresas	info@exvil.lt
Banko rekvizitai, atsiskaitomoji sąskaita	AB SEB bankas LT047044060001098939

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, 2016 m. d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2016/S ir 2016 m. d. CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registrų centro pažyma konfidencialu	2
2.	Registrų centro pažyma apie fizinį asmenį konfidencialu	1
3.	UAB „Expertus Vilnensis“ kvalifikacija konfidencialu	6
4.	Įgaliojimas Neringai Masionienei konfidencialu	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.N r.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Registrų centro pažyma konfidencialu	„Prisegti dokumentai“
2.	Registrų centro pažyma apie fizinį asmenį konfidencialu	„Prisegti dokumentai“
3.	UAB „Expertus Vilnensis“ kvalifikacija konfidencialu	„Prisegti dokumentai“
4.	Įgaliojimas Neringai Masionienei konfidencialu	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Paslaugos teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Administratorė

(Paslaugos teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(pasirašyta saugiu
elektroniniu parašu)
(Parašas*)

Neringa Masionienė

(Vardas ir pavardė*)

PASLAUGŲ SĄRAŠAS**Ligoninėje turimos Ventana BMK XT mėginių kaitinimo sistemos remontas**

Eilės Nr.	Paslaugos pavadinimas	Reikalavimai	Perkamas kiekis	Paslaugos kaina eurai su PVM įskaitant visas reikiamas detales ir remonto darbus
1	Paskirtis	Mėginių kaitinimo sistema privalo būti skirta darbui su automatinio IHC procesoriumi Ventana BenchMark		
2	Taikymas	Mėginių kaitinimo sistema privalo atitikti imunohistocheminių, in-situ hibridizacinių bei fluorescencinių dažymo metodų reikalavimus		
3	Temperatūros intervalas	Mėginių kaitinimo sistemos palaikomas temperatūros režimas turi būti ne mažesniame intervale nei nuo 37 C iki 100 C ir ne mažesniu tikslumu nei 2.0 C		
4	Talpa	Mėginių kaitinimo sistema turi talpinti ne mažiau nei 30 objektyvinių stikliukų		
5	Tvirtinimas	Mėginių kaitinimo sistema turi būti tvirtinama slankiojančiu mechanizmu ne mažiau nei dviejose sistemos vietose		
	PVM tarifas procentais		1	21%
	Viso pasiūlymo bendra suma eurai su PVM			16.885,67

Patvirtiname, kad atitinkame visus keliamus reikalavimus.