

LABORATORINIŲ BALDŲ IR ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: perkami laboratoriniai baldai ir įranga nurodyti šioje techninėje specifikacijoje (toliau – Prekės) ir atitinkantys joje nustatytus reikalavimus, įskaitant Prekių pristatymą, sunešimą ir sumontavimą.

Prekės perkamos įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“, projekto Nr. 10-012-P-0001, vykdomą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

2. Bendrieji reikalavimai

2.1. Visos Prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes.

2.2. Prekės (įskaitant jų konstrukciją) turi būti stabilios, be šerpetų ir (ar) aštrių briaunų, saugios naudoti. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų Vartotojo.

2.3. Tiekėjas turi pristatyti, sunešti ir sumontuoti Vartotojo rašytiniame užsakyme nurodytas Prekes užsakyme nurodytu adresu Kaune ne ilgiau kaip **per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų** nuo rašytinio užsakymo gavimo dienos.

2.4. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.5. Jeigu į baldą turi būti įmontuota įranga (t. y. plautuvės, vandens maišytuvai), šios įrangos kaina turi būti įskaičiuota į Prekių įkainius.

2.6. Techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 11, 13-14 eilutėse nurodyti baldai ir įranga turi būti sumontuoti ir pajungti iki pilno jų veikimo.

2.7. Tiekėjas pristatęs Prekes, jas sunešęs ir sumontavęs, turi sutvarkyti Prekių montavimo (įrengimo) vietą, išvežti Prekių montavimo (įrengimo) metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių įkainius turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

3. Techniniai reikalavimai prekėms

Būtina užpildyti lentelės 3 skiltyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), pateikiant siūlomos prekės vizualizaciją, nuotrauką ar brėžinį bei nurodant konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (išskyrus lentelės 4 skiltyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 2 skiltyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama pagrindinės sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) **(techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreči (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.)** lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 skiltyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

**Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.*

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, **turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).**

2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

4) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertčių ir geresnių charakteristikų prekes.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 skiltyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4
1.	Laboratorinis mokytojo stalas	Prekės gamintojas (<i>nurodyti</i>): Yucai Holding Group Stock Corporation CO., LTD. Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): LAB ST-1-02 Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):..... Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip	(<i>jrašyti</i>): 01. LAB ST-1-02
1.1.	Laboratorinis mokytojo stalas su vientisu stalviršiu ir ne mažiau kaip: 6 (šešiais) stalčiais; 1 (viena) ištraukiama lentynėle ar stalčiumi kompiuterio klaviatūrai; 3 (trimis) spintelėmis (stalo šonuose) su varstomomis duralėmis.	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip. Stalė kompiuterio klaviatūrai yra (<i>nurodyti konkretų siūlomą variantą: ištraukiama lentynėlė ar stalčius</i>): ištraukiamas stalčius.	(<i>jrašyti</i>): 01. LAB ST-1-02
1.1.2	Spintelių duralės turi galimybę keisti varstymo pusę.	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip.	

1.1.3.	Užengta stalo priekinė dalis (fasadinė dalis tarp spintelių).	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip.	(<i>jrašyti</i>): 01. LAB ST-1-02
1.1.4.	Stalas su reguliuojamo aukščio kojelėmis (grindų nelygumams kompensuoti).	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip.	
1.2	Stalo matmenys: Ilgis: 2400 mm (± 50 mm); Plotis (gylis) 600 mm (± 20 mm); Aukštis: 850 mm (± 20 mm).	Stalo matmenys (<i>jrašyti konkrečias reikšmes</i>): ilgis: 2400 mm; plotis (gylis): 600 mm; aukštis: 850 mm.	(<i>jrašyti</i>): 01. LAB ST-1-02
1.3.	Stalviršis pagamintas iš fenolio dervos arba fenolio epoksido plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 12 mm;	1.3.1. Stalviršis pagamintas iš (<i>nurodyti konkrečią plokštę</i>): iš fenolio dervos plokštės. Plokštės storis (<i>jrašyti konkrečią reikšmę</i>): 12,7 mm.	(<i>jrašyti</i>): 01. LAB ST-1-02
1.4.	1.4.1. Stalo priekį (fasadinę dalį tarp spintelių) dengianti plokštė, stalo šonai, spintelių durelės, stalčių fasadai pagaminti iš melaminu arba HPL padengtos MDP arba MDF plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 15 mm. 1.4.2. Briaunos padengtos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS arba PVC juosta.	1.4.1. Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip. Plokštės medžiaga (<i>nurodyti konkrečią plokštę</i>): iš melaminu padengtos medžio drožlių plokštės (MDF), Plokštės storis (<i>jrašyti konkrečią reikšmę</i>): 16 mm. 1.4.2. Briaunos padengtos (<i>nurodyti konkrečią medžiagą</i>): 2 mm storio PVC juosta.	(<i>jrašyti</i>): 01. LAB ST-1-02
1.5.	Stalo spalva – balta, pilka arba mėlyna, arba šių spalvų kombinacija.	Stalo spalva (<i>nurodyti konkrečią spalvą ar spalvų kombinaciją</i>): mėlyna.	
2.	Laboratorinis dvivietis stalas	Prekės gamintojas (<i>nurodyti</i>): ZHEJIANG SANHE CO., LTD. Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): LAB ST-2 Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip	(<i>jrašyti</i>): 02. LAB ST-2
2.1.	Laboratorinis dvivietis stalas su vientisu stalviršiu, stalo kojų apačia - apverstos T formos, pvz.:	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip.	

			
	Kojos su aukštį reguliuojančiais padais (grindų nelygumams kompensuoti). Stalo konstrukcija pritaikyta elektros instaliacijai praveisti.		
2.2.	Stalo matmenys (galima paklaida ± 10 mm): Ilgis: 1200 mm Plotis (gylis): 600 mm Aukštis: 780 mm	Stalo matmenys (<i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i>): ilgis: 1200 mm plotis (gylis): 600 mm aukštis: 780 mm	(<i>įrašyti</i>): 02. LAB ST-2
2.3.	Stalviršis pagamintas iš fenolio dervos arba fenolio epoksido plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 12 mm	Stalviršis pagamintas iš (<i>nurodyti konkrečių plokštę</i>): fenolio dervos plokštės. Plokštės storis (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): 12,7 mm.	(<i>įrašyti</i>): 02. LAB ST-2
2.4.	Stalo rėmas ir kojos pagaminti iš metalo profilio, dažyti	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip.	(<i>įrašyti</i>): 02.LAB ST-2
2.5.	Stalo stalviršio, rėmo, kojų spalva – balta, pilka arba mėlyna, arba šių spalvų kombinacija.	Spalva (<i>nurodyti konkrečių spalvą ar spalvų kombinaciją</i>): Stalviršio spalva mėlyna, rėmo, kojų spalva balta.	
3.	Laboratorinis keturvietis stalas	Prekės gamintojas (<i>nurodyti</i>): ZHEJIANG SANHE CO., LTD. Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): LAB ST-4 Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	(<i>įrašyti</i>): 03. LAB ST-4
3.1.	Laboratorinis keturvietis stalas su vientisu stalviršiu, stalo kojų apačia - apverstos T formos, pvz.:	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip.	

			
	Kojos su aukštį reguliuojančiais padais (grindų nelygumams kompensuoti). Stalo konstrukcija pritaikyta elektros instaliacijai praveisti.		
3.2.	Stalo matmenys (galima paklaida ± 10 mm): Ilgis: 1200 mm Plotis (gylis): 1200 mm Aukštis: 780 mm	Stalo matmenys (<i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i>): ilgis: 1200 mm plotis (gylis): 1200 mm aukštis: 780 mm	(<i>įrašyti</i>): 03. LAB ST-4
3.3.	Stalviršis pagamintas iš fenolio dervos arba fenolio epoksido plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 12 mm	Stalviršis pagamintas iš (<i>nurodyti konkrečią plokštę</i>): fenolio dervos plokštės. Plokštės storis (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>): 12,7 mm.	(<i>įrašyti</i>): 03. LAB ST-4
3.4.	Stalo rėmas ir kojos pagaminti iš metalo profilio, dažyti	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip.	(<i>įrašyti</i>): 03. LAB ST-4
3.5.	Stalo stalviršio, rėmo, kojų spalva – balta, pilka arba mėlyna, arba šių spalvų kombinacija.	Spalva (<i>nurodyti konkrečią spalvą ar spalvų kombinaciją</i>): Stalviršio spalva mėlyna, rėmo, kojų spalva balta.	
4.	Laboratorinis aštuonvietis stalas	Prekės gamintojas (<i>nurodyti</i>): ZHEJIANG SANHE CO., LTD. Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): LAB ST-8 Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	(<i>įrašyti</i>): 04. LAB ST-8
4.1.	Laboratorinis aštuonvietis stalas su vientisu stalviršiu, stalo kojų apačia - apverstos T formos, pvz.:	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip.	

			
	Kojos su aukštį reguliuojančiais padais (grindų nelygumams kompensuoti). Stalo konstrukcija pritaikyta elektros instaliacijai praveisti.		
4.2.	Stalo matmenys (galima paklaida ± 10 mm): Ilgis: 2400 mm Plotis (gylis): 1200 mm Aukštis: 780 mm	Stalo matmenys (<i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i>): ilgis: 2400 mm plotis (gylis): 1200 mm aukštis 780 mm	<i>(įrašyti)</i> : 04. LAB ST-8
4.3.	Stalviršis pagamintas iš fenolio dervos arba fenolio epoksido plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 12 mm	Stalviršis pagamintas iš (<i>nurodyti konkrečių plokštę</i>): fenolio dervos plokštės. Plokštės storis (<i>(įrašyti konkrečių reikšmę)</i>): 12,7 mm.	<i>(įrašyti)</i> : 04. LAB ST-8
4.4.	Stalo rėmas ir kojos pagaminti iš metalo profilio, dažyti	Atitinka (<i>(įrašyti taip / ne)</i>): taip.	<i>(įrašyti)</i> : 04. LAB ST-8
4.5.	Stalo stalviršio, rėmo, kojų spalva – balta, pilka arba mėlyna, arba šių spalvų kombinacija.	Spalva (<i>nurodyti konkrečių spalvą ar spalvų kombinaciją</i>): Stalviršio spalva mėlyna, rėmo, kojų spalva balta.	<i>(įrašyti)</i> : 04. LAB ST-8
5.	Laboratorinė lentyna Nr. 1	Prekės gamintojas (<i>nurodyti</i>): ZHEJIANG SANHE CO., LTD. Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): LAB LT 2-1 Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (<i>(įrašyti taip / ne)</i>): taip	<i>(įrašyti)</i> : 05. LAB LT 2-1
5.1.	Laboratorinė lentyna: dvipusė (pritaikyta naudojimui iš abiejų pusių), su 1 (viena) lentynėle ir apsaugomis (nuo daiktų kritimo) iš abiejų pusių.	Atitinka (<i>(įrašyti taip / ne)</i>): taip.	<i>(įrašyti)</i> : 05. LAB LT 2-1
5.2.	Lentyna gali būti komplektuojama su lentelės 2 - 4 eilutėse nurodytais laboratoriniais stalais.	Atitinka (<i>(įrašyti taip / ne)</i>): taip.	

5.3.	Lentynos matmenys (galima paklaida ± 10 mm): Ilgis: 1200 mm Plotis (gylis): 300 mm Aukštis: 400 mm	Lentynos matmenys (<i>jrašyti konkrečias reikšmes</i>): ilgis: 1200 mm plotis (gylis): 300 mm aukštis: 400 mm	(<i>jrašyti</i>): 05. LAB LT 2-1
5.4.	Lentynos rėmas pagamintas iš metalo profilio, dažytas	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip.	(<i>jrašyti</i>): 05. LAB LT 2-1
5.5.	Lentynėlė pagaminta iš ne mažiau kaip 10 mm skaidraus grūdinto stiklo	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip.	(<i>jrašyti</i>): 05. LAB LT 2-1
5.6.	Lentynos rėmo spalva balta arba pilka	Lentynos rėmo spalva (<i>nurodyti konkrečių spalvą</i>): balta.	
6.	Laboratorinė lentyna Nr.2	Prekės gamintojas (<i>nurodyti</i>): ZHEJIANG SANHE CO., LTD. Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): LAB LT 2-2 Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (<i>jrašyti taip / ne</i>): <i>taip</i>	(<i>jrašyti</i>): 06. LAB LT 2-2
6.1.	Laboratorinė lentyna: dvipusė (pritaikyta naudojimui iš abiejų pusių), su 2 (dviem) lentynėlėmis ir apsaugomis (nuo daiktų kritimo) iš abiejų pusių.	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip.	(<i>jrašyti</i>): 06. LAB LT 2-2
6.2.	Lentyna gali būti komplektuojama su 2-4 eilutėse nurodytais laboratoriniais stalais.	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip.	
6.3.	Lentynos matmenys (galima paklaida ± 10 mm): Ilgis: 1200 mm Plotis (gylis): 300 mm Aukštis: 600 mm	Lentynos matmenys (<i>jrašyti konkrečias reikšmes</i>): ilgis: 1200 mm plotis (gylis): 300 mm aukštis 600 mm	(<i>jrašyti</i>): 06. LAB LT 2-2
6.4.	Lentynos rėmas pagamintas iš metalo profilio, dažytas	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip.	(<i>jrašyti</i>): 06. LAB LT 2-2
6.5.	Lentynėlės pagamintos iš ne mažiau kaip 10 mm skaidraus grūdinto stiklo	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip.	(<i>jrašyti</i>): 06. LAB LT 2-2
6.6.	Lentynos rėmo spalva balta arba pilka	Lentynos rėmo spalva (<i>nurodyti konkrečių spalvą</i>): balta.	
7.	Pastatoma laboratorinė spintelė Nr. 1	Prekės gamintojas (<i>nurodyti</i>): Yucai Holding Group Stock Corporation CO., LTD.	(<i>jrašyti</i>): 07. LAB SP-PAS1

		Modelis <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : LAB SP-PAS1 Modifikacija, prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys <i>(įrašyti taip / ne)</i> : taip	
7.1.	Pastatoma spintelė su vientisu stalviršiu, 2 (dvejomis) varstomomis durelėmis, durelės su rankenėlėmis. Spintelės vidus padalintas į dvi dalis (atskirtos vertikalia pertvara) kuriose iš viso yra ne mažiau kaip 3 lentynos.	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : taip.	
7.2.	Matmenys (galima paklaida ± 20 mm): 1) Stalviršio ilgis 1200 mm 2) Stalviršio plotis (gylis) 600 mm 3) Spintelės ilgis 1180 mm 4) Spintelės plotis (gylis) 550 mm 5) Aukštis (bendras įskaitant stalviršį) 850 mm	Matmenys <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i> : 1) Stalviršio ilgis 1200 mm 2) Stalviršio plotis (gylis) 600 mm 3) Spintelės ilgis 1180 mm 4) Spintelės plotis (gylis) 550 mm 5) Aukštis (bendras įskaitant stalviršį) 850 mm.	<i>(įrašyti)</i> : 07. LAB SP-PAS1
7.3.	Stalviršis pagamintas iš fenolio dervos arba fenolio epoksido plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 12 mm;	Stalviršis: pagamintas iš <i>(nurodyti konkrečią plokštę)</i> : fenolio dervos plokštės. Plokštės storis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> : 12,7 mm.	<i>(įrašyti)</i> : 07. LAB SP-PAS1
7.4.	Spintelės korpusas ir durelės pagaminti iš melaminu arba HPL dengtos MDF arba MDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm.	Spintelės korpusas ir durelės pagaminti iš <i>(nurodyti konkrečią plokštę)</i> : iš MDF plokštės dengtos melaminu Plokštės storis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> : 18 mm.	<i>(įrašyti)</i> : 07. LAB SP-PAS1
7.5.	Spintelės korpuso, durelių briaunos padengtos ne mažiau kaip 2 mm storio PVC arba ABS juosta	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : taip. Briaunos padengtos <i>(nurodyti konkrečią medžiagą)</i> : 2 mm ABS juosta.	<i>(įrašyti)</i> : 07. LAB SP-PAS1
7.6.	Spintelės, spintelės stalviršio spalva – balta, pilka arba mėlyna, arba šių spalvų kombinacija	Spalva <i>(nurodyti konkrečią spalvą ar spalvų kombinaciją)</i> : spintelės spalva pilka; spintelės stalviršio spalva mėlyna.	
7.7.	Rankenėlių spalva – metalo (sidabrinė ar pan.) arba artima durelių spalvai	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : taip.	

8.	Pastatoma laboratorinė spintelė Nr.2	Prekės gamintojas (<i>nurodyti</i>): Yucai Holding Group Stock Corporation CO., LTD. Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): LAB SP-PAS2 Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (<i>jrašyti taip / ne</i>): <i>taip</i>	(<i>jrašyti</i>): 08. LAB SP-PAS2
8.1.	Pastatoma spintelė su vientisu stalviršiu, 4 (keturiomis) varstomomis durelėmis, durelės su rankenėlėmis. Spintelėje yra ne mažiau kaip 6 lentynos.	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): <i>taip</i> .	
8.2.	Matmenys (galima paklaida ± 20 mm): 1) Stalviršio ilgis 2400 mm 2) Stalviršio plotis (gylis) 600 mm 3) Spintelės ilgis 2360 mm 4) Spintelės plotis (gylis) 550 mm 5) Aukštis (bendras, įskaitant stalviršį) 850 mm	Matmenys (<i>jrašyti konkrečias reikšmes</i>): 1) Stalviršio ilgis: 2400 mm 2) Stalviršio plotis (gylis): 600 mm 3) Spintelės ilgis: 2360 mm 4) Spintelės plotis (gylis): 550 mm 5) Aukštis (bendras įskaitant stalviršį): 850 mm	(<i>jrašyti</i>): 08. LAB SP-PAS2
8.3.	Stalviršis pagamintas iš fenolio dervos arba fenolio epoksido plokštės, , kurios storis ne mažiau kaip 12 mm.	Stalviršis: 1 pagamintas iš (<i>nurodyti konkrečių plokštę</i>): iš fenolio dervos plokštės. Plokštės storis (<i>jrašyti konkrečių reikšmę</i>): 12,7 mm.	(<i>jrašyti</i>): 08. LAB SP-PAS2
8.4.	Spintelės korpusas ir durelės pagaminta iš melaminu arba HPL dengtos MDF arba MDP plokštės, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm.	Spintelės korpusas ir durelės pagaminti iš (<i>nurodyti konkrečių plokštę</i>): iš MDF plokštės dengtos melaminu Plokštės storis (<i>jrašyti konkrečių reikšmę</i>): 18 mm.	(<i>jrašyti</i>): 08. LAB SP-PAS2
8.5.	Spintelės briaunos padengtos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS arba PVC juosta	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): <i>taip</i> . Briaunos padengtos (<i>nurodyti konkrečių medžiagą</i>): 2 mm ABS juosta.	(<i>jrašyti</i>): 08. LAB SP-PAS2
8.6.	Spintelės, spintelės stalviršio spalva – balta, pilka arba mėlyna, arba šių spalvų kombinacija	Spalva (<i>nurodyti konkrečių spalvą ar spalvų kombinaciją</i>): spintelės spalva pilka; spintelės stalviršio spalva mėlyna.	
8.7.	Rankenėlių spalva – metalo (sidabrinė ar pan.) arba artima durelių spalvai	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): <i>taip</i> .	

9.	Funkcinė kolona	Prekės gamintojas (<i>nurodyti</i>): ZHEJIANG SANHE CO., LTD. Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Funkcinė kolona. Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (<i>jrašyti taip / ne</i>): <i>taip</i>	(<i>jrašyti</i>): 09. Funkcinė kolona
9.1.	Funkcinė kolona skirta laidams sudėti	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): <i>taip</i> .	
9.2.	Funkcinės kolonos matmenys: Ilgis: 340 -365 mm Plotis (gylis): 220- 230 mm Aukštis: 700-800 mm	Matmenys (<i>jrašyti konkrečias reikšmes</i>): ilgis: 360 mm plotis (gylis): 225 mm aukštis 730 mm	(<i>jrašyti</i>): 09. Funkcinė kolona
9.3.	Kolona pagaminta iš plastiko ir (ar) dažyto metalo	Pagaminta iš (<i>nurodyti konkrečią medžiagą</i>): ABS plastiko.	(<i>jrašyti</i>): 09. Funkcinė kolona
9.4.	Kolonos spalva – balta, pilka arba mėlyna, arba šių spalvų kombinacija.	Spalva (<i>nurodyti konkrečią spalvą ar spalvų kombinaciją</i>): Kolonos spalva pilkos ir mėlynos spalvų kombinacija.	
10.	Mobili laboratorinių mokymo priemonių platforma	Prekės gamintojas (<i>nurodyti</i>): Yucai Holding Group Stock Corporation CO., LTD. Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): 3-1 Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (<i>jrašyti taip / ne</i>): <i>taip</i>	(<i>jrašyti</i>): 10. 3-1
10.1.	Mobili laboratorinių mokymo priemonių platforma su ne mažiau kaip 8 ištraukiamais stalčiais, su 4 ratukais iš kurių 2 su stabdžiais. Ratukai sukinėjasi visomis kryptimis.	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): <i>taip</i> .	
10.2.	Mobilios platformos matmenys: Ilgis: 430-450 mm Plotis (gylis): 550 mm (±50 mm) Aukštis: 900-1000 mm	Matmenys (<i>jrašyti konkrečias reikšmes</i>): ilgis: 430 mm plotis (gylis): 500 mm aukštis 950 mm	(<i>jrašyti</i>): 10. 3-1
10.3.	Mobilios platformos rėmas pagamintas iš metalo, dažytas	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): <i>taip</i> .	(<i>jrašyti</i>): 10. 3-1

10.4.	Mobilios platformos stalčiai pagaminti iš plastiko	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip.	
10.5.	Mobilios platformos rėmo ir stalčių spalvos: pilka, juoda, mėlyna, arba šių spalvų kombinacija	Spalva (<i>nurodyti konkrečią spalvą ar spalvų kombinaciją</i>): Platformos rėmas juodas, stalčiai mėlyni.	
11.	Laboratorinė spintelė su kriaukle	Prekės gamintojas (<i>nurodyti</i>): ZHEJIANG SANHE CO., LTD. Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): LAB SP-K Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	(<i>įrašyti</i>): 11. LAB SP-K
11.1.	Laboratorinė spintelė su durelėmis ir kriaukle: - su karšto ir šalto vandens laboratoriniu maišytuvu; - kriauklė su briauna kriauklės viršutinėje dalyje (apsauga nuo vandens perviršio nutekėjimo) (toliau – briauna)	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip.	(<i>įrašyti</i>): 11. LAB SP-K
11.2.	Spintelės matmenys: Ilgis: 600 mm (± 10 mm) Plotis: 500 mm (± 10 mm) Aukštis: 720-750 mm	Matmenys (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>): ilgis: 600 mm plotis: 500 mm aukštis: 730 mm	(<i>įrašyti</i>): 11. LAB SP-K
11.3.	Spintelė pagaminta iš polipropileno ir (ar) dažyto metalo, ir (ar) melaminu arba HPL dengtos MDF arba MDP plokštės.	Spintelė pagaminta iš (<i>nurodyti konkrečią medžiagą</i>): iš dažyto metalo.	(<i>įrašyti</i>): 11. LAB SP-K
11.4.	Spintelės spalva balta, pilka arba mėlyna, arba šių spalvų kombinacija	Spalva (<i>nurodyti konkrečią spalvą ar spalvų kombinaciją</i>): Spintelės spalva baltos ir mėlynos spalvos kombinacija.	
11.5.	Laboratorinė kriauklė	Prekės gamintojas (<i>nurodyti</i>): ZHEJIANG SANHE CO., LTD. Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): LAB SP-K Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):	(<i>įrašyti</i>): 11. LAB SP-K
11.5.1.	Kriauklės matmenys: Ilgis: 600 mm (± 10 mm) Plotis: 500 mm (± 10 mm) Aukštis (gylis): (įskaitant briauną) 280 mm (± 10 mm)	Matmenys (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>): ilgis: 600 mm plotis: 500 mm aukštis 280 mm	(<i>įrašyti</i>): 11. LAB SP-K

	Briaunos aukštis ne mažiau kaip 10 mm.	briaunos aukštis 10 mm	
11.5.2.	Kriauklė pagaminta iš polipropileno	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip.	(<i>įrašyti</i>): 11. LAB SP-K
11.5.3.	Kriauklės spalva – pilka arba mėlyna	Spalva (<i>nurodyti konkrečią spalvą</i>): pilka.	
12.	Laboratorinė cheminių medžiagų spinta	Prekės gamintojas (<i>nurodyti</i>): ZHEJIANG SANHE CO., LTD. Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): LAB SP-PP Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	(<i>įrašyti</i>): 12. LAB SP-PP
12.1.	Laboratorinė cheminių medžiagų spinta: - 4 (keturių) dalių (spintos viduje) su ne mažiau kaip 4 (keturiomis) išimamomis lentynomis (iš viso); - 4 (keturių) įrėmintų skaidrių durelių (2 spintos viršutinėje dalyje ir 2 spintos apatinėje dalyje), durelės su užraktais; arba - 2 (dviejų) įrėmintų skaidrių durelių (spintos viršutinėje dalyje) ir 2 (dviejų) įrėmintų nepermatomų durelių (spintos apatinėje dalyje), durelės su užraktais; - yra galimybė keisti lentynų aukštį; - yra ventiliacijos kanalai.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip. Spintos durelės yra (nurodyti konkretų variantą, kuris siūlomas: 4 įrėmintų skaidrių durelių (2 spintos viršutinėje dalyje ir 2 spintos apatinėje dalyje), durelės su užraktais ar 2 įrėmintų skaidrių durelių (spintos viršutinėje dalyje) ir 2 įrėmintų nepermatomų durelių (spintos apatinėje dalyje), durelės su užraktais) : siūloma 2 įrėmintų skaidrių durelių (spintos viršutinėje dalyje) ir 2 įrėmintų nepermatomų durelių (spintos apatinėje dalyje), durelės su užraktais	
12.2.	Spintos matmenys: Ilgis: 1000 - 1050 mm Plotis: 500 mm (± 20 mm) Aukštis: 2000 – 2050 mm	Matmenys (<i>įrašyti konkretias reikšmes</i>): ilgis: 1020 mm plotis: 500 mm aukštis 2040 mm	(<i>įrašyti</i>): 12. LAB SP-PP
12.3.	Spinta ir durelių rėmai pagaminti iš polipropileno	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip.	(<i>įrašyti</i>): 12. LAB SP-PP
12.4.	Spintos durelių skaidrioji dalis pagaminta iš ne mažiau kaip 4 mm storio grūdinto stiklo	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip.	
12.4.	Spintos spalva – balta, pilka arba mėlyna, arba šių spalvų kombinacija	Spalva (<i>nurodyti konkrečią spalvą ar spalvų kombinaciją</i>): baltos ir mėlynos spalvų kombinacija.	

13.	Traukos spinta	Prekės gamintojas (<i>nurodyti</i>): ZHEJIANG SANHE CO., LTD. Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): LAB PP Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (<i>jrašyti taip / ne</i>): <i>taip</i>	(<i>jrašyti</i>): 13. LAB PP
13.1.	Traukos spinta su: - vidine kamera; - ištraukiamo oro ventiliaciniu kanalu; - dviguba galine ventiliacine sienele; - skaidriu pakeliamu ir nuleidžiamu įrėmintu langu (priekinėje spintos dalyje ties darbastaliu) ir galimybe reguliuoti lango aukštį (sustabdyti/užfiksuoti bet kurioje padėtyje); - darbatalio stalviršiu (vientisu), stalviršis su briauna (stalviršio priekyje) apsaugančia nuo skysčių nutekėjimo); - ne mažiau kaip 2 (dvejomis) spintelėmis (po darbataliu), su varstomomis durelėmis ir rankenėlėmis; - vidinės kameros vidaus apšvietimu; - elektroniniu valdymo pultu (priekinėje spintos dalyje); - ne mažiau kaip 3 vnt. elektros lizdų (rozečių); - ventiliacine anga su grotelėmis (spintos viršutinėje dalyje)	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): <i>taip</i> .	(<i>jrašyti</i>): 13. LAB PP
13.2	Traukos spintos matmenys (galima paklaida ± 50 mm): Ilgis: 1500 mm Plotis (gylis): 850 mm Aukštis: 2350 mm	Matmenys (<i>jrašyti konkrečias reikšmes</i>): ilgis: 1500 mm plotis (gylis): 850 mm aukštis: 2350 mm	(<i>jrašyti</i>): 13. LAB PP

13.3.	Spintos išorinis korpusas, spintelių durelės ir jų rankenėlės, ištraukiamo oro ventiliacinis kanalas pagaminti iš polipropileno.	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip.	(<i>jrašyti</i>): 13. LAB PP
13.4.	Stalviršis pagamintas iš fenolio dervos arba fenolio epoksido plokštės, kurios storis ne mažesnis kaip 12 mm	Stalviršis pagamintas iš (<i>nurodyti konkrečią plokštę</i>): fenolio dervos plokštės. Plokštės storis (<i>jrašyti konkrečią reikšmę</i>): 12 mm.	(<i>jrašyti</i>): 13. LAB PP
13.5.	Langas pagamintas iš ne mažiau kaip 4 mm skaidraus grūdinto stiklo	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip	(<i>jrašyti</i>): 13. LAB PP
13.6.	Lango rėmas pagamintas iš metalo	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip.	(<i>jrašyti</i>): 13. LAB PP
13.7.	Spintos korpuso, spintelių durelių, rankenėlių spalva balta, pilka arba mėlyna, arba šių spalvų kombinacija	Spalva (<i>nurodyti konkrečią spalvą ar spalvų kombinaciją</i>): Baltos ir mėlynos spalvų kombinacija.	
13.8.	Stalviršio spalva – juoda, pilka arba balta.	Stalviršio spalva (<i>nurodyti konkrečią spalvą</i>): juoda.	
14.	Pakabinama daugiafunkcinė laboratorinė sistema su nutraukimo rankovėmis	Prekės gamintojas (<i>nurodyti</i>): ZHEJIANG SANHE CO., LTD. Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): PDLS-4 Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip	(<i>jrašyti</i>): 14. PDLS-4
14.1.	Pakabinamą daugiafunkcinę laboratorinę sistemą (toliau – sistema) sudaro korpusas ir teleskopinė kolona.	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip.	(<i>jrašyti</i>): 14. PDLS-4
14.2.	Korpusas su: - 4 (keturiomis) teleskopinėmis nutraukimo rankovėmis (po 2 iš kiekvienos pusės); - 4 (keturiais) fizikos laboratoriniais pultais (po 2 iš kiekvienos pusės); - ne mažiau kaip 8 elektros lizdais (po 4 iš kiekvienos pusės); - LED apšvietimu.	Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): taip.	(<i>jrašyti</i>): 14. PDLS-4

	Teleskopinė kolona su 2 (dviem) elektros varikliais ir 2 (dvejomis) pavaromis bei ventiliaciniu kanalu.		
14.3.	Sistema komplektuojama su teleskopinės kolonos valdymo nuotoliniu pultu	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : taip.	
14.4.	Sistemos korpuso matmenys: Ilgis: 1600 -1650 mm Plotis: 500 mm (± 50 mm) Aukštis: 250 mm (± 50 mm)	Sistemos korpuso matmenys <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i> : ilgis: 1650 mm plotis: 500 mm aukštis 250 mm	<i>(įrašyti)</i> : 14. PDLS-4
14.5.	Sistemos teleskopinės kolonos aukštis reguliuojamas nuo 850 mm iki 1300 mm.	Sistemos teleskopinės kolonos aukštis reguliuojamas <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i> nuo 850 mm iki 1300 mm.	<i>(įrašyti)</i> : 14. PDLS-4
14.6.	Korpuso teleskopinių nutraukimo rankovių ilgis reguliuojamas nuo 650 mm iki 1150 mm	Korpuso teleskopinių nutraukimo rankovių ilgis reguliuojamas <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i> nuo 650 mm iki 1150 mm.	<i>(įrašyti)</i> : 14. PDLS-4
14.7.	Sistemos korpusas ir teleskopinė kolona pagaminti iš dažytos metalo skardos	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : taip.	<i>(įrašyti)</i> : 14. PDLS-4
14.8.	Korpuso galai uždengti plastiko gaubtais	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : taip.	<i>(įrašyti)</i> : 14. PDLS-4
14.9.	Korpuso teleskopinės nutraukimo rankovės pagamintos iš plastiko	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : taip.	
14.10.	Pakabinamos laboratorinės sistemos spalva balta, pilka arba mėlyna, arba šių spalvų kombinacija.	Spalva <i>(nurodyti konkrečią spalvą ar spalvų kombinaciją)</i> : Baltos, pilkos ir mėlynos spalvų kombinacija.	

4. Prekių garantinis terminas

Visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms Prekėms turi būti suteikiamas 2 metų Prekių gamintojo (-ų) ar Tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą garantinį terminą, t. y. viršijantį Prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 skiltį joje nurodant konkrečią siūlomo papildomo garantinio termino reikšmę ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar Tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o Tiekėjo, **kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas**, kad Prekės bus tinkamos

naudoti visą Tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus Prekių trūkumams (defektams), prekių trūkumai (defektai) bus pašalinti arba Prekės bus pakeistos tinkamos kokybės Prekėmis.

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Tiekėjo siūloma reikšmė <u>(PILDO TIEKĖJAS)</u>	Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija <u>(PILDO TIEKĖJAS)</u>
1	2	3	4
1.	Techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms (įskaitant komplektuojančiąsias dalis) gamintojo ar tiekėjo suteikiamas <u>papildomas</u> (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas	Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas <i>(įrašyti konkretų tik papildomos garantijos terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): 0 metai**</i>	<i>Teikiamo gamintojo (-ų) ar tiekėjo dokumento failo pavadinimas ir nurodytas puslapis, kuriame yra reikalavimą patvirtinanti informacija:</i> <i>Failo pavadinimas (įrašyti):</i> <i>Puslapio numeris (įrašyti):</i>
**Tiekėjas negali siūlyti skirtingų papildomų garantinių terminų atskiroms prekėms, t. y. turi būti siūlomas vienodas papildomas garantinis terminas visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms. Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpiausias nurodytas terminas. Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1-3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 0,5; 1,5; 2,2; 3,2 ar pan.), perkančioji organizacija balus (V) skirs pagal sveiką skaičiaus reikšmę (pvz. pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 3 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 9 balai (V) ir t.t.). Tuo atveju, jeigu Tiekėjas pateiks gamintojo dokumentus, kuriuose bus nurodytas bendras suteikiamas garantinis terminas, perkančioji organizacija skaičiuodama papildomą garantinį terminą iš nurodyto bendro atims 2 metus privalomo garantinio termino, kaip nurodyta techninės specifikacijos 4 punkte, ir skirtumą laikys papildomu garantiniu terminu (pvz. jei bus nurodytas garantinis terminas 5 metai, bus atimami 2 metai ir 3 metai bus laikomi papildomu garantiniu terminu). Ta pati nuostata taikoma, ir jeigu Tiekėjo pateiktame garantiniame termine nebus aiškiai išskirta, kad tai yra papildomas garantinis terminas, kuris suteikiamas virš privalomo 2 metų garantinio termino.			

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai

Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede nurodytus baldams taikomas minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Perkamos prekės atitinka reikalavimus projekto atitikčiai horizontaliajam principui „Nedarome reikšmingos žalos“.

Tiekėjas turi užpildyti lentelės 5 skiltį, joje nurodydamas reikalaujamą informaciją ir pateikti lentelės 3 skiltyje nurodytus siūlomų prekių atitiktį lentelės 2 skiltyje nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus.

Tiekėjas, pateikdamas 5 punkto lentelėje dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitiktį lentelėje nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams, užtikrina, kad jo siūlomose Prekėse bus naudojamos būtent tų medžiagų gamintojų medžiagos.

Eil. Nr.	Minimalaus aplinkos apsaugos kriterijaus pavadinimas	Siūlomos prekės atitiktį lentelės 2 skiltyje nurodytam aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai	Techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytų prekių pavadinimai	Teikiamo dokumento, įrodančio siūlomos prekės atitiktį lentelės 2 skiltyje nurodytam aplinkos apsaugos kriterijui, failo pavadinimas. Jeigu atitinkamoje prekėje (balde) pagal jos sudėtį ir techninės specifikacijos savybes nėra lentelės 2 skiltyje nurodytų medžiagų, Tiekėjas nurodo priežastį, kodėl reikalaujami dokumentai konkrečiai prekei nepateikiami (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4	5
1.	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertės sertifikavimo sistemas	a) FSC 100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas išduotas prekės gamintojui ar prekės gamybai naudojamų medžiagų gamintojui, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba	1.1. Laboratorinis mokytojo stalas	FSC Sertifikatas (įrašyti)
			1.2. Laboratorinis dvivietis stalas	NĖRA MEDIENOS (įrašyti)
			1.3. Laboratorinis keturvietis stalas	NĖRA MEDIENOS (įrašyti)
			1.4. Laboratorinis aštuonvietis stalas	NĖRA MEDIENOS (įrašyti)
			1.5. Pastatoma laboratorinė spintelė Nr. 1	FSC Sertifikatas (įrašyti)

2.	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ ar lygiavertį standartą	c) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams.	1.6. Pastatoma laboratorinė spintelė Nr. 2	<u>FSC Sertifikatas</u> (įrašyti)
			1.7. Laboratorinė cheminių medžiagų spinta	<u>NĖRA MEDIENOS</u> (įrašyti)
			1.8. Traukos spinta	<u>NĖRA MEDIENOS</u> (įrašyti)
		a) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams.	2.1. Laboratorinis mokytojo stalas	<u>Nėra plastikinių dalių, kurių masė ≥ 50 g</u> (įrašyti)
			2.2. Laboratorinis dvivietis stalas	<u>Nėra plastikinių dalių, kurių masė ≥ 50 g</u> (įrašyti)
			2.3. Laboratorinis keturvietis stalas	<u>Nėra plastikinių dalių, kurių masė ≥ 50 g</u> (įrašyti)
			2.4. Laboratorinis aštuonvietis stalas	<u>Nėra plastikinių dalių, kurių masė ≥ 50 g</u> (įrašyti)
			2.5. Laboratorinė lentyna Nr. 1	<u>Nėra plastikinių dalių, kurių masė ≥ 50 g</u> (įrašyti)
			2.6. Laboratorinė lentyna Nr. 2	<u>Nėra plastikinių dalių, kurių masė ≥ 50 g</u> (įrašyti)
			2.7. Pastatoma laboratorinė spintelė Nr. 1	<u>Nėra plastikinių dalių, kurių masė ≥ 50 g</u> (įrašyti)
			2.8. Pastatoma laboratorinė spintelė Nr. 2	<u>Nėra plastikinių dalių, kurių masė ≥ 50 g</u>

				(jrašyti)
			2.9. Funkcinė kolona	<u>Plastikas kolona</u> (jrašyti)
			2.10. Mobili laboratorinių mokymo priemonių platforma	<u>Plastikas platforma</u> (jrašyti)
			2.11. Laboratorinė spintelė su kriaukle	<u>Tiekėjo deklaracija</u> (jrašyti)
			2.12. Laboratorinė cheminių medžiagų spinta	<u>Tiekėjo deklaracija</u> (jrašyti)
			2.13. Traukos spinta	<u>Tiekėjo deklaracija</u> (jrašyti)
			2.14. Pakabinama daugiafunkcinė laboratorinė sistema su nutraukimo rankovėmis	<u>Tiekėjo deklaracija</u> (jrašyti)
3.	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1) neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370),	a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba	3.1. Laboratorinis mokytojo stalas	<u>Dažų SDL</u> <u>Dažų TDL</u> <u>Klijų raportas ir SDL</u> <u>MDF protokolas</u> (jrašyti)
			3.2. Laboratorinis dvivietis stalas	<u>Dažų SDL</u> <u>Dažų TDL</u> <u>Klijų raportas ir SDL</u> (jrašyti)
			3.3. Laboratorinis keturvietis stalas	<u>Dažų SDL</u> <u>Dažų TDL</u> <u>Klijų raportas ir SDL</u> (jrašyti)
			3.4. Laboratorinis aštuonvietis stalas	<u>Dažų SDL</u> <u>Dažų TDL</u> <u>Klijų raportas ir SDL</u> (jrašyti)

	veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 2) neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3) neturi būti chromo (VI) junginių; 4) formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. Paviršiams dengti naudojamais produktais laikoma: dažai, lakas, beicas ir pan.	3.5. Laboratorinė lentyna Nr. 1	<u>Dažų SDL</u> <u>Dažų TDL</u> <u>Klijų raportas ir SDL</u> (įrašyti)
			3.6. Laboratorinė lentyna Nr. 2	<u>Dažų SDL</u> <u>Dažų TDL</u> <u>Klijų raportas ir SDL</u> (įrašyti)
			3.7. Pastatoma laboratorinė spintelė Nr. 1	<u>Klijų raportas ir SDL</u> <u>MDF protokolas</u> (įrašyti)
			3.8. Pastatoma laboratorinė spintelė Nr. 2	<u>Klijų raportas ir SDL</u> <u>MDF protokolas</u> (įrašyti)
			3.9. Funkcinė kolona	<u>Nenaudojamos jokios medžiagos paviršiui padengti.</u> <u>Gaminys pagamintas iš plastiko</u> (įrašyti)
			3.10. Mobili laboratorinių mokymo priemonių platforma	<u>Dažų SDL</u> <u>Dažų TDL</u> <u>Klijų raportas ir SDL</u> <u>MDF protokolas</u> (įrašyti)
			3.11. Laboratorinė spintelė su kriaukle	<u>Dažų SDL</u> <u>Dažų TDL</u> <u>Klijų raportas ir SDL</u> (įrašyti)
			3.12. Laboratorinė cheminių medžiagų spinta	<u>Nenaudojamos jokios medžiagos padengti paviršių.</u> <u>Gaminys pagamintas iš plastiko</u> (įrašyti)

			3.13. Traukos spinta	<u>Nenaudojamos jokios medžiagos padengti paviršiu,</u> <u>Gaminys pagamintas iš plastiko</u> (įrašyti)
			3.14. Pakabinama daugiafunkcinė laboratorinė sistema su nutraukimo rankovėmis	<u>Dažų SDL</u> <u>Dažų TDL</u> <u>Klijų raportas ir SDL</u> (įrašyti)