

Endoskopinių organų ir audinių siuvimo kasečių techninė specifikacija

Eil. Nr.	Pavadinimas (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Kasetė, skirta siūti kraujagyslėms (orientacinis kiekis 195 vnt.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilgis 30 ± 3 mm; 2. Kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampų; 3. Kiekvienoje kasetėje integruotas peilis; 4. Distalinėje kasetės dalyje 4 kabutės; 5. Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) $2 \pm 0,2$ mm, antroje eilėje $2,5 \pm 0,2$ mm, trečioje eilėje $3 \pm 0,2$ mm; 6. Uždarytos kabutės aukštis 0,75, 1,0 ir 1,25 mm. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilgis 30 mm. Brošiūros 4 psl.; 2. Kasetė artikuliuojama į abi puses 45° kampų. Brošiūros 7 psl.; 3. Kiekvienoje kasetėje integruotas peilis. Brošiūros 1 psl.; 4. Distalinėje kasetės dalyje 4 kabutės. Brošiūros 3 psl.; 5. Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 2mm, antroje eilėje 2,5mm, trečioje eilėje 3mm; 6. Uždarytos kabutės aukštis 0,75, 1,0 ir 1,25 mm. Brošiūros 2, 6 psl.
2.	Kasetė, skirta siūti kraujagyslėms (orientacinis kiekis 440 vnt.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilgis 45 ± 3 mm; 2. Kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampų; 3. Kiekvienoje kasetėje integruotas peilis; 4. Distalinėje kasetės dalyje 4 kabutės; 5. Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) $2 \pm 0,2$ mm, antroje eilėje $2,5 \pm 0,2$ mm, trečioje eilėje $3 \pm 0,2$ mm; 6. Uždarytos kabutės aukštis 0,75, 1,0 ir 1,25 mm. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilgis 45mm; Brošiūros 4 psl. 2. Kasetė artikuliuojama į abi puses 45° kampų; Brošiūros 7 psl. 3. Kiekvienoje kasetėje integruotas peilis; Brošiūros 1 psl. 4. Distalinėje kasetės dalyje 4 kabutės; Brošiūros 3 psl. 5. Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 2mm, antroje eilėje 2,5mm, trečioje eilėje 3mm; 6. Uždarytos kabutės aukštis 0,75, 1,0 ir 1,25 mm. Brošiūros 2, 6 psl.
3.	Kasetė, skirta siūti kraujagyslėms (orientacinis kiekis 30 vnt.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilgis 30 ± 3 mm; 2. Kasetėje 4 eilės kabučių; 3. Kiekvienoje kasetėje integruotas peilis; 4. Kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampų; 5. Kasetės darbinės dalies skersmuo ≤ 8 mm (matuojama nuo kasetės sąnario link rankenos), kasetės skersmuo $\leq 6,3$ mm; 6. Kasetės darbinės dalies ilgis ≥ 15 cm; 7. Atidarytos kabutės aukštis 2 mm. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilgis 30 mm; Brošiūros II; 2. Kasetėje 4 eilės kabučių; Brošiūros II 3. Kiekvienoje kasetėje integruotas peilis; Brošiūros 1 psl. 4. Kasetė artikuliuojama į abi puses 45° kampų; Brošiūros 7 psl. 5. Kasetės darbinės dalies skersmuo 8 mm (matuojama nuo kasetės sąnario link rankenos), kasetės skersmuo 6,3 mm; Brošiūros II 6. Kasetės darbinės dalies ilgis 15 cm; Brošiūros III 7. Atidarytos kabutės aukštis 2 mm. Brošiūros III
4.	Kasetė plaučių audinio rezekcijai ir siuvimui (orientacinis kiekis 310 vnt.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilgis 45 ± 3 mm; 2. Kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampų; 3. Kiekvienoje kasetėje integruotas peilis; 4. Distalinėje kasetės dalyje 4 kabutės; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilgis 45mm; Brošiūros 4 psl. 2. Kasetė artikuliuojama į abi puses iki 45° kampų; Brošiūros 7 psl. 3. Kiekvienoje kasetėje integruotas peilis; Brošiūros 1 psl. 4. Distalinėje kasetės dalyje 4 kabutės; Brošiūros 3 psl.

		5. Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) $3 \pm 0,2$ mm, antroje eilėje $3,5 \pm 0,2$ mm, trečioje eilėje $4 \pm 0,2$ mm.	5. Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 3mm, antroje eilėje 3,5mm, trečioje eilėje 4mm. Brošiūros 2, 6 psl.
5.	Kasetė plaučių audinio rezekcijai ir siuvimui (orientacinis kiekis 310 vnt.)	1. Ilgis 60 ± 3 mm; 2. Kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampų; 3. Kiekvienoje kasetėje integruotas peilis; 4. Distalinėje kasetės dalyje 4 kabutės; 5. Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) $3 \pm 0,2$ mm, antroje eilėje $3,5 \pm 0,2$ mm, trečioje eilėje $4 \pm 0,2$ mm.	1. Ilgis 60 mm; Brošiūros 4 psl. 2. Kasetė artikuliuojama į abi puses 45° kampų; Brošiūros 7 psl. 3. Kiekvienoje kasetėje integruotas peilis; Brošiūros 1 psl. 4. Distalinėje kasetės dalyje 4 kabutės; Brošiūros 3 psl. 5. Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 3mm, antroje eilėje 3,5mm, trečioje eilėje 4mm. Brošiūros 2, 6 psl.
6.	Suderinamumas	Siūlomos kasetės turi būti techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama firmos „Covidien“ daugkartinio naudojimo elektrine automatine siuvimo rankena „IDRVULTRA1“ su adapteriu „EGIAADAPT“ arba tiekėjas prie savo siūlomų kasečių turi pateikti suderinamą daugkartinio naudojimo elektrinę automatinę siuvimo rankeną panaudai. Sutarties galiojimo laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja pakeisti sunaudotus (pasibaigusio tarnavimo resurso) adapterius naujais neatlygintinai. (Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti gamintojo dokumentą, patvirtinantį atitikimą reikalavimui. Taip pat kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti atitinkamą patvirtinimą dėl įsipareigojimo sutarties galiojimo laikotarpiu pakeisti sunaudotus (pasibaigusio tarnavimo resurso) adapterius naujais neatlygintinai).	Siūlomos kasetės techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama firmos „Covidien“ daugkartinio naudojimo elektrine automatine siuvimo rankena „IDRVULTRA1“ su adapteriu „EGIAADAPT“. Konfidencialu. Gamintojo raštas; Sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigojame pakeisti sunaudotus (pasibaigusio tarnavimo resurso) adapterius naujais neatlygintinai. Tiekėjo patvirtinimas
6.1.	Reikalavimai daugkartinio naudojimo elektrinei siuvimo rankenai (jeigu rankena teikiama panaudai pagal 6 punkte nurodytas aplinkybes) (orientacinis kiekis 5 komplektai)	Daugkartinės įkraunamos elektrinės automatinės siuvimo sistemos valdymo rankenos komplektacija: 1. Elektrinė automatinė siuvimo sistemos valdymo rankena (1 vnt.): 1.1. Rankenos valdymas pilnai automatinis, aktyvuojamas mygtukų paspaudimu. Nuspaudus atitinkamus mygtukus automatiškai uždaroma/atidaroma siuvimo sistemos dėtuė ir aktyvuojamas peilis, pjaunantis audinius tarp kabučių eilių. Atitinkamų mygtukų paspaudimu rankena	

		<p>automatiškai pakreipia siuvimo sistemos dėtuvę iki 45° ir pasuka ją aplink ašį 360°;</p> <p>1.2. Rankena su LED tipo arba lygiaverčiais šviesos indikatoriais, nurodančiais rankenos parengtį ir būseną atliekant operaciją;</p> <p>1.3. Energija rankenai tiekama iš baterijos, įdedamos į rankeną;</p> <p>1.4. Rankena sterilizuojama, tinkama naudoti ne mažiau kaip 300 šūvių arba ne mažiau kaip 50 sterilizavimo ciklų;</p> <p>1.5. Suderinama su 30 mm, 45 mm ir 60 mm siūlės ilgio vienkartinėmis siuvimo sistemų dėtuvėmis;</p> <p>2. Siuvimo sistemos valdymo rankenos adapteris (1 vnt.):</p> <p>2.1. Adapteris, leidžiantis dirbti su 30 mm, 45 mm ir 60 mm siūlės ilgio vienkartinėmis siuvimo sistemos dėtuvėmis;</p> <p>2.2. Adapteris sterilizuojamas, tinkamas naudoti ne mažiau kaip 300 šūvių arba ne mažiau kaip 50 sterilizavimo ciklų;</p> <p>3. Siuvimo sistemos valdymo rankenos maitinimo baterija (2 vnt.):</p> <p>3.1. Įkraunama, daugkartinė;</p> <p>3.2. Ličio jonų arba lygiavertė;</p> <p>4. Siuvimo sistemos valdymo rankenos maitinimo baterijos įkroviklis (1 vnt.):</p> <p>4.1. Tinkamas įrangos komplekte pateikiamai baterijai įkrauti iš 230V/50Hz elektros tinklo;</p> <p>5. Baterijos kreipiančioji (priedas baterijai įdėti) (1 vnt.):</p> <p>5.1. Daugkartinis, sterilizuojamas priedas, skirtas steriliam baterijos įdėjimui į rankeną;</p> <p>6. Siuvimo sistemos valdymo rankenos bei jų priedų dėklas (1 vnt.):</p> <p>6.1. Dėklas skirtas rankenai bei jos priedams sterilizuoti, sandėliuoti ir transportuoti gydymo įstaigos viduje.</p>	
7.	Žymėjimas CE ženklu	Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu (<i>kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio prekės žymėjimą CE ženklu (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją</i>)	Konfidencialu. CE sertifikatas
8.	Prekių pristatymas	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos

		<i>Tiekėjo patvirtinimas</i>
--	--	-------------------------------------

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Perkamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama įranga techniškai derinamų kasečių papildymas, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
2. Toje pačioje pozicijoje nurodytos kasetės tiekiamos ta pačia kaina, nepriklausomai nuo pasirinkto kasetės ilgio ar pasirinkto kabučių aukščio.
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
4. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turi turėti rašytinį susitarimą su Tiekėju dėl prekybos siūlomomis prekėmis.