

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai :

1. Visi baldai privalo būti pagaminti vieno gamintojo, siekiant užtikrinti vieningą baldų sistemą ir kokybės standartus.
2. Tiekėjas įsiskaičiuoja į kainą ir užtikrina pilną prekių pristatymą, užnešimą į patalpas, pilną montavimą ir prijungimą prie reikalingų komunikacijų.
3. Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnius kaip 2 valandų trukmės mokymus Užsakovo paskirtam personalui apie laboratorinių baldų ir traukos spintos naudojimą, priežiūrą ir saugų eksploatavimą. Mokymai turi būti vykdomi lietuvių kalba, mokyklos patalpose, pasibaigus baldų sumontavimui. Suteikiama informacija apie medžiagas, priežiūros ypatumus bei atsakyta į Užsakovo atstovų klausimus.
4. Garantija suteikiama visiems baldams ne mažiau kaip 36 mėn.

Reikalavimai laboratorijos baldams:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes).	Gamintojo parengto dokumento (katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.	Mokytojo stalas laboratorijai  (Paveikslėlis tik orientacinio pobūdžio)	x	x	x
1.1.	Stalo išmatavimai (PxGxA)	1540 x 725 x 750 mm(± 20 mm)	1540 x 725 x 750	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-83 Trespa”. Eilutė – Dimensions: 154*72,5*75 cm h

1.2.	Medžiaga	pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės medžiagos atsparios cheminiam skysčiams, dėmėms, buitiniams pažeidimams, drėgmei, karščiui ir įgeriamumui. Stalviršio storis 12 mm (± 2 mm).	Pagamintas iš medžiagos PHENOLIC TRESPA, atsparios skysčiams, dėmėms, buitiniams pažeidimams, drėgmei, karščiui ir įgeriamumui. Stalviršio storis 12 mm.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-83 Trespa”. Eilutė – Performance Specifications: <i>*The table is made of 12 mm PHENOLIC TRESPA HPL-Compact material, resistant to acids, chemical liquids, stains, moisture, heat, and mechanical damage.</i>
1.3.	Kriauklė	ant stalviršio turi būti integruota rūgštims atspari polipropileno kriauklė 430x320x330 mm (+/- 10 mm)	Ant stalviršio yra integruota rūgštims atspari polipropileno kriauklė 430 x 320 x 330 mm.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-83 Trespa”. Eilutė – Performance Specifications: <i>*An acid-resistant 430x320x330 mm polypropylene sink is integrated into the tabletop.</i>
1.4.	Vandens maišytuvas	ant stalviršio taip pat turi būti įmontuotas keraminis, rūgštims atsparus vandens maišytuvas.	Ant stalviršio yra įmontuotas keraminis, rūgštims atsparus vandens maišytuvas.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-83 Trespa”. Eilutė – Performance Specifications: <i>*A ceramic, acid-resistant water mixer is mounted on the tabletop.</i>
1.5.	Stalo karkasas	turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte technologija.	Stalo karkasas yra pagamintas iš 0,8 mm storio plieno lakšto, padengtu milteliniu būdu.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-83 Trespa”. Eilutė – Performance Specifications: <i>*The table frame is made of formed 0,8 mm thick steel sheet, powder-coated.</i>
1.6.	Metalinės stalo dalys	visos metalinės stalo dalys turi būti padengtos statiniu milteliniu dažymu arba lygiaverte danga.	Visos metalinės stalo dalys yra padengtos statiniu	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-83 Trespa”. Eilutė – Performance Specifications:

			miltelinio dažymu.	*All metal table parts are coated with static powder coating.
1.7.	Spintelės (PxGxA)	stalas turi turėti ne mažiau kaip dvi spintelės, kurių matmenys 300x600x700 mm (+/- 10 mm)	Stalas turi dvi spintelės, kurių matmenys 300 x 600 x 700 mm.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-83 Trespa”. Eilutė – Performance Specifications: *The table has two cabinets. Dimensions: 300x600x700 mm.
1.8.	Priekinė panelė ir apatinės spintelės	turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio plieno lakšto.	Priekinė panelė ir apatinės spintelės yra gamintos iš 0,8 mm storio plieno lakšto.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-83 Trespa”. Eilutė – Performance Specifications: *The front panel and lower cabinets are made of 0,8 mm thick steel sheet.
1.9.	Vyriai	visi vyriai turi būti iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais.	Visi vyriai yra iš nerūdijančio plieno ir turi lėto uždarymo mechanizmus.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-83 Trespa”. Eilutė – Performance Specifications: *All hinges are made of stainless steel and feature soft-closing mechanisms.
1.10.	Stalo kojos	kiekviena stalo koja turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti.	Kiekviena stalo koja turi reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai nustatyti ant nelygaus paviršiaus.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-83 Trespa”. Eilutė – Performance Specifications: *Each table leg has adjustable plastic feet to ensure stability on uneven surfaces.
1.11.	Sertifikatas	Stalas turi turėti EN 13150 sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba Gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos, arba pateikti lygiaverčius dokumentus.	Yra gamintojo vardu išduotas EN 13150 sertifikatas, išduotas akredituotos įstaigos	Priedas: „ts en 13150”.

2.	Traukos spinta  (Paveikslėlis tik orientacinio pobūdžio)	x	x	x
2.1.	Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis)	1200x800x2050 mm (+/-30 mm)	1200 x 800 2050 mm.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L02-1 FUME HOOD”. Eilutė – Dimensions: width x depth x height 1200x800x2050
2.2.	Apsauginis stiklas	storis ne mažiau 6 mm, atsparus karščiui ir cheminėms medžiagoms.	Apsauginio stiklo storis 6 mm. Stiklas atsparus karščiui ir cheminėms medžiagoms.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L02-1 FUME HOOD”. Eilutė – The thickness of the safety glass is 6 mm. The safety glass is resistant to heat and chemicals.
2.3.	Stiklo valdymas	stiklas turi būti valdomas elektriniu būdu, turi būti galimybė užfiksuoti stiklą norimame aukštyje.	Stiklas yra valdomas elektriniu būdu ir yra galimybė stiklą užfiksuoti norimame aukštyje.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L02-1 FUME HOOD”. Eilutė – The safety glass is electrically controlled. If necessary, the glass can be stopped in the desired position.
2.4.	Avarinio stabdymo mygtukai	privalo būti ne mažiau kaip du avarinio stabdymo mygtukai tiek spintos viduje, tiek išorėje.	Yra du avarinio stabdymo mygtukai tiek spintos viduje, tiek išorėje.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L02-1 FUME HOOD”. Eilutė – The fume hood has two emergency stop buttons. One inside the cupboard and

				one outside the cupboard.
2.5.	Ventiliatorius	Spintoje turi būti ventiliatoriaus greičio reguliatorius	Spintoje yra ventiliatoriaus greičio reguliatorius	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L02-1 FUME HOOD”. Eilutė – The cabinet is equipped with a fan with a speed control mechanism.
		spintoje turi būti sumontuotas ventiliatorius, kurio įsiurbimo greitis ne mažiau nei 2800 m/val.	Spintoje yra sumontuotas ventiliatorius, kurio įsiurbimo greitis yra 2800 m/val.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L02-1 FUME HOOD”. Eilutė – The suction speed is 2800 m/h.
		garso lygis ne daugiau nei 50dB	Ventiliatoriaus garso lygis neviršija 50 dB	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L02-1 FUME HOOD”. Eilutė – When the maximum suction speed is reached, the sound level does not exceed 50 dB.
2.6.	Apšvietimo lempa	spintos viduje turi būti sumontuota liuminescencinė apšvietimo lempa	Spintos viduje yra sumontuota liuminescencinė apšvietimo lempa	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L02-1 FUME HOOD”. Eilutė – A fluorescent lighting lamp is installed inside the cabinet.
2.7.	Spintos vidaus stalviršis	spintos viduje turi būti sumontuotas 12 mm (+/-2 mm) PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės medžiagos atsparus cheminiams skysčiams stalviršis su specialiai jame išlieta kriaukle, kurios išmatavimai 210x130x100 mm (+/- 20mm)	Spintos viduje yra sumontuotas 12 mm. PHENOLIC TRESPA, atsparus cheminiams skysčiams stalviršis su išlieta kriaukle. Kriauklės išmatavimai 210 x 130 x 100 mm.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L02-1 FUME HOOD”. Eilutė – Inside the cabinet there is a 12 mm PHENOLIC TRESPA chemical-resistant worktop. The worktop has a cast sink. Sink dimensions: 210x130x100 mm.
2.8.	Vandens čiaupas	turi būti atsparus korozinei aplinkai ir padengtas poliesterio milteliais.	Yra vandens čiaupas, kuris atsparus	Gamintojo techninė specifikacija, priedas

			korozinei aplinkai ir yra padengtas poliesterio milteliais	„L02-1 FUME HOOD”. Eilutė – The cabinet has a water tap that is resistant to corrosive environments and is coated with polyester powder.
2.9.	Sertifikatas	Traukos spinta turi turėti EN 13150 sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba Gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos, arba pateikti lygiaverčius dokumentus.	Yra gamintojo vardu išduotas EN 13150 sertifikatas, išduotas akredituotos įstaigos	Priedas: „ts en 13150”.
3.	Metalinė spinta  (Paveikslėlis tik orientacinio pobūdžio)	x	x	x
3.1.	Spintos matmenys (PxGxA)	920 x 400 x 1980 mm (+/- 30 mm)	920 x 400 x 1980 mm.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L03-12”. Eilutė – TECHNICAL DIMENSIONS Depth 40 cm Length 92 cm Height 198 cm h
3.2.	Spinta	Pagaminta iš ne mažiau kaip 0,7 mm storio metalo lakšto.	Pagaminta iš 0,7 mm storio metalo lakšto	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L03-12”. Eilutė – METAL PARTS: 0.7mm DKP sheet metal is used in cabinet body manufacturing
		Dažų storis turi būti ne mažiau kaip 30 mikronų	Dažų storis 30 mikronų	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L03-12”. Eilutė – METAL PARTS: Paint thickness is at least 30 microns

3.3.	Durų stiklas	durims turi būti naudojamas ne plonesnis nei 4 mm storio stiklas.	Durų stiklas 4 mm. storio	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L03-12”. Eilutė – GENERAL FEATURES: 4mm glss is used on the covers
3.4.	Durų užraktas	durys turi būti užrakinamos specialiais espanjoletu užraktais.	Durys yra rakinamos specialiais espanjoletu užraktais	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L03-12”. Eilutė – GENERAL FEATURES: Special espagnolette locks are used on the doors
3.5.	Durų vyriai	durys turi būti įrengtos su specialiais spyruokliniais vyriais.	Durys yra įrengtos su specialiais spyruokliniais vyriais.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L03-12”. Eilutė – GENERAL FEATURES: Special spring hinges are used on the doors.
3.6.	Sertifikatas	Spinta turi turėti EN 13150 sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba Gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos, arba pateikti lygiaverčius dokumentus.	Yra gamintojo vardu išduotas EN 13150 sertifikatas, išduotas akredituotos įstaigos	Priedas: „ts en 13150”.
4.	Metalinė spinta  (Paveikslėlis tik orientacinio pobūdžio)	x	x	x
4.1.	Išmatavimai (PxGxA)	900 x 500 x 2000 mm (+/- 30 mm)	900 x 500 x 2000 mm.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „Chemical Storage Cabinet”. Eilutė – Dimensions: Outsider size: 90*50*200 cm h

4.2.	Spintos vidiniai išmatavimai	780x450x1600 mm (+-30 mm)	780 x 450 x 1600 mm.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „Chemical Storage Cabinet”. Eilutė – Dimensions: Insider size:78*45*160 cm h
4.3.	Lentynos	Spintos viduje turi būti keturi cinkuoto plieno padėklai (lentynos)	Spintos viduje yra keturi cinkuoti plieno padėklai (lentynos)	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „Chemical Storage Cabinet”. Eilutė – *Inside the cabinet there are four galvanized steel shelves
4.4.	Pagrindinis korpusas	pagamintas iš elektrostatinio miltelinio dažymo ne mažiau 1 mm storio metalo lakšto	Korpusas pagamintas iš elektrostatinio miltelinio dažymo 1 mm. storio metalo lakšto.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „Chemical Storage Cabinet”. Eilutė – Performance Specifications: *Cabinet has been produce from Electro Static Powder Painted 1 mm thicknes Metal Sheet.
4.5.	Visi paviršiai	Turi būti dažyti iš abiejų pusių	Visi paviršiai yra dažyti iš abiejų pusių	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „Chemical Storage Cabinet”. Eilutė – Performance Specifications: *All surfaces are painted from both sides.
4.6.	Sparnuotė	Turi būti 350 m3/s (+-20 m3/s) našumo polipropileno ventiliatorius.	Yra 350 m3/s našumo polipropileno ventiliatorius	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „Chemical Storage Cabinet”. Eilutė – *350 m3/S capacity polypropylene ventilation fan.
4.7.	durys	Su šviežio oro įsiurbimo angomis	Durys turi šviežio oro įsiurbimo angas	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „Chemical Storage Cabinet”. Eilutė –

				Performance Specifications: *Covers with fresh air intake vents.
4.8.	Sertifikatas	Spinta turi turėti EN 13150 sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba Gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos, arba pateikti lygiaverčius dokumentus.	Yra gamintojo vardu išduotas EN 13150 sertifikatas, išduotas akredituotos įstaigos	Priedas: „ts en 13150“.
5.	Keturvietis laboratorinis stalas  (Paveikslėlis tik orientacinio pobūdžio)	x	x	x
5.1.	Pritaikymas	stalas turi būti pritaikytas 4 darbo vietoms (po 2 vietas iš kiekvienos pusės).	Stalas yra pritaikytas keturioms darbo vietoms, po dvi iš kiekvienos pusės	Gamintojo techninė specifikacija, priedas ” L01-41 LANTAN-STUDENT DESK ”. Eilutė – The table is designed to seat four people. Two seats on one side and two on the other.
5.2.	Aukštis	760 mm (+/- 20 mm)	760 mm.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas ” L01-41 LANTAN-STUDENT DESK ”. Eilutė – The height of the table is 76 cm.
5.3.	Stalviršis	(PxG) 1820 x 1300 mm (± 20 mm),	1820 x 1300 mm.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas ” L01-41 LANTAN-STUDENT DESK ”. Eilutė –

				The width of the tabletop is 182 cm, depth 130 cm, thickness 1.2 cm.
		pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės medžiagos, atsparios cheminiam skysčiui, dėmėms, buitiniams pažeidimams, drėgmei, karščiui ir įgeriamumui.	Stalviršis pagamintas iš PHENOLIC TRESPA medžiagos atsparios cheminiam skysčiui, dėmėms, buitiniams pažeidimams, drėgmei, karščiui ir įgeriamumui.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-41 LANTAN-STUDENT DESK“. Eilutė – The tabletop is made of Phenolic Trespa material.
		stalviršio storis 12 mm (± 2 mm)	Stalviršio storis 12 mm.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-41 LANTAN-STUDENT DESK“. Eilutė – The width of the tabletop is 182 cm, depth 130 cm, thickness 1.2 cm.
		spalva – balta arba šviesiai pilka.	Stalo stalviršis gaminamas iš pilkos spalvos	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-41 LANTAN-STUDENT DESK“. Eilutė – Tabletop can be in two colors: light gray.
5.4.	Metalinis karkasas	pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60 x 30 mm uždaro ne mažiau 1,5 mm storio profilio, nudažyto milteliniu (arba lygiavėčiu) būdu. Spalva – pilka.	Metalinis karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno 60 x 30 mm. uždaro 1,5 mm storio profilio, nudažyto milteliniu būdu. Spalva – pilka.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-41 LANTAN-STUDENT DESK“. Eilutė – The metal frame of the table is made of high-quality steel, measuring 60x30 mm. 1.5 mm thick.

				The frame is powder-coated.
5.5.	Kriauklė	ant stalviršio turi būti integruotos rūgštims atsparios polipropileno kriauklės abiejuose stalviršio galuose 350x350x240 mm. (+/- 20mm)	Ant stalviršio yra integruotos rūgštims atsparios polipropileno kriauklės abiejuose stalviršio galuose 350x350x240 mm.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-41 LANTAN-STUDENT DESK“. Eilutė – The tabletop has two acid-resistant polypropylene sinks with dimensions of 350x350x240 mm integrated into it.
5.6.	Maišytuvai	ant stalviršio turi būti įmontuoti du keraminiai, rūgštims atsparūs vandens maišytuvai.	Ant stalviršio yra įmontuoti du keraminiai rūgštims atsparūs vandens maišytuvai	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-41 LANTAN-STUDENT DESK“. Eilutė – Two ceramic, acid-resistant water faucets are installed on the tabletop.
5.7.	Kojos	stalas turi turėti ne mažiau 4 vnt. T formos kojas, išdėstytas skersai stalviršio atskiriant darbo vietas (3 x 3), kurių ilgis būtų lygus viršutinės stalo dalies karkaso pločiui	Stalas turi 4 T formos kojas, išdėstytas skersai stalviršio atskiriant darbo vietas (3 x 3), kurių ilgis yra lygus viršutinės stalo dalies karkaso ilgiui.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „L01-41 LANTAN-STUDENT DESK“. Eilutė – The table has four legs, each with three height-adjustable feet to keep the table stable on uneven surfaces. The table legs are placed across the tabletop, separating the workstations (3 x 3), the length of which is equal to the width of the frame of the upper part of the table.
		kiekviena koja turi turėti bent 3 reguliuojamo aukščio kojeles stalo padėties išcentravimui ant nelygaus paviršiaus.	Kiekviena koja turi 3 reguliuojamo aukščio kojeles stalo padėties	Gamintojo techninė specifikacija, priedas „

			išcentravimui ant nelygaus paviršiaus	L01-41 LANTAN-STUDENT DESK ". Eilutė – The table has four legs, each with three height-adjustable feet to keep the table stable on uneven surfaces
5.8.	Instaliacinis modulis	stalo viduryje, išilgai stalviršio montuojamas instaliacinis modulis su 2 lentynėlėmis.	Stalo viduryje, išilgai stalviršio yra montuojamas instaliacinis modulis su 2 lentynėlėmis	Gamintojo techninė specifikacija, priedas " L01-41 LANTAN-STUDENT DESK ". Eilutė – in the middle of the table, along the tabletop, there is an installation module with two shelves.
5.9.	Lentynėlės	grūdinto stiklo	Lentynėlės yra grūdinto stiklo	Gamintojo techninė specifikacija, priedas " L01-41 LANTAN-STUDENT DESK ". Eilutė – The table has shelves made of tempered glass
		ne plonesnės nei 10 mm,	Lentynėlės yra 10 mm storio.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas " L01-41 LANTAN-STUDENT DESK ". Eilutė – The thickness of the shelves is 10 mm
		lentynėlių plotis 350 mm (± 5 mm).	Lentynėlių plotis yra 350 mm.	Gamintojo techninė specifikacija, priedas " L01-41 LANTAN-STUDENT DESK ". Eilutė – The width is 350 mm
		Stiklo briauna trapecinio arba pusapvalio profilio.	Stiklo briauna yra pusapvalio profilio	Gamintojo techninė specifikacija, priedas " "

				L01-41 LANTAN-STUDENT DESK ”. Eilutė – The glass edge of the shelves has a semicircular profile.
5.10.	Elektros lizdai	Ant stalo stalviršio turi būti pritvirtintas 220 V elektros išvesties blokas su ne mažiau kaip 4 integruotomis elektros jungtimis (rozetėmis).	Ant stalviršio yra pritvirtintas 220 V elektros išvesties blokas su 4 integruotomis elektros jungtimis (rozetėmis)	Gamintojo techninė specifikacija, priedas ” L01-41 LANTAN-STUDENT DESK ”. Eilutė – There is a 220 V electrical outlet with 4 integrated electrical sockets on the tabletop.
5.11.	Sertifikatas	Stalas turi turėti EN 13150 sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba Gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos, arba pateikti lygiaverčius dokumentus.	Yra gamintojo vardu išduotas EN 13150 sertifikatas, išduotas akredituotos įstaigos	Priedas: „ts en 13150”.

PASTABA: su pasiūlymu turi būti pateikiami gamintojo parengti dokumentai (katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.), patvirtinantys siūlomos įrangos atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems techninės specifikacijos lentelės punktuose.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų

(parašas)

Ramūnas Austys
(Vardas ir pavardė)