

Techninė specifikacija

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklavinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitinkamą kokybę ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindėti siūlomos prekės atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafikai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti paraišytos pateikiamuose kataloguose ir aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nemurodyti šiame punkte, nebūs laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. \*Prekių kodas gamintojo kataloge, įėjus gamintojas turi savo prekių kataloge.
- Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).

P.d. Nr. / Eil. Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Charakteristikos, parametrai	Mato vnt.	Prešiminsarus kiekis 24 mėnesiams	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* Dokumento (būto pavadinimas) ir gamintojo katalogo pd. Nr., kuriame yra siūlomas techninius parametrus patvirtinantis duomenys. žr. 4 p.). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ	Vieneto įkainis EUR su PVM	PVM tarifas %	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM	Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM	Pastabos
25	Vienos atšakos CVK su kraujo stabdymo sistema Gfr	Rinkinį sudaro: - poliuretaninis kateteris su konektoriumi. Konektorius su silikone arba lygiaverte membrana. Dydis 5-7Fr, 15-30 cm ž. Vieta - įprastiki, angsan perlinkimui pagaminta iš nitroilo, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse. 3. Dilatorius, tvirtinimo sparneliai, punkcinė adata G18, ilgis 70mm.	Vnt.	300	Certofix Mono 4160320-07. B.Braun Melbungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 25, 26, 27. Katalogas p.d. 25, 33 CareSite vožtuvėlis	14,25	5	4275,00	4488,75	12870,00	13513,50	