

**UAB „Anmeda Techna“**

**ATSAKYMAS DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO  
(pirkimo Nr. 1632417, pirkimo dalis Nr. 8)**

**2025-05-12**

**Vilniaus m.**

**Kam: LSMU ligoninė Kauno Klinikos, VŠĮ**

Atsižvelgdami į Jūsų pateiktą raštą dėl pirkimo „Instrumentų krepšelių žymekliai, saustos servetėlės paviršių dezinfekcijai, prausimosi pirštinės prisotintos pH prausiklio, sterilizavimo reagento kasetė vandenilio plazmos sterilizavimui ir kitos dezinfekcinės medžiagos“ (pirkimo Nr. 1632417) papildomos informacijos pateikimo pirkimo Nr. 1632417 dalyje Nr. 8 „Rinkinys vienalyčių instrumentų plovimo-dezinfekcijos kokybės nustatymui automatinėse plovimo mašinose“, teikiame gamintojo deklaraciją dėl siūlomos prekės – Wash-Checks mechaninio plovimo indikatorių sistemos – atitikimo standartui ISO 15883-5:2021.

Gamintojas patvirtina, kad ši plovimo kontrolės priemonė yra sukurta atsižvelgiant į ISO 15883 standartą, skirtą įprastinei plovimo-dezinfekcijos aparatų stebėsenai, ir atitinka vizualinio tikrinimo metodiką, kaip nurodyta ISO 15883-5:2021.

Pažymime, kad pridėta gamintojo deklaracija patvirtina, jog siūlomas produktas yra skirtas vizualiai patikrinti valymo efektyvumą ir yra naudojamas kaip kasdienė kontrolės priemonė, kaip tai numatyta standarte.

**Pagarbiai**

**Elžbieta Korotajevaitė  
UAB „Anmeda Techna“**

**UAB ANMEDA TECHNIA**

Baltupio g. 91-1, LT-08308, Vilnius, Tel./faksas: 8 52796055, el. paštas [neringa@anmeda.lt](mailto:neringa@anmeda.lt), Į.k. 301232595  
PVM kodas LT100003608316, A.s. LT887044060006187793, AB SEB bankas, B/k 70440