

GETINGE ASSURED
Švaros indikatorius F/R
Gaminio specifikacija

Aprašymas	
Getinge Assured švaros indikatorius yra vienkartinis testas sintetiniu pagrindu, skirtas nuolat tikrinti automatizuotus plovimo procesus. Testas dedamas į švaros indikatoriaus laikiklį, o šis dedamas į plovimo ir dezinfekavimo aparatą.	
Eksploatacinės charakteristikos	
Sintetinis testo pagrindas (raudonas deimantas) imituoja žmogaus kraują ir audinius Įdėtas į švaros indikatoriaus laikiklį, testo pagrindas uždengiamas, taip simuliuojant į vieną vietą sudėtus chirurginius instrumentus. Jei testo pagrindo visiškai nebelieka, įrankiai yra sterilūs.	
Fizikinės savybės	
Švaros indikatorių sudaro metalo juostelė ir sintetinis testo pagrindas.	
Matmenys: 89 mm x 25 mm (3,5'' x 1 '')	
Pagrindo medžiaga: metalas.	
Reikalavimai aplinkai:	
Laikymas: 10-38°C (50-100 °F)	
Laikykite atokiau nuo dezinfekcijos priemonių ir cheminių garų.	
Saugojimo laikas:	
24 mėnesiai	
Klasifikacija pagal standartus:	
Vadovaujantis ISO 15883, kasdienė plovimo ir dezinfekcijos aparatų stebėseną.	
Švaros indikatorius	
	Užsakymo numeris
Švaros indikatorius, 25 vnt.	503864500
Švaros indikatorius, 50 vnt.	503864600
Švaros indikatorius, 100 vnt.	503864700
Švaros indikatoriaus laikiklis	
	Užsakymo numeris
Švaros indikatoriaus laikiklis	503864800



Švaros indikatoriaus testas prieš naudojant



Švaros indikatoriaus testas įdedamas į laikiklį



Švaros indikatoriaus testas po tinkamai atlikto proceso