

Medicininės įrangos techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Ultragarso aparatas su fiksuotu laikikliu (HF aplikatoriumi), vežimėliu, aplikatoriaus laikikliu, kiekis 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Funkcijos	1. Greiti protokolai; 2. Kūno dalių navigacija; 3. Pasirenkamas ultragarso dažnis: 1 MHz, 3 MHz; 4. Impulsinis ir nuolatinis darbo ciklai.	1. Greiti protokolai; <b>FisiosonicPlus, 2 pdf psl.</b> 2. Kūno dalių navigacija; <b>FisiosonicPlus, 2 pdf psl.</b> 3. Pasirenkamas ultragarso dažnis: 1 MHz, 3 MHz; <b>FisiosonicPlus, 3 pdf psl.</b> 4. Impulsinis ir nuolatinis darbo ciklai. <b>FisiosonicPlus, 3 pdf psl.</b>
2.	Ekranas	1. LED arba LCD tipo (arba lygiavertės technologijos); 2. $\geq 7"$ (colių) įstrižainė; 3. Spalvotas; 4. Prisilietimu valdomas.	Ekranas: 1. TFT; 2. 7" (colių) įstrižainė; 3. Spalvotas; 4. Prisilietimu valdomas. <b>FisiosonicPlus, 3 pdf psl.</b>
3.	Aparate integruotos programos	1. Iš anksto užprogramuoti protokolai ir terapinė enciklopedija; 2. Paciento duomenų bazė.	1. Iš anksto užprogramuoti protokolai ir terapinė enciklopedija; <b>FisiosonicPlus, 2 pdf psl.</b> 2. Paciento duomenų bazė. <b>FisiosonicPlus, 2 pdf psl.,</b>
4.	Priedai komplektacijoje	1. Ultragarso galvutė / aplikatorius, $\geq 5\text{ cm}^2$ – 1 vnt.; 2. Ultragarso galvutės / aplikatoriaus laikiklis – 1 vnt.; 3. Plastikinis (arba lygiavertis) vežimėlis aparatui – 1 vnt.; 4. Maitinimo laidas – 1 vnt.	Priedai komplektacijoje: 1. Ultragarso galvutė / aplikatorius, $5\text{ cm}^2$ – 1 vnt.; 2. Ultragarso galvutė / aplikatorius pritvirtinta prie šarnyrinės rankos., $10\text{ cm}^2$ – 1 vnt.; Ultragarso galvutės / aplikatoriaus laikiklis – 1 vnt.; 3. Plastikinis vežimėlis aparatui – 1 vnt.; 4. Maitinimo laidas – 1 vnt. 5. Buteliukas ultragarsinio gelio – 1 vnt. <b>FisiosonicPlus, 2 ir 3 pdf psl.</b>
5.	Elektros maitinimas	Iš 230V/50Hz elektros tinklo	Elektros maitinimas iš 230V/50Hz elektros tinklo. <b>FisiosonicPlus, 3 pdf psl.</b>
6.	Garantinis terminas	$\geq 24$ mėnesiai	Garantinis terminas 24 mėnesiai. <b>UAB „Limeta“ patvirtinimo raštas</b>
7.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)	Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu pateikiame žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)

8.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. <b>UAB „Limeta“ patvirtinimo raštas</b>
9.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. <b>UAB „Limeta“ patvirtinimo raštas</b>
10.	Techninio personalo apmokymas	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. <b>UAB „Limeta“ patvirtinimo raštas</b>
11.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija anglų kalba. <b>UAB „Limeta“ patvirtinimo</b>