

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė  
Kauno klinikos

**DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO (PIRKIMO NR. 3925785)**

2025-09-23 Nr. 20250923-05  
Vilnius

2025 m. rugsėjo 22 d. UAB „TRADINTEK“ buvo gautas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo komisijos prašymas (toliau – Prašymas), kuriame yra prašoma paaiškinti pateiktą pasiūlymą pirkime Pozitronų emisijos tomografui su priedais įsigyti (Pirkimo Nr. 3925785).

Vadovaujantis aukščiau nurodytu Prašymu, pateikiame patikslinimus ir paaiškinimus.

1. „...paaiškinti pasiūlymą, patikslinant, kokia programinė įranga įdiegta ir naudojama siūlomos sistemos valdymui (techninės specifikacijos 5.1 p.) ir nurodant tai patvirtinančią informaciją (pateikiant atžymas) kartu su pasiūlymu pateiktuose gamintojo dokumentuose.“

Siūlomos sistemos valdymui yra naudojama operatoriaus valdymo pulte įdiegta programinė įranga. Tai patvirtina informacija esanti šiuose kartu su pasiūlymu pateiktuose gamintojo dokumentuose: *Techninis aprašas su papildomomis atžymomis.pdf* – 156, 161, 705, 706, 2157 psl.

Sistemos valdymui naudojamos programinės įrangos veikimas aprašytas šiuose kartu su pasiūlymu pateiktuose gamintojo dokumentuose: *Techninis aprašas su papildomomis atžymomis.pdf* – 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 psl.

Papildomai pateikiame dokumentą *Techninis aprašas su papildomomis atžymomis.pdf* su padarytomis atžymomis.

Direktorius



Tomas Mickūnaitis