

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"

INDIKATORIAI STERILIZATORIAMS IR PLOVIMO MAŠINOMS

Kam: Klaipėdos universiteto ligoninė

Data:	2025.04.28
Nr.:	1885979
Vieta:	Kaunas

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	L.R.Tamulio firma „Meditalka“
Tiekėjo kodas (-ai):	134565744
Tiekėjo adresas (-ai):	Radvilų Dvaro g.4, LT-48320 Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	LT345657415
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):	LT09 7044 0600 0290 5474, AB SEB Bankas, banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Rita Gresevičiūtė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:	+370 37 22 22 23/+370 610 17000
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:	Komercijos direktorė Rita Gresevičiūtė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:	Rasa Andronavičienė, +370 37 22 22 23, info@meditalka.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekiėjams - subtiekiėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	-

- Tiekėjo patvirtinimai:**
- Šiuo pasiūlymu pažyime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaikškinimuose, papildymuose).
 - Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
 - Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
 - Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
 - Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: [redacted]
 - Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.

4. DALIS 1 KLASĖS CHEMINIAI INDIKATORIAI ŽEMOS TEMPERATŪROS VANDENS GARŲ IR FORMALDEHIDO MIŠINIO STERILIZATORIAMS

Tiekėjo pasiūlymas:								
Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi)	Konkretri siūlomo parametro reikšmė pagal 2 stulpelio reikalavimus	Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis Nr.
4.	1 klasės cheminiai indikatoriai žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišinio sterilizatoriams							
4.1.	1 klasės cheminiai indikatoriai žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišinio sterilizatoriams	64500	vnt.	0,027	1741,5	Gke-GmbH, Vokietija; F-I-1-DA-Y dokumentavimo etiketė su 1 tipo indikatoriumi		
4.1.1.	Indikatoriai skirti visų tipų (minkštų, kietų, t.t.) paketų žymėjimui;						Indikatoriai skirti visų tipų (minkštų, kietų, t.t.) paketų žymėjimui;	Psl.Nr. 16-21; 22-27
4.1.2.	Indikatoriai turi tikti sterilizacijai žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniu programose: 60 C, 45 minutės ir 78 C, 10 minučių;						Indikatoriai sterilizacijai žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniu programose: 60 C, 45 minutės ir 78 C, 10 minučių;	„Meditalka I dalis“/
4.1.3.	Indikatoriaus pavidalas - dviguba lipi etiketė, kuri lengvai atspausdinama rankiniu spausdintuvu;						Indikatoriaus pavidalas - dviguba lipi etiketė, kuri lengvai atspausdinama rankiniu spausdintuvu;	„Meditalka II dalis“
4.1.4.	Indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų paketų paviršių;						Indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų paketų paviršių;	
4.1.5.	Indikatoriai turi būti susukti į ritinius po 750 vnt.(± 30 vnt);						Indikatoriai susukti į ritinius po 750 vnt.	
4.1.6.	Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti (3 horizontalios eilės po 10 simbolių (raidės ir skaičiai) (±2mm);						Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti (3 horizontalios eilės po 12simbolių (raidės ir skaičiai);	
4.1.7.	Indikatoriai negali nukristi nuo paketo po sterilizacijos garais. Ypač stiprios fiksacijos;						Indikatoriai nenukrenta nuo paketo po sterilizacijos garais. Ypač stiprios fiksacijos;	
4.1.8.	Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į dokumentus (indikatoriaus išmatavimai: 3cmx2cm (± 0,2 cm), įstaigoje naudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus (ir į paciento bei kt. dokumentus) po sterilizacijos proceso nenaudojant klijų;						Indikatorius pritaikytas įklijuoti į dokumentus (indikatoriaus išmatavimai: 3,1cmx2,5cm, įstaigoje naudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus (ir į paciento bei kt. dokumentus) po sterilizacijos proceso nenaudojant klijų;	
4.1.9.	FO indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1 (1 klasė) reikalavimus;						FO indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1 (1 klasė) reikalavimus;	
4.1.10.	Ant indikatoriaus turi būti žodinis spalvos pasikeitimo aprašymas ir sterilizacijos būdas;						Ant indikatoriaus yra žodinis spalvos pasikeitimo aprašymas ir sterilizacijos būdas;	

4.1.11.	Indikatorių pakuotėje, kad būtų įsaičiuota į kainą rašalo kasetė su specialiu rašalu, skirtu sterilizacijai, tinkanti panaudos būdu suteikiamiems spausdintuvams;						Indikatorių pakuotėje, įsaičiuota į kainą rašalo kasetė su specialiu rašalu, skirtu sterilizacijai, tinkanti panaudos būdu suteikiamiems spausdintuvams;	
4.1.12.	Indikatoriaus spalvinė dalis impregnuota, tolygiai nusidažiusi;						Indikatoriaus spalvinė dalis impregnuota, tolygiai nusidažiusi;	
4.1.13.	Pasikeitusi indikatoriaus spalva turi išlikti nepakitusi ne mažiau nei 3 metus;						Pasikeitusi indikatoriaus spalva išlieka nepakitusi ne mažiau nei 3 metus;	
4.1.14.	Indikatorių ritiniai supakuoti apsaugant juos nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių, temperatūrų svyravimų, ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data, gamyklinis serijos numeris, paskirtis, atitiktis standartui;						Indikatorių ritiniai supakuoti apsaugant juos nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių, temperatūrų svyravimų, ant pakuotės nurodyta galiojimo data, gamyklinis serijos numeris, paskirtis, atitiktis standartui;	
4.1.15.	Indikatorių tinkamumo naudoti terminas ne mažesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos;						Indikatorių tinkamumo naudoti terminas ne mažesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos;	
4.1.16.	Perkančiajai organizacijai paprašius, pateikti pavyzdžius, ne mažiau 1 ritinį;						Perkančiajai organizacijai paprašius, pateiksime pavyzdžius, ne mažiau 1 ritinį;	
4.1.17.	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti naudojimo instrukciją;							
4.1.18.	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti spalvos pasikeitimo etaloną;							
4.1.19.	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties standartams kopijas.							
4.2.	Rankinis spausdintuvas 1 klasės proceso cheminių indikatorių spausdinimui ir klijavimui (teikiamas pagal panaudos sutartį);	8	vnt.	0	0	Gke-GmbH, Vokietija Rankinis spausdintuvas (3 eilučių)		
4.2.1.	Indikatorius turi tikti naudoti kartu su rankiniais spausdintuvais;						Indikatorius tinka naudoti kartu su rankiniais spausdintuvais;	Psl.Nr. 22-27
4.2.2.	Spausdintuvas turi būti su rašalo kasete, patogus naudoti, pagamintas iš atsparių valymui, dezinfekcijai medžiagų;						Spausdintuvas su rašalo kasete, patogus naudoti, pagamintas iš atsparių valymui, dezinfekcijai medžiagų;	„Meditalka I dalis“/
4.2.3.	Skirti 2-q sluoksnių stiklėms/lipdukams ant paketų spausdinimui ir klijavimui;						Skirti 2-q sluoksnių etiketėms/lipdukams ant paketų spausdinimui ir klijavimui;	„Meditalka II dalis“
4.2.4.	Turi būti patogus, lengvas informacijos kodavimas;						Patogus, lengvas informacijos kodavimas;	
4.2.5.	Turi turėti 3 informacines eilutes, kurios spausdintų ir raides ir skaičius;						Turi 3 informacines eilutes, kurios spausdina ir raides ir skaičius;	
4.2.6.	Kiekvienoje eilutėje turi būti ne mažiau kaip 10 simbolių;						Kiekvienoje eilutėje 12 simbolių;	
4.2.7.	Rankinis spausdintuvas turi būti pritaikytas indikatoriams, kurie susukti į ritinius po 750 vnt. (± 30 vnt);						Rankinis spausdintuvas pritaikytas indikatoriams, kurie susukti į ritinius po 750 vnt.	
4.2.8.	Sutarties galiojimo laikotarpiui rankiniai spausdintuvai būtų tiekiami pagal poreikį (paprašius gauti per 10 darbo dienų);						Sutarties galiojimo laikotarpiui rankiniai spausdintuvai būtų tiekiami pagal poreikį (paprašius gauti per 10 darbo dienų);	
4.2.9.	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.						Garantija 24 mėn.	
4.2.10.	Pateikti naudojimo instrukciją.							

		Suma be PVM	1741,5
Taikomas PVM dydis (%)	21	PVM suma	365,72
		Suma su PVM	2107,22