

EKSTRAMEDA

DO MORE SOLUTIONS

UAB „Ekstrameda“

I/k 303054942 Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas, tel. +37067910249, el. paštas info@ekstrameda.lt

Atviro konkurso sąlygų
6 priedas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS PRIĖMIMO – SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTIKOS SISTEMA

2025-07-08

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Ekstrameda“
Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai:	
1) įsipareigojimų pavadinimas	
2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	info@ekstrameda.lt

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, <u>kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus</u>)	
Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų),	

UAB „Ekstrameda“

subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (<i>tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, <u>kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia</u>, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus</i>)	
Ūkio subjekto adresas (-ai)	
Jei žinomas - subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subteikėją (-us), subteikėją (-us)	
Kvazisubteikėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)	

- 1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede <http://ted.europa.eu>, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://viesiejipirkimai.lt>;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamas kiekis	Mato vnt. kaina be PVM Eur	Mato vnt. kainos PVM Eur	Bendra kaina su PVM Eur
1	2	3	4	5	6	7
1.	Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus ultragarsinė diagnostikos sistema (Epiq Elite, Philips Healthcare)	Vnt.	1	90 901,57	19 089,33	109 990,90

EKSTRAMEDA

DO MORE SOLUTIONS

UAB „Ekstrameda“

I/k 303054942 Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas, tel. +37067910249, el. paštas info@ekstrameda.lt

109 990,90 Eur (šimtas devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų, 90 ct.)
(Bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 19 089,33 Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 90 901,57 Eur.

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_____.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomų parametrų reikšmės
1.	Paskirtis (taikymo sritys)	1. Pilvo organų tyrimai 2. Kraujagyslių tyrimai 3. Suaugusiųjų bei vaikų kardiologiniai tyrimai	1. Pilvo organų tyrimai. 2. Kraujagyslių tyrimai. 3. Suaugusiųjų bei vaikų kardiologiniai tyrimai <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 4 psl.</i>
2.	Vaizdo monitorius	1. WLED, OLED arba lygiavertės technologijos ekranas 2. Ekranų įstrižainė ≥ 22 coliai 3. Skiriamoji geba $\geq (1920 \times 1080)$ vaizdo elementų	1. WLED technologijos ekranas. 2. Ekranų įstrižainė 24 coliai. 3. Skiriamoji geba (1920×1080) vaizdo elementų. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 42 psl.</i>
3.	Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu	1. ≥ 12 colio ekranų įstrižainės 2. Valdymo pulto pasukimas į šonus ne mažesniu nei $\pm 45^\circ$ kampu 3. Valdymo pulto aukščio reguliavimas	1. 12 colio ekranų įstrižainės. 2. Valdymo pulto pasukimas į šonus $\pm 180^\circ$ kampu. 3. Valdymo pulto aukščio reguliavimas. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 16, 43 psl.</i>

EKSTRAMEDA

DO MORE SOLUTIONS

UAB „Ekstrameda“

I/k 303054942 Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas, tel. +37067910249, el. paštas info@ekstrameda.lt

4.	Aktyvios jungtys davikliams	≥ 4	4 <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 4 psl.</i>
5.	Maksimalus vaizduojamas gylis	≥ 40 cm	40 cm <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 13 psl.</i>
6.	Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas	Ne siauriau nei (1 – 20) MHz	Nuo 1 iki 22 MHz <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 22,23 psl.</i>
7.	Sistemos architektūra	1. Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį per visą ilgį ir užtikrina aukštos raiškos ašinę ir šoninę skiriamąją gebą bei didelį kadrų dažnį 2. Bendrasis dinaminis diapazonas ≥ 360 dB 3. Sistemos apdorojimo kanalų skaičius $\geq 11\,000\,000$	1. Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį per visą ilgį ir užtikrina aukštos raiškos ašinę ir šoninę skiriamąją gebą bei didelį kadrų dažnį. https://www.philips.lt/healthcare/resources/feature-detail/nsight <i>25MS1306 Lithuania Arbor_Medical_Corporation_LT_UAB Specifications.pdf, 1 psl.</i> 2. 394 dB <i>25MS1306 Lithuania Arbor_Medical_Corporation_LT_UAB Specifications.pdf, 1 psl.</i> 3. Sistemos apdorojimo kanalų skaičius neribotas <i>25MS1306 Lithuania Arbor_Medical_Corporation_LT_UAB Specifications.pdf, 1 psl.</i>
8.	Skenavimo režimai	1. 2D režimas 2. M, anatominis M režimai 3. Pulsinis dopleris (PW) 4. Spalvinis dopleris 5. Auto-Doplerio režimas, pritaikantis tiriamąją zoną ir kampą 6. Lėtosios kraujotakos režimas	1. 2D režimas <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 6 psl.</i> 2. M, anatominis M režimai; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 6 psl.</i> 3. Pulsinis dopleris (PW)

EKSTRAMEDA

DO MORE SOLUTIONS

UAB „Ekstrameda“

I/k 303054942 Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas, tel. +37067910249, el. paštas info@ekstrameda.lt

		7. Pulsinės bangos dopleris su HPRF 8. Nuolatinės bangos doplerio režimas (CW) 9. Elastografijos („point shear wave elastography“) ir kepenų riebalingumo tyrimų moduliai 10. Tyrimų su kontrastine medžiaga modulis („contrast imaging“) 11. Vaizdų suliejimo („Fusion“) tyrimų modulis.	<i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 7 psl.</i> 4. Spalvinis dopleris <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 7 psl.</i> 5. Auto-Doplerio režimas pritaikantis tiriamąją zoną ir kampą; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 8 psl.</i> 6. Lėtosios kraujotakos režimas; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 8 psl.</i> 7. Pulsinės bangos dopleris su HPRF ; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 7 psl.</i> 8. Nuolatinės bangos doplerio režimas (CW) <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 7 psl.</i> 9. Elastografijos („point shear wave elastography“) ir kepenų riebalingumo tyrimų moduliai; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 7, 12 psl.</i> 10. Tyrimo su kontrastine medžiaga modulis („contrast imaging“); <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 11 psl.</i> 11. Vaizdų suliejimo („Fusion“) tyrimų modulis. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 32 psl.</i>
9.	2D režimas	1. Vaizdo didinimas realiaame laike ir sustabdytame vaizde 2. Audinių harmonikų vaizdavimas 3. Dinaminis gaunamo signalo	1. Vaizdo didinimas realiaame laike ir sustabdytame vaizde. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf,</i>

EKSTRAMEDA

DO MORE SOLUTIONS

UAB „Ekstrameda“

I/k 303054942 Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas, tel. +37067910249, el. paštas info@ekstrameda.lt

		fokusavimo optimizavimas 4. Vaizdų palyginimo funkcija, kuomet vaizdas iš archyvo ir realaus laiko vaizdas rodomi greta vienas kito 5. Išsaugotų vaizdų ikonos turi būti rodomos ekrane kartu su realaus laiko vaizdu.	11 psl. 2. Audinių harmonikų vaizdavimas. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 6 psl.</i> 3. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 22 psl.</i> 4. Vaizdų palyginimo funkcija, kuomet vaizdas iš archyvo ir realaus laiko vaizdas rodomi greta vienas kito. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 11 psl.</i> 5. Išsaugotų vaizdų ikonos rodomos ekrane kartu su realaus laiko vaizdu. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 18 psl.;</i> <i>User Manual EPIQ.pdf, 221 psl.</i>
10.	Vienų mygtuko paspaudimu optimizuojami vaizdo parametrai	1. Automatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku.	1. Automatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 16 psl.</i> 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 16 psl.</i>
11.	Tyrimų optimizavimas	Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiaame laike.	Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiaame laike (<i>High Q</i>). <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 40 psl.</i>
12.	Programinė įranga vaizdų analizei echoskope	Morfometrinių ir hemodinaminių kardiologinių matavimų paketas (<i>Cardiac measurements</i>)	Morfometrinių ir hemodinaminių kardiologinių matavimų paketas (<i>Cardiac analysis</i>)

EKSTRAMEDA

DO MORE SOLUTIONS

UAB „Ekstrameda“

I/k 303054942 Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas, tel. +37067910249, el. paštas info@ekstrameda.lt

			<i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 41 psl.</i>
13.	Sistemos atmintis ir saugojimas	1. ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas 2. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): a. Storage, b. Print, c. Modality Worklist.	1. 1 TB talpos vidinis kietasis diskas + 240 GB SSD. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 5 psl.</i> 2. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): a. Storage, b. Print, c. Modality Worklist. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 20 psl.</i>
14.	Maksimali Cine(loop) kadru juostos atmintis	≥ 300 sek arba ≥ 2200 kadru arba ≥ 1 GB	2200 kadru <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 19 psl.</i>
15.	Jungtys	1. Display Port arba lygiavertė 2. Bevielio ryšio modulis.	1. Display Port; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 43 psl.</i> 2. Bevielio ryšio modulis. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 20 psl.</i>
16.	Davikliai:		
16.1.	Konveksinis daviklis	1. Dažnių diapazonas nuo $\leq 1,0$ iki $\geq 5,0$ MHz 2. Apžvalgos laukas $\geq 70^\circ$ 3. Elementų skaičius ≥ 160.	1. 1 - 5 MHz; 2. 111°; 3. 160; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 27 psl.</i>
16.2.	Linijinis daviklis	1. Dažnių diapazonas nuo $\leq 3,5$ iki $\geq 15,0$ MHz 2. Apžvalgos lauko plotis ≥ 50 mm 3. Elementų skaičius ≥ 960	1. 2 - 22 MHz; 2. 50 mm; 3. 1920; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 28 psl.</i>
16.3.	Sektorinis daviklis	1. Dažnių diapazonas nuo $\leq 1,1$ iki $\geq 4,9$ MHz 2. Apžvalgos laukas: $\geq 90^\circ$ 3. Elementų skaičius ≥ 80.	1. 1 - 5 MHz; 2. 90°; 3. 80; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 29 psl.</i>
16.4.	Aukšto dažnio sektorinis daviklis	1. Dažnių diapazonas nuo $\leq 2,1$ iki ≥ 8 MHz	1. 2 - 9 MHz; 2. 120°;

EKSTRAMEDA

DO MORE SOLUTIONS

UAB „Ekstrameda“

I/k 303054942 Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas, tel. +37067910249, el. paštas info@ekstrameda.lt

		2. Apžvalgos laukas: $\geq 90^\circ$ 3. Elementų skaičius ≥ 96 .	3. 128; <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 30 psl.</i>
17.	Aparato struktūra	1. Nespaltvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas 2. Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis.	1. Nespaltvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 43 psl.</i> 2. Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 42 psl.</i>
18.	Sistemos įsijungimas iš miego režimo	≤ 30 sek.	20 sek. <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 6 psl.</i>
19.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.

Siūlomos techninių parametrų reikšmės:

5 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Balų skaičius*	Pasirinkti parametrai <u>(pildo Tiekėjas)</u> (pasirinkto parametro iš dviejų galimų variantų pasirenkamas <u>vienas variantas</u> ir įrašoma TAIP arba NE; jeigu parametras paliekamas neužpildytas arba įrašoma kita negu TAIP arba NE reikšmė, už atitinkamą parametą skiriama 0 balų)
1	2	3	4
1.	Bendrasis dinaminis diapazonas ≥ 390 dB (T1)	Taip – 1 balas, Ne – 0 balų	394 dB <i>25MS1306 Lithuania Arbor_Medical_Corporation_LT_UAB Specifications.pdf, 1 psl.</i>
2.	Komplektuojami monokristalinės arba matricinės technologijos konveksinio ir linijinio tipo davikliai (T2)	Taip – 1 balas, Ne – 0 balų	Taip <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 27, 28 psl.</i>
3.	Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500 (T3)	Taip – 1 balas, Ne – 0 balų	1920 <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 28 psl.</i>

EKSTRAMEDA

DO MORE SOLUTIONS

UAB „Ekstrameda“

I/k 303054942 Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas, tel. +37067910249, el. paštas info@ekstrameda.lt

4.	Komplektuojamas monokristalinės technologijos aukšto dažnio sektorinis daviklis (T4)	Taip – 1 balas, Ne – 0 balų	Taip <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 30 psl.</i>
5.	Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies“ įtempių segmentų vaizdavimu; Automatiniai dešiniojo skilvelio ir kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija (T5)	Taip – 1 balas, Ne – 0 balų	Taip <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 40 psl.</i>
6.	Dirbtiniu intelektu paremta dinaminio širdies modelio programinė įranga, gebanti sekti kiekvieną širdies ciklo kadrą pasitelkiant 3D taškelių sekimo technologiją. Dinaminis LV ir LA kontūrų sekimas vienu metu, bendrojo tūrio kreivės, automatiniai tūrių ir LAEF, LAVI matavimai, rezultatų vidurkio pagal pasirinktus širdies ciklus išvedimas (T6)	Taip – 1 balas, Ne – 0 balų	Taip <i>Philips Epiq Elite TDS.pdf, 39 psl.</i> <i>25MSI306 Lithuania Arbor_Medical_Corporation_LT_UAB Specifications.pdf, 1 psl.</i> <u><i>nuoroda į gamintojo puslapį</i></u>
7.	Automatinė kairiojo skilvelio širdies sienelių judesio vertinimo programinė įranga, automatiškai 17 segmentų įvertinanti širdies sienelių būklę (norma, hipokinezė ar akinezė) bei atvaizduojanti „buliaus akyje“. Matavimo parametrai- greitis, judėjimas vaizdo plokštumoje, bendras atstumas, segmentinis deformacijos rodiklis (strain), kreivumas (T7)	Taip – 1 balas, Ne – 0 balų	<i>25MSI306 Lithuania Arbor_Medical_Corporation_LT_UAB Specifications.pdf, 1 psl.</i>
8.	Papildomai kartu su standartinėmis (Autoscan, Adaptive contrast enhancement, Automatic tissue optimization, Auto TEQ) vaizdo apdorojimo programomis veikianti, kardiologiniams TTE ir TEE tyrimams specializuota signal duomenų apdorojimo funkcija, kuri slopina trikdžių signalus ir sustiprina pageidaujamus miokardo ir kardiologinių struktūrų signalus (T8)	Taip – 1 balas, Ne – 0 balų	<i>25MSI306 Lithuania Arbor_Medical_Corporation_LT_UAB Specifications.pdf, 1 psl.</i>

EKSTRAMEDA

DO MORE SOLUTIONS

UAB „Ekstrameda“

I/k 303054942 Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas, tel. +37067910249, el. paštas info@ekstrameda.lt

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

6 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	EBVPD	14
2.	8 priedas Tiekėjo deklaracija	2
3.	Gamintojo dokumentacija	564

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

7 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Laura Rožė Ružienė

(Vardas ir pavardė)