

Tradintek UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

Kėdainių rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL ENDOSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTO**

2025 m. liepos 24 d. Nr. 250724/01
Vilnius

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas	UAB Tradintek
Kiekvieno tiekėjų grupės nario įsipareigojimai:	
1) įsipareigojimų pavadinimas	
2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais	
Tiekėjo adresas	J. Jasinskio g. 9, LT-01112 Vilnius, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti, jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, <u>kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus</u>)	
Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, <u>kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus</u>)	
Ūkio subjekto adresas (-ai)	
Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us)	
Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede <http://ted.europa.eu>, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://viesiejiipirkimai.lt>;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamas kiekis	Mato vnt. kaina be PVM Eur	Mato vnt. kainos PVM Eur	Bendra kaina su PVM Eur
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vaizdo endoskopinės įrangos komplektas	Vnt.	1	141.920,00	29.803,20	171.723,20
171.723,20 (šimtas septyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt trys Eur ir 20 ct.) Eur.						

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_____.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomų parametrų reikšmės
1	2	3	4
	Monitorius (1 vnt.)		FM-E3230D <i>Techniniai aprašai.pdf</i>
1.1.	Ekrano raiška	≥ 4K (ne mažiau 3840 x 2160) taškų	4K (3840 x 2160) taškų <i>psl. 1.</i>
1.2.	Ekrano įstrižainė	≥ 31"	32" <i>psl. 1.</i>
1.3.	Ekrano šviesumas	≥ 450 cd/m2	850 cd/m2 <i>psl. 1.</i>
1.4.	Vaizdo signalo įvestys	Būtina bent viena iš šių jungčių: DisplayPort, HDMI, DVI, SDI arba lygiavertės	DisplayPort, HDMI <i>psl. 1.</i>
1.5.	Medicininės paskirties	Būtina	Medicininės paskirties <i>psl. 1.</i>
2.	Vaizdo procesorius (1 vnt.)		EP-6000, EX-1 <i>Techniniai aprašai.pdf</i>
2.1.	Vaizdo signalų arba lygiavertės	Būtina bent viena iš šių jungčių: DisplayPort, HDMI, DVI, SDI arba lygiavertės	DVI <i>psl. 3.</i>
2.2.	Vaizdų išsaugojimas	Vidinė atmintis ir galimybė pajungti nešiojamą atminties įtaisą (USB)	Vidinė atmintis ir galimybė pajungti nešiojamą atminties įtaisą (USB) <i>psl. 3.</i>
2.3.	Šviesos šaltinis	Integruotas LED arba lygiavertis	Integruotas LED <i>psl. 3.</i>
2.4.	Stebėjimas specialiu apšvietimu, optinė technologija ir vaizdo gerinimo funkcija:	2.4.1. įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; 2.4.2. stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui; 2.4.3. vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus.	2.4.1. įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; <i>psl. 3.</i> 2.4.2. stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui; <i>psl. 5.</i> 2.4.3. vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus. <i>psl. 4.</i>
2.5.	Automatinis vaizdo šviesumo/ryškumo reguliavimas, priklausomai nuo endoskopo padėties.	Būtina	Automatinis vaizdo šviesumo/ryškumo reguliavimas, priklausomai nuo endoskopo padėties. <i>psl. 7.</i>
2.6.	Dirbtinio intelekto	Būtina	CAD-EYE - Dirbtinio intelekto

TRADINTEK UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8 5 2685427, faks.: 8 5 2496084, el-paštas: info@tradintek.com, įmonės kodas - 124942182, PVM mokėtojo kodas - LT249421811 A.s.: LT65 7044 0600 0136 8083 AB SEB.

tradint k

	sistema polipų lokalizacijai nustatyti su charakterizavimo funkcija, kai yra nurodomas polipo tipas (hiperplastinis, neoplastinis)		sistema polipų lokalizacijai nustatyti su charakterizavimo funkcija, kai yra nurodomas polipo tipas (hiperplastinis, neoplastinis). <i>psl.8-9.</i>
2.7.	Taikymo sritys	2.7.1. Gastroskopija su optinio priartinimo „zoom“ funkcija; 2.7.2. Kolonoskopija su optinio priartinimo „zoom“ funkcija; 2.7.3. Enteroskopija su balionu dilatacijai.	2.7.1. Gastroskopija su optinio priartinimo „zoom“ funkcija; <i>psl.10.</i> 2.7.2. Kolonoskopija su optinio priartinimo „zoom“ funkcija; <i>psl.11.</i> 2.7.3. Enteroskopija su balionu dilatacijai. <i>psl.12.</i>
3.	Vaizdo gastroskopas (2 vnt.)		EG-720R <i>Techniniai aprašai.pdf</i>
3.1.	Vaizdo gastroskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi	Būtina	Vaizdo gastroskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi <i>psl.13.</i>
3.2.	Apžiūros laukas	$\geq 140^\circ$	140° <i>psl.14.</i>
3.3.	Regėjimo lauko gylis	Ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm	2-100 mm <i>psl.14.</i>
3.4.	Lenkimo kampai:	3.4.1. aukštyn/žemyn $\geq 210^\circ / \geq 90^\circ$ 3.4.2. dešinèn/kairèn $\geq 100^\circ / \geq 100^\circ$	3.4.1. aukštyn/žemyn $210^\circ / 90^\circ$ 3.4.2. dešinèn/kairèn $100^\circ / 100^\circ$ <i>psl.14.</i>
3.5.	Įvedamosios dalies diametras	$\leq 10,0$ mm	9,3 mm <i>psl.14.</i>
3.6.	Distalinio galo diametras	$\leq 10,0$ mm	9,2 mm <i>psl.14.</i>
3.7.	Instrumentinio kanalo diametras	$\geq 2,8$ mm	2,8 mm <i>psl.14.</i>
3.8.	Darbinis ilgis	1050 mm $\pm$ 50 mm	1100 mm <i>psl.14.</i>
3.9.	Vaizdas apdorojamas/perduodamas naudojant CMOS technologiją	Būtina	Vaizdas apdorojamas/perduodamas naudojant CMOS technologiją <i>psl.14.</i>
3.10.	Komplektuojama su:	Kandikliai - 5 vnt.	Kandikliai - 5 vnt. <i>psl.15.</i>
4.	Vaizdo kolonoskopas (2 vnt.)		EC-720RL <i>Techniniai aprašai.pdf</i>
4.1.	Vaizdo kolonoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi	Būtina	Vaizdo kolonoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi <i>psl.13.</i>
4.2.	Apžiūros laukas	$\geq 170^\circ$	170° <i>psl.16.</i>
4.3.	Regėjimo lauko gylis	Ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm	2-100 mm <i>psl.16.</i>
4.4.	Lenkimo kampai:	4.4.1. aukštyn/žemyn $\geq 180^\circ / \geq 180^\circ$ 4.4.2. dešinèn/kairèn $\geq 160^\circ / \geq 160^\circ$	4.4.1. aukštyn/žemyn $180^\circ / 180^\circ$ 4.4.2. dešinèn/kairèn $160^\circ / 160^\circ$ <i>psl.16.</i>
4.5.	Įvedamo vamzdelio diametras	$\leq 13,0$ mm	12,8 mm <i>psl.16.</i>
4.6.	Distalinio galo diametras	$\leq 13,5$ mm	12,8 mm <i>psl.16.</i>
4.7.	Instrumentinio kanalo diametras	$\geq 3,7$ mm	3,8 mm <i>psl.16.</i>
4.8.	Papildomas vandens padavimo kanalas	Būtina	Papildomas vandens padavimo kanalas <i>psl.16.</i>
4.9.	Vaizdas apdorojamas/perduodamas naudojant CMOS	Būtina	Vaizdas apdorojamas/perduodamas naudojant CMOS technologiją <i>psl.16.</i>

TRADINTEK UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8 5 2685427, faks.: 8 5 2496084, el-paštas: info@tradintek.com, įmonės kodas - 124942182, PVM mokėtojo kodas - LT249421811 A.s.: LT65 7044 0600 0136 8083 AB SEB.

tradint k

	technologija		
4.10.	Darbinis ilgis	1690 mm $\pm$ 20 mm	1690 mm <i>psl. 16.</i>
5.	Endoskopinis vežimėlis (1 vnt.)		ITD-03 EUS Iso plus <i>Techniniai aprašai.pdf</i>
5.1.	Artikuluojama alkūnė monitoriui pakabinti	Būtina	Artikuluojama alkūnė monitoriui pakabinti <i>psl. 17.</i>
5.2.	Endoskopo laikikliai	≥ 2 vnt.	2 vnt. <i>psl. 17.</i>
5.3.	Lentynos įrangai	≥ 3	4 <i>psl. 17.</i>
5.4.	Skiriamasis transformatorius	Būtina	Skiriamasis transformatorius <i>psl. 17.</i>
5.5.	Laikikliai atsiurbimo indams, 2 vnt.	Pakabinami ant bėgelio arba tvirtinami ant greitos fiksacijos tvirtinimo elementų, kurie nesudarytų sunkumų greitai ir patogiai keisti atsiurbimo indą/išpilti turinį.	Pakabinami ant bėgelio, 2 vnt. <i>psl. 18.</i>
5.6.	Elektros lizdai, vežimėlyje esančiai įrangai pajungti	≥ 6 vnt.	8 vnt. <i>psl. 19.</i>
6.	Endoskopinis siurblys (1 vnt.)		Mevacs M38 <i>Techniniai aprašai.pdf</i>
6.1.	Maksimalus siurbimo srautas	≥ 40 l/min	40 l/min <i>psl. 21.</i>
6.2.	Vakuumas	≥ 90 kPa	93 kPa <i>psl. 21.</i>
6.3.	Indas skysčiams, 4 vnt.	≥ 2 l, autoklavuojamas, polisulfoninis arba polikarbonatinis	2 l, autoklavuojamas, polisulfoninis <i>psl. 22.</i>
6.4.	Endoskopinis siurblys montuojamas endoskopinio vežimėlio lentynoje arba yra endoskopinio vežimėlio dalis (nepastatomas atskiras įrenginys šalia endoskopinės įrangos vežimėlio)	Būtina	Endoskopinis siurblys montuojamas endoskopinio vežimėlio lentynoje
7.	Apiplovimo pompa (1 vnt.)		JW-3 <i>Techniniai aprašai.pdf</i>
7.1.	Pompos tipas - peristatinis plovimo siurblys	Būtina	Pompos tipas - peristatinis plovimo siurblys <i>psl. 23.</i>
7.2.	Reguliuojamas vandens srautas	Būtina	Reguliuojamas vandens srautas <i>psl. 23.</i>
7.3.	Pompos valdymas - valdoma pedalu arba endoskopo mygtuku	Būtina	Pompos valdymas - valdoma pedalu <i>psl. 23.</i>
7.4.	Reguliuojamas vandens srautas:	7.4.1. per papildomą vandens kanalą: ≥ 200 ml/min; 7.4.2. per instrumento kanalą: ≥ 525 ml/min.	7.4.1. per papildomą vandens kanalą: 220 ml/min; <i>psl. 23.</i> 7.4.2. per instrumento kanalą: 840 ml/min. <i>psl. 23.</i>
7.5.	Komplektacija:	≥ 1 l talpos vandens konteineris ≥ 1 vnt.; vienkartiniai vamzdeliai ≥ 10 vnt.	2 l talpos vandens konteineris 1 vnt.; vienkartiniai vamzdeliai 10 vnt. <i>psl. 23.</i>
8.	Elektrochirurginis generatorius (1 vnt.)		VIO 200S <i>Elektrochirurginis įrenginys.pdf</i>
8.1.	Tinkamas endoskopinei elektrochirurgijai su monopolinio pjovimo ir	Būtina	Tinkamas endoskopinei elektrochirurgijai su monopolinio pjovimo ir koaguliacijos bei bipolarinio

TRADINTEK UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8 5 2685427, faks.: 8 5 2496084, el-paštas: info@tradintek.com, įmonės kodas - 124942182, PVM mokėtojo kodas - LT249421811 A.s.: LT65 7044 0600 0136 8083 AB SEB.

tradint k

	koaguliacijos bei bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimais.		pjovimo ir koaguliacijos režimais. <i>Elektrochirurginis įrenginys.pdf</i>
8.2.	Monopolinis pjovimas	$\geq 120W$	120W <i>psl.87-88.</i>
8.3.	Turintis specialius režimus endoskopinėms procedūroms	Būtina	Turintis specialius „ENDO CUT Q“ režimus endoskopinėms procedūroms <i>psl.87-88.</i>
8.4.	Monopolinė koaguliacija	$\geq 120W$	120W <i>psl.90-91.</i>
8.5.	Bipolinis pjovimas	$\geq 100W$	100W <i>psl.105-106.</i>
8.6.	Bipolinė koaguliacija	$\geq 120W$	120W <i>psl.107-108.</i>
8.7.	Neutralaus paciento elektrodo kabelis, skirtas daugkartiniam naudojimui, suderinamas su siūlomu generatoriumi, kiekis - 3 vnt.	ilgis $\geq 3m$	5 m ilgio <i>psl.156.</i>
8.8.	Laidas monopolinio elektrodo pajungimui, skirtas daugkartiniam naudojimui, suderinamas su siūlomu generatoriumi. kiekis - 3 vnt.	ilgis $\geq 3m$	Ilgis 4 m <i>psl.157.</i>
8.9.	Kojinio valdymo pedalas, kiekis 1 vnt.	Ne mažiau dviejų jungiklių	Kojinio valdymo pedalas, kiekis 1 vnt., su dviem jungikliais <i>psl.155.</i>
8.10.	Neutralus paciento elektrodas, kiekis - 100 vnt.	Vienkartinis, kljuojamas, ne mažiau dviejų kontaktinių zonų.	Vienkartinis, kljuojamas, dviejų kontaktinių zonų - 100 vnt. <i>psl.156.</i>
9.	Įrangai taikoma garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Būtina	Įrangai taikoma garantija 24 mėn.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	Igaliojimas atstovauti tiekėją	1
2.	Sertifikatai	15
3.	Siūlomų prekių aprašai	181
4.	Tiekėjo deklaracija	1
5.	EBVPD dokumentas	14

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

6 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Igaliojimas atstovauti tiekėją	Prisegti dokumentai

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

TRADINTEK UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8 5 2685427, faks.: 8 5 2496084, el-paštas: info@tradintek.com, įmonės kodas - 124942182, PVM mokėtojo kodas - LT249421811 A.s.: LT65 7044 0600 0136 8083 AB SEB.