

AUTOMATINIO BIOCHEMINIO IR IMUNOLOGINIO ANALIZATORIAUS (1 VNT.) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pagrindinis BVPŽ kodas: 33696000-5 Reagentai ir kontrastiniai preparatai; papildomi pirkimo objekto sudedamųjų dalių BVPŽ kodai nurodyti žemiau.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai arba reikalavimai	Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas	Atitikimas reikalavimui Siūloma techninio parametro reikšmė (<i>tiekėjas turi aprašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes</i>)	Reikalavimų atitikimas (<i>tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje</i>). <u>Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametą ir nurodyti jo eil. nr., esantį techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams)</u>
1.1.	Analizatoriaus paskirtis	Automatinis biocheminis ir imunologinis analizatorius ir/ar prietaisas ir/ar sistema.	Integruotas automatinis biocheminis ir imunocheminis analizatorius <i>Cobas Pro</i> (Ise, c503, e801 moduliai); Gamintojas: Roche (Šveicarija)	1 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 15 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf
1.2.	Analizatoriaus pagamino data	Pateikiama įranga turi būti nauja, nenaudota, neatnaujinta (angl. <i>not refurbished</i>), pagaminta ne anksčiau nei 2024 m.	Pateikiama įranga yra nauja, nenaudota, neatnaujinta (angl. <i>not refurbished</i>), pagaminta ne anksčiau nei 2025 m. - laimėjimo atveju, įranga yra užsakoma visiškai naujai.	<i>Pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu.</i> Žr. Tiekėjo laisvos formos deklaracija.
1.3.	Integruota sistema	Integruota biocheminių ir imunocheminių tyrimų sistema su galimybe iš vieno mėgintuvėlio tuo pačiu metu užsakyti visų analizių, išvardintų techninėje specifikacijoje, tyrimus, kurie gali būti atliekami iš tokio pačio tipo mėgintuvėlio pagal gamintojo naudojimo instrukcijose nurodytus reikalavimus.	Integruota biocheminių ir imunocheminių tyrimų sistema su galimybe iš vieno mėgintuvėlio tuo pačiu metu užsakyti visų analizių, išvardintų techninėje specifikacijoje, tyrimus, kurie gali būti atliekami iš tokio pačio tipo mėgintuvėlio pagal gamintojo naudojimo instrukcijose nurodytus reikalavimus. Mėginys pateikiamas į sistemą per specialią zoną (angl. <i>sample supply unit</i>) ir atitinkamai pagal paskirtus tyrimus keliauja analizatoriuje.	15 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 133 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 146 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 489 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 1084 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf

1 priedas „Įrangos techninė specifikacija“

1.4	Integruotos sistemos valdymas	Integruota sistema turi būti autonominis analizinis vienetas, turintis vieną įrenginį/ zoną visiems pacientų mėginiams, kalibratoriams ir kontrolėms įdėti/išimti, bei valdomas iš vieno valdymo centro.	Integruota sistema yra autonominis analizinis vienetas, turintis vieną įrenginį/zoną (angl. <i>sample supply unit</i>) visiems pacientų mėginiams, kalibratoriams ir kontrolėms įdėti/išimti, bei valdomas iš vieno valdymo centro (angl. <i>Control unit</i>).	91 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 98 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 131 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf
1.5	Brūkšinių kodų skaitytuvas	Analizatorius privalo turėti integruotą brūkšinių kodų ir / ar QR kodų skaitytuvą, skirtą mėginio, reagentų identifikacinio kodo nuskaitymui.	Analizatorius turi integruotą brūkšinių kodų 2D skaitytuvą, skirtą mėginio nuskaitymui, taip pat RFID skaitytuvą reagentų identifikacinio kodo nuskaitymui.	76 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 120 psl. /121 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 134 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 205 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 1081 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf
1.6	Atliekami tyrimai	Sistema turi būti techniškai pajėgi nepertraukiamai atlikti visus techninėje specifikacijoje išvardintus tyrimus vienu metu.	Siūloma sistema yra techniškai pajėgi nepertraukiamai atlikti visus techninėje specifikacijoje išvardintus tyrimus vienu metu. Iš viso planuojama atlikti 50 skirtingų tyrimų. Siūlomos integruotos sistemos reagentų talpa nepertraukiamam darbui: biochemijos tyrimų modulis - 60 reagentų pozicijų - atliekama 29 tyrimai/tyrimų kasetės (+5 papildomai: NaCl kasetė, plovikliai: EcoD, NaOHD, SMS, START), imunochemijos tyrimų modulis - 48 reagentų pozicijos - 18 tyrimų/tyrimų kasečių (+4 papildomai: kasetė vitaminui D, HIV duo - naudojamos dvi kasetės, <i>multiassay</i> ir <i>universal</i> skiedikliai), ISE modulis - 3 tyrimai/3 atskiri elektrodai. Nepertraukiamą darbą taip pat užtrikina galimybė nuolat papildyti reagentus nestabdant sistemos.	330 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 337 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 441 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf
1.7	Našumas	Sistemos našumas: ne mažiau 100 imunocheminių tyrimų, ne mažiau 600 biocheminių tyrimų, ne mažiau 250 kalio, natrio, chloro tyrimų per valandą.	Sistemos našumas: - iki 300 imunocheminių tyrimų (e801 modulis) tyrimų per valandą; - iki 1000 biocheminių tyrimų (c503 modulis) tyrimų per valandą;	91 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 92 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf

1 priedas „Įrangos techninė specifikacija“

			- iki 900 kalio, natrio, chloro (ISE neo modulis) tyrimų per valandą.	
1.8	Tyrimų režimai	Būtinasis prioritetas skubių mėginių ištyrimas.	Yra prioritetas skubių mėginių ištyrimas (angl. abbrv <i>STAT</i>).	147 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 223 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 414 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf
1.9	Mėginių įkėlimas	Turi būti nuolatinio mėginių įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo.	Yra nuolatinis mėginių įdėjimas (rutininiai arba <i>STAT</i> mėginiai), nestabdant analizatoriaus darbo.	135 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 414 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf
1.10	Reagentų ir atliekų kiekio stebėjimas	Turi būti nuolatinis automatinis reagentų galiojimo laiko, stabilumo, kiekio, pagalbinių priemonių ir atliekų kiekio sistemoje sekimas. Operatorius turi gauti atitinkamą informaciją/įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir priemones.	Yra nuolatinis automatinis reagentų galiojimo laiko, stabilumo, kiekio, pagalbinių priemonių ir atliekų kiekio sistemoje sekimas. Operatorius gauna atitinkamą informaciją/įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir priemones (spalvinis įspėjimas, garsinis aliarmas).	515 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 518 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf <i>Reagentai ir Pagalbinės priemonės:</i> 279 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 281 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 284 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 444 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 380 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf <i>Atliekos:</i> 382 psl., cobas_pro_UG_42_EN.pdf 837 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf
1.11	Mėginio kokybės patikrinimas	Turi būti krešulio, burbulų, nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema ir turi būti mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos pusiau kiekybinio įvertinimo galimybė fotometriniais tyrimams.	Yra krešulio, burbulų, nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema bei mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos pusiau kiekybinio įvertinimo galimybė fotometriniais tyrimams. Į tyrimų kainą įskaičiuoti ir reikalingi reagentai (<i>Roche; Šveicarija; SI2, 14500T, cobas c pack green; 8063516190</i>).	331 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 493 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf žr.Insert.SI2.0108063516190c503CE0123.V6.en.pdf
1.12	Kokybės kontrolės medžiagos	Kiekybiškai matuojamų analizių ne mažiau kaip 2 kokybės kontrolės lygiai.	Pagal gamintojo rekomendacijas kiekybiškai matuojamų analizių 2 kokybės kontrolės lygiai, pateikiami visi reikalingi reagentai.	Žr. reagentų ir kokybės kontrolės metodiniuose lapuose; pvz.:1/2 psl. Insert.UREAL.08058806500.V8.en.pdf žr. paveikslėlių: QC lygiai.png
1.13	Mėginio tipas	Kraujo serumas, plazma, kraujas, šlapimas.	Kraujo serumas, plazma, kraujas, šlapimas.	331 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf
1.14	Mėginio tūris	Maksimalus mėginio tūris, reikalingas vieno tyrimo atlikimui - ne daugiau 200 µl.	Maksimalus mėginio tūris, reikalingas vieno tyrimo atlikimui - 60 µl.	328 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 331 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 338 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf

1 priedas „Įrangos techninė specifikacija“

				arba žr. lentelę paruoštą pagal atliekamų tyrimų metodinius lapus: Sample Volume.xlsx
1.15	Mėginių apdorojimas	Bekontaktis mėginio ir reagento maišymas reakcijos kiuvetėje biocheminiams mėginiams, siekiant išvengti kryžminio užterštumo arba lygiavertis.	Bekontaktis mėginio ir reagento maišymas reakcijos kiuvetėje biocheminiams mėginiams (c503 modulyje), siekiant išvengti kryžminio užterštumo (angl. <i>ultrasonic mixing</i>), tokiu atveju nenaudojamas mechaninis maišymas.	181 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 182 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 8 psl. cobas pro brochure incl c 703, ISE neo (1).pdf
1.16	Mėgintuvėlių tipai	Siūlomai įrangai tinkami įvairūs mėgintuvėliai (pirminiai, antriniai, skirti mažam mėginio tūriui). Tinkamų mėgintuvėlių pasirinkimas su kamšteliu dydžių intervale ne mažesniame kaip nuo (13 x 75) mm iki (16 x 100) mm dydžio, įskaitant kamštelį.	Siūlomai įrangai tinkami įvairūs standartiniai mėgintuvėliai (pirminiai, antriniai, skirti mažam mėginio tūriui) nuo (13 x 75) mm iki (16 x 100) mm dydžio, įskaitant kamštelį.	101 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 102 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 1075 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf
1.17	Sutrikimų informavimo sistema	Analizatoriuje integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius, garsiniu ir vizualiniu signalu.	Analizatoriuje integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius, garsiniu ir vizualiniu signalu. (angl. <i>Alarms dialog box</i>).	250 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf
1.18	Tyrimų užsakymas	Analizatorius privalo užsakyti ir inicijuoti tyrimus, gautus iš laboratorijos informacinės sistemos (LIS), be operatoriaus įsikišimo.	Analizatorius gauna automatinius užsakymus iš laboratorijos informacinės sistemos (LIS) ir juos inicijuoja be operatoriaus įsikišimo.	411 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf
1.19	Saugomi duomenys	Galimybė eksportuoti pacientų tyrimų rezultatus, kokybės kontrolės duomenys į išorines duomenų bazines ar laikmenas.	Galimybė eksportuoti pacientų tyrimų rezultatus, kokybės kontrolės duomenis į išorines duomenų bazines ar laikmenas: pvz. USB raktą, DVR-RAM, arba tinklo saugyklą/duomenų bazę.	323 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 324 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf
1.20	Kalibracijos ir kokybės kontrolės atvaizdavimas	Kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys atvaizduojami grafiškai.	Kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys atvaizduojami grafiškai.	394 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf žr. paveikslėlį: QC duomenų grafinis atvaizdavimas.png 558 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf žr. Kalibracijos duomenų grafinis

1 priedas „Įrangos techninė specifikacija“

				atvaizdavimas.png
1.21	Programinė įranga	Turi būti galimybė suskaičiuoti ir atvaizduoti kokybės kontrolės rezultatų statistiką pasirinktam periodui, pasirinktai analitei ir pasirinktai kokybės kontrolei (N – verčių skaičius, Mean – verčių vidurikis, CV(%) – variacijos koeficientas, Bias(%) - nuokrypis). Sistemoje turi būti galimybė sukonfigūruoti kokybės kontrolės taisyklės taip, kad įvykus kokybės kontrolės taisyklės pažeidimui automatiškai tyrimas nebūtų atliekamas (deaktyvuojamas), iki kol pažeidimas nebus pašalintas arba tyrimas rankiniu būdu aktyvuotas.	Yra galimybė suskaičiuoti ir atvaizduoti kokybės kontrolės rezultatų statistiką pasirinktam periodui, pasirinktai analitei ir pasirinktai kokybės kontrolei (N – verčių skaičius, Mean – verčių vidurikis, CV(%) – variacijos koeficientas, Bias(%) - nuokrypis). Sistemoje yra galimybė sukonfigūruoti kokybės kontrolės taisyklės taip, kad įvykus kokybės kontrolės taisyklės pažeidimui automatiškai tyrimas nebūtų atliekamas (deaktyvuojamas arba “maskuojamas”), iki kol pažeidimas nebus pašalintas arba tyrimas rankiniu būdu aktyvuotas.	žr. paveikslėlį: QC duomenų grafinis atvaizdavimas.png 583 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 446 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf
1.22	Tyrimų laiko stebėjimas	Operatorius privalo matyti, kiek laiko liko iki mėginio ištyrimo ir iki kiekvieno tyrimo ištyrimo pabaigos.	Operatorius gali matyti kiek laiko liko iki mėginio ištyrimo ir iki kiekvieno tyrimo ištyrimo pabaigos (angl. <i>expected result time</i>).	Žr. paveikslėlį: Time to result.png 425/426 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 427 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf
1.23	Nuotekos	Integruota (modulinė) sistema privalo tiesiogiai jungtis prie vandentiekio/kanalizacijos ir dejonizuoto vandens sistemų (jei yra būtinas vandens tiekimas). Tiekėjas privalo aprūpinti visomis tam reikalingomis priemonėmis.	Integruota (modulinė) sistema tiesiogiai jungiasi prie vandentiekio/kanalizacijos ir dejonizuoto vandens sistemos. Kartu su <i>Cobas pro</i> sistema siūlome ir gamintojo Millipore vandens gryninimo sistemą <i>Milli-Q® 7080</i> , kuri pilnai užtrikrina sunaudojamo kiekio vandens kiekius bei aprūpiname visomis tam reikalingomis priemonėmis (vandens sistemą prižiūri subtiekęjas UAB Biotech).	139 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf 233 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf Milli-Q naudotojo vadovas.pdf
1.24	Įranga turi jungtis į įstaigoje įdiegtą „OpenLims“ LIS sistemą dvikrypte jungtimi (<i>papildomas</i>	Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos OpenLims, Stapro s. r. o., Čekija. Tiekėjas įsipareigoja pateikti	Užtikriname, kad siūloma įranga turi technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos OpenLims, Stapro s. r. o., Čekija. bei įsipareigojame pateikti visą reikiamą	Komunikacijos protokolas cpro.pdf Žr. Tiekėjo laisvos formos deklaracija.

1 priedas „Įrangos techninė specifikacija“

	<i>BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos)</i>	visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui.	informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtiname, kad mūsų siūlomas analizatorius visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikriname, jog, jungiant siūlomą analizatorių prie LIS, tarpininkausime siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui.	
1.25	Saugus nuotolinis prisijungimas techniniam aptarnavimui (papildomas BVPŽ kodas 50312000: Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas)	Turi būti nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. 1) Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įgyvendinti B2B VPN (angl. <i>Business to Business Virtual Private Network</i>) sujungimą tarp Perkančiosios ir tiekėjo organizacijų. 2) Tiekėjas taip pat turi užtikrinti, kad prie nutolusio valdymo sistemos galėtų prieiti tik tiekėjo autorizuoti darbuotojai iš tiekėjo valdomų ir autorizėtų įrenginių. 3) Tiekėjas turi užtikrinti, kad nutolusio valdymo sistema generuotų įvykių žurnalą. Įvykių žurnalai turi registruoti visas prisijungimo sesijas ir registruoti ne mažiau kaip įrenginio informaciją, vartotojo informaciją ir sesijos pradžios ir pabaigos laikus.	Yra nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. 1) Užtikriname galimybę įgyvendinti B2B VPN (angl. <i>Business to Business Virtual Private Network</i>) sujungimą tarp Perkančiosios ir tiekėjo organizacijų. 2) Užtikriname, kad prie nutolusio valdymo sistemos galėtų prieiti tik tiekėjo autorizuoti darbuotojai iš tiekėjo valdomų ir autorizėtų įrenginių. 3) Užtikriname, kad nutolusio valdymo sistema generuotų įvykių žurnalą. Įvykių žurnalai turi registruoti visas prisijungimo sesijas ir registruoti ne mažiau kaip įrenginio informaciją, vartotojo informaciją ir sesijos pradžios ir pabaigos laikus.	Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija bei šie dokumentai: 1) 20 psl. Remote service VPN requirements.pdf 2) 9psl.Services_module_for_navify_Integrator_FAQ_with_Fortimanager.pdf 3) 7 psl. Roche Remote Service for instruments.pdf
1.26	Įranga turi būti	Būtina	Įranga turi CE ženklą.	Pateikiamas įrangos CE sertifikatas originalo

	paženklinta CE arba lygiaverčiu ženklu. Pateikti sertifikatus originalo ir lietuvių kalba.			1 priedas „Įrangos techninė specifikacija“ (anglų) ir lietuvių kalba.
--	--	--	--	---

Bendrieji reikalavimai:

1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys analizatoriaus atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, kuriuose tiekėjas privalo tiksliai pažymėti siūlomą parametą ir nurodyti jo eilės Nr., esantį šioje specifikacijoje:

1.1. siūlomos įrangos vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba);

1.2. gamintojo katalogai, bukletai, techniniai aprašai ar kiti dokumentai. Jeigu gamintojo katalogai, bukletai, techniniai aprašai ar kiti dokumentai, įrodantys prietaiso atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, bus pateikti anglų kalba, tai jų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinas (išskyrus siūlomo analizatoriaus vartotojo instrukciją);

1.3. CE sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas (originalo ir lietuvių kalba).

2. Kartu su analizatoriumi pristatoma: nepertraukiamo maitinimo šaltinis (-iai) (*papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai*), spausdintuvas, reikalinga programinė įranga (*papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos*) ir kitos reikalingos priemonės. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, pristatomas (komplektuojamas) su kompiuteriu (*papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga*). *Priemonės tyrimų protokolų spausdinimui ar kitos kanceliarinės prekės (pvz. kasetės į spausdintuvus) turi būti įskaičiuotos į tyrimų kainą, **jas tiekėjai privalės tiekti nemokamai.***

3. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotos įrangos (aparatinės ir programinės) techninę priežiūrą gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą, įskaitant reikalingas detales bei medžiagas, visą sutarties galiojimo terminą.

REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ BIOCHEMINIAMS IR IMUNOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS PANAUDA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR TYRIMŲ KIEKIAI

Eil. Nr.	Tyrimų pavadinimai	Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn.	Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM	Bendra suma, Eur be PVM	Gamintojas, komercinis reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių pavadinimas
1	2	3	4	5 (3*4)	6
1. BIOCHEMINIAI TYRIMAI					
1.1	<i>Cholesterolis</i>	250 000	0,10	25000,00	Roche; Šveicarija; CHOL2, 2600T, cobas c pack green; 08057443190;
1.2.	<i>Didelio tankio lipoproteinai</i>	215 800	0,25	53950,00	Roche; Šveicarija; HDLC4, 700T, cobas c pack green; 08057877190;
1.3.	<i>Trigliceridai</i>	215 300	0,10	21530,00	Roche; Šveicarija; TRIGL, 1000T, cobas c pack green; 08058687190;
1.4.	<i>Mažo tankio lipoproteinai</i>	235 000	0,45	105750,00	Roche; Šveicarija; LDLCL3, 600T, cobas c pack green; 08057966190;
1.5.	<i>Bendras bilirubinas</i>	48 000	0,10	4800,00	Roche; Šveicarija; BIL-T Gen.3, 1050T, cobas c pack green, 10421436190;
1.6.	<i>Tiesioginis bilirubinas</i>	6 500	0,18	1170,00	Roche; Šveicarija; BILD2, 1000T, cobas c pack green; 08056951190;
1.7.	<i>AST/GOT</i>	236 300	0,09	21267,00	Roche; Šveicarija; ASTP2, 800T, cobas c pack green, 8104719190;
1.8.	<i>ALT/GPT</i>	247 600	0,05	12380,00	Roche; Šveicarija; ALTP2, 800T, cobas c pack green; 8104697190;
1.9.	<i>Antistreptolizinas</i>	3 800	1,60	6080,00	Roche; Šveicarija; ASLOT, 200T, cobas c pack green; 08105472190;
1.10.	<i>Šlapalas</i>	36 200	0,15	5430,00	Roche; Šveicarija; UREAL, 600T, cobas c pack green; 08058806190
1.11.	<i>Šlapimo rūgštis</i>	111 600	0,15	16740,00	Roche; Šveicarija; UA2, 1300T, cobas c pack green; 08058750190;
1.12.	<i>Kreatininas</i>	326 200	0,19	61978,00	Roche; Šveicarija; CREP2, 600T, cobas c pack green; 08057524190;
1.13.	<i>Bendras baltymas</i>	16 500	0,12	1980,00	Roche; Šveicarija; TP2, 1050T, cobas c pack green; 08058652190;
1.14.	<i>Gliukozė</i>	307 000	0,05	15350,00	Roche; Šveicarija; GLUC3, 3300T, cobas c pack green; 08057800190;
1.15.	<i>Pankreatinė amilazė</i>	29 000	0,50	14500,00	Roche; Šveicarija; AMY-P, 450T, cobas c pack green; 08056820190;
1.16.	<i>Šarminė fosfatazė</i>	59 500	0,12	7140,00	Roche; Šveicarija; ALP2, 1100T, cobas c pack green; 08056757190;
1.17.	<i>C-reaktyvinis baltymas</i>	236 700	0,40	94680,00	Roche; Šveicarija; CRP4, 500T, cobas c pack green; 08057591190;
1.18.	<i>Feritinas</i>	41 400	1,35	55890,00	Roche; Šveicarija; FERR4, 400T, cobas c pack green; 08057648190
1.19.	<i>Reumatoidinis faktorius</i>	6 700	3,50	23450,00	Roche; Šveicarija; RF-II, 400T, cobas c pack green; 08058628190;
1.20.	<i>Glikozilintas hemoglobinas</i>	81 500	1,10	89650,00	Roche; Šveicarija; HBA1C TQ Gen.4, 500T, cobas c pack green; 9529713190[;
1.21.	<i>Gamma-GT</i>	44 900	0,20	8980,00	Roche; Šveicarija; GGT-2, 400T, cobas c pack green; 08057796190;
1.22.	<i>Geležis</i>	12 600	0,30	3780,00	Roche; Šveicarija; IRON2, 700T, cobas c pack green; 08057931190;
1.23.	<i>Magnis</i>	14 900	0,45	6705,00	Roche; Šveicarija; MG2, 690T, cobas c pack green; 08058016190;
1.24.	<i>Fosforas</i>	7 400	0,20	1480,00	Roche; Šveicarija; PHOS2, 750T, cobas c pack green; 08058610190;
1.25.	<i>Chloras</i>	8 500	0,60	5100,00	Roche; Šveicarija; Cartridge CL, 9000T; 3246353001;
1.26.	<i>Kalis</i>	246 800	0,10	24680,00	Roche; Šveicarija; Cartridge K, 9000T; 10825441001;

1.27.	Natris	139 000	0,15	20850,00	Roche; Šveicarija; Cartridge NA, 9000T; 10825468001;
1.28.	Kalcis	26 400	0,15	3960,00	Roche; Šveicarija; CA2, 1500T, cobas c pack green; 08057427190;
1.29.	Apolipoproteino B (Apo B)	16 500	2,00	33000,00	Roche; Šveicarija; APOBT, 250T, cobas c pack green; 8105464190;
1.30.	Lipoproteino (a) (Lp(a))	16 400	2,50	41000,00	Roche; Šveicarija; LPA2, 150T, cobas c pack green; 08106126190;
1.31.	Didelio jautrumo C reaktyviojo baltymo (CRB)	16 600	1,20	19920,00	Roche; Šveicarija; HSCR, 500T, cobas c pack green; 09188231190;
1.32.	Albuminas (serume, šlapime)	15 000	1,00	15000,00	Roche; Šveicarija; ALBT2, 500T, cobas c pack green; 8056722190;
2. IMUNOLOGINIAI TYRIMAI					
2.1.	Bendrieji antikūnai prieš SARS-COV-2 (įskaitant IgG)	300	5,50	1650,00	Roche; Šveicarija; Anti-SARS-CoV-2 S Elecsys E2G 300, 09289275190;
2.2.	Toxo IgG	1 000	7,50	7500,00	Roche; Šveicarija; Toxo IgG Elecsys E2G 300, 07028008190;
2.3.	Toxo IgM	1 300	7,50	9750,00	Roche; Šveicarija; Toxo IgM Elecsys E2G 100 V1, 09755861190;
2.4.	Tirotropinis hormonas	213 100	1,00	213100,00	Roche; Šveicarija; TSH Elecsys E2G 300 V2, 08443432190;
2.5.	CEA	1 200	7,00	8400,00	Roche; Šveicarija; CEA Elecsys E2G 300, 07027079190;
2.6.	Prolaktinas	4 800	2,50	12000,00	Roche; Šveicarija; Prolactin G2 Elecsys E2G 100 V1, 9755764190;
2.7.	Laisvas T3	6 100	2,20	13420,00	Roche; Šveicarija; FT3 G3 Elecsys E2G 300 V2, 09005811190;
2.8.	Laisvas T4	26 400	1,50	39600,00	Roche; Šveicarija; FT4 G4 Elecsys E2G 300, 09043284190;
2.9.	Bendras PSA	35 800	2,00	71600,00	Roche; Šveicarija; Total PSA Elecsys E2G 300 V2, 08791732190;
2.10.	Anti-HCV	51 000	1,70	86700,00	Roche; Šveicarija; Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300 V2, 08837058190;
2.11.	ŽIV Ag/Ak kombinuotas	9 600	3,50	33600,00	Roche; Šveicarija; HIV duo Elecsys E2G 300 V2, 08836973190;
2.12.	HBsAg	8 300	3,00	24900,00	Roche; Šveicarija; HBsAg G2 Elecsys E2G 300 V2, 08814848190;
2.13.	CA 125	2 600	6,00	15600,00	Roche; Šveicarija; CA 125 G2 Elecsys E2G 100 V1, 9755586190;
2.14.	Vitaminas B12	5 700	3,50	19950,00	Roche; Šveicarija; Vitamin B12 G2 Elecsys E2G 300, 07028121190;
2.15.	25 OH Vitaminas D	58 200	3,50	203700,00	Roche; Šveicarija; Vitamin D total G3 Elecsys E2G 300, 09038086190;
2.16.	NT-pro BNP (širdies nepakankamumo žymuo)	16 600	6,50	107900,00	Roche; Šveicarija; proBNP G2 Elecsys E2G 300 V2.1, 09315284190;
2.17.	CA15-3	550	4,50	2475,00	Roche; Šveicarija; CA 15-3 G2 Elecsys E2G 100 V1, 09755594190;
2.18.	Didelio jautrumo Troponinas	1 400	4,00	5600,00	Roche; Šveicarija; Troponin T hs Elecsys E2G 300 V2.1, 09315357190;
	PAPILDOMOS PRIEMONĖS				Kontrolės, kalibratoriai ir papildomos priemonės:
					Roche; Šveicarija; AICD, cobas c pack green 8463107190
					Roche; Šveicarija; Acid Wash 2x2 L 8302723190
					Roche; Šveicarija; Activator for cobas c, Integra, c111 4663632190
					Roche; Šveicarija; AssayTip/AssayCup tray 5694302001
					Roche; Šveicarija; Basic Wash 2x2 L 8302545190
					Roche; Šveicarija; CalSet Vials Elecsys, cobas e 1176576322
					Roche; Šveicarija; CleanCell M 2x2 L Elecsys, cobas e 4880293190

					Roche; Šveicarija; PreciControl TM Elecsys 11776452122
					Roche; Šveicarija; PreciControl Universal Elecsys V2 11731416190
					Roche; Šveicarija; Precinorm PUC 3121313122
					Roche; Šveicarija; Precipath PUC 3121291122
					Roche; Šveicarija; Toxo IgG PC Elecsys 4618823190
					Roche; Šveicarija; Toxo IgM PC Elecsys 4618866190
					Roche; Šveicarija; Troponin PC Elecsys 5095107190
					Roche; Šveicarija; Vitamin D total G3 PC Elecsys 9038124190
					Roche; Šveicarija; Anti-SARS-CoV-2 S CS Elecsys 9289291190
					Roche; Šveicarija; C.f.a.s. PUC 3121305122
					Roche; Šveicarija; CA 125 G2 CS G2 Elecsys 7030207190
					Roche; Šveicarija; CA 15-3 G2 CS Elecsys 3045846122
					Roche; Šveicarija; CEA CS Elecsys V2 11731645322
					Roche; Šveicarija; Cfas 12x3ML 10759350190
					Roche; Šveicarija; Cfas HbA1c, 3x2ml 4528417190
					Roche; Šveicarija; cfas Lipids 3x1ML 12172623122
					Roche; Šveicarija; Cfas PAC 3x1ML 3555941190
					Roche; Šveicarija; Cfas Proteins 11355279216
					Roche; Šveicarija; FT3 G3 CS Elecsys V2 9077871190
					Roche; Šveicarija; FT4 G4 CS Elecsys 9043292190
					Roche; Šveicarija; Preciset LPA Gen.2, 5x1 ml 5852641190
					Roche; Šveicarija; PRECISET RF 12172828322
					Roche; Šveicarija; proBNP G2 CS Elecsys E2G V2.1 9315314190
					Roche; Šveicarija; Prolactin G2 CS Elecsys 3277356190
					Roche; Šveicarija; Total PSA G2 CS Elecsys V3 8838534190
					Roche; Šveicarija; TSH CS Elecsys V3 8443459190
					Roche; Šveicarija; Vitamin B12 G2 CS Elecsys V2 7212780190
					Roche; Šveicarija; Vitamin D total G3 CS Elecsys 9038116190
					Roche; Šveicarija; Graduoti mikro mėgintuvėliai 1.5 ml (1 package/8000 pcs)
					Bio-rad, Vokietija, 397_Liquichek Urine Chemistry Control 1/08782393001
					Bio-rad, Vokietija 398_Liquichek Urine Chemistry Control 2/08782407001
					Roche; Šveicarija; SI2, 14500T, cobas c pack green; 80635516190
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					1700615,00
PVM (5%):					85030,75
Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM:					1785645,75

*Maksimali priimtina pasiūlymo kaina yra 2 625 000,00 Eur įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina bus didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti, bei įrašyti tikslus jų komercinius pavadinimus, gamintoją lentelės 6 stulpelyje. Jeigu tiekėjas padarys klaidą, tai tiekėjas išpareigoja savo sąskaita pateikti trūksiančius reagentus, medžiagas, papildomas priemones, kontrolines priemones, papildomas medžiagas ir kitas papildomas priemones, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir Pirkėjas įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.
2. Reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kitos papildomos priemonės turi būti paženklintos CE.
3. Visos siūlomos prekės (reagentai, medžiagos ir papildomos priemonės, kontrolinės medžiagos ir kitos papildomos priemonės) turi būti originalios, kokybiškos, naujos ir tinkamos darbui su siūlomų analizatoriumi. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudoti siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
4. Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėn. nuo pristatymo dienos.

**PASIŪLYMAS
DĖL „ŠP-71921 REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS IR IMUNOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS PANAUDA“
PIRKIMO**

2025-10-13

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

(Adresatas)

1. Informacija apie tiekėją:

1.1. Pasiūlymą teikia tiekėjų grupė (<i>pažymėti</i>)	TAIP	☐	NE	X
1.2. Tiekėjo (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – tiekėjas, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei):	UAB “Roche Lietuva”			
1.2.1. Pavadinimas (<i>jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas, pavardė</i>)				
1.2.2. Juridinio asmens kodas (<i>jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.</i>)	300089404			
1.2.3. Adresas	Konstitucijos pr. 18B, Vilnius, LT-09308			
1.2.4. Registracijos šalis (<i>jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės)</i>)	Lietuva			
1.2.5. Vadovo vardas, pavardė	Generalinis direktorius Stefano Volonte			

1.2.6. Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės) arba nurodyti priežastis, jeigu tokių asmenų nėra	
1.2.7. Tiekėjo (tiekėjų grupės narių) įgaliotas asmuo teikti pasiūlymą	Pardavimų ir rinkodaros asistentė Vilius D. S. +37061295791
1.2.8. Tiekėjo (tiekėjų grupės narių) įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais, jo telefono numeris	Pardavimų ir rinkodaros asistentė Vilius D. S. +37061295791 tel. +37061295791
1.2.9. Tiekėjo valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės	Valdybos nariai: Kelmoneim Ki
1.3. Ar tiekėjas turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)? ¹⁾	TAIP X NE ☐

„**Kontroliuojantis asmuo** – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. **Susijusiu asmeniu laikomi:**

1.4. Jei nurodoma, kad Tiekėjas <u>neturi</u> kontroliuojančių asmenų, nurodomas pagrindimas (pvz. <i>nė vienas dalyvio (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (dalyvio įmonės) dalyvių susirinkime</i>) Jeigu Tiekėjas <u>turi</u> kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is), nurodoma visų kontroliuojančių asmenų ²: 1.4.1. Pavadinimas (<i>jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas, pavardė</i>) 1.4.2. Juridinio asmens kodas (<i>jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.</i>) 1.4.3. Registracijos šalis (<i>jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės)</i>)	Roche Finanz AG Juridinio asmens kodas CHE-103.000.037 Šveicarija			
1.5. Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodoma ši informacija apie visus tiekėjų grupės narius (išskyrus nurodytąjį 1.1 p.): 1.5.1. Pavadinimas (<i>jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas, pavardė</i>)				
1.5.2. Juridinio asmens kodas (<i>jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.</i>)				
1.5.3. Adresas				
1.5.4. Registracijos šalis (<i>jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės)</i>)				

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (jaučiai).“

2 Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis.

1.5.5. Vadovo vardas, pavardė				
1.5.6. Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti nario finansinės apskaitos dokumentus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės) <i>arba nurodyti priežastis, jeigu tokių asmenų nėra</i>				
1.5.7. Nario valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės				
1.6. Ar tiekėjų grupės narys turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)?	TAIP	☐	NE	☐
1.7. Jei nurodoma, kad narys <u>neturi</u> kontroliuojančių asmenų, nurodomas pagrindimas (pvz. <i>nė vienas dalyvio (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (dalyvio įmonės) dalyvių susirinkime</i>) Jeigu narys <u>turi</u> kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is), nurodoma visų kontroliuojančių asmenų: 1.7.1. Pavadinimas (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas, pavardė) 1.7.2. Juridinio asmens kodas (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.) Registracijos šalis (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės)) Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, 1.5-1.7 punktai kartojami apie kiekvieną tiekėjų grupės narį.				

2. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto arba kvazisubtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan. Jeigu kvazisubtiekėjas, įrašoma „KVAZISUBTIEKĖJAS“	Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam atitikti pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kvazisubtiekėjas (<i>nurodomas numeris pagal priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ reikalavimus</i>)	Ūkio subjekto registracijos šalis ar teritorija, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės)	Ūkio subjektą kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas	Ūkio subjektą kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) arba nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys	Ūkio subjektui perduodamų vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis procentais nuo pasiūlymo kainos ar suma (EUR su PVM) ir (arba) aprašymas
1	2	3	4	5	6	7
1.						

3. Žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiamą įrodinėjant kvalifikacijos atitiktis:

(Pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus. Taip pat nurodomos apimtys, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan.	Subtiekėjo registracijos šalis, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, adresas ir	Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba vardas pavardė. Nesant	Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) arba nuolatinės gyvenamosios	Subtiekėjui perduodamų vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis procentais nuo pasiūlymo
-------------	--	--	---	--	---

		pilietybė (-ės)	kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas	vietos ir pilietybės (-ių) šalys	kainos ar suma (EUR su PVM) ir (arba) aprašymas
1	2	3	4	5	6
1.	UAB "Biotecha"	Lietuva	UAB „BIOGROUP BALTICS“	Lietuva	iki 2%

4. Pasiūlymo kokybės kriterijai:

Eil. Nr.	Kokybės kriterijai	Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės
1.	T ₁ 80% visų perkamų biocheminių ir imunocheminių tyrimų reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 2 mėnesiai.	TAIP 90% visų perkamų biocheminių ir imunocheminių tyrimų reagentų stabilumas analizatoriuje yra 2 mėnesiai arba ilgiau. žr. dokumentą: On-board stability.xlsx (info suvestinė iš kiekvieno siūlomo reagento metodinių lapų (angl. <i>method sheet</i>) skilties "on-board stability". Metodiniai lapai taip pat pateikti atskirame aplanke (MS).
2.	T ₂ Įrangos kasdieninės priežiūros bei savaitinės priežiūros, kurią atlieka operatorius, apimančios kalio, natrio, chloro tyrimams naudojamų jonams selektyvių elektrodų (ISE) priežiūrą, atlikimo laikas iki 10 minučių. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtą kasdienės priežiūros planą, kuriame būtų konkretūs priežiūros veiksmų laikai.	TAIP Įrangos kasdieninės priežiūros bei savaitinės priežiūros, kurią atlieka operatorius, apimančios kalio, natrio, chloro tyrimams naudojamų jonams selektyvių elektrodų (ISE) priežiūrą, atlikimo laikas 0 minučių. T.y. Siūlomos sistemos ISE neo moduliu nėra taikoma kasdieninė/savaitinė priežiūra. Instrumentas ją atlieka pats automatiškai, be operatoriaus įsikišimo. 732 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf
3.	T ₃ Automatinis sistemos paleidimas iš anksto nustatyto laiku. Sistema automatiškai atlieka visus priežiūros veiksmus iš anksto nustatyto laiku ir yra paruošta veikti prasidėjus darbo pamainai.	TAIP Automatinis sistemos paleidimas iš anksto nustatyto laiku. Sistema automatiškai atlieka visus priežiūros veiksmus iš anksto nustatyto laiku ir yra paruošta veikti prasidėjus darbo pamainai. 680 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf
4	T ₄ Sistemos našumas: a) Ne mažiau 150 imunocheminių tyrimų ir ne mažiau 700 biocheminių; b) Ne mažiau 200 imunocheminių tyrimų ir ne mažiau 800 biocheminių;	TAIP, punktas c) Siūlomos sistemos našumas: Cobas pro - ISE neo modulis iki 900 tyrimų per valandą, biocheminių tyrimų modulis (c503) - iki 1000 tyrimų per valandą, imunocheminių tyrimų modulis (e801) - iki 300 tyrimų per valandą. 91/92 psl. cobas_pro_UG_42_EN.pdf

	c) Ne mažiau 250 imunocheminių tyrimų ir ne mažiau 900 biocheminių;	
5.	T ₉ Visi reagentai, išskyrus kontrolines ir kalibracines medžiagas, yra paruošti naudojimui, t.y. operatoriui nereikia reagentų ruošti, skiesti, laukti kol pasieks tam tikrą temperatūrą, iš anksto atidaryti.	TAIP <i>Visi reagentai, išskyrus kontrolines ir kalibracines medžiagas, yra paruošti naudojimui, t.y. operatoriui nereikia reagentų ruošti, skiesti, laukti kol pasieks tam tikrą temperatūrą, iš anksto atidaryti. Kiekvieno reagento metodiniame lape (angl. "method sheet") yra nurodyta, "reagent handling" skiltyje - "ready for use".</i> <i>Pvz. Insert.UREAL.08058806500.V8.en.pdf</i> žr. On-board stability.xlsx dokumentą - suvestinė pagal reagentų metodinius lapus; Metodiniai lapai taip pat pateikti atskirame aplanke (MS).

5. Pasiūlymo kaina:

5.1. Pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai (įskaitant už atsiskaitymus informacinės sistemos SABIS priemonėmis), susiję su Prekių tiekimu.

5.2. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymo pateikimo dieną;

5.3. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas arba jam taikomas lengvatinis PVM tarifas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija);

5.4. Maksimali priimtina pasiūlymo kaina yra 2 625 000,00 Eur įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina bus didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

5.5. Siūloma pirkimo objekto kaina (įkainiai) pateikiama (-i) specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 priede „Tyrimų techninė specifikacija“.

6. Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės nurodytos užpildytoje techninėje specifikacijoje (specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1 priede „Įrangos techninė specifikacija“ ir 2.2 priede „Tyrimų techninė specifikacija“.

7. Priedami dokumentai ir informacija apie konfidencialumą

(Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis)

Eil.	Dokumentas	Ar dokumente yra konfidencialios	Paaškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra
------	------------	----------------------------------	---

Nr.		informacijos ³ ? (Taip / Ne) Jeigu yra konfidencialios informacijos, nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	konfidenciali ir kodėl
1	2	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)	-	-
2.	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir (ar) dokumentus pasirašo (kai reikalaujama) ne tiekėjo vadovas ar tiekėjų grupės paskirtas atstovas ar vadovaujančio nario vadovas vadovas)	Taip	Biotechnologijos įgaliojimas pasirašyti dokumentus (asmens duomenys)
3.	EBVPD (Pirkimo sąlygų 7 priedas „EBVPD“ (XML formatu).	Ne	

3 Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. **Konfidencialia negalima laikyti informacijos:**

- 1) jeigu tai pažeistų įstatymus, nustatančius informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus;
- 2) jeigu tai pažeistų VPĮ 33, 58 straipsniuose ir 86 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;
- 3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;
- 4) informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiektus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

	*Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra)		
4.	Jei tiekėjas pasitelkia subtiekejus, subtiekejo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekeju pirkime (jeigu reikalaujama)	Ne	
5.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.	-	
6.	Techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1 priedą bei jame nurodyti dokumentai.	Ne	
7.	Techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 priedą bei jame nurodyti dokumentai.	Ne	
8.	užpildytas specialistų sąrašas (specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas)	Ne	
9.	užpildyta ir pasirašyta nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (specialiųjų pirkimo sąlygų 10	Ne	

	priedas)		
10.	Taikoma įrangai: siūlomo prietaiso vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba)	Ne	
11.	Taikoma įrangai: gamintojo katalogai, bukletai, techniniai aprašai ar kiti dokumentai	Ne	
12.	Taikoma įrangai: CE sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas	Ne	
13.	Kita techninė dokumentacija	Ne	

2. Patvirtinu, kad:

2.1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2.2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis;

2.3. siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;

2.4. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

2.5. kartu su ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamės, atitinkame priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie nustatyti). Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

2.6. Deklaruojame, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei pirkimo sutarties vykdymo metu dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės narys), jo pasitelkti asmenys (subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi), dalyvio siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, taip pat dalyvio ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje;

2.7. Deklaruojame, kad dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), subtiekėjas (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) ir kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) nėra:

a) Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigęs Rusijoje;

b) juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 proc. nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso a punkte nurodytam subjektui;

c) fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

2.8. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos;

2.9. Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis: 50 000,00 Eur bauda.

UŽ PIRKIMO SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGŲ SPECIALISTŲ¹ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Specialisto vardas, pavardė	Paslaugų teikimo tiekėjui teisinė forma (darbo sutartis, ketinimų protokolai ar kt.) bei esama (-os) darbovietė (-ės)
1.		Darbo sutartis su UAB “Roche Lietuva”
2.		Darbo sutartis su UAB “Roche Lietuva”

¹ Tiekėjas (tiekėjų grupės partneriai kartu) pirkimo sutarties vykdymui turi pasiūlyti **ne mažiau kaip 1 (vieną)** specialistą, kuriam siūlomos įrangos (analizatoriaus) gamintojo arba jo įgalioto atstovo **suteikta teisė vertinti analizatoriaus techninę būklę, atlikti remonto ir techninės priežiūros darbus siūlomai įrangai (analizatoriui).**