

Laboratorinio šaldytuvo techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	Laboratorinis šaldytuvas skirtas reagentų laikymui	Laboratorinis šaldytuvas skirtas reagentų laikymui  Pharmacy Refrigerator DIN13277 MPRA 450S, Gamintojas - Olitrem S.A., Portugalija
2.	Konstrukcija	1. Vertikalaus tipo; 2. Su ne mažiau kaip 7 reguliuojamo aukščio lentynomis; 3. Su ratukais.	1. Vertikalaus tipo; 2. Su 7 reguliuojamo aukščio lentynomis; 3. Su ratukais.  Katalogas „Medgree Design for precision“ - 39psl. Authorization letter 1 p.
3.	Reikalavimai kamerai	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 2. Naudingas kameros tūris ne mažiau kaip 410 litrų.	1. Pagaminta iš specialaus balto plieno (Skinplate). 2. Naudingas kameros tūris 416 litrų.  Katalogas „Medgree Design for precision“-39, 46 psl.
4.	Išoriniai matmenys	Plotis: ne daugiau kaip 90 cm; Gylis: ne daugiau kaip 90 cm; Aukštis: 190 – 202 cm.	Plotis: 600 mm; Gylis: 700 mm; Aukštis: 1960 mm.  Katalogas „Medgree Design for precision“-39 psl. Authorization letter 1 p.
5.	Temperatūros diapazonas	Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +3°C iki +7°C	Reguliuojamas ribose nuo +2°C iki +8°C  Katalogas „Medgree Design for precision“-36,39 psl.
6.	Aliarmai	1. Pakitus nustatytai temperatūrai; 2. Pravirų durų; 3. Elektros maitinimo sutrikimai.	1. Pakitus nustatytai temperatūrai; 2. Pravirų durų; 3. Elektros maitinimo sutrikimai.  Katalogas „Medgree Design for precision“-14, 15,18, 39 psl.
7.	Tolygios temperatūros palaikymas kameros viduje	Integruota ventiliacinė sistema/ventiliatoriais	Integruota ventiliacinė sistema/ventiliatoriais  Katalogas „Medgree Design for precision“-15,39,46 psl.

8.	Valdymas	1. Elektroninis/mikroprocesorinis; 2. Šaldytuvo išorėje.	1. Elektroninis / mikroprocesorinis; 2. Šaldytuvo išorėje;  Katalogas „Medgree Design for precision“-14, 15 psl.
9.	Korpusas	Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno dengto korozijai atsparia medžiaga (arba lygiaverčių medžiagų)	Pagamintas iš specialaus balto plieno (Skinplate), dengto korozijai atsparia medžiaga.  Katalogas „Medgree Design for precision“-46 psl.
10.	Durys	1. Metalinės arba stiklinės; 2. Automatiškai užsidarančios.	1. Metalinės; 2. Automatiškai užsidarančios.  Katalogas „Medgree Design for precision“-39,46 psl.
11.	Apšvietimas	Integruotas apšvietimas atidarant dureles	Integruotas vidinis LED apšvietimas atidarant dureles.  Katalogas „Medgree Design for precision“-39,46 psl.
12.	Užraktas	Apsauginis durų užraktas	Apsauginis durų užraktas  Katalogas „Medgree Design for precision“-39, 46 psl.
13.	Temperatūros stebėjimas	Įranga leidžianti įrašyti ir stebėti temperatūros pokyčius šaldytuvo kameroje	Įranga leidžianti įrašyti ir stebėti temperatūros pokyčius šaldytuvo kameroje Šaldytuve integruota USB jungtis temperatūros rodiklių perkėlimui į kompiuterį.  Katalogas „Medgree Design for precision“-14, 15, 39 psl.
14.	Apsauga nuo užšalimo	Automatinio atitirpinimo ( <i>angl. „defrost“</i> ) funkcija	Automatinio atitirpinimo ( <i>angl. „defrost“</i> ) funkcija Katalogas „Medgree Design for precision“-36, 39 psl.
15.	Valymas ir dezinfekavimas	Šaldytuvo vidus valomas ir dezinfekuojamas	Šaldytuvo vidus valomas ir dezinfekuojamas  MANUAL DE INSTRUCCIONES (PT)-15,16 psl.“(žr.vertimą 4 pdf. p.)
16.	Maitinimo šaltinis	230 V, 50 Hz elektros tinklas	230 V, 50 Hz elektros tinklas  Katalogas „Medgree Design for precision“- 47 psl.
17.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

			UAB „Limeta“ patvirtinimo raštas
18.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. UAB „Limeta“ patvirtinimo raštas
19.	Techninio personalo apmokymas	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. UAB „Limeta“ patvirtinimo raštas
20.	Garantinis terminas	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai	36 mėnesiai UAB „Limeta“ patvirtinimo raštas
21.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas ( <i>kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją</i> )	Žymėtas CE ženklu Gamintojo dokumentai_zip. (CE_MPRA 450_05.01.2024_R02)
22.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių kalba arba anglų kalba.	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija anglų kalba. UAB „Limeta“ patvirtinimo raštas