

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Garantinis laikotarpis nurodys prie kiekvienos pirkimo dalies, t.y. **1,3-8,10-13 pirkimo dalims - 12 mėnesių, 2,9 pirkimo dalims -24 mėnesiai.**
- 4.

## 12 pirkimo dalis. PRIPUČIAMOS PACIENTŲ POZICIONAVIMUI

### 12.1 Pripučiamos pacientų padėties keitimo priemonės. 100 vnt.

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras.
1	Paskirtis	<p>Pripučiamas cilindras pacientų padėties keitimui. Skirta išoriniam paciento pozicionavimui chirurginių procedūrų metu, kai reikia keisti paciento padėtį. Konstrukcija – pripučiamas cilindras Cilindro skersmuo 15 cm ± 3 cm. Cilindro ilgis 56 cm ± 3 cm</p> <p>Tinkama pacientams iki 205 kg. Daugkartinio naudojimo, tinkamas naudoti ne mažiau kaip 1000 pripūtimų. Su integruotas vožtuvu kuris turi saugos funkciją.</p> <p>- <b>Pažymėtas CE ženklu</b> - <b>Garantija 12 mėnesių.</b></p>	<p>Dokumentas Operoll datasheet, psl.1 ; Dokumentas EU DoC CE IMR Operoll, psl 2.</p>

### 12.2. ORO PISTOLETAS. 10 vnt.

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras.
1	Paskirtis	<p>Oro pistoletas Skirtas pripučiamų priemonių pripūtimui ir išleidimui naudojant suspaustą orą (4–6 bar) Valdymas viena ranka: paspaudus aktyvatorių – pripūtimas, atleidus – sustabdymas. Oro išleidimui naudojama speciali kūgio formos rankena (defliacijos funkcija). Svoris: 0,7 kg ± 0,1 kg</p> <p>- <b>Pažymėtas CE ženklu</b> - <b>Garantija 12 mėnesių.</b></p>	<p>Dokumentas Hummingbird datasheet, 1 psl. ; Dokumentas EU DoC CR HMB, 2 psl.</p>