

LABORATORINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS (AK-8/2025) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis	BVPŽ kodas	Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas (privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai)	Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras)
3.	Termopurtyklė	2 vnt.	38436000-0	Reikalavimai įrangai: 1. Svoris – ne daugiau 7 kg; 2. Matmenys - Ne didesni negu P x G x A – 220 × 320 × 140 mm ; 3. Maitinimo įtampa – 230 V, 50/60 Hz; 4. Temperatūrinis režimas – ne siauresnis nei nuo +15°C žemiau kambario temperatūros iki ≥90 °C; 5. Temperatūros tikslumas – ±≤1°C; 6. Maišymo greitis – ne siauresnis nei nuo 300 iki 3000 rpm; 7. Maišymo orbita – 3 mm ± 0,1 mm; 8. Kontroleris su ekranu - skystų kristalų, jutiklinis, su mygtukais ir / ar indikacinėmis lemputėmis, ar lygiavertis, vienu metu matoma temperatūra, greitis ir laikas; 9. Laikmatis – ne siauresniame intervale kaip nuo 15 s. iki ≥99 val. 10. Apsauga nuo išsiliejimo – būtina, turi užtikrinti kryžminio užterštumo prevenciją; 11. USB jungtis – būtina; 12. Kaitinimo blokas – būtinas, įeina į komplektą, talpina ne mažiau 20 x 1,5 ml talpos mėgintuvėlių; 13. Instaliavimui tiekėjas turi pateikti visas reikalingas priemones.	1. Svoris – 6,3 kg; Dokumentas „3PD“, 15 psl. 2. Matmenys - P x G x A – 206 × 304 × 136 mm ; Dokumentas „3PD“, 15 psl. 3. Maitinimo įtampa – 230 V, 50/60 Hz; Dokumentas „3PD“, 15 psl.; 4. Temperatūrinis režimas – nuo +15°C žemiau kambario temperatūros iki 100 °C; Dokumentas „3PD“, 15 psl. 5. Temperatūros tikslumas – ±0,5°C; Dokumentas „3PD“, 15 psl. 6. Maišymo greitis – nuo 300 iki 3000 rpm; Dokumentas „3PD“, 15 psl. 7. Maišymo orbita – 3 mm; Dokumentas „3PD“, 15 psl. 8. Kontroleris su ekranu - skystų kristalų, jutiklinis, su mygtukais, vienu metu matoma temperatūra, greitis ir laikas; Dokumentas „3PD“, 8 psl. 9. Laikmatis – nuo 5 s. iki 99:30 val. Dokumentas „3PD“, 15 psl. 10. Apsauga nuo išsiliejimo – yra, turi užtikrinti kryžminio užterštumo prevenciją; Dokumentas „3PD“, 3 psl. 11. USB jungtis – yra; Dokumentas „3PD“, 15 psl. 12. Kaitinimo blokas – yra, įeina į komplektą, talpina 24 x 1,5 ml talpos mėgintuvėlių; Dokumentas „3PD“, 14 psl. 13. Instaliavimui bus pateikiamos visos reikalingos priemonės.

401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

Perkama Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos, pakeičiamos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos arba kitus lygiaverčius įrodymus.

Pardavėjas

UAB „GRIDA“

Įgaliotas asmuo

Regina Žilionienė

Parašas_____

A.V.

Pirkėjas

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

Virusologinių tyrimų poskyrio vedėja-medicinos biologė, laikinai einanti Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas Svajūnė Muralytė

Parašas_____

A.V.