

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"

PACIENTO KŪNO TEMPERATŪROS KONTROLĖS PRIETAISAI

Kam: Klaipėdos universiteto ligoninė

Data:	2025.11.18
Nr.:	1926
Vieta:	Kaunas

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	UAB „EazyMed“
Tiekėjo kodas (-ai):	305593486
Tiekėjo adresas (-ai):	J. Pabrėžos 24 A, Kaunas, LT-46321
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	LT100013345013
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):	
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Viešųjų pirkimų specialistė Dovilė Andrijauskaitė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:	Direktorius Povilas Janonis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:	

- Tiekėjo patvirtinimai:**
- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - viešojo pirkimo dokumentuose
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
 - Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
 - Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
 - Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
-
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
-
- Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
- 1. DALIS PACIENTO ŠILDYTUVAS - ŠALDYTUVAS**

Tiekėjo pasiūlymas:								
Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi)	Konkreči siūlomo parametro reikšmė	Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
1.	Paciento šildytuvas - šaldytuvas							
1.1.	Paciento šildytuvas - šaldytuvas	1	vnt	16897	16897	Gentherm Medical, Blanketrol III		
1.1.1.	Paskirtis – paciento temperatūros kontrolė bei hipotermijos, normotermijos ir hipertermijos užtikrinimas.						Paciento temperatūros kontrolė bei hipotermijos, normotermijos ir hipertermijos užtikrinimui.	Žr. Katalogas 1 pirkimo dalis 2psl.

1.1.2.	Jrenginio konstrukcija: Mobilus, su ratukais; Dėtuve/stalčius dokumentams ir priemonėms integruotas prietaiso priekinėje pusėje; Vandens rezervuaro talpa – ne mažiau kaip 7.5 l; Ekranas / ekranai temperatūrų atvaizdavimui.						Jrenginio konstrukcija: 1.1.2.1. Mobilus, su ratukais; 1.1.2.2. Dėtuve dokumentams ir priemonėms integruota prietaiso priekinėje pusėje; 1.1.2.3.Vandens rezervuaro talpa – 7.6l; 1.1.2.4.Ekranas temperatūrų atvaizdavimui.	Žr. Katalogas 1 pirkimo dalis 3, 4, 11psl.
1.1.3.	Šildymo-šaldymo apklotai ir priedai: Galimi įvairių dydžių vienkartiniai šildymo–šaldymo apklotai suaugusiems, vaikams ir naujagimiams; Maksimalus prijungtų apklotų skaičius vienu metu – ne mažiau kaip 3 vnt.; Prietaisas suderinamas su stempliniais šildymo–šaldymo zondais.						1.1.3.1.Šildymo-šaldymo apklotai ir priedai: Galimi įvairių dydžių vienkartiniai šildymo–šaldymo apklotai suaugusiems, vaikams ir naujagimiams; 1.1.3.2. Maksimalus prijungtų apklotų skaičius vienu metu – 3 vnt.; 1.1.3.3. Prietaisas suderinamas su stempliniais šildymo–šaldymo zondais.	Žr. Katalogas 1 pirkimo dalis 4, 5, 6, 8, 12psl.
1.1.4.	Vandens tėkmė: Ne mažiau kaip 2.2 l/min						1.1.4. Vandens tėkmė: 2.266 l/min	Žr. Katalogas 1 pirkimo dalis 11psl.
1.1.5.	Paciento temperatūros matavimo paklaida: Ne daugiau kaip ± 0.3 °C						1.1.5. Paciento temperatūros matavimo paklaida: ± 0.3 °C	Žr. Katalogas 1 pirkimo dalis 10psl.
1.1.6.	Paciento temperatūros nustatymo ribos: Ne siauriau kaip 30.0 °C – 40.0 °C						1.1.6. Paciento temperatūros nustatymo ribos: 30.0 °C – 40.0 °C	Žr. Katalogas 1 pirkimo dalis . 10psl.
1.1.7.	Vandens temperatūros nustatymo ribos: Ne siauriau kaip 4.0 °C – 42.0 °C						1.1.7. Vandens temperatūros nustatymo ribos: 4.0 °C – 42.0 °C	Žr. Katalogas 1 pirkimo dalis 10psl.
1.1.8.	Temperatūros kontrolės režimai: Ne mažiau kaip rankinis, automatinis, gradientas						1.1.8. Temperatūros kontrolės režimai: rankinis, automatinis, gradientas	Žr. Katalogas 1 pirkimo dalis 2psl.
1.1.9.	Saugumas: Garsiniai ir vizualiniai aliarmai; Ne mažiau kaip trijų lygių apsauga nuo per aukštos temperatūros; Ne mažiau kaip dviejų lygių apsauga nuo per žemos temperatūros.						Saugumas: 1.1.9.1.Garsiniai ir vizualiniai aliarmai; 1.1.9.2.Trijų lygių apsauga nuo per aukštos temperatūros; 1.1.9.3.Dviejų lygių apsauga nuo per žemos temperatūros.	Žr. Katalogas 1 pirkimo dalis 7, 9psl.
1.1.10.	Komplektacija: . Vienkartinis rektalinis/stemplinis temperatūros daviklis – 20 vnt.; Temperatūros daviklio prijungimo kabelis – 1 vnt.; Apkloto prijungimo žarnos – 3 kompl. vienkartinis apklotas suaugusiems – 10 vnt.						1.1.10.Komplektacija: . Vienkartinis rektalinis/stemplinis temperatūros daviklis – 20 vnt.; Temperatūros daviklio prijungimo kabelis – 1 vnt.; Apkloto prijungimo žarnos – 3 kompl. vienkartinis apklotas suaugusiems – 10 vnt.	Žr. Patvirtinimas
1.1.11.	Elektros energijos šaltinis, tinkamas aparato maitinimui: 230V, 50Hz ±10%						1.1.11.Elektros energijos šaltinis, tinkamas aparato maitinimui: 230V, 50Hz ±10%	Žr. Katalogas 1 pirkimo dalis 9psl.
1.1.12.	Garantija: Ne mažiau 24 mėn.						1.1.12.Garantija: 24 mėn.	Žr. Patvirtinimas

		Suma be PVM	16897
Taikomas PVM dydis (%)	21	PVM suma	3548,37
		Suma su PVM	20445,37

2. DALIS PACIENTO ŠILDYTUVAS - ŠALDYTUVAS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi)	Konkreті siūlomo parametro reikšmė	Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
2.	Paciento šildytuvas - šaldytuvas							
2.1.	Paciento šildytuvas - šaldytuvas		1 vnt	16897	16897	Gentherm Medical, Blanketrol III		
2.1.1.	Paskirtis – paciento temperatūros kontrolė bei hipotermijos, normotermijos ir hipertermijos užtikrinimas.						Paciento temperatūros kontrolė bei hipotermijos, normotermijos ir hipertermijos užtikrinimui.	Žr. Katalogas 2 pirkimo dalis 2psl.

2.1.2.	Jrenginio konstrukcija: Mobilus, su ratukais; Dėtuve/stalčius dokumentams ir priemonėms integruotas prietaiso priekinėje pusėje; Vandens rezervuaro talpa – ne mažiau kaip 7.5 l; Ekranas / ekranai temperatūrų atvaizdavimui.					Jrenginio konstrukcija: 2.1.2.1. Mobilus, su ratukais; 2.1.2.2. Dėtuve dokumentams ir priemonėms integruota prietaiso priekinėje pusėje; 2.1.2.3. Vandens rezervuaro talpa – 7.6l; 2.1.2.4. Ekranas temperatūrų atvaizdavimui.	Žr. Katalogas 2 pirkimo dalis 3, 4, 11psl.
2.1.3.	Šildymo-šaldymo apklotai ir priedai: Galimi įvairių dydžių vienkartiniai šildymo-šaldymo apklotai suaugusiems, vaikams ir naujagimiams; Maksimalus prijungtų apklotų skaičius vienu metu – ne mažiau kaip 3 vnt.; Prietaisas suderinamas su stempliniais šildymo-šaldymo zondais.					2.1.3.1.Šildymo-šaldymo apklotai ir priedai: Galimi įvairių dydžių vienkartiniai šildymo-šaldymo apklotai suaugusiems, vaikams ir naujagimiams; 2.1.3.2. Maksimalus prijungtų apklotų skaičius vienu metu – 3 vnt.; 2.1.3.3. Prietaisas suderinamas su stempliniais šildymo-šaldymo zondais.	Žr. Katalogas 2 pirkimo dalis 4, 5, 6, 8, 12psl.
2.1.4.	Vandens tėkmė: Ne mažiau kaip 2.2 l/min					2.1.4. Vandens tėkmė: 2.266 l/min	Žr. Katalogas 2 pirkimo dalis. 11psl.
2.1.5.	Paciento temperatūros matavimo paklaida: Ne daugiau kaip ± 0.3 °C					2.1.5. Paciento temperatūros matavimo paklaida: ± 0.3 °C	Žr. Katalogas 2 pirkimo dalis 10psl.
2.1.6.	Paciento temperatūros nustatymo ribos: Ne siauriau kaip 30.0 °C – 40.0 °C					2.1.6. Paciento temperatūros nustatymo ribos: 30.0 °C – 40.0 °C	Žr. Katalogas 2 pirkimo dalis. 10psl.
2.1.7.	Vandens temperatūros nustatymo ribos: Ne siauriau kaip 4.0 °C – 42.0 °C					2.1.7. Vandens temperatūros nustatymo ribos: 4.0 °C – 42.0 °C	Žr. Katalogas 2 pirkimo dalis 10psl.
2.1.8.	Temperatūros kontrolės režimai: Ne mažiau kaip rankinis, automatinis, gradientas					2.1.8. Temperatūros kontrolės režimai: rankinis, automatinis, gradientas	Žr. Katalogas 2 pirkimo dalis 2psl.
2.1.9.	Saugumas: Garsiniai ir vizualiniai aliarmai; Ne mažiau kaip trijų lygių apsauga nuo per aukštos temperatūros; Ne mažiau kaip dviejų lygių apsauga nuo per žemos temperatūros.					Saugumas: 2.1.9.1.Garsiniai ir vizualiniai aliarmai; 2.1.9.2.Trijų lygių apsauga nuo per aukštos temperatūros; 2.1.9.3.Dviejų lygių apsauga nuo per žemos temperatūros.	Žr. Katalogas 2 pirkimo dalis 7, 9psl.
2.1.10.	Komplektacija: . Vienkartinis rektalinis/stemplinis temperatūros daviklis – 20 vnt.; Temperatūros daviklio prijungimo kabelis – 1 vnt.; Apkloto prijungimo žarnos – 3 kompl. vienkartinis apklotas suaugusiems – 10 vnt.					2.1.10.Komplektacija: . Vienkartinis rektalinis/stemplinis temperatūros daviklis – 20 vnt.; Temperatūros daviklio prijungimo kabelis – 1 vnt.; Apkloto prijungimo žarnos – 3 kompl. vienkartinis apklotas suaugusiems – 10 vnt.	Žr. Patvirtinimas
2.1.11.	Elektros energijos šaltinis, tinkamas aparato maitinimui: 230V, 50Hz ±10%					2.1.11.Elektros energijos šaltinis, tinkamas aparato maitinimui: 230V, 50Hz ±10%	Žr. Katalogas 2 pirkimo dalis 9psl.
2.1.12.	Garantija: Ne mažiau 24 mėn.					2.1.12.Garantija: 24 mėn.	Žr. Patvirtinimas
				Suma be PVM		16897	
Taikomas PVM dydis (%)				21	PVM suma		3548,37
				Suma su PVM		20445,37	