

MOBILIOS ĮRANGOS BURNOS HIGIENISTUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. MOBILIOS ODONTOLOGINĖS SISTEMOS KOMPLEKTAS SMART-PORT (BPR)

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas kokybiniais ir techniniais reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				Dokumento pavadinimas	Dokumento pavadinimas
1.	Mobili odontologinė įranga susidedanti iš 2 dalių: lagamino ir vežimėlio	Būtina	Mobili odontologinė įranga susidedanti iš 2 dalių: lagamino ir vežimėlio	BPR pateikimui	1 psl.
2.	Transportavimo metu lagaminas uždedamas ant vežimėlio	Būtina	Transportavimo metu lagaminas uždedamas ant vežimėlio	BPR pateikimui	1 psl.
3.	Esant poreikiui, lagaminas nuimamas nuo vežimėlio ir ne mažiau kaip 2 rankenų pagalba nešamas	Būtina	Esant poreikiui, lagaminas nuimamas nuo vežimėlio ir 2 rankenų pagalba nešamas	BPR pateikimui	1 psl.
4.	Lagamine integruotos visos mobiliai odontologo darbo vietai reikalingos funkcijos – instrumentai, kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, kojinis valdymo pedalas, vandens butelis.	Būtina	Lagamine integruotos visos mobiliai odontologo darbo vietai reikalingos funkcijos – instrumentai, kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, kojinis valdymo pedalas, vandens butelis.	BPR pateikimui	1 psl.
5.	Lagamino svoris	Ne daugiau 12 kg.	12 kg.	BPR pateikimui	1 psl.
6.	Lagamino matmenys	Ne daugiau 40 x 25 x 55 cm	38 x 20,5 x 53 cm	BPR pateikimui	1 psl.
7.	Gydytojo instrumentai: 1) 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo);	Būtina	Gydytojo instrumentai: 1) 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo);	BPR pateikimui Smart-Port papildoma rankovė sodapūtei	1 psl. 1 psl.

	2) Elektrinis mikrovariklis (su LED šviesa, apsisukimai iki ne mažiau kaip 40.000 aps./min.); 3) Ultragarsinis skaleris (su LED šviesa); 4) Atsiurbimo žarna. 5) Turbinos žarna su prikomplektuota sodapūte. Sodapūtės svoris ne daugiau kaip 150 g., matmenys ne daugiau kaip 18 cm ilgis x 5,5 cm plotis x 9 cm aukštis.		2) Elektrinis mikrovariklis (su LED šviesa, apsisukimai iki 40.000 aps./min.); 3) Ultragarsinis skaleris (su LED šviesa); 4) Atsiurbimo žarna. 5) Turbinos žarna su prikomplektuota sodapūte. Sodapūtės svoris 150 g., matmenys 17,7 cm ilgis x 5,2 cm plotis x 8,8 cm aukštis.	Sodapūtės instrukcija	4, 7 psl.
8.	Butelis švariam vandeniui, talpa ne mažiau kaip 0.75 l.	Būtina	Butelis švariam vandeniui, talpa 0.75 l.	BPR pateikimui	1 psl.
9.	Atsiurbėjo našumas ne mažiau kaip 300 l/min.	Būtina	300 l/min.	BPR pateikimui	1 psl.
10.	Skysčių surinkimo konteineris	Talpa ne mažiau kaip 1 l.	Skysčių surinkimo konteineris, talpa 1 l.	BPR pateikimui	1 psl.
11.	Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo	Būtina	Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo	BPR pateikimui	1 psl.
12.	Kojinis instrumentų valdymo pedalas	Disko formos	Kojinis instrumentų valdymo pedalas disko formos	BPR pateikimui	1 psl.
13.	Integruoto kompresoriaus garso lygis	Ne daugiau kaip 50 db.	48 db	BPR pateikimui	1 ir 3 psl.
14.	Vežimėlio svoris	Ne daugiau kaip 8 kg.	8 kg	BPR pateikimui	1 psl.
15.	Vežimėlis lengvai valdomas, su ne mažiau kaip 2 ratukais	Būtina	Vežimėlis lengvai valdomas, su 5 ratukais	BPR pateikimui	1 psl.
16.	Vežimėlio matmenys	Ne daugiau kaip 45 x 40 x 55 cm	41 x 40 x 55 cm	BPR pateikimui	1 psl.
17.	Vežimėlio viduje turi būti ne mažiau kaip 4 lentynos priemonėms susidėti	Būtina	Vežimėlio viduje yra 4 lentynos priemonėms susidėti	BPR pateikimui	1 psl.

18.	Komplekte pateikiamas nešiojamas LED šviestuvus	Būtina	Komplekte pateikiamas nešiojamas LED šviestuvus	BPR pateikimui	4 psl.
19.	LED šviestuvo šviesos intensyvumas	Ne mažiau 70.000 liuksų matuojant 70 cm atstumu	70.000 liuksų matuojant 70 cm atstumu	BPR pateikimui	4 psl.
20.	LED šviestuvo sensorinis valdymas	Būtina	LED šviestuvo sensorinis valdymas	BPR pateikimui	4 psl.
21.	LED šviestuvo šviesos atkūrimo indeksas	Ne mažiau kaip 95 CRI	95 CRI	BPR pateikimui	4 psl.
22.	Kampiniai antgaliai, turi būti pateikiami 3 vienetai	Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt.	Kampinis antgalis, pateikiami 3 vienetai: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno po 3 vnt.	BPR pateikimui	5-8 psl.
24.	CE sertifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu	Būtina	CE sertifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu	CE Konfidencialu	1-6 psl.
25.	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Būtina	24 mėn.	24 mėn.	

2. PLOMBŲ KIETINIMO LEMPA Starlight PRO (Mectron)

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas kokybiniais ir techniniais reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)
----------	-----------------------	---	--

			Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				Dokumento pavadinimas	Dokumento pavadinimas
1.	LED tipo	Būtina	LED tipo	Lempa pateikimui	1 psl.
2.	Bangos ilgis	Ne blogiau kaip 440-480 nm ribose	440-480 nm ribose	Lempa pateikimui	2 psl.
3.	Ličio-jono baterija	Būtina	Ličio-jono baterija	Lempa pateikimui	1 psl.
4.	Svoris	Ne daugiau kaip 105 g.	105 g.	Lempa pateikimui	1 psl.
5.	Ne mažiau kaip 2 kietinimo režimai:	1) Pilno galingumo 2) Lėto starto	1) Pilno galingumo 2) Lėto starto	Lempa pateikimui	6 psl.
6.	Garsiniai signalai	Pradėjus ir pabaigus švitinimą	Pradėjus ir pabaigus švitinimą	Lempa pateikimui	6 psl.
7.	Kroviklyje integruotas radiometras	Būtina	Kroviklyje integruotas radiometras	Lempa pateikimui	3 psl.
8.	Kroviklyje LED indikatoriai rodantys baterijos įkrovimo lygį	Būtina	Kroviklyje LED indikatoriai rodantys baterijos įkrovimo lygį	Lempa pateikimui	3 psl.
9.	Garsinė senkančios baterijos indikacija	Būtina	Garsinė senkančios baterijos indikacija	Lempa pateikimui	3 psl.
10.	Su senkančia baterija galimybė dar atlikti ne mažiau kaip 5 kietinimo ciklus	Būtina	Su senkančia baterija galimybė atlikti 6 kietinimo ciklus	Lempa pateikimui	3 psl.
11.	Šviesolaidžio skersmuo	Ne daugiau kaip 8 mm	8 mm	Lempa pateikimui	3 psl.
12.	Išsikrovusios baterijos pakrovimo trukmė	Ne daugiau kaip 2 valandos	2 valandos	Lempa pateikimui	1 psl.
13.	CE sertifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu	Būtina	CE seritifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu	CE Konfidencialu	7 psl.
14.	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Būtina	24 mėn.	24 mėn.	

3. MOBILI ODONTOLOGO KĖDĖ Denta-Chair 303 (BPR)

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas kokybiniais ir techniniais reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamos charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				Dokumento pavadinimas	Dokumento pavadinimas
1.	Paprastai sulankstoma	Būtina	Paprastai sulankstoma	BPR pateikimui	9 psl.
2.	Nešiojama ir vežiojama ant ne mažiau kaip 2 ratukų	Būtina	Nešiojama ir vežiojama ant 2 ratukų	BPR pateikimui	9 psl.
3.	Svoris	Ne daugiau kaip 18 kg	18 kg	BPR pateikimui	9 psl.
4.	Maksimalus paciento svoris	Ne mažiau kaip 150 kg	150 kg	BPR pateikimui	9 psl.
5.	Sulankstytos kėdės matmenys ne daugiau kaip 65 x 45 x 65 cm	Būtina	Sulankstytos kėdės matmenys 58 x 38 x 65 cm	BPR pateikimui	9 psl.
6.	Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas	Būtina	Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas	BPR pateikimui	9 psl.
7.	Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis	Būtina	Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis	BPR pateikimui	9 psl.
8.	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Būtina	24 mėn.	24 mėn.	

4. GYDYTOJO KĖDUTĖ Denta-Doctor Stool 303 (BPR)

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas kokybiniais ir techniniais reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamos charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)
----------	-----------------------	---	--

			Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomą prekės techninius parametrus	
				Dokumento pavadinimas	Dokumento pavadinimas
1.	Nešiojama, krepšys komplekte	Būtina	Nešiojama, krepšys komplekte	BPR pateikimui	10 psl.
2.	Paprastai surenkama ir išrenkama	Būtina	Paprastai surenkama ir išrenkama	BPR pateikimui	10 psl.
3.	Svoris	Ne daugiau kaip 6 kg	5,65 kg	BPR pateikimui	10 psl.
4.	Reguliuojamas aukštis ne blogiau kaip 55-65 cm ribose	Būtina	Reguliuojamas aukštis 54-67 cm ribose	BPR pateikimui	10 psl.
5.	Sėdimoji dalis apvali, diametras 34 – 40 cm ribose.	Būtina	Sėdimoji dalis apvali, diametras 34 cm.	BPR pateikimui	10 psl.
6.	Galimybė prikomplektuoti nugaros atlošą	Būtina	Galimybė prikomplektuoti nugaros atlošą	BPR pateikimui	10 psl.
7.	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Būtina	24 mėn.	24 mėn.	

Pastaba*. Siūlomą prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomą prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.