

Perkamų paslaugų specifikacija								
Dalis	Išorinio kokybės vertinimo (IKV) programos pavadinimas	Techninė specifikacija	Dalyvavimų poreikis 36 mėnesių laikotarpiui	1 dalyvavimo kaina EUR be PVM	1 dalyvavimo kaina EUR su PVM	Viso kiekio kaina EUR su PVM	Siūloma kontrolinio mėginio pakuotė (<i>nurodyti pakuotės sudėtį ir matą vnt ir/ar ml</i>)	Siūloma kontrolinio mėginio pavadinimas, katalogo Nr.
1	2	3	4	5	6	7(4x6)	8	9
1. Išorinio kokybės vertinimo paslauga, programos. Bendrieji reikalavimai: Kiekvieną išorės kontrolės vertinimo (toliau - IKV) programą sudaro testinis ciklas. Paslauga apima: kontrolinių mėginių pateikimą (mėginių skaičius pagal atitinkamą programą), dalyvio registraciją, gautų rezultatų kokybės statistinį įvertinimą ir dalyvio pažymėjimo išdavimą. Statistinį įvertinimą savarankiškai stebi ir dalyvio pažymėjimas gauna paslaugos pirkėjas įregistruotas IKV programų platformoje. IKV programų tiekėjas turi būti akredituotas pagal ISO 17043 standartus. Visos grupės paslaugos perkamos iš vieno tiekėjo. Paslaugos teikėjas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo dienos turi pateikti kontrolinių mėginių pristatymo grafikus 1 metams. Nurodyti pristatomų mėginių pakuotės sudėtį. Sąskaitos faktūros išrašomos Pirkėjui elektroniniu paštu patvirtinus, kad vertinimo paslauga buvo suteikta. Programos užsakomos pagal esantį poreikį, įstaiga neįsipareigoja išpirkti viso numatyto kiekio.								
1.1	Klinikinės chemijos išorinio kokybės vertinimo programa.	Ne mažiau 38 analizių. Dalyvavimo dažnis ne rečiau kaip 1 kartas per ketvirtį, 4 kartai per metus. Vieno dalyvavimo metu turi būti pateikiami ne mažiau nei 2 kontroliniai mėginiai. IKV platformoje pateikiamos suminės statistinės ataskaitos ir dalyvio pažymėjimas. Analizatorių skaičius 1.	12	71,00	85,91	1 030,92	2x5 ml;	EQA klinikinė chemija 4, kat. Nr. CC4. ESFEQA
1.2	Hematologijos išorinio kokybės vertinimo programa, 3 dif analizatoriams.	Dalyvavimo dažnis ne rečiau kaip 1 kartas per ketvirtį, 4 kartai per metus. Vieno dalyvavimo metu turi būti pateikiami ne mažiau nei 2 kontroliniai mėginiai. IKV platformoje pateikiamos suminės statistinės ataskaitos ir dalyvio pažymėjimas. Analizatorių skaičius 2.	12	112,00	135,52	1 626,24	2x1.5 ml;	EQA Hematologija 3Diff., kat. Nr. HEM3D4. ESFEQA
1.3	Hematologijos išorinio kokybės vertinimo programa, 5 Dif. analizatoriams.	Dalyvavimo dažnis ne rečiau kaip 1 kartas per ketvirtį, 4 kartai per metus. Vieno dalyvavimo metu turi būti pateikiami ne mažiau nei 2 kontroliniai mėginiai. IKV platformoje pateikiamos suminės statistinės ataskaitos ir dalyvio pažymėjimas. Analizatorių skaičius 2.	8 (numatomas poreikis 2027 ir 2028 m.)	125,00	151,25	1 210,00	2x1.5 ml;	EQA Hematologija 5Diff., kat. Nr. HEM5D4. ESFEQA
1.4	Juostelinių šlapimo tyrimų išorinio kokybės vertinimo programa	Dalyvavimų dažnis ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį, 2 kartus per metus. Vieno dalyvavimo metu turi būti pateikiama ne mažiau nei 2 kontroliniai mėginiai. IKV platformoje pateikiamos suminės statistinės ataskaitos ir dalyvio pažymėjimas. Analizatorių skaičius 2.	6	115,00	139,15	834,90	2x10 ml;	EQA juosteliniai šlapimo tyrimai, kat. Nr. US2. ESFEQA
1.5	Glikuoto hemoglobino išorinio kokybės vertinimo programa	Dalyvavimų dažnis ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį, 4 kartus per metus. Vieno dalyvavimo metu turi būti pateikiama ne mažiau nei 2 kontroliniai mėginiai. IKV platformoje pateikiamos suminės statistinės ataskaitos ir dalyvio pažymėjimas. Analizatorių skaičius 1.	12	115,00	139,15	1 669,80	2x0.5 ml;	EQA HbA1c, kat. Nr. GHB.ESFEQA

