

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO**

2015-10-08 Nr. 15/10/08.5

(Data)

VILNIUS

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Paramedica Lietuva“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	I. Šimulionio g. 5, LT-04330 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Eva Koženevskė, direktorė
Telefono numeris	85 265 37 20
Fakso numeris	85 265 39 83
El. pašto adresas	paramedica@paramedica.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;

2) kituose pirkimo dokumentuose (medicininės įrangos viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygose su priedais).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

6-oje pirkimo dalyje mes siūlome šias prekes (nurodomas maksimalus skaičius):

Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM	Vieneto kaina, Eur su PVM	Bendra prekių kaina, Eur be PVM	Bendra prekių kaina, Eur su PVM
1.	Švirkštinis infuzijos siurblys	5	936,00	1132,56	4680,00	5662,80
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM						5662,80

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 982,80 Eur.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:



	Parametrai		
1.	Min. infuzijos greitis 0.1÷1500 ml/val.	Infuzijos greitis 0.1÷1500 ml/val.	Svirkštinis infuzijos siurblys.pd
2.	Min. infuzijos tikslumas ±2%	Infuzijos tikslumas ±2%	Svirkštinis infuzijos siurblys.pd
3.	Pritaikytas 10, 20, 30, 50/60 ir 100 ml tūrio žinomų gamintojų švirkštams: BD, MONOJECT, TERUMO, B.BRAUN, NIPRO, o taip pat pigesniems esamiems Lietuvos rinkoje: Šanchuan, Softject, Polfa ir pan.	Pritaikytas 10, 20, 30, 50/60 ir 100 ml tūrio žinomų gamintojų švirkštams: BD, MONOJECT, TERUMO, B.BRAUN, NIPRO, o taip pat pigesniems esamiems Lietuvos rinkoje: Šanchuan, Softject, Polfa ir pan.	Svirkštinis infuzijos siurblys.pd
4.	Galimybė pagal vartotojo pageidavimą, užprogramuoti naujus švirkštų tipus.	Galimybė pagal vartotojo pageidavimą, užprogramuoti naujus švirkštų tipus.	Svirkštinis infuzijos siurblys.pd
5.	Lietuviškas dialogas displėjuje.	Lietuviškas dialogas displėjuje.	Svirkštinis infuzijos siurblys.pd
6.	Galimybė indikuoti vaistų pavadinimą iš ne mažesnio, kaip 25 vaistų sąrašo.	Galimybė indikuoti vaistų pavadinimą iš ne mažesnio, kaip 25 vaistų sąrašo.	Svirkštinis infuzijos siurblys.pd
7.	Galimybė vartotojui įvesti naujų vaistų pavadinimus.	Galimybė vartotojui įvesti naujų vaistų pavadinimus.	Svirkštinis infuzijos siurblys.pd
8.	Ne mažiau kaip trys okliuzijos slėgio lygiai nuo 40 iki 120 kPa.	Trys okliuzijos slėgio lygiai nuo 40 iki 120 kPa.	Svirkštinis infuzijos siurblys.pd
9.	Siurblyje turi būti įmontuotas vidinis NiMH arba lygiavertis akumuliatorius.	Siurblyje įmontuotas vidinis NiMH akumuliatorius.	Svirkštinis infuzijos siurblys.pd
10.	Siurblio darbo iš vidinio akumuliatoriaus laikas: ne mažiau 8 val., 5ml/val. greičiu.	Siurblio darbo iš vidinio akumuliatoriaus laikas: 8 val., 5ml/val. greičiu.	Svirkštinis infuzijos siurblys.pd
11.	Galimybė infuzijos metu peržiūrėti infuzijos parametrus (infuzijos greitį, okliuzijos slėgio lygį, boluso tūrį ir kt.) ir keisti infuzijos greitį.	Galimybė infuzijos metu peržiūrėti infuzijos parametrus (infuzijos greitį, okliuzijos slėgio lygį, boluso tūrį ir kt.) ir keisti infuzijos greitį.	Svirkštinis infuzijos siurblys.pd
12.	Maitinimas: 12VDC, (220-230)V ±10%, 50/60 Hz, arba iš vidinio akumuliatoriaus.	Maitinimas: 12VDC, (220-230)V, 50/60 Hz, arba iš vidinio akumuliatoriaus.	Svirkštinis infuzijos siurblys.pd
13.	Galimybė įvesti iš anksto užprogramuotą boluso tūrį.	Galimybė įvesti iš anksto užprogramuotą boluso tūrį.	Svirkštinis infuzijos siurblys.pd
14.	Galimybė įvesti boluso tūrį, kurio trukmė priklausytų nuo "boluso" mygtuko nuspaudimo trukmės.	Galimybė įvesti boluso tūrį, kurio trukmė priklausytų nuo "boluso" mygtuko nuspaudimo trukmės.	Svirkštinis infuzijos siurblys.pd
15.	Galimybė reguliuoti boluso greitį.	Galimybė reguliuoti boluso greitį.	Svirkštinis infuzijos siurblys.pd
16.	Siurblys turi indikuoti šiuos avarinius signalus: NĖRA TINKLO	Siurblys indikuoja šiuos avarinius signalus: NĖRA TINKLO	Svirkštinis infuzijos siurblys.pd

E. Kalf

	SVIRKSTAS TUSCIAS INFUZIJOS PABAIGA LIKO X min.	OKLIUZIJA ŠVIRKŠTAS TUŠČIAS INFUZIJOS PABAIGA LIKO X min.	
17.	Siurblys turi atitikti Europos Sąjungos direktyvos dėl medicinos prietaisų 93/42/EEC reikalavimus: EN 1789:1999+A1:2003 (10G, greitosios pagalbos automobiliams).	Siurblys atitinka Europos Sąjungos direktyvos dėl medicinos prietaisų 93/42/EEC reikalavimus: EN 1789:1999+A1:2003 (10G, greitosios pagalbos automobiliams).	Svirkštinis infuzijos siurblys.pdf
18.	Siurblio komplekte turi būti specialus prie automobilio sienos prisukamas kronšteinas siurbliui tvirtinti.	Siurblio komplekte specialus prie automobilio sienos prisukamas kronšteinas siurbliui tvirtinti.	Svirkštinis infuzijos siurblys.pdf

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registro centro pažyma	2
2.	Registravimo pažymėjimas ir išrašas iš įstatų	2
3.	Tiekėjo deklaracija	1
4.	KRK Paramedica Polska	2
5.	Įstatų dalis	1
6.	Igaliojimo atstovauti gamintojui skaitmeninė kopija	1
7.	Produkto aprašymas	1
8.	Atitikties deklaracija	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil.Nr	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Gamintojo igaliojimas - konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
2.	Svirkštinis infuzijos siurblys-konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
3.	Atitikties deklaracija-konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos **pasiūlyme nėra**.

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. vasario 29 d.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Eva Koženevskė
(Vardas ir pavardė)