

Uždaroji akcinė bendrovė, I. Šimulionio g. 5, LT-04330 Vilnius, tel. 85 265 37 20, faks. 85 265 39 83, Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius, Įm. kodas: 300878549, PVM mokėtojo kodas: LT100003283610

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO**

2015-10-08 Nr. 15/10/08.2

(Data)

VILNIUS

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Paramedica Lietuva“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	I. Šimulionio g. 5, LT-04330 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Eva Koženevskė, direktorė
Telefono numeris	85 265 37 20
Fakso numeris	85 265 39 83
El. pašto adresas	paramedica@paramedica.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (medicininės įrangos viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygose su priedais).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninės priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1-oje pirkimo dalyje mes siūlome šias prekes (nurodomas maksimalus skaičius):

Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM	Vieneto kaina, Eur su PVM	Bendra prekių kaina, Eur be PVM	Bendra prekių kaina, Eur su PVM
1.	Elektrokardiografai	12	1187,00	1436,27	14244,00	17235,24
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM						17235,24

I pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2991,24 Eur.



	prekių techniniai rodikliai (minimalūs reikalavimai)	prekių rodiklių reikšmės (reikalavimų atitikimas)	yra reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas
1	2	3	4
1.	Maitinimas iš tinklo 230V/50Hz	Maitinimas iš tinklo 230V/50Hz	EKG aparatas.pdf
2.	Maitinimas iš ličio jonų baterijos, kuri su krovimo sistema yra integruota į aparatą	Maitinimas iš ličio jonų baterijos, kuri su krovimo sistema yra integruota į aparatą	EKG aparatas.pdf
3.	Baterijos energijos lygio indikatorius, nuolat rodomas ekrane	Baterijos energijos lygio indikatorius, nuolat rodomas ekrane	EKG aparatas.pdf
4.	Aparato matmenys ne daugiau 260x200x50 mm	Aparato matmenys ne daugiau 258x199x50 mm	EKG aparatas.pdf
5.	Aparato svoris ne daugiau 1,5 kg	Aparato svoris ne daugiau 1,3 kg	EKG aparatas.pdf
6.	Apsauga nuo defibriliacijos impulso	Apsauga nuo defibriliacijos impulso	EKG aparatas.pdf
7.	Spalvotas lietimui jautrus LCD ekranas, įstrižainė min. 7 coliai	Spalvotas lietimui jautrus LCD ekranas, įstrižainė 7 coliai	EKG aparatas.pdf
8.	Raidinė-skaitinė klaviatūra	Raidinė-skaitinė klaviatūra	EKG aparatas.pdf
9.	Valdymas raidinės-skaitinės klaviatūros mygtukais ir mygtukais, esančiais jautriajame ekrane.	Valdymas raidinės-skaitinės klaviatūros mygtukais ir mygtukais, esančiais jautriajame ekrane.	EKG aparatas.pdf
10.	Galimybė įrašyti paciento EKG į duomenų bazę	Galimybė įrašyti paciento EKG į duomenų bazę	EKG aparatas.pdf
11.	Vidinė atmintis, talpinanti min. 900 EKG tyrimų	Vidinė atmintis, talpinanti 1000 EKG tyrimų	EKG aparatas.pdf
12.	3/6/12 kanalų rankinis ir automatinis režimai	3/6/12 kanalų rankinis ir automatinis režimai	EKG aparatas.pdf
13.	Skaitmeniniai tinklo ir raumenų tremoro filtrai	Skaitmeniniai tinklo ir raumenų tremoro filtrai	EKG aparatas.pdf
14.	Blogo elektrodo kontakto signalas, rodomas ekrane	Blogo elektrodo kontakto signalas, rodomas ekrane	EKG aparatas.pdf
15.	EKG analizė ir interpretacija	EKG analizė ir interpretacija	EKG aparatas.pdf
16.	Implantuoto širdies stimulatoriaus aptikimo funkcija	Implantuoto širdies stimulatoriaus aptikimo funkcija	EKG aparatas.pdf
17.	Keičiamas jautrumas: 2,5/5/10/20 mm/mV.	Keičiamas jautrumas: 2,5/5/10/20 mm/mV.	EKG aparatas.pdf
18.	Keičiamas greitis: 5,10, 25 ir 50 mm/s	Keičiamas greitis: 5,10, 25 ir 50 mm/s	EKG aparatas.pdf
19.	Galimybė atspausdinti duomenis iš aparato atminties	Galimybė atspausdinti duomenis iš aparato atminties	EKG aparatas.pdf
20.	Termopopierius ritinio tipo, min. 112 x 25mm	Termopopierius ritinio tipo, 112 x 25mm	EKG aparatas.pdf
21.	Galimybė iš elektrokardiografo tiesiogiai spausdinti EKG duomenis	Galimybė iš elektrokardiografo	EKG aparatas.pdf

	kompiuterio bei įrašyti duomenis į USB raktą	įjungtis prie kompiuterio bei įrašyti duomenis į USB raktą	
23.	Komplektacija: a) kriaušės tipo elektrodų suaugusiems komplektas; b) galūnių elektrodų suaugusiems komplektas; c) paciento EKG kabelis ir ne mažiau 4 atsarginiai; d) elektros maitinimo laidas; e) EKG gelis; f) EKG popierius; g) transportinis krepšys	Komplektacija: a) kriaušės tipo elektrodų suaugusiems komplektas; b) galūnių elektrodų suaugusiems komplektas; c) paciento EKG kabelis ir 4 atsarginiai; d) elektros maitinimo laidas; e) EKG gelis; f) EKG popierius; g) transportinis krepšys	EKG aparatas.pdf
24.	Naudotojo instrukcija lietuvių kalba (pateikiama kartu su įranga)	Naudotojo instrukcija lietuvių kalba (pateikiama kartu su įranga)	
25.	Aparato žymėjimas CE ženklui. Pateikiama atitikimo deklaracija CE ženklui	Aparato žymėjimas CE ženklui. Pateikiama atitikimo deklaracija CE ženklui	Aparato žymėjimas CE ženklui. Pateikiama atitikimo deklaracija CE
26.	Įgaliojimas atstovauti elektrokardiografo gamintoją ir teikti serviso paslaugas Lietuvoje	Įgaliojimas atstovauti elektrokardiografo gamintoją ir teikti serviso paslaugas Lietuvoje	Aspel autorizacija.1, Aspel autorizacija.2
27.	Garantija 24 mėn.	Garantija 24 mėn.	Garantija 24 mėn.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registro centro pažyma	2
2.	Registravimo pažymėjimas ir išrašas iš įstatų	2
3.	Tiekėjo deklaracija	1
4.	KRK Paramedica Polska	2
5.	Įstatų dalis	1
6.	Įgaliojimo atstovauti gamintojui skaitmeninė kopija	2
7.	Raštas dėl garantinio aptarnavimo	1
8.	Produkto aprašymas	1
9.	Atitikties deklaracija	2

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil.Nr	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Autorizacija.1-konfidencialu.jpg	„Prisegti dokumentai“

	aptarnavimo-konfidencialu.jpg	
4.	EKG aparatas-konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
5.	Atitikties deklaracija.en-konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“
6.	Atitikties deklaracija.lt-konfidencialu.pdf	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. vasario 29 d.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalijoto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Eva Koženevskė
(Vardas ir pavardė)