

Pirkimas „ODONTOLOGIJOS PRIETAISAI“

Pirkimas skaidomas į 4 pirkimo dalis. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.

Specialieji reikalavimai:

1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiavertio dokumento) kopiją.

2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

3. Pristatant prekę būtina pateikti:

- 3.1. prekės priėmimo-perdavimo aktas;
 - 3.2. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
 - 3.3. serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba);
 - 3.4. prekės priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
 - 3.5. garantinio aptarnavimo sąlygos lietuvių kalba.
4. Įrangos pristatymas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

**1 pirkimo dalis. ANTGALIAI ODONTOLOGINIAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametrai</i>	<i>Reikalaujami techniniai parametrai</i>	<i>Siūlomi parametrai</i>	<i>Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinėti ir/ar</i>
			<i>Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.</i>	

				<i>nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Antgaliai odontologiniai, 14 vnt.			1. Bien-Air CA 1:1 L 2. Bien-Air CA 1:5 L	<i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> ANTGALIAI ir psl. Nr. 1-12 (<i>įrašyti</i>)
1.	Kampinis antgalis - 7 vienetai	1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui; 7) sterilizuojamas ir termodezinfekuojamas.	1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu: TAIP 2) perdavimo santykis 1:1: TAIP 3) grąžto fiksacija mygtuku: TAIP 4) sterilizuojamas: TAIP 5) su pašvietimu: TAIP 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui: TAIP 7) sterilizuojamas ir termodezinfekuojamas: TAIP	<i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> ANTGALIAI ir psl. Nr. 1-4 (<i>įrašyti</i>)
2.	Greitinantis antgalis - 7 vienetai	1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:5; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu; 6) purkštukai orui ir vandeniui, ne mažiau kaip 3 vnt. 7) sterilizuojamas ir termodezinfekuojamas.	1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu: TAIP 2) perdavimo santykis 1:5: TAIP 3) grąžto fiksacija mygtuku: TAIP 4) sterilizuojamas: TAIP 5) su pašvietimu: TAIP 6) purkštukai orui ir vandeniui: po 3 vnt. ; 7) sterilizuojamas ir termodezinfekuojamas: TAIP	<i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> ANTGALIAI ir psl. Nr. 5-12(<i>įrašyti</i>)
3.	Prekės garantija	Ne mažesnė kaip 24 mėn.	Prekės garantija: 24 mėn.	<i>Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia</i>

**4 pirkimo dalis. DIDINAMIEJI ODONTOLOGO AKINIAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametrai</i>	<i>Reikalaujami techniniai parametrai</i>	<i>Siūlomi parametrai</i> <i>Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslų siūlomos prekės reikšmę.</i>	<i>Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Didinamieji odontologo akiniai, 1 vnt.			ExamVision Galilean HD 3.8x	Pateikto dokumento pavadinimas AKINIAI ir psl. Nr. 1-16 (įrašyti)
1.	Galilean tipo optika	Būtina	Galilean tipo optika: TAIP	Pateikto dokumento pavadinimas AKINIAI ir psl. Nr. 1 (įrašyti)
2.	Okuliarai įmontuoti į akinių stiklus (TTL tipas)	Būtina	Okuliarai įmontuoti į akinių stiklus (TTL tipas): TAIP	Pateikto dokumento pavadinimas AKINIAI ir psl. Nr. 1 (įrašyti)
3.	Didinimas	3.6x – 3.9x ribose	Didinimas: 3.8x ribose	Pateikto dokumento pavadinimas AKINIAI ir psl. Nr. 1 (įrašyti)

4.	Vieno okuliario svoris	Ne daugiau kaip 18 g	Vieno okuliario svoris: 17.2 g	<i>Pateikto dokumento pavadinimas AKINIAI ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
5.	Okuliarai pagaminti iš titano arba lygiaverčio metalo	Būtina	Okuliarai pagaminti iš titano: TAIP arba lygiaverčio metalo: NE	<i>Pateikto dokumento pavadinimas AKINIAI ir psl. Nr. 5 (įrašyti)</i>
6.	Darbinio atstumo pasirinkimas užsakant	Ne mažesnė kaip 30 cm - 60 cm ribose	Darbinio atstumo pasirinkimas užsakant: 30 cm – 60 cm cm ribose	<i>Pateikto dokumento pavadinimas AKINIAI ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
7.	Okuliarų kampas pasirenkamas užsakant	Ne mažesnė kaip 0-40° ribose	Okuliarų kampas pasirenkamas užsakant: 0-40 ° ribose	<i>Pateikto dokumento pavadinimas AKINIAI ir psl. Nr. 4 (įrašyti)</i>
8.	Vaizdo lauko dydis 45 cm darbiniam atstume	Ne mažiau kaip 65 mm	Vaizdo lauko dydis 45 cm darbiniam atstume: 65 mm	<i>Pateikto dokumento pavadinimas AKINIAI ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
9.	Vaizdo gylis	Ne mažiau kaip 100 mm	Vaizdo gylis: 100 mm	<i>Pateikto dokumento pavadinimas AKINIAI ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
10.	Galimybė pasirinkti akinių rėmo tipą	Būtina	Galimybė pasirinkti akinių rėmo tipą: TAIP	<i>Pateikto dokumento pavadinimas AKINIAI ir psl. Nr. 7 (įrašyti)</i>
11.	Komplektuojamas su LED šviesos komplektu	11.1. LED lempa; 11.2. Baterija su šviesos intensyvumo valdikliu; 11.3. Pakrovėjas; 11.4. UV filtras	Komplektuojamas su LED šviesos komplektu: 11.1. LED lempa TOTAL INTENSE: TAIP 11.2. Baterija su šviesos intensyvumo valdikliu POWERGO: TAIP 11.3. Pakrovėjas: TAIP 11.4. UV filtras: TAIP	<i>Pateikto dokumento pavadinimas AKINIAI ir psl. Nr. 1-16 (įrašyti)</i>
12.	LED šviesos intensyvumas	Ne mažiau kaip 25.000 lux 35 cm atstumu	LED šviesos intensyvumas 25.700 lux 35 cm atstumu	<i>Pateikto dokumento pavadinimas AKINIAI ir psl. Nr. 6 (įrašyti)</i>
13.	Apšvietimo laukas	Ne mažiau kaip 70 mm skersmens apskritimas 35 cm atstumu	Apšvietimo laukas: 70 mm skersmens apskritimas 35 cm atstumu	<i>Pateikto dokumento pavadinimas AKINIAI ir psl. Nr. 6 (įrašyti)</i>
14.	LED šviesos svoris	Ne daugiau kaip 20 g	LED šviesos svoris: 18 g	<i>Pateikto dokumento pavadinimas AKINIAI ir psl. Nr. 6 (įrašyti)</i>

15.	Šviesos intensyvumo lygiai, nustatomi baterijoje	Ne mažiau kaip 3	3 šviesos intensyvumo lygiai, nustatomi baterijoje: TAIP	<i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>AKINIAI ir psl. Nr. 14 (įrašyti)</i>
16.	Baterijos turi užtekti ne mažiau kaip 6 valandų darbui dirbant su maksimaliu šviesos intensyvumu	Būtina	Baterijos turi užtekti ne mažiau kaip 8 valandas darbui dirbant su maksimaliu šviesos intensyvumu: TAIP	<i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>AKINIAI ir psl. Nr. 15 (įrašyti)</i>
17.	Baterijos svoris	Ne daugiau 160 g	Baterijos svoris: 155 g	<i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>AKINIAI ir psl. Nr. 15 (įrašyti)</i>
18.	Prekės garantija	Ne mažesnė kaip 24 mėn.	Prekės garantija: 24 mėn.	<i>Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia</i>

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus **tikrinama pasiūlymo pateikimo metu**. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. **Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją** arba kitus lygiaverčius įrodymus.