

Vertimas

2020 lapkričio 18

Skirta tam, kam aktualu

Astralite apžiūros ir minimalios chirurgijos lempa – ALE10MO

Patvirtiname, kad aukščiau minimas produktas atitinka žemiau nurodytus reikalavimus

- Šviestuvo galva 240 mm diametro
- Šviesos intensyvumo valdymas nuo 5 iki 100%
- L1+L2 prie 20 % 1650 mm
- L1+L2 prie 60 % 950 mm
- Darbinis diapozonas prie 20% 160mm iki 1850 mm
- Darbinis diapozonas prie 60% 380 mm iki 1350 mm
- šviestuvai pagaminti iš polikarbonato
- šviestuvo svoris 18 kg.

Vertimas tikras

Vadybininkė

Vaida Grockytė

2020-11-18

