

Techninė specifikacija
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės neurochirurgijai (Nr. 7918)

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindėti siūlomų prekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formos). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafikiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markuoti, ir/ar nurodyti rodykleimis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkanciosios organizacijos vertinimoji galutinė duomenų autentiškumą nuorodos turi būti parodytos pateikiamose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nurodyti šiame punkte, nebūs laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
- PO turi teise reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlytų atnešti.
- *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki dešimt tūkstančių (keturi skaitčiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki šimtųjų (du skaitčiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaitčiai po kablelio).

Prek. dalies Nr. / Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Techninė specifikacija	Mato vnt.	Prelinmarus kiekis 24 mėn.	Sitūmos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo Nr., priemonės kodas gamintojo kataloge* Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo psl. Nr., kuriame yra siūlomų techninių parametrų patvirtinamų duomenys, žr. 5 p.). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ	Vieneto įkainis EUR su PVM	PVM tarifas %	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM	Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM
1.	VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS DIDELIŲ APSUKŲ PNEUMOGRAŽŲU MIDAS REX MR7 IR JĖGOS PERFORATORIUI IPC										
1.1	Grįžtelis	Grįžtelis, rutulio formos, rievetė galvutė, kurios skersmas 5,0 (±0,05) mm, 1,0 (±0,2) mm, 1,5 (±0,2) mm, 2,0 (±0,2) mm, 2,5 (±0,2) mm, 3,0 (±0,2) mm, 4,0 (±0,2) mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,0 (±0,2) mm, 8,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio anguliu	vnt.	550			5				
1.2	Grįžtelis	Grįžtelis, rutulio formos, stambaus rievetumo galvutė, kurios skersmas 1,0 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio anguliu	vnt.	20			5				
1.3	Grįžtelis	Grįžtelis, giles formos galvutė, kurios skersmas 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.4	Grįžtelis	Deimantinis grįžtelis, rutulio formos galvutė, kurios skersmas 1,0 (±0,2) mm, 1,5 (±0,2) mm, 2,0 (±0,2) mm, 2,5 (±0,2) mm, 3,0 (±0,2) mm, 4,0 (±0,2) mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio anguliu	vnt.	200			5				
1.5	Grįžtelis	Grįžtelis deguto galvutės tipo formos galvutė, 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio anguliu	vnt.	4			5				
1.6	Grįžtelis	Grįžtelis deguto galvutės tipo formos galvutė 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 8 cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.7	Grįžtelis	Grįžtelis giles formos 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.8	Grįžtelis	Grįžtelis kligipikos formos galvutė, kurios skersmas 1,1 mm, ilgio nuo 6,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio anguliu	vnt.	100			5				
1.9	Grįžtelis	Grįžtelis kligipikos formos galvutė, kurios skersmas 1,7 mm, ilgis 15,8 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.10	Grįžtelis kramtomajai	Smulėjantis kligipikas grįžtelis, kurio galvutės skersmas 1,5 mm (±0,1) mm, ilgis 11,1 (±0,1) mm, 13,1 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio anguliais ir anguliais su kekle	vnt.	40			5				
1.11	Grįžtelis kramtomajai	Smulėjantis kligipikas grįžtelis kramtomajai, kurios galvutės skersmas 2,3 (±0,1) mm, ilgis 15,9 (±0,1) mm, 16,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio anguliais ir anguliais su kekle	vnt.	1000			5				
1.12	Grįžtelis	Grįžtelis suauktos formos (twist tipo) galvutė, kurios skersmas 0,8 mm, ilgis 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.13	Grįžtelis	Grįžtelis suauktos formos (twist tipo) galvutė, kurios skersmas 1,0 mm, ilgis 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.14	Grįžtelis	Grįžtelis suauktos formos (twist tipo) galvutė, kurios skersmas 1,1 mm, ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.15	Grįžtelis	Grįžtelis suauktos formos (twist tipo) galvutė, kurios skersmas 1,3 mm, ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.16	Grįžtelis	Grįžtelis suauktos formos (twist tipo) galvutė, kurios skersmas 1,5 mm, ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.17	Grįžtelis	Grįžtelis suauktos formos (twist tipo) galvutė, kurios skersmas 1,7mm, ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.18	Grįžtelis	Grįžtelis suauktos formos (twist tipo) galvutė, kurios skersmas 2,0 mm, ilgis ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.19	Grįžtelis	Grįžtelis, giles formos galvutė, kurios skersmas 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 7,5 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.20	Grįžtelis	Grįžtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmas 12,6 (±0,1) mm, ilgis 10,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.21	Grįžtelis	Grįžtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmas 10,0 (±0,1) mm, ilgis 10,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.22	Grįžtelis	Grįžtelis vamzdelio formos galvutė, kurios skersmas 10,8 (±0,1) mm, ilgis 24,1 (±0,1) mm, dantyta brana, skirtas kaulinio transplantu araušimui (šepuimui) Cloward metodika, skirtas naudoti su 9 cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.23	Grįžtelis	Grįžtelis vamzdelio formos galvutė, kurios skersmas 13,5 (±0,1) mm, ilgis 24,1 (±0,1) mm, dantyta brana, skirtas kaulinio transplantu paruošimui (šepuimui) Cloward metodika, skirtas naudoti su 9 cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.24	Grįžtelis	Grįžtelis deguto galvutės tipo formos galvutė, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 9cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.25	Grįžtelis	Deimantinis grįžtelis deguto galvutės tipo formos galvutė, padidinto ištirkimams, 3,0 (±0,1) mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 9 cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.26	Grįžtelis	Grįžtelis rutulio formos, rievetė galvutė, kurios skersmas 3,0 (±0,2) mm, 4,0 (±0,2) mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,5 (±0,2) mm, 9,0 (±0,2) mm skirtas naudoti su 9 cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.27	Grįžtelis	Deimantinis grįžtelis rutulio formos, rievetė galvutė, kurios skersmas 3 (±0,2)mm, 4 (±0,2)mm, 5 (±0,2)mm, 6 (±0,2)mm, 7,5 (±0,2)mm, skirtas naudoti su 9cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.28	Grįžtelis kramtomajai	Smulėjantis kligipikas grįžtelis kramtomajai, kurios galvutės skersmas 3,0 mm, ilgis 25,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio anguliais ir anguliu su kekle	vnt.	60			5				
1.29	Grįžtelis	Grįžtelis kligipikos formos galvutė, kurios skersmas 3,0 mm, ilgis 35,1 (±1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.30	Grįžtelis	Grįžtelis rutulio formos, rievetė galvutė, kurios skersmas 1,0 (±0,2)mm, 2,0 (±0,2) mm, 3,0 (±0,2) mm, 4,0 (±0,2) mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2)mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio anguliais	vnt.	200			5				
1.31	Grįžtelis	Deimantinis grįžtelis rutulio formos galvutė, kurios skersmas 1,0 (±0,2)mm, 2,0 (±0,2)mm, 3,0 (±0,2)mm, 4,0 (±0,2)mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio anguliais	vnt.	120			5				
1.32	Grįžtelis	Grįžtelis cilindro formos galvutė, kurios diametras 4,0, 5,0, 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio anguliais	vnt.	2			5				
1.33	Grįžtelis	Grįžtelis deguto galvutės tipo formos galvutė, kurios skersmas 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio anguliais	vnt.	2			5				
1.34	Grįžtelis	Deimantinis grįžtelis deguto galvutės tipo formos galvutė, kurios skersmas 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio anguliais	vnt.	2			5				
1.35	Grįžtelis	Grįžtelis giles formos 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1)mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio anguliais	vnt.	2			5				
1.36	Grįžtelis	Grįžtelis deguto galvutės tipo formos galvutė, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 14 cm ilgio, kampiniu ir kintamo ilgio anguliais	vnt.	2			5				
1.37	Grįžtelis	Deimantinis grįžtelis deguto galvutės tipo formos galvutė, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 14 cm ilgio, kampiniu ir kintamo ilgio anguliais	vnt.	2			5				
1.38	Grįžtelis	Deimantinis grįžtelis deguto galvutės tipo formos padidinto ištirkimams galvutė, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 14 cm ilgio, kampiniu ir kintamo ilgio anguliais	vnt.	2			5				
1.39	Grįžtelis	Grįžtelis rutulio formos, rievetė galvutė, kurios skersmas 2,0 (±0,2) mm, 2,5 (±0,2) mm, 3,0 (±0,2)mm 4,0 (±0,2) mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,5 (±0,2) mm, 9,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 12 cm ilgio ilgio anguliu	vnt.	80			5				
1.40	Grįžtelis	Deimantinis grįžtelis rutulio formos galvutė, kurios skersmas 2,5 (±0,2) mm, 3,0 (±0,2) mm, 4,0 (±0,2) mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,0 (±0,2) mm, 7,5 (±0,2) mm, 8,0 (±0,2)mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu anguliais	vnt.	80			5				
1.41	Grįžtelis	Grįžtelis giles formos 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 7,6 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu anguliais	vnt.	2			5				
1.42	Grįžtelis	Grįžtelis cilindro formos galvutė, kurios diametras 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 7,5 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 14cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu anguliais	vnt.	2			5				
1.43	Grįžtelis	Grįžtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmas 9,5 (±0,1) mm, ilgis 10,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu anguliais	vnt.	2			5				
1.44	Grįžtelis	Grįžtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmas 12,6 (±0,1) mm, ilgis 10,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu anguliais	vnt.	2			5				
1.45	Grįžtelis	Smulėjantis kligipikas grįžtelis, kurio galvutės skersmas 3,0 mm, ilgis 35,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu anguliais	vnt.	2			5				
1.46	Grįžtelis	Smulėjantis kligipikas grįžtelis, kurio galvutės skersmas 3,1mm, ilgis 19,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu anguliais	vnt.	2			5				
1.47	Grįžtelis	Grįžtelis giles formos 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 15 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio anguliais	vnt.	2			5				
1.48	Grįžtelis	Grįžtelis rutulio formos, rievetė galvutė, kurios skersmas 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 15cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio anguliais	vnt.	60			5				
1.49	Grįžtelis	Deimantinis grįžtelis rutulio formos galvutė, kurios skersmas 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 15cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio anguliais	vnt.	60			5				
1.50	Grįžtelis	Grįžtelis cilindro formos galvutė, kurios diametras 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 15 cm kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio anguliais	vnt.	2			5				
1.51	Grįžtelis	Grįžtelis deguto galvutės tipo formos galvutė 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 15 cm ilgio, kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio anguliais	vnt.	2			5				
1.52	Grįžtelis	Deimantinis grįžtelis deguto galvutės tipo formos galvutė 1,7 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 15 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio anguliais	vnt.	2			5				
1.53	Grįžtelis	Smulėjantis kligipikas grįžtelis, kurio galvutės skersmas 2,3 mm, ilgis 15,9 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 15 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio anguliais	vnt.	2			5				
1.54	Grįžtelis	Smulėjantis kligipikas grįžtelis, kurio galvutės skersmas 2,3 mm, ilgis 22,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio anguliais	vnt.	2			5				
1.55	Grįžtelis	Grįžtelis, giles formos galvutė, kurios skersmas 6,0 (±0,1) mm, 7,5 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 21 cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.56	Grįžtelis	Grįžtelis rutulio formos, rievetė galvutė, kurios skersmas 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,5 (±0,2) mm, 9,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.57	Grįžtelis	Deimantinis grįžtelis rutulio formos galvutė, kurios skersmas 5,0 (±0,2) mm, 7,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.58	Grįžtelis	Grįžtelis cilindro formos galvutė, kurios diametras 9,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.59	Grįžtelis	Grįžtelis deguto galvutės tipo formos galvutė 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 21 cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				
1.60	Grįžtelis	Smulėjantis kligipikas grįžtelis, kurio galvutės skersmas 3,0 mm, ilgis 35,00 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio anguliu	vnt.	2			5				

19	Vienkartinis priemonės prie ultragarsinio destruktoriaus Cusa Clarity										
19.1	36kHz antgalių priveržimo raktas	Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Turintis garsinę priveržimo jėgos indikaciją	vt.	40	Integra Lifesciences, 36kHz Torque Wrench, kat. Nr C7602, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 8	66,15	5	2520,00	2646,00		
19.2	36kHz lenktas prailgintas mikro antgalis	36kHz Lenktas, prailgintas mikro antgalis 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ± 0,1 mm vidinio diametro. Galimybė naudoti ne mažiau 5 kartų. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt.	vt.	50	Integra Lifesciences, 36 kHz Curved Extended MicroTip, kat. Nr C7411EUT, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6	210,00	5	10000,00	10500,00		
19.3	36kHz lenktas prailgintas mikro antgalis	36kHz Lenktas, prailgintas mikro antgalis 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt.	vt.	30	Integra Lifesciences, 36 kHz Curved Extended MicroTip, kat. Nr C7411S, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6	411,60	5	11760,00	12348,00		
19.4	36kHz lenktas, prailgintas mikro antgalis	36kHz Lenktas, prailgintas mikro antgalis 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Individualioje pakuotėje.	vt.	4	Integra Lifesciences, 36 kHz Curved Extended MicroTip, kat. Nr C7411SEA, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6	453,60	5	1728,00	1814,40		
19.5	36kHz lenktas prailgintas standartinis antgalis	36kHz Lenktas, prailgintas standartinis antgalis 11 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Nesterilus. Galimybė naudoti ne mažiau 5 kartų. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt.	vt.	50	Integra Lifesciences, 36 kHz Curved Extended Standart Tip, kat. Nr C7414EUT, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6	178,50	5	8500,00	8925,00		
19.6	36kHz lenktas, prailgintas standartinis antgalis	36kHz Lenktas, prailgintas standartinis antgalis 11 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt.	vt.	30	Integra Lifesciences, 36 kHz Curved Extended Standart Tip, kat. Nr C7414S, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6	411,60	5	11760,00	12348,00		
19.7	36kHz lenktas, prailgintas standartinis antgalis	36kHz Lenktas, prailgintas standartinis antgalis 11 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt.	vt.	4	Integra Lifesciences, 36 kHz Curved Extended Standart Tip, kat. Nr C7414SEA, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6	453,60	5	1728,00	1814,40		
19.8	36kHz trumpas standartinis antgalis	36kHz Trumpas standartinis antgalis 5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt.	vt.	30	Integra Lifesciences, 36 kHz Standart Tip Short, kat. Nr C7412S, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6	280,35	5	8010,00	8410,50		
19.9	36kHz trumpas standartinis antgalis	36kHz Trumpas standartinis antgalis 5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Individualioje pakuotėje.	vt.	6	Integra Lifesciences, 36 kHz Standart Tip Short, kat. Nr C7412SEA, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6	308,70	5	1764,00	1852,20		
19.10	36kHz lenktas, prailgintas mikro antgalis	36kHz Lenktas, prailgintas mikro antgalis 19 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt.	vt.	30	Integra Lifesciences, 36 kHz Curved Extended MicroTip Plus, kat. Nr C7415S, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6	445,20	5	12720,00	13356,00		
19.11	36kHz lenktas, prailgintas mikro antgalis	36kHz Lenktas, prailgintas mikro antgalis 19 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Individualioje pakuotėje.	vt.	6	Integra Lifesciences, 36 kHz Curved Extended MicroTip Plus, kat. Nr C7415SEA, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6	489,30	5	2796,00	2935,80		
19.12	36kHz lenktas, prailgintas, rievėtas antgalis	36kHz Lenktas, prailgintas, rievėtas antgalis 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt.	vt.	4	Integra Lifesciences, 36 kHz Curved Extended ShearTip, kat. Nr C7417S, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6	626,85	5	2388,00	2507,40		
19.13	36kHz lenktas, prailgintas, rievėtas antgalis	36kHz Lenktas, prailgintas, rievėtas antgalis 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Individualioje pakuotėje.	vt.	4	Integra Lifesciences, 36 kHz Curved Extended ShearTip, kat. Nr C7417SEA, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 6	728,70	5	2776,00	2914,80		
19.14	23kHz standartinis antgalis	23kHz Standartinis antgalis 7,5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Galimybė naudoti ne mažiau 5 kartų. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt.	vt.	30	Integra Lifesciences, 23 kHz Standart Tip, kat. Nr C7401SEA, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 7	139,65	5	3990,00	4189,50		
19.15	23kHz standartinis antgalis	23kHz Standartinis antgalis 7,5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt.	vt.	30	Integra Lifesciences, 23 kHz Standart Tip, kat. Nr C7401S, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 7	280,35	5	8010,00	8410,50		
19.16	23kHz standartinis antgalis	23kHz Standartinis antgalis 7,5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Individualioje pakuotėje.	vt.	6	Integra Lifesciences, 23 kHz Standart Tip, kat. Nr C7401SEA, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 7	308,70	5	1764,00	1852,20		
19.17	23kHz standizg audinių antgalis	23kHz Standizg audinių antgalis 7,5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt.	vt.	30	Integra Lifesciences, 23 kHz Tough Tissue Tip, kat. Nr C7418S, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 7	605,85	5	17310,00	18175,50		
19.18	23kHz standizg audinių antgalis	23kHz Standizg audinių antgalis 7,5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Individualioje pakuotėje.	vt.	4	Integra Lifesciences, 23 kHz Tough Tissue Tip, kat. Nr C7418SEA, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 7	728,70	5	2776,00	2914,80		
19.19	23kHz kaulų antgalis	23kHz Kaulų antgalis 16,5 ± 0,5 cm ilgio, 1 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt.	vt.	10	Integra Lifesciences, 23 kHz Bone Tip, kat. Nr C7420S, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 7	626,85	5	5970,00	6268,50		
19.20	23kHz kaulų antgalis	23kHz Kaulų antgalis 16,5 ± 0,5 cm ilgio, 1 ± 0,1 mm vidinio diametro. Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Individualioje pakuotėje.	vt.	4	Integra Lifesciences, 23 kHz Bone Tip, kat. Nr C7420SEA, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 7	728,70	5	2776,00	2914,80		
19.21	23kHz antgalių priveržimo raktas	Sterilus. Vienkartinio naudojimo. turintis garsinę priveržimo jėgos indikaciją. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt.	vt.	30	Integra Lifesciences, 23kHz Torque Wrench, kat. Nr C7601, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 8	66,15	5	1890,00	1984,50		
19.22	Įjungiamieji vamdeliai, skirti išpūsti, aspiracijai.	Sterilus. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne daugiau 5 vnt.	vt.	100	Integra Lifesciences, CUSA Quick Connect™ Cartridge and Tubing Set, kat. Nr C7300, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 9	147,00	5	14000,00	14700,00		
19.23	Aspiracinis filtras	Aspiracinis filtras prie ultragarsinio destruktoriaus Cusa Clarity	vt.	10	Integra Lifesciences, Contamination Guard, kat. Nr C7005, Cusa Clarity Product Catalogue - psl. 9	122,85	5	1170,00	1228,50		
							Vieno 19 p. d.:	138106,00	145011,30	138790,00	138790,00

35	Programuojamas ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys su rezervuaru	Vienkartinis, sterilus. Vožtuvas –programuojamas. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išorikai keisti kas 1 cm H ₂ O (ne mažiau 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas su rezervuaru kieto pagrindu, tinkamu daugkartinėms pozicijoms. Vožtuvas be metalinių detalių išorėje. Aukštas ventrikulinis kateteris ≥14 cm, su įvėdžiu. Aukštas peritoninis kateteris ≥120cm. Kateterio vidinis diametras 1,2/0,2mm. Kateterio išorinis diametras 2,5/0,3mm.	vt.	30	Integra Lifesciences, prekų kodas 823100. Hydrocephalus catalog.pdf psl 18, 19, 69, 70; Hakim Programmable Valve B'U.pdf psl 8.	1 470,00	5	42000,00	44100,00	42000,00	44100,00
36	Programuojamas ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys be rezervuaru	Vienkartinis, sterilus. Vožtuvas –programuojamas. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išorikai keisti kas 1 cm H ₂ O (ne mažiau 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas be metalinių detalių išorėje. Aukštas ventrikulinis kateteris ≥14 cm, su įvėdžiu. Aukštas peritoninis kateteris ≥120cm. Kateterio vidinis diametras 1,2/0,2mm. Kateterio išorinis diametras 2,5/0,3mm.	vt.	30	Integra Lifesciences, prekų kodas 823101. Hydrocephalus catalog.pdf psl 18, 19, 69, 70;	1 417,50	5	40500,00	42525,00	40500,00	42525,00

37	Ventrikulinio ir peritoninio kateterio rinkinys su antibakterine impregnacija.	Vienkartinis, sterilus. Sudarytas iš ventrikulinio ir peritoninio kateterio. Kateteriai impregnuoti dviem linkozamidų ir rifampicinų grupės antibiotikais. Antibiotikų difuzijos laukas į lūkovą ≥ 4 savaites. Ventrikulinis kateteris ≥ 14 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥ 90 cm. Kateterio vidinis diametras $1,2 \pm 0,2$ mm. Kateterio išorinis diametras $2,5 \pm 0,3$ mm. Privaloma pateikti bent vieną ISI indeksą (nurodant ISI indekso Nr.) turinčiame leidinyje išspausdintą mokslinę publikaciją apie atliktas sūlionų prekių studijas, patvirtinančią sūliono produkto antibiotikų efektyvumą per ne mažiau nei 4 savaites, kopiją.	vnt.	10	Integra Lifesciences, prekių kodas 823072. Hydrocephalus catalog.pdf psl 68. Bactisetal study.pdf, Basics study Lancet.pdf	315,00	5	3000,00	3150,00	3000,00	3150,00
38	Programuojamas ventrikulo-peritoninio šuntavimo rinkinys su	Vienkartinis, sterilus. Vožtuvas –programuojamas. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išorškai keisti kas 1 cm H ₂ O (ne mažiau 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas be metalinių detalių išorėje. Atskiras ventrikulinis ≥ 14 cm, su įvedėju. Atskiras peritoninis kateteris ≥ 120 cm. Kateterio vidinis diametras $1,2 \pm 0,2$ mm. Kateterio išorinis diametras	vnt.	50	Integra Lifesciences, prekių kodas 823832. Hydrocephalus catalog.pdf psl 18, 21, 69, 70; Hakim Programmable Valve B'U.pdf	1 837,50	5	87500,00	91875,00	87500,00	91875,00