

TECHININĖ SPECIFIKACIJA

Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės interencinei radiologijai (Nr.10133)

1. Prekų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus ir turi būti CE ženklintas, pateikti kartu su pasiūlytų šios reikalavimus įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikrinti priemonės įrodymų, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninės specifikacijos keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybei ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje; tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomoms prekėms atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami lietuvių ir/ar anglų kalba. Jei atitiktis dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafikai nurodyti (t.y. pasiekti) žymėjimus - apibūdinti markuotus, ir/ar nurodyti rodiklius, ir/ar pabrėžti konkrečius teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalaidį (jei toks yra), kuriame perkamosios organizacijos vertinimo galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti paraišytos pateiktose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebūs laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkankioji organizacija turi teig reikalavimus pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjas jų nepateikus - pasiūlyti amnesti.
5. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) procentų nuo prekės galiojimo termino.

Pirkimo datos Nr.	Pirkimo datos pavadinimas	Charakteristikos, reikalavimai	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Firminės priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge (jei toks yra)	Vieno vieneto įkainis EUR be PVM	PVM tarifas %	Siūlomoms prekėms charakteristikos atitiktis techniniams reikalavimams (teikėjas pateikia šitais duomenis pagal techninius reikalavimus)	Planuojama pirkimo suma Eur be PVM	Planuojama pirkimo suma Eur su PVM	Pirkimai skirtingose šalyse, Eur su PVM
13	Minkštųjų audinių biopsijos sistema	Kontroliuojamos biopsijos sistema Skirti kontroliuojamam plaučių ir kitų minkštųjų audinių biopsijai. Rankinį sudaro: 1.Trokeras 1vnt; 2. Pjaujamai kanulė 1vnt 3. Sukama spiralinė adata. Adatos spindis: nuo 8G iki 14G, ilgis nuo 6cm iki 20cm. 1vnt; 4. Meginio transportavimo kasetė. 1vnt Galimybė prijungti Luer švirkštą. Matoma ultragarsu metu.	vnt.	400	Spiriotome / Bioncie; Kodai: SS-08-xx, SS-10-xx, SS-14-xx	140,00	5	Kontroliuojamos biopsijos sistema Skirti kontroliuojamam plaučių ir kitų minkštųjų audinių biopsijai. Rankinį sudaro: 1.Trokeras 1vnt; 2. Pjaujamai kanulė 1vnt 3. Sukama spiralinė adata. Adatos spindis: nuo 8G iki 14G, ilgis nuo 6cm iki 20cm. 1vnt 4. Meginio transportavimo kasetė. 1vnt Galimybė prijungti Luer švirkštą. Matoma ultragarsu metu. 13 dalis Bioncie katalogas, psl.3 12 dalis Minkštųjų audinių biopsijos sistema	56000,00	58800,00	58800,00
18	Didelio diametro rankinis	Rankinį sudaro vienkartinis, sterilus pagamintas iš minkštos medžiagos, ne-polietateno. Neturintis atminties suleikimui, atsparus etilo alkoholiui. Padengtas hidrofiline danga, mažinančia trintį įvedimo metu. Distalinis kateterio galas turi turėti rentgenokontrastinius markerius matomumui užtikrinti. Kateterio diametras 18, 20 Fr (±0,5) F. Tinkami naudoti su 0,038" kreipiamąja viela ir distaliname gale turintis ne mažiau nei 6 didelės ovalas angas skysčiai nutękti. Distalinis galas tesus. Kateterio ilgis 40 cm. Rankinyje su standžiu ir lankščiu įvedimo kanule ir 18G adata/trokeru. Rankinyje turi būti nerūdijančio plieno kreipiamoji viela, dengta teflonu, fiksuota šerdimi, 0,038 colių skersmuo, 80 (+/-) 2) cm ilgio, viename gale lenkta 3 cm spinduliu. Drenui tinkantis dilatatorius, vienkartinis, sterilus, padengtas hidrofiline danga, konuso formos, vientisas, 20 cm ilgio, šorinis skersmuo 8, 10, 12, 14 Fr, vidinis skersmuo 0,038". Pūnkinė chiba tipo adata, 20(+/-) 1) cm, dviejų dalių, šorinis skersmuo 18G, vidinis skersmuo 0,038 colių, su echopozityviu galuku.	vnt	200	Gamintojas: Cook Medical. Rankinį sudaro: 1. Kateteris: Gordon Large-Bore Drainage Catheter. Kodai: ULT18.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC, ULT20.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC; 2. Kreipiamoji viela: Fixed Core Wire Guide. Kodas: TSCF-38-80-3; 3. Dilataatorius: Dilator. Kodai: JCDR.0-38-20-HC, JCD10.0-38-20-HC, JCD12.0-38-20-HC, JCD14.0-38-20-HC; 4. Pūnkinė adata: Chiba Biopsy Needle. Kodas: DCHN-18-20.0-U	191,62	5	Rankinį sudaro vienkartinis, sterilus pagamintas iš minkštos medžiagos, ultratano. Neturintis atminties suleikimui, atsparus etilo alkoholiui. Padengtas hidrofiline danga, mažinančia trintį įvedimo metu. Distalinis kateterio galas turi rentgenokontrastinius markerius matomumui užtikrinti. Kateterio diametras 18, 20 Fr. Tinkami naudoti su 0,038" kreipiamąja viela ir distaliname gale turi 6 didelės ovalas angas skysčiai nutękti. Distalinis galas tesus. Kateterio ilgis 40 cm. Rankinyje su standžiu ir lankščiu įvedimo kanule ir 18G adata/trokeru. Katalogai: Kateteris Nr.3; Cook katalogas Nr.1, Pal.2; 13: Cook katalogas Nr.4, Pal.16. Rankinyje nerūdijančio plieno kreipiamoji viela, dengta teflonu, fiksuota šerdimi, 0,038 colių skersmuo, 80 cm ilgio, viename gale lenkta 3 mm spinduliu. Katalogai: Cook katalogas Nr.2, Pal.21. Drenui tinkantis dilatatorius, vienkartinis, sterilus, padengtas hidrofiline danga, konuso formos, vientisas, 20 cm ilgio, šorinis skersmuo 8, 10, 12, 14 Fr, vidinis skersmuo 0,038". Katalogai: Dilataatorius Nr.4; Cook katalogas Nr.2, Pal.13-14. Pūnkinė chiba tipo adata, 20 cm, dviejų dalių, šorinis skersmuo 18G, vidinis skersmuo 0,038 colių (nominalus 18G adatų vidinis skersmuo yra 0,038 colio), su echopozityviu galuku. Katalogai: Cook katalogas Nr.2, Pal.11.	38324,00	40240,20	40240,20
19	Rankinis pilninių tiesioginių punkcijų ir drenavimo vienovė ("vėliavė", "stamk") netekdama	Rankinį sudaro vienkartinis, sterilus pagamintas iš minkštos medžiagos, ne-polietateno. Neturintis atminties suleikimui, atsparus etilo alkoholiui. Padengtas hidrofiline danga, mažinančia trintį įvedimo metu. Distalinis kateterio galas turi turėti rentgenokontrastinius markerius matomumui užtikrinti. Specialus siūlo užrakimo mechanizmas kateterio kėlpai fiksuoti. Tinkami naudoti įėjimui klaukšniui Seldingerio būdu arba naudojant trokarą. Įvairių diametrų: 8, 10, 12, 14 (±0,5) F. Tinkami naudoti su 0,038" kreipiamąja viela ir distaliname gale turintis ne mažiau nei 6 didelės ovalas angas skysčiai nutękti. Distalinis galas tesus, pasiekus drenuoti vietą ir padalinus kanalį užrakimo mechanizmo dėka susiformuojantis 125 mm skersmuo "pigtail" konfigūracija. Galima pasirinkti iš kieto kateterių ilgių (15, 25, 45 (± 2) cm). Rankinyje su standžiu ir lankščiu įvedimo kanule ir 18G adata/trokeru. Rankinyje turi būti nerūdijančio plieno kreipiamoji viela, dengta teflonu, fiksuota šerdimi, 0,038 colių skersmuo, 80 (+/-) 2) cm ilgio, viename gale lenkta 3 cm spinduliu. Drenui tinkantis dilatatorius, vienkartinis, sterilus, padengtas hidrofiline danga, konuso formos, vientisas, 20 cm ilgio, šorinis skersmuo 8, 10, 12, 14 Fr, vidinis skersmuo 0,038". Pūnkinė chiba tipo adata, 20(+/-) 1) cm, dviejų dalių, šorinis skersmuo 18G, vidinis skersmuo 0,038 colių, su echopozityviu galuku.		2000	Gamintojas: Cook Medical Rankinį sudaro: 1. Kateteris: Multipurpose Drainage Catheter Kodai: ULT8.5-38-15-P-6S-CLM-RH, ULT8.5-38-25-P-6S-CLM-RH, ULT8.5-38-45-P-6S-CLM-RH, ULT10.2-38-25-P-6S-CLM-RH, ULT10.2-38-45-P-6S-CLM-RH, ULT12.0-38-25-P-6S-CLM-RH, ULT12.0-38-45-P-6S-CLM-RH, ULT14.0-38-25-P-6S-CLM-RH; 2. Kreipiamoji viela: Fixed Core Wire Guide. Kodas: TSCF-38-80-3; 3. Dilataatorius: Dilator. Kodai: JCDR.0-38-20-HC, JCD10.0-38-20-HC, JCD12.0-38-20-HC, JCD14.0-38-20-HC; 4. Pūnkinė adata: Chiba Biopsy Needle. Kodas: DCHN-18-20.0-U	191,75	5	Rankinį sudaro vienkartinis, sterilus, pagamintas iš minkštos medžiagos, ultratano. Neturintis atminties suleikimui, atsparus etilo alkoholiui. Padengtas hidrofiline danga, mažinančia trintį įvedimo metu. Distalinis kateterio galas turi rentgenokontrastinius markerius matomumui užtikrinti. Specialus siūlo užrakimo mechanizmas kateterio kėlpai fiksuoti. Tinkami naudoti įėjimui klaukšniui Seldingerio būdu arba naudojant trokarą. Įvairių diametrų: 8,5, 10,2, 12, 14F. Tinkami naudoti su 0,038" kreipiamąja viela ir distaliname gale turi 6 didelės ovalas angas skysčiai nutękti. Distalinis galas tesus, pasiekus drenuoti vietą ir padalinus kanalį užrakimo mechanizmo dėka susiformuojantis 125 mm skersmuo "pigtail" konfigūracija. Galima pasirinkti iš kieto kateterių ilgių (15, 25, 45 cm). Rankinyje su standžiu ir lankščiu įvedimo kanule ir 18G adata/trokeru. Katalogai: Kateteris Nr.3M; Cook katalogas Nr.3, Pal.2; 7; Cook katalogas Nr.4, Pal.14. Rankinyje nerūdijančio plieno kreipiamoji viela, dengta teflonu, fiksuota šerdimi, 0,038 colių skersmuo, 80 cm ilgio, viename gale lenkta 3 mm spinduliu. Katalogai: Cook katalogas Nr.2, Pal.21. Drenui tinkantis dilatatorius, vienkartinis, sterilus, padengtas hidrofiline danga, konuso formos, vientisas, 20 cm ilgio, šorinis skersmuo 8, 10, 12, 14 Fr, vidinis skersmuo 0,038". Katalogai: Dilataatorius Nr.4; Cook katalogas Nr.2, Pal.13-14. Pūnkinė chiba tipo adata, 20 cm, dviejų dalių, šorinis skersmuo 18G, vidinis skersmuo 0,038 colių (nominalus 18G adatų vidinis skersmuo yra 0,038 colio), su echopozityviu galuku. Katalogai: Cook katalogas Nr.2, Pal.11.	383500,00	402675,00	402675,00
21	Bilurinis drenavimo rankinis	Tinkami biluriniams ar pilninių drenuoti punkcijų atliekant tiesioginiu ar Seldingerio būdu. Kateteris sterilus pagamintas iš minkštos medžiagos, ne-polietateno. Neturintis atminties suleikimui, atsparus etilo alkoholiui. Padengtas hidrofiline danga, mažinančia trintį įvedimo metu. Distalinis kateterio galukas turi turėti pigtail konfigūraciją. Kateterio intraduktalinė dalis su 12(+/-2) išonėmis skyklėmis, intraduktalinė dalis su 20(+/-4) išonėmis skyklėmis ir rentgenokontrastinius žymeklius, kateterio įteisinimo kanulė - viena lanksti, kita standi. Rankinyje turi būti nerūdijančio plieno kreipiamoji viela, dengta teflonu, fiksuota šerdimi, 0,038 colių skersmuo, 80 (+/-) 2) cm ilgio, viename gale lenkta 3 cm spinduliu. Drenui tinkantis dilatatorius, vienkartinis, sterilus, padengtas hidrofiline danga, konuso formos, vientisas, 20 cm ilgio, šorinis skersmuo 8, 10, 12, 14 Fr, vidinis skersmuo 0,038". Pūnkinė chiba tipo adata, 20(+/-) 1) cm, dviejų dalių, šorinis skersmuo 18G, vidinis skersmuo 0,038 colių, su echopozityviu galuku.	vnt	300	Gamintojas: Cook Medical. Rankinį sudaro: 1. Kateteris: Bilary Drainage Catheter. Kodai: ULT8.5-38-40-P-32S-CLB-RH, ULT10.2-38-40-P-32S-CLB-RH, ULT12.0-38-40-P-32S-CLB-RH, ULT14.0-38-40-P-32S-CLB-RH; 2. Kreipiamoji viela: Fixed Core Wire Guide. Kodas: TSCF-38-80-3; 3. Dilataatorius: Dilator. Kodai: JCDR.0-38-20-HC, JCD10.0-38-20-HC, JCD12.0-38-20-HC, JCD14.0-38-20-HC; 4. Pūnkinė adata: Chiba Biopsy Needle. Kodas: DCHN-18-20.0-U	185,68	5	Tinkami biluriniams ar pilninių drenuoti punkcijų atliekant tiesioginiu ar Seldingerio būdu. Kateteris sterilus pagamintas iš minkštos medžiagos, ultratano. Neturintis atminties suleikimui, atsparus etilo alkoholiui. Padengtas hidrofiline danga, mažinančia trintį įvedimo metu. Distalinis kateterio galukas turi pigtail konfigūraciją. Kateterio intraduktalinė dalis su 12 išoninių skyklių, intraduktalinė dalis su 20 išoninių skyklių, bendrai sudarancios 32 skyklės ir rentgenokontrastinius žymeklius, kateterio įteisinimo kanulė - viena lanksti, kita standi. Katalogai: Kateteris Nr.3B; Cook katalogas Nr.3, Pal.2,8; Cook katalogas Nr.4, Pal.22-23. Rankinyje nerūdijančio plieno kreipiamoji viela, dengta teflonu, fiksuota šerdimi, 0,038 colių skersmuo, 80 cm ilgio, viename gale lenkta 3 mm spinduliu. Katalogai: Cook katalogas Nr.2, Pal.21. Drenui tinkantis dilatatorius, vienkartinis, sterilus, padengtas hidrofiline danga, konuso formos, vientisas, 20 cm ilgio, šorinis skersmuo 8, 10, 12, 14 Fr, vidinis skersmuo 0,038". Katalogai: Dilataatorius Nr.4; Cook katalogas Nr.2, Pal.14. Pūnkinė chiba tipo adata, 20 cm, dviejų dalių, šorinis skersmuo 18G, vidinis skersmuo 0,038 colių (Nominalus 18G adatų vidinis skersmuo yra 0,038 colio), su echopozityviu galuku. Katalogai: Cook katalogas Nr.2, Pal.11.	55704,00	58489,20	58489,20
				7250				Vsuo:	533528,0000	560204,4000	4356009,00