

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklintas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Pirkimo dalis	Pavadinimas	Charakteristikos, parametrai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	SIŪLOMA							PLANUOJAMA		
					Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*	Vnt. įkainis Eur be PVM	Kaina Eur be PVM	PVM tarifas, %	PVM suma, Eur	Kaina Eur su PVM	Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)	PVM tarifas %	Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM	Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM

32	Prailginimo linijos rinkinys su 3 be adatiniais konektoriais	Rinkinys tinkamas kraujui ir kraujo produktams, biologiniams skysčiams ir lipidams. Be latekso, metalinių dalių, vožtuvo. Neutralaus slėgio ± 0,03ml. Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 700 kartų. Gali būti nepertraukiamai naudojamas iki 7 parų.	Vnt.	3 000	B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Caresite k. 470160	3,00	9 000,00	5	450,00	9 450,00	Rinkinys tinkamas kraujui ir kraujo produktams, biologiniams skysčiams ir lipidams. Be latekso, metalinių dalių, vožtuvo. Neutralaus slėgio + 0,03ml. Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 1000 kartų. Gali būti nepertraukiamai naudojamas iki 7 parų.	5	26700,00	28035,00	33140000-3
----	--	--	------	-------	---	------	----------	---	--------	----------	---	---	----------	----------	------------