

ORGENTEC Diagnostika GmbH

Carl-Zeiss-Straße 49-51

55129 Mainz - Germany

Phone: +49 (0) 61 31 / 92 58-0

Fax: +49 (0) 61 31 / 92 58-58

Internet: www.orgentec.com

Elektroninė naudojimo instrukcija: versija



305_2

ORG 305 Flush routine solution

TRUMPAS APRAŠYMAS

Flush Routine Solution yra medicinos prietaisų prietaisų Alegria® valymo servetėlės. Skirtas tik profesinės laboratorijų reikmėms.

NAUDOJAMI SIMBOLIAI



Gamintojas



Kataloginis numeris



Pakanka <n> tyrimams**



Partijos kodas



Naudoti iki



Temperatūros apribojimas



Įiūrėkite naudojimo taisykles



Elektroninė naudojimo instrukcija: versija

METODIKA

Flush Routine Solution yra skirtas būti naudojamas valymo Alegria® prietaisų adatų ir vamzdžių sistema mėnesinio skalavimo ciklo.

Pirmajame rince apskritimo atskiestas naudojamas įleistinis įprastinis Sprendimas: sistema ir skalbimas pozicija praplauti 5 minučių inkubacijos laikas kiekvienam. Ši procedūra atliekama tiek adatų / vamzdžių sistemų.

Tada antrą skalavimo ratą distiliuotas vanduo naudojamas praplaukite toli perteklių įleistinis Sprendimas. Šiame etape ne inkubacijos laikas yra būtina.

Consult Alegria® instrumentas vadovo veiklos priemonę.

ASPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Venkite kontakto su oda. Mūvėti vienkartinės pirštines. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu švaraus, tekančio vandens mažiausiai 10 minučių. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos. Nusivilkite užterštus drabužius ir nusiauti batus ir išskalbti prieš naudojimą.
- Venkite kontakto su akimis. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis, kruopščiai skalauti atmerktas akis



tekančiu vandeniu mažiausiai 10 minučių. Kreipkitės medicininės pagalbos.

- Venkite įkvėpti. Įkvėpimo atveju išvesti į gryną orą.
- Nevalgykite, negerkite, nerūkykite ir taikyti makiažas srityse, kuriose tvarkomas įleistinis įprastinis Sprendimas.
- Negalima nuryti. Jei nuryjamas, praskalauti burną vandeniu, išspjauti. Prarijus išgerti vandens Glas lėtai. Negalima skatinti vėmimo. Jei spontaninis vėmimas, laikyti galvą, paveikti giliai gulint siekį užkirsti kelią. Kreipkitės medicininės pagalbos
- laboratorinio atliekų šalinimo nacionaliniu ar regionų teisės aktus turi būti laikomasi.

RINKINIO TURINYS



1 ORG 305-01 Pakanka 1



12 ORG 305-12 Pakanka 12

20 ml įleistinis sprendimas, mėlyna; vandeninis kalio hidroksido tirpalas, <0.5% ir valymo priemonių. 100x susikoncentruoti.

LAIKYMAS IR STABILUMAS

- Laikyti Flush Routine Solution, esant 10-30 ° C temperatūroje.
- Neatidarytas Flush Routine Solution reagentas išlieka stabilus iki tinkamumo datos, pažymėtos ant etiketės.
- Negalima naudoti pasibaigus tinkamumo datos.

REIKIA MEDŽIAGŲ

- Distiliuotas arba dejonizuotas vanduo
- Matavimo cilindras (2000 ml)

REAGENTU PARUOŠIMAS

Prieš vartojimą praskiesti Flush Routine Solution koncentrato turinį (20 ml), distiliuoto ar dejonizuoto vandens iki 2000 ml galutinio tirpalo.

PROCEDŪRA

- **Paruoškite Alegria® priemonę**
Alegria® programinė įranga siūlo specialius nustatymus mėnesinis sistema įleistinis: paspauskite "Nustatymai" ir paspauskite "paslaugos" ekrane.
- **Paruoškite Alegria reagentų talpyklių**
Įdėkite 1000 ml šviežiai praskiestas Alegria® Flush Routine Solution sistemos skysčio bakelio. Įdėkite 500 ml šviežiai praskiestas Alegria® Flush Routine Solution kiekvienas plovimo buferio konteinerių.
- **Pirmas Skalauti ratas: Valymo sistemos**
Laikykites procedūros, ekrane: 5 minučių inkubacijos laikas kiekviename žingsnyje.
- **Antra skalavimo ciklas: paraudimas su dejonizuoto vandens**
Tuščia visi trys Alegria reagentų talpyklių ir kruopščiai juos išplaukite su dejonizuotame vandenyje. Įdėkite 1000 dejonizuotame vandenyje ml sistemos skysčio bakelio. 500 ml dejonizuotame vandenyje, kiekvienas plovimo buferio konteinerių. Laikykites procedūros, ekrane: ne inkubacijos laikas.

SVARBI INFORMACIJA

- Tuo nuleidimo rutinos pabaigos išmeskite visus nenaudojamus sprendimus iš Alegria reagentų konteinerių! Pakeiskite, gelu sistemos skysčių ir plovimo buferio.
- Kartą per savaitę gerai išvalyti visus Alegria reagentų talpyklių, naudodami teptuką ir komerciškai prieinamą laboratorinę plovikliu.
- Po valymo reagentų talpyklių ir kruopščiai nuplaukite dejonizuotame vandenyje.