

Plyšinių lempų techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės
1.	Plyšinės lempos mikroskopas ir apšvietimo sistema	Galilėjo tipo (arba lygiavertis) konverguojantis binokuliarinis mikroskopas su apšvietimu iš apačios (Zeiss tipo arba lygiaverčiu) arba su apšvietimu iš viršaus (Haag-Streit tipo arba lygiaverčiu)	Galilėjo tipo konverguojantis binokuliarinis mikroskopas su apšvietimu iš apačios (Zeiss tipo) <i>Žiūrėti 5 psl. "Brošiūra.pdf"</i>
2.	Padidininiai	Perjungiami, ne mažiau kaip penki: 5x±2x, 9x ±1x, 14x ±2x, 22x ±3x, 36x±4x	Perjungimai penki: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x <i>Žiūrėti 5 psl. "Brošiūra.pdf"</i>
3.	Stebimo lauko diametrai (atitinkamai reikalaujamiems didinimams)	≥ 35 mm, kai didinimas 5x±2x; ≥ 22 mm, kai didinimas 9x ±1x; ≥ 14 mm, kai didinimas 14x ±2x; ≥ 8 mm, kai didinimas 22x ±3x; ≥ 5 mm, kai didinimas 36x±4x.	37 mm, kai didinimas 6x 24 mm, kai didinimas 10x 14 mm, kai didinimas 16x 8 mm, kai didinimas 25x 5.2 mm, kai didinimas 40x <i>Žiūrėti 1 psl. „User manual SL9800 (ištrauka).pdf“</i>
4.	Okuliarai	≤ 12,5x didinimo	12,5 x didinimo <i>Žiūrėti 5 psl. "Brošiūra.pdf"</i>
5.	Okuliarų dioptrinis paderinimas (okuliarų ametropijos kompensacija)	≥ ± 5 D	± 8 D <i>Žiūrėti 5 psl. "Brošiūra.pdf"</i>
6.	Apšvietimo plyšio plotis	Tolygiai reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 mm iki 12 mm	Tolygiai reguliuojamas diapazone nuo 0 mm iki 14 mm <i>Žiūrėti 5 psl. "Brošiūra.pdf"</i>
7.	Apšvietimo plyšio ilgis	Reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 2 mm iki 12 mm	Reguliuojamas diapazone kaip nuo 1,8 mm iki 13 mm <i>Žiūrėti 5 psl. "Brošiūra.pdf"</i>
8.	Apertūros diafragmos diametrai	0,3±0,1 mm, 5±1,5 mm, 9±2 mm, 14±2 mm	0.3 mm; 5.5 mm; 9 mm; 14 mm <i>Žiūrėti 5 psl. "Brošiūra.pdf"</i>
9.	Apšvietimo plyšio krypties reguliavimas	Reguliuojamas tolygiai ne siauresniame diapazone kaip nuo 0° iki 180° arba plyšio rotacija (plyšio sukimo kampas) ≥ ± 90°	Plyšio rotacija (plyšio sukimo kampas) ± 90° <i>Žiūrėti 5 psl. "Brošiūra.pdf"</i>
10.	Išorinė paciento žvilgsnio fiksacija	LED tipo (arba lygiavertis) šviesos šaltinis	LED tipo šviesos šaltinis <i>Žiūrėti 5 psl. "Brošiūra.pdf"</i>
11.	Filtrai:	1. Mėlynas filtras; 2. Beraudis (žalias) filtras; 3. Geltonas okuliario filtras.	1. Mėlynas filtras; 2. Beraudis (žalias) filtras; 3. Geltonas okuliario filtras. <i>Žiūrėti 5 psl. "Brošiūra.pdf"</i>
12.	Komplekte su plyšine lempa pateikiamas staliukas, skirtas plyšinės lempos sumontavimui	Būtina. Elektriniu būdu reguliuojamo aukščio staliukas su keturiais ratukais, iš kurių bent du su stabdžiais.	Elektriniu būdu reguliuojamo aukščio staliukas su keturiais ratukais, visi keturi ratukai su stabdžiais.

			<i>Žiūrėti 2 psl. „Staliuko brošiūra.pdf“</i>
13.	Galimybė komplektuoti su Goldmano tipo aplanaciniu tonometru	Būtina galimybė ateityje (atsiradus poreikiui) naudoti kartu su Goldmano tipo aplanaciniu tonometru.	Galimybė ateityje (atsiradus poreikiui) naudoti kartu su Goldmano tipo aplanaciniu tonometru. <i>Žiūrėti 4 psl. „Brošiūra.pdf“</i>
14.	Maitinimo šaltinis	230 V, 50 Hz elektros tinklas	230 V, 50 Hz elektros tinklas <i>Žiūrėti 1 psl. „User manual SL9800 (ištrauka).pdf“</i>
15.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Garantiniu laikotarpiu nemokamai atliekamas remontas, įskaitant remontui reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.	36 mėnesiai. Garantiniu laikotarpiu nemokamai atliekamas remontas, įskaitant remontui reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
16.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti plyšinės lempos žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.	CE <i>Žiūrėti „CE.pdf“</i>
17.	Plyšinių lempų pristatymas į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas	Plyšinių lempų pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	Plyšinių lempų pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
18.	Kartu su įranga pateikiami dokumentai	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba.