

Maitinimo bloko operaciniam stalui techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

Eil. Nr.	Pavadinimas (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Maitinimo blokas operaciniam stalui	1. Siūlomas maitinimo blokas turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu firmos „Schmitz“ operaciniu stalu „RC 30 L Schmitz“ (inventorinis nr. 13999) 2. Skirtas pakrauti vidinius akumuliatorius (kodas 2019686 arba lygiavertis) 3. Komplektuojama su: 3.1. Mobilus įkroviklis, 230 V (kodas 16199042 arba lygiavertis) 3.2. Prietaiso maitinimo laidas/kabelis, ilgis 5 ± 0,1 m. Kištukas pritaikytas Lietuvoje naudojamoms rozetėms (būtinai tiekėjo patvirtinimas). (kodas 2031557 arba lygiavertis)	1. Atitinka: maitinimo blokas turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu firmos „Schmitz“ operaciniu stalu „RC 30 L Schmitz“ (inventorinis nr. 13999) 2. Atitinka: jis naudojamas pakrauti vidinius akumuliatorius (kodas 2019686) 3. Atitinka: komplektuojama su: 3.1. Mobilus įkroviklis, 230 V (kodas 16199042)  3.2. Prietaiso maitinimo EU laidas, ilgis 5 m. Atitinka: kištukas pritaikytas Lietuvoje naudojamoms rozetėms (kodas 2031557) UAB „Limeta“ patvirtinimo raštas 

2.	Prekei suteikiama garantija	Ne mažiau kaip 6 mėnesiai.	Garantija 6 mėnesiai
----	-----------------------------	----------------------------	----------------------

Papildomi reikalavimai:

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
2. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.
3. Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

Kauno TAB viršininkas
Gražvydas Valančauskas

