

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PRIEMONĖMS VITREKTOMIJAI ĮSIGYTI

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Orientacinis kiekis (vnt.)	Siūlomos parametrų reikšmės
3	Vienkartinis pinceto antgalis stiprioms membranoms (23 G ir 25 G)	- vienkartinis (pažymėta simboliu); - sterilus (simbolis ant pakuotės); - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - dydis 23G, 25G; - mikrotekstūrinis galiukų suėmimo paviršius; - suėmimo jėga ne mažiau kaip 60 gramų; - tinkamas įstatyti į firmos „Grieshaber“ daugkartinę rankeną „Renaissance Advanced“.	400 vnt.	- vienkartinis (pažymėta simboliu); Žr. Bukletas.pdf 5 psl. - sterilus (simbolis ant pakuotės); Žr. Bukletas.pdf 5 psl. - ant pakuotės pažymėta produkto. Žr. Bukletas.pdf 5 psl. - pagaminimo data ir galiojimo laikas; Žr. Bukletas.pdf 5 psl. - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; Žr. Bukletas.pdf 5 psl. - dydis 23G, 25G; Žr. Bukletas.pdf 2 psl. - mikrotekstūrinis galiukų suėmimo paviršius; Žr. Bukletas.pdf 1 psl. - suėmimo jėga 60 ir 80 gramų; Žr. Bukletas.pdf 3 psl. - tinkamas įstatyti į firmos „Grieshaber“ daugkartinę rankeną „Renaissance Advanced“. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
5	Vienkartinis lenktų žirklučių antgalis (23G ir 25G)	- vienkartinis (pažymėta simboliu); - sterilus (simbolis ant pakuotės); - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - dydis 25 G, 23 G; - žirklučių lenktumas $40^{\circ} \pm 5^{\circ}$; - tinkamas įstatyti į firmos „Grieshaber“ daugkartinę rankeną „Renaissance Advanced“.	120 vnt.	- vienkartinis (pažymėta simboliu); Žr. Bukletas.pdf 5 psl. - sterilus (simbolis ant pakuotės); Žr. Bukletas.pdf 5 psl. - ant pakuotės pažymėta produkto. Žr. Bukletas.pdf 5 psl. - pagaminimo data ir galiojimo laikas; Žr. Bukletas.pdf 5 psl. - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; Žr. Bukletas.pdf 5 psl. - dydis 25 G, 23 G; Žr. Bukletas.pdf 10 psl. - žirklučių lenktumas 40°; Žr. Bukletas.pdf 10 psl.

				- tinkamas įstatyti į firmos „Grieshaber“ daugkartinę rankeną „Renaissance Advanced“. Žr. Bukletas.pdf 14 psl.
--	--	--	--	---

Priemonės (priedaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklavinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.