

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2024-12-09

Pirkimo pavadinimas: VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS VAIKŲ NEUROCHIRURGIJAI (NR. 7917)

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB Sveikatos technologijos
Tiekėjo kodas:	303477020
Tiekėjo adresas:	Lvivo g. 25-701, Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:	LT100009044418
A/s numeris:	LT577300010155776956
Bankas, banko kodas:	Swedbank
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:	
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:	Direktorius, Andrius Nikanorovas
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:	Direktorius, Andrius Nikanorovas
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:	Direktorius, Andrius Nikanorovas
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:	info@sveikatostehnologijos.eu

Tiekėjo patvirtinimai:
Šio pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

1. Bendrieji reikalavimai:

- 1.1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento ar hygiavertčio dokumento reikalavimus.
- 1.2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
- 1.3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
- 1.4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

P.D. Nr.	Priemonės pavadinimas (pirkimo dalies pavadinimas)	Techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Preliminaruski ekis	Mato vnt. įkainis, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM	PVM tarifas %	PVM suma, Eur	Suma, Eur su PVM	Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr. Techninėje dokumentacijoje atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Irašyti prekės ref. kodą, jei taikomas.
----------	--	-------------------------	-----------	---------------------	-------------------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---

1	Smegenų skysčio išorinio drenavimo sistema su ventrikuliniu kateteriu	Smegenų skysčio išorinio drenažo sistema su laikikliu tvirtinti prie stovo bei virvele papildomam tvirtinimui. Kamera ne mažiau 100 ml talpos, su antirefluksiniu vožtuvu ir su anga orui, turinčia antimikrobinį filtrą bei skėčio tipo vožtuvą. Nuimamas maišelis 700 ml (± 10 ml) talpos, sugraduotas kas 50 ml (±1 ml). Sistemos slėgio skalė sugraduota centimetrais vandens ir milimetrais gyvsidabrio stulpelio. Skalės diapazonas ne mažiau 30 cm vandens stulpelio, įskaitant neigiamas reikšmes. Sistemos paciento dalis ne mažiau 162 cm ilgio. Sistema turi Y tipo konektorių su išėjimu smegenų skysčiui paimti ar vaistams suleisti, ne mažiau tris keturių padėčių kranelius, lizdą kalibravimo prietaisui. Ventrikulinis kateteris vientisu uždaru galu, ne mažiau 35 cm ilgio, su stiletu, lenktu trokaru, Luer tipo konektoriumi. Išorinio drenažo sistemos kalibravimo prietaisas daugkartinio naudojimo. Padėtis grindų atžvilgiu kontroliuojama "gulsciuko" principu, padėtis paciento atžvilgiu kontroliuojama lazerio spinduliu. Lazeris medicininis, 3A klasės.	vnt.	30	370,00	11 100,00	5	555,00	11 655,00	Integra Lifesciences, JAV, prekės kodas 821730C. Neurocritical care catalog.pdf psl 27; Codman EDS3 IFU.pdf psl 2 ir 3.
2	Smegenų skysčio išorinio drenavimo sistema su liumbaliniu kateteriu	Smegenų skysčio išorinio drenažo sistema. Su laikikliu tvirtinti prie stovo bei virvele papildomam tvirtinimui. Kamera ne mažiau 100 ml talpos, su antirefluksiniu vožtuvu ir su anga orui, turinčia antimikrobinį filtrą bei skėčio tipo vožtuvą. Nuimamas maišelis 700 ml (± 10 ml) talpos, sugraduotas kas 50 ml (±1 ml). Sistemos slėgio skalė sugraduota centimetrais vandens ir milimetrais gyvsidabrio stulpelio. Skalės diapazonas ne mažiau 30 cm vandens stulpelio, įskaitant neigiamas reikšmes. Sistemos paciento dalis ne mažiau 162 cm ilgio. Sistema turi Y tipo konektorių su išėjimu smegenų skysčiui paimti ar vaistams suleisti, ne mažiau tris keturių padėčių kranelius, lizdą kalibravimo prietaisui. Liumbalinis kateteris, ne mažiau 45 cm ilgio, su 14G Tuohy, Huber tipo galu, adata, viela –pravedėju, fiksatoriumi-laikikliu kateteriui, Luer tipo konektoriumi su integruotu kaiščiu. Išorinio drenažo sistemos kalibravimo prietaisas daugkartinio naudojimo. Padėtis grindų atžvilgiu kontroliuojama "gulsciuko" principu, padėtis paciento atžvilgiu kontroliuojama lazerio spinduliu. Lazeris medicininis, 3A klasės.	vnt.	5	400,00	2 000,00	5	100,00	2 100,00	Integra Lifesciences, JAV, prekių kodai 821731C ir INS5010. Neurocritical care catalog.pdf psl 27 ir 39; Codman EDS3 IFU.pdf psl 2 ir 3.
3	Ventrikulinis kateteris išorinio drenažo sistemoms su antibakterine impregnacija (2antibiotikais).	Kateteris vientisu uždaru galu, ne mažiau 35cm ilgio. Komplektuojamas su stiletu, lenktu trokaru, "Luer" tipo jungties konektoriumi. Kateteris impregnuotas dviem linkozamidų bei rifamicinų grupės antibiotikais, kurie ne mažiau nei 4 savaites palaipsniui išsiskiria į pratekantį likvorą.	vnt.	5	185,00	925,00	5	46,25	971,25	Integra Lifesciences, JAV, prekių kodas 821745. Neurocritical care catalog.pdf psl 34 ir 36; Codman Bactiseal EVD catheter IFU.pdf psl 3.
4	Išorinio drenažo sistemos kalibravimo prietaisas.	Padėtis grindų atžvilgiu kontroliuojama "gulsciuko" principu. Padėtis paciento atžvilgiu kontroliuojama lazerio spindulio pagalba. Lazeris medicininis, ne žemesnės nei 3A klasės.	vnt.	2	90,00	180,00	5	9,00	189,00	Integra Lifesciences, JAV, prekių kodas 821733. Neurocritical care catalog.pdf psl 27; Codman EDS3 IFU.pdf psl 3.
5	Intrakranijinio slėgio daviklio rinkinys su kaukolės varžtu	Intrakranijinio slėgio daviklio rinkinys su kaukolės varžtu. Rinkinys skirtas parenchiminiam ir subduraliniam IKS monitoravimui. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo. Tinkamas darbui su Codman ICP Express monitoriumi. Veikimo principas pagrįstas mažo voltažo elektrinio impulso generavimu priklausomai nuo spaudimo į mikroschemą. Miniatiūrinis daviklis su mikroschemomos titano apvaskale, skersmuo ne daugiau 1,3mm. 100cm ilgio laidelis nailono apvaskale, skersmuo be daugiau 0,8mm. Veikimo slėgio intervalas- 50mmHg iki +250mmHg. Rinkinyje turi būti: kaukolės varžtas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su sriegiu proksimaliniame gale ir plastikiniais sparneliais distaliniame gale. Skersmuo ne daugiau 2,7mm, ilgis 4,0cm +-0,1cm. Gylį reguliuojanti tarpinė. Pagaminta iš silikono. Obturatorius/kietojo smegenų dangalo perforatorius. Gražtelis, kurio skersmuo ne daugiau 2.7mm. Turi gręžimo gylį žyminį metalinę movą.	vnt.	15	590,00	8 850,00	5	442,50	9 292,50	Integra Lifesciences, JAV, prekių kodai 826851 arba 626638. Neurocritical care catalog.pdf psl 15; ICP sensor metal bolt IFU.pdf psl 5 ir 7.

6	Intrakranijinio slėgio daviklio rinkinys su ventrikuliniu kateteriu	Intrakranijinio slėgio daviklio rinkinys su ventrikuliniu kateteriu. Rinkinys skirtas matuoti intrakranijinį slėgį skilveliuose. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo. Tinkams darbui su Codman ICP Express monitoriumi. Veikimo principas pagrįstas mažo voltažo elektrinio impulso generavimu prilausomai nuo spaudimo į mikroschemą. Miniatiūrinis daviklis su mikroschemos titano apvaskale, skersmuo ne daugiau 1,3mm. 100cm ilgio laidelis nailono apvaskale, skersmuo ne daugiau 0,8 mm. Veikimo slėgio intervalas- 50 mmHg iki +250 mmHg. Rinkinyje turi būti: ventrikulinis kateteris 38cm ilgio ir 3,4 mm skersmens su 3spindžiais. Trokaras pervedimui po skalpu.	vnt.	5	830,00	4 150,00	5	207,50	4 357,50	Integra Lifesciences, JAV, prekių kodas 826854. Neurocritical care catalog.pdf psl 15; ICP sensor ventricular catheter kit IFU.pdf psl 5 ir 7.
7	Neurochirurginės juostelės	Sterilios. Pagamintos iš spausito šilko pluošto. Turi rentgeno kontrastines žymes per visą juostelės ilgį. Be siūlių. Sugeria skysčio ne mažiau nei 5 kartus savo svorio, išlaiko formą. Nepalieka pluošto pėdsakų. Supakuota ne daugiau kaip po 10 vnt. 38 mm x 152 mm (±1mm).	vnt	1975	0,66	1 303,50	5	65,18	1 368,68	Integra Lifesciences, JAV, prekių kodas 801454. Neuro Accessories catalog.pdf psl 6 ir 7.
8	Programuojamas ventrikuliperitoninio šuntavimo rinkinys	Sudarytas iš ventrikulinio kateterio su deflektoriumi ir peritoninio kateterio. Vožtuvas – programuojamas, be metalinių dalių išorėje. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 1 cm H2O (ne mažiau 18 pozicijų). Vožtuvas su integruotu rezervuaru, turinčiu kietą pagrindą, tinkamu daugkartinėms punkcijoms ir su viduje integruotu (bet ne atskirai prijungiamu) antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥14 cm, su įvedikliu. Atskiras peritoninis kateteris ≥ 120 cm. Kateterių vidinis diametras 1,2 ± 0,2 mm. Kateterių išorinis diametras 2,5 ± 0,3 mm.	vnt	10	1 800,00	18 000,00	5	900,00	18 900,00	Integra Lifesciences, JAV, prekių kodas 823832. Hydrocephalus catalog.pdf psl 18, 21, 69, 70; Hakim Programmable Valve IFU.pdf psl 8.
9	Fiksuoto pralaidumo ventrikuloperitoninio šuntavimo reinkinys	Sudarytas iš vožtuvo, ventrikulinio kateterio su deflektoriumi ir peritoninio kateterio. Vožtuvas su integruotu rezervuaru, turinčiu kietą pagrindą, tinkamu daugkartinėms punkcijoms ir su viduje integruotu (bet ne atskirai prijungiamu) antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu. Vožtuvas be metalinių detalių išorėje. Sistemoje ≥ 3 praleidžiamojo slėgio lygių vožtuvai, užsakant pasirenkamas pagedaujamo slėgio lygio vožtuvus. Atskiras ventrikulinis kateteris su įvedėju ≥ 14 cm. Peritoninis kateteris ≥ 120 cm. Kateterių vidinis diametras 1,2 ± 0,2 mm. Kateterių išorinis diametras 2,5 ± 0,3 mm.	vnt	10	1 500,00	15 000,00	5	750,00	15 750,00	Integra Lifesciences, JAV, prekių kodai 823811, 823812, 823813, 823814, 823815. Hydrocephalus catalog.pdf psl 44; Hakim fixed pressure valves IFU.pdf psl 4.
11	Galvos smegenų kietojo dangalo siūlės hermetikas	Skirtas naudoti galvos ir stuburo smegenų operacijų metu kaip papildoma priemonė užtikrinti siūlės sandarumą. Pagamintas iš polietilenglikolio (PEG) ir trilizino amino tirpalo arba lygiaverčių medžiagų, sterilus, absorbuojamas per 4-8 savaites. Pateikiamas 5 ± 1 ml švirkšte	vnt.	40	420,00	16 800,00	5	840,00	17 640,00	Integra Lifesciences, JAV, prekių kodas DSD5005. Dural repair catalog.pdf psl 6 ir 7.