

Technische Versionsnummer 1.001 im WWS

Pos.-Nr.	Benennung	Artikel	Material	Menge
1	Schlauchmuffe 10 ID-10 AD	270068	PP	2
2	Schlauchmuffe 10AD-10AD	270070	LDPE	1
3	Konnektor 4M-4M für Steuerleitung	270192	PP	2
4	Endkonnektor klar, 15M/10M	270244	PP	1
5	Adapter 18 mm AD/15 mm ID - 22 mm AD/22 mm ID	270245	PC	1
6	PVC-Schlauch für Druck- und Steuerleitungen 3x5	270257	PVC	1x 1,8m
7	Portcap grün	270266	EVA	2
8	Schlauchmuffe 22ID-10AD	270272	PP	1
9	10mm Wellschlauch grün 120cm	270850	PE	1
10	10mm Wellschlauch grün 60cm	270852	PE	1
11	10mm Wellschlauch grün 40cm	270853	PE	1
12	Neo-T-Stück, 10 mm, mit Öffnung für Temperatursonde	270902	PP	1
13	Schlauchklammer 10mm	270945	PC	3
14	Haltehülse 10mm	300680	PP	1
15	Befeuchterkammer C200AF AIRcon	500300		1
16	Reduzierstück ø20 auf 10mm	500909	PP	1
17	Heizdraht kpl Aircon 10 mm insp	500916		1

Die Informationen in dieser Zeichnung sind das alleinige Eigentum der WILAmed GmbH.
Jede Reproduktion in einem Detail oder als Ganzes ohne schriftliche Genehmigung der WILAmed GmbH ist untersagt.

1 Freigabe

Baugleicher Artikel:
270.796 mit Generator und Prongs

MAßE OHNE TOLERANZANGABE NACH DIN ISO 2768-m

OBERFLÄCHE:

NICHTBEMAßTE RADIEN UND KANTEN:

FARBE:

FREIGEGEBEN:

WILAmed GmbH
Aurachhöhe 5-7 , 91126 Kammerstein

	NAME	INDEX	ZEICHNUNGSDATUM	GEPRÜFT	FREIGABEDATUM	FREIGABE
GEZ:	Nachtnebel	1	18.11.2013			

BEZEICHNUNG:
BTS1299A_Einweg CPAP-Schlauchsystem beheizt (i) für Neonatologie (Flow_4l_min), 120cm, Inkubatorverlängerung 40cm, Adapter-Kit, Auto-Fill Kammer

MATERIAL:

GEWICHT:

ZEICHNUNGSNR. 2707961

A3

MAßSTAB:1:2

BLATT 1 VON 1