

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1	Pavadinimas	Reagentai ir priemonės DNR ir RNR automatizuotai gryninimo sistemai, suteikiamai panaudos būdu
2	Prekės pristatymo vieta	Santariškių g. 2, Vilnius, LT-08661
8	Sąlygos	1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus (lietuvių arba anglų kalba), įrodančius parduodamos prekės ir siūlomos panaudai įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, nuorodas į internetinį tinklą, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais. 2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 3. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka CE sertifikatą. 4. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio). 5. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu išskylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio. 6. Tiekėjas turi pateikti reagentų ir pagalbinių priemonių saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją iki panaudai teikiamo prietaiso instaliavimo. 7. Iki panaudai teikiamo prietaiso instaliavimo, Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą ir instrukcijas. 8. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei – pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui. 9. Panaudos davėjas įsipareigoja panaudai teikiamą (-us) prietaisą (-us) perduoti (pristatyti, paruošti, išbandyti, apmokyti PO darbuotojus juo dirbti, jei reikia, atlikti tyrimų verifikavimą) VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms ne vėliau kaip per vieną mėnesį, skaičiuojant nuo to momento, kai PO elektroniniu paštu Tiekėjui nurodo perduoti prietaisus. Esant objektyvioms priežastims, Tiekėjas raštu gali prašyti pratęsti turto perdavimo terminą dar per vieną mėnesį, tokiu atveju naujas turto perdavimo terminas nustatomas abipusiu raštišku šalių sutarimu.
10	Aplinkosauga - žalieji pirkimai	Nurodyti SPS 2 priedo 12. p.

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Matavimo vienetai	Maksimalus kiekis	Mato vnt. įkainis be PVM	Suma be PVM (Eur)	Suma su 21 % PVM (Eur)	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, kodas, gamintojas/nuoroda į pateiktą dokumentaciją, nuoroda į interneto tinklapį (jei yra)
2	Reagentai ir priemonės King Fisher Flex DNR ir RNR automatizuotai gryninimo sistemai ar lygiavertei, suteikiamai panaudos būdu (1 vnt.). Reikalavimai įrangai: - 96 mėginius gryninant vienu metu užtrunkama 20 ar mažiau minučių - Su paruoštais protokolais pritaikytai įvairiems mėginio tipams - Su programine įranga protokolų kūrimui ir modifikavimui Pildo tiekėjas:						
2.1	Rinkinys DNR gryninimui magnetinėmis dalelėmis, suderinamas su neprocesuoto kraujo, šlapimo, seilių, baltųjų kraujo ląstelių, skruosto tepinėlių mėginiais; taikymui PGR, sekvenavimui ir mikrogardelių analizei, nereikalauja mėginio ir tirpalų tūrio normalizavimo etapų. Vieno rinkinio turi pakakti ne mažiau 200 50-200 ul mėginių	vnt	6	580,00	3.480,00	4.210,80	MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra A36570 Thermo Fisher Scientific Nuoroda
2.2	Gili 96 šulinėlių plokštelė suderinama su 2.1 dalies rinkiniu, pagerinanti išskirtų nukleorūgščių išėigą ir kokybę	50 vnt	2	280,00	560,00	677,60	King Fisher 96 deep-well plate, 95040450 Thermo Fisher Scientific Nuoroda
2.3	96 šulinėlių plokštelė suderinama su 2.1 dalies rinkiniu, pagerinanti išskirtų nukleorūgščių išėigą ir kokybę	48 vnt	1	250,00	250,00	302,50	King Fisher 96 microplate (200µL) 97002540 Thermo Fisher Scientific Nuoroda
2.4	Eliucijos tirpalas, suderinamas su 2.1 dalies rinkiniu	120 ml	1	550,00	550,00	665,50	MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Elution Solution A36582 Thermo Fisher Scientific Nuoroda
2.5	Magnetas skyrimo aparatui	vnt	1	4.200,00	4.200,00	5.082,00	KF FLEX 96 DW HEAD. 24074430

							Thermo Fisher Scientific Nuoroda
2.6	Antgaliai skyrimo aparatui	100 vnt	5	600,00	3.000,00	3.630,00	King Fisher 96 tip comb for deep-well magnets 97002534 Thermo Fisher Scientific Nuoroda
				Suma:	12.040,00	14.568,40	