

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1.	<u>Darbuotojų blaivumo patikros sistemos nuoma</u>	<i>CloudAlcoMeter-B3</i>		
1.1.	Blaivumo tikrinimo įrenginio darbo sąlygos.	Nuo 0 °C iki +35 °C.	Atitinka	Vartotojo Instrukcija CloudAlcoMeter-B3, 11 puslapis
1.2.	Alkotesteris turi turėti.	Integruotą vaizdo kamerą, kuris užtikrintų tamsioje patalpoje pakankamą fotografuojamų asmenų apšvietimą.	Atitinka	Vartotojo Instrukcija CloudAlcoMeter-B3, 5 puslapis
1.3.	Alkotesteriai privalo turėti realiu laiku (pučiant į alkotesterį) veikiančią biometrinio veidų atpažinimo (identifikavimo) funkciją.	- Testo metu padarytą asmens nuotrauką bei testavimo metu įvedamą identifikacinį numerį sulygina su sistemoje saugoma darbuotojo nuotrauka ir prisijungimo duomenimis. - Biometrinis darbuotojo atpažinimas turi būti ne mažesnis nei 95 %.	Atitinka	https://worksober.com/lt/sprendimai/stacionarus-bekontaktis-sprendimas/
1.4.	Veido atpažinimas realiu laiku (pučiant į alkotesterį)	Tiek indikaciniu būdu (be šiaudelio), tiek su šiaudeliu (antgaliu).	Atitinka	https://worksober.com/lt/sprendimai/stacionarus-bekontaktis-sprendimas/
1.5.	Darbuotojų atpažinimas.	Sistemoje užregistruoti darbuotojai privalo būti atpažįstami visuose	Atitinka	https://worksober.com/lt/sprendimai/stacionarus-bekontaktis-sprendimas/

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1. Darbuotojų blaivumo patikros sistemos nuoma		<i>CloudAlcoMeter-B3</i>		
		tuo metu su Alkotesterių valdymo ir duomenų kaupimo sistema.susijusiuose alkotesteriuose.		
1.6.	Alkotesterių valdymo ir duomenų kaupimo sistema.	Turi būti valdoma ir pasiekama centralizuotai. Visi Alkotesterių valdymo ir duomenų kaupimo sistemos įrenginiai privalo duomenis saugoti šios Sistemos vieningoje duomenų bazėje.	Atitinka	https://worksobers.com/lt/sprendimai/stacionarus-bekontaktis-sprendimas/
1.7.	Ekranas / klaviatūra duomenų suvedimui	Jautrus lietimui (jutiklinis).	Atitinka	Vartotojo Instrukcija CloudAlcoMeter-B3, 5 puslapis
1.8.	Pranešimų alkotesterio ekrane kalba	Lietuvių.	Atitinka	Vartotojo Instrukcija CloudAlcoMeter-B3, 7 puslapis
1.9.	Alkoholio tolerancijos reikšmė	0.00	Atitinka	Vartotojo Instrukcija CloudAlcoMeter-B3, 10 puslapis
1.10.	Matavimo vienetai	Promilės.	Atitinka	Vartotojo Instrukcija CloudAlcoMeter-B3, 10 puslapis
1.11.	Alkotesterio greitimeika	Ne mažiau 3 testai per vieną minutę, kai tikrinimo rezultatas 0.00 promilių.	Atitinka	Vartotojo Instrukcija CloudAlcoMeter-B3, 10 puslapis
1.12.	Informacijos apie užfiksuotus neblaivumo atvejus pateikimas	- Generuojamas trumpalaikis garsinis signalas ir / ar parodomas pranešimas įrenginio ekrane. - Ne vėliau kaip per 5 min. informavimas atsakingų asmenų SMS žinute ir / ar el. paštu.	Atitinka	https://worksobers.com/lt/sprendimai/stacionarus-bekontaktis-sprendimas/
1.13.	Informacijos apie darbuotojus pasitikrinusius / nepasitikrinusius blaivumą.	Nurodytu laiku informavimas atsakingų asmenų SMS žinute ir / ar el. paštu.	Atitinka	Svetainės naudojimosi instrukcija (sk.2.1 Vadovo paskyros sukūrimas – 6 puslapis)

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1. Darbuotojų blaivumo patikros sistemos nuoma		<i>CloudAlcoMeter-B3</i>		
1.14.	Ataskaitų formavimas.	Dienos, savaitės, mėnesio.	Atitinka	Svetainės naudojimosi instrukcija (3sk – Matavimų atvaizdavimas, 15 psl; 7 sk. Ataskaitos 29 psl.)
1.15.	Duomenų kaupiamas ir saugojimas.	Ne daugiau kaip dvi savaitės.	Atitinka	Vartotojo Instrukcija CloudAlcoMeter-B3, 12 puslapis
1.16.	Vienkartinių šiaudelių konteineris šalia alkotesterio.		Atitinka	
1.17.	Alkoholio matavimų skiriamoji geba.	Ne didesnė nei 0,01 promilės.	Atitinka	Vartotojo Instrukcija CloudAlcoMeter-B3, 10 puslapis
1.18.	Maitinimas.	220-240V, 50/60HZ	Atitinka	Vartotojo Instrukcija CloudAlcoMeter-B3, 10 puslapis
1.19.	Paslaugos teikimas ir pagalba .	24 val. / 7 dienos	Atitinka	https://worksober.com/lt/sprendimai/stacionarus-bekontaktis-sprendimas/
1.20.	Naudojimo instrukcija	Lietuvių kalba	Atitinka	Vartotojo Instrukcija CloudAlcoMeter-B3, (14 puslapių)
2. Vienkartiniai antgaliai				
2.1.	Atitiktis	Garantinis raštas ar lygiavertis dokumentas patvirtinantis, kad tinka naudoti su šioje lentelėje nurodyta 1 Preke.	Atitinka	CloudAlcoMeter-B3 sertifikatas (Sertifikato priedas -1 puslapis)

¹ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.