

UAB „Skirgesa“

(tiekėjo pavadinimas)

Energetikų g. 8, Kaunas, LT-52461 Įm. kodas 234449420, PVM kodas 344494219

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokėščio mokesčio kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokėščio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės

VšĮ Kauno klinikos

(Adresas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL ĮRANGOS HIBRIDINEI OPERACINEI PIRKIMO**

2018-08-31 Nr. 20928

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKvizITAI

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Skirgesa“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Energetikų g. 8, Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokesčio kodas	234449420, LT344494219
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko kodas	A/s. LT41 7300 0100 7979 6368, AB Swedbank, banko kodas 73000
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Skirmantas Akelis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Viešųjų pirkimų specialistė Greta Rumševičiūtė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Skirmantas Akelis
Telefono numeris	8 37 457746
Fakso numeris	8 37 458161
El. pašto adresas	info@skirgesa.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

PASIŪLYMO KAINA

Žr. „Pasiūlymas_kainos“.xls.

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS
3 pirkimo dalis

Smegeny oksigenacijos monitoriaus techninė specifikacija (kiekis - 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės	Psl. Nr. kataloge
1.	Matuojami parametrai	1. Regioninė oksimetrija 2. Anestezijos gylis 3. Saturacija (SpO ₂) 4. Hemoglobinas (SpHb)	1. Regioninė oksimetrija 2. Anestezijos gylis 3. Saturacija (SpO ₂) 4. Hemoglobinas (SpHb)	
2.	Monitoriaus ekranas	1. Spalvotas, lietimui jautrus 2. Įstrižainė - ne mažiau kaip 25 cm 3. Raiška - ne mažiau kaip 1280x800 vaizdo elementų	1. Spalvotas, lietimui jautrus 2. Įstrižainė – 25,65 cm 3. Raiška – 1280x800	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.2
3.	Ryšiai (sąsajos)	1. Kompiuterinio tinklo Ethernet jungtis 2. Jungtis personalo perspėjimo signalo perdavimui į budėjimo postą 3. USB jungtis 4. Bevielio ryšio galimybė 5. Galimybė prie monitoriaus prijungti kitus įrenginius	1. Kompiuterinio tinklo Ethernet jungtis 2. Jungtis personalo perspėjimo signalo perdavimui į budėjimo postą 3. USB jungtis 4. Bevielio ryšio galimybė 5. Galimybė prie monitoriaus prijungti kitus įrenginius	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.1-2
4.	Garsiniai ir vaizdiniai aliarmai	Būtina	Garsiniai ir vaizdiniai aliarmai	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf.20
5.	Regioninė oksimetrija			
5.1.	Galimybė nustatyti bazinę liniją	Būtina	Galimybė nustatyti bazinę liniją	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf.20
5.2.	Ekране rodomi parametrai	1. Regioninė oksimetrija (rSO ₂) 2. Regioninės oksimetrijos kitimo kreivė 3. Pokytis tarp pradinės reikšmės ir esamos oksimetrijos 4. Skirtumas tarp kaktos arba piršto SpO ₂ ir rSO ₂	1. Regioninė oksimetrija (rSO ₂) 2. Regioninės oksimetrijos kitimo kreivė 3. Pokytis tarp pradinės reikšmės ir esamos oksimetrijos 4. Skirtumas tarp kaktos arba piršto SpO ₂ ir rSO ₂	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.4
5.3.	Tikslumas	1. Trendinio rSO ₂ paklaida ne didesnė kaip ±3% 2. Absoliutaus rSO ₂ paklaida ne didesnė kaip ±4%	1. Trendinio rSO ₂ paklaida 3% 2. Absoliutaus rSO ₂ paklaida 4%	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.4
5.4.	Regioninės oksimetrijos kitimo kreivių skaičius	Ne mažiau 4	4 bangos	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.4
6.	Anestezijos gylis			

6.1.	Ekране rodomi parametrai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elektrodų statusas 2. EEG, ne mažiau 4 kreivių 3. EMG 4. Paciento būsenos indeksas 5. Slopinimo santykis 6. Artefaktai 7. EEG spektrinė analizė (kairė ir dešinė pusės) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elektrodų statusas 2. EEG, nemažiau 4 bangų 3. EMG 4. Paciento būsenos indeksas 5. Slopinimo santykis 6. Artefaktai 7. EEG spektrinė analizė (kairė ir dešinė pusės) 	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.6-7
6.2.	Elektrodų kiekis	Ne mažiau 6	6 elektrodai	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl. 6
6.3.	Naudojami sensoriai be latekso	Būtina	Naudojami sensoriai be latekso	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.6
6.4.	Matavimų ribos (ne siauresnės už nurodytas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. EMG – nuo 0 iki 100 2. Paciento būsenos indeksas – nuo 0 iki 100 3. Slopinimo santykis – nuo 0 % iki 100 % 4. Artefaktai – nuo 0 % iki 100 % 5. EEG spektrinė analizė – nuo 1 Hz iki 30 Hz 6. Impedansas – nuo 0 iki 65 kΩ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. EMG – nuo 0 iki 100 2. Paciento būsenos indeksas – nuo 0 iki 100 3. Slopinimo santykis – nuo 0% iki 100% 4. Artefaktai – nuo 0% iki 100% 5. EEG spektrinė analizė – nuo 0 Hz iki 30 Hz 6. Impedansas – nuo 0 iki 65 kΩ 	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.7-8
6.5.	Galimybė keisti EEG amplitudę ir diskretizavimo dažnį	Būtina	Galimybė keisti EEG amplitudę ir greitį	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.9
7.	Saturacija			
7.1	Prietaisas su įdiegta signalo „ištraukimo“ arba lygiaverte technologija, matuojantis esant judesiams ir žemai perfuzijai	Būtina	Prietaisas su įdiegta signalo „ištraukimo“ technologija, matuojantis esant judesiams ir žemai perfuzijai	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.10
7.2	SpO ₂ matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	1% - 100%	0% - 100%	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.11
7.3	Pulso matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	25 k/min. - 240 k/min.	25 k/min. – 240 k/min.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.11
7.4	SpO ₂ matavimo tikslumas 70-100 % ribose	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matavimo paklaida pacientui nejudant - ne daugiau ±2 % 2. Matavimo paklaida pacientui judant - ne daugiau ±3 % 3. Matavimo paklaida esant žemai perfuzijai - ne daugiau ±3% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matavimo paklaida pacientui nejudant - ± 2%; 2. Matavimo paklaida pacientui judant - ± 3%; 3. Matavimo paklaida esant žemai perfuzijai - ± 3% 	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf.,psl.11,16
7.5	Pulso matavimo tikslumas 25-240 k/min ribose	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matavimo paklaida pacientui nejudant - ne daugiau ±3 k/min 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matavimo paklaida pacientui nejudant - ± 3 k/min. 2. Matavimo paklaida pacientui judant - ± 5 k/min. 3. Matavimo paklaida esant žemai perfuzijai - ± 3 k/min. 	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf.,psl.11,16

8	Hemoglobinas	2. Matavimo paklaida pacientui judant - ne daugiau ± 5 k/min 3. Matavimo paklaida esant žemai perfuzijai - ne daugiau ± 3 k/min		
8.1	Neinvazinis pastovus matavimas	Būtina	Neinvazinis pastovus matavimas	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf, psl.17
8.2	Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	0 – 25 g/dl	0 – 25 g/dl	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf, psl.11
8.3	Matavimo tikslumas	Matavimo paklaida – ne daugiau $\pm 17,5$ g/dl	8 – 17 g/dl $\pm 1\%$	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf, psl.11
9.	Galimybė, esant poreikiui, praplėsti monitoriaus funkcionalumą	Būtina galimybė įdiegti PI, SpMet, SpCO parametrų matavimus	Galimybė pririnkti įdiegti PI, SpMet, SpCO ir kitus parametrų matavimus	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf.20
10.	Komplektacija	1. Monitorius – 1 vnt. 2. Regioninės oksimetrijos modulis – 1 vnt. 3. Anestezijos gylio įvertinimo modulis – 1 vnt. 4. SpO ₂ ir SpHb matavimų modulis – 1 vnt. 5. Regioninės oksimetrijos sensoriai – 200 vnt. 6. Anestezijos gylio įvertinimui naudojami sensoriai – 200 vnt. 7. Daugkartinis SpO ₂ matavimo sensorius – 1 vnt. 8. SpHb matavimo sensoriai – 20 vnt.	1. Monitorius – 1 vnt. 2. Regioninės oksimetrijos modulis – 1 vnt. 3. Anestezijos gylio modulis – 1 vnt. 4. SpO ₂ ir SpHb modulis – 1 vnt. 5. Regioninės oksimetrijos sensoriai – 200 vnt. 6. Anestezijos gylio įvertinimui naudojami sensoriai – 200 vnt. 7. Daugkartinis SpO ₂ matavimo sensorius – 1 vnt. 8. SpHb matavimo sensoriai – 20 vnt.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf.20
11.	Prietaiso instaliavimas, išbandymas, personalo apmokymas	Iskaičiuota į pasiūlymo kainą	Prietaiso instaliavimas, išbandymas, personalo apmokymas iskaičiuoti į pasiūlymo kainą	
12.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Monitoriui (įskaitant komplektuojamus modulius) - ≥ 36 mėnesiai, kitiems monitoriaus priedams (išskyrus vienkartinio naudojimo priedus) - ≥ 24 mėnesių	Monitoriui (įskaitant komplektuojamus modulius) - 36 mėnesiai, kitiems monitoriaus priedams (išskyrus vienkartinio naudojimo priedus) - 24 mėnesių	
13.	Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklui	Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)	CE sertifikato kopija	

*Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomą prekę, turi būti nurodyta prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos charakteristikos“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentais.

6 pirkimo dalis
Kardiokirurginių instrumentų rinkinys – 1 vnt.

Eilės nr.	Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašanti informacijos šaltinį	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos,	Psl. Nr. kataloge
1.	Skalpelio galvutės nuėmėjas.	Žnyplių tipo, 14,0 cm ± 2 mm ilgio, be užrakto, suspaustos darbinės dalys sudaro kiaurą stačiakampio formos angą saugiam skalpelio galvutės nuėmimui nuo kotelio.	Skalpelio galvutės nuėmėjas, 04-1098, Lawton Medizintechnik. Žnyplių tipo, 14,0 cm ilgio, be užrakto, suspaustos darbinės dalys sudaro kiaurą stačiakampio formos angą saugiam skalpelio galvutės nuėmimui nuo kotelio.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.22
2.	Žirkklės	Lenktos, dengtos keramika arba lygiaverte danga 18,0 cm ± 2 mm ilgio, su homogeniškai įlydytais volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti). Vienas ašmuo skustuvo tipo, viršutinis ašmuo su mikro seracija.	Žirkklės, 05-2003-SCC, Lawton Medizintechnik. Lenktos, dengtos keramika 18,0 cm ilgio, su homogeniškai įlydytais volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti). Vienas ašmuo skustuvo tipo, viršutinis ašmuo su mikro seracija.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.23
3.	Žirkklės koronarinės, 45°	Hegemann-Dietrich tipo (arba lygiavertės), 18,0 cm ± 3 mm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis 15±1 mm ilgio, lenkta 45° kampu	Žirkklės koronarinės, 45°, 30-0212, Lawton Medizintechnik. Hegemann-Dietrich tipo, 18,0 cm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis 15 mm ilgio, lenkta 45° kampu	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.24
4.	Žirkklės koronarinės, 60°	Hegemann-Dietrich tipo (arba lygiavertės), 17,5 cm ± 3 mm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis 15±1 mm ilgio, lenkta 60° kampu	Žirkklės koronarinės, 60°, 30-0213, Lawton Medizintechnik. Hegemann-Dietrich tipo, 17,5 cm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis 15mm ilgio, lenkta 60° kampu	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.24
5.	Žirkklės koronarinės, 45°	POTTS-SMITH tipo (arba lygiavertės), 18,5 cm ± 3 mm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis lenkta 45° kampu	Žirkklės koronarinės, 45°, 30-0205, Lawton Medizintechnik. POTTS-SMITH tipo, 18,5 cm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis lenkta 45° kampu	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.24
6.	Žirkklės koronarinės, 60°	POTTS-SMITH tipo (arba lygiavertės), 18 cm ± 3 mm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis lenkta 60° kampu	Žirkklės koronarinės, 60°, 30-0210, Lawton Medizintechnik. POTTS-SMITH tipo, 18 cm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis lenkta 60° kampu	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.24
7.	Žirkklės koronarinės, 125°	Hegemann-Dietrich tipo (arba lygiavertės), 17 cm ± 3 mm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis 15±1 mm ilgio, lenkta 125° kampu	Žirkklės koronarinės, 125°, 30-0216, Lawton Medizintechnik. Hegemann-Dietrich tipo, 17 cm ilgio, žiedinės rankenos, darbinė dalis 15 mm ilgio, lenkta 125° kampu	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.24
8.	Žirkklės koronarinės, 45°	Mikro koronarinės, dengtos keramika arba lygiaverte danga, 18 cm ± 3 mm ilgio, plunksninės rankenos, darbinė dalis 10 ± 1 mm ilgio, lenkta 45° kampu	Žirkklės koronarinės, 45°, 25-0366-C, Lawton Medizintechnik. Mikro koronarinės, dengtos keramika, 18 cm ilgio, plunksninės rankenos, darbinė dalis 10 mm ilgio, lenkta 45° kampu	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.25

9.	25-0369-C	Žirkļs koronarinēs, 125°	Mikro koronarinēs, dengtos keramika arba lygiaverte danga, 18 cm ±3 mm ilgio, plunksninēs rankenos, darbinē dalis 10 ±1 mm ilgio, lenkta 125° kampu	Žirkļs koronarinēs, 125°, 25-0369-C, Lawton Medizintechnik. Mikro koronarinēs, dengtos keramika, 18 cm ilgio, plunksninēs rankenos, darbinē dalis 10 mm ilgio, lenkta 125° kampu	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.25
10.	05-0082	Žirkļs koronarinēs	Mikro koronarinēs, 18 cm ±3 mm ilgio, plunksninēs rankenos, darbinē dalis 14 ±1 mm ilgio, tiesi	Žirkļs koronarinēs, 05-0082, Lawton Medizintechnik. Mikro koronarinēs, 18 cm ilgio, plunksninēs rankenos, darbinē dalis 14 mm ilgio, tiesi	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.26
11.	30-0051	Mikro pincetas	De Bakey tipo (arba lygiavertis), 15,5 cm ±3 mm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 1,5 mm pločio	Mikro pincetas, 30-0051, Lawton Medizintechnik. De Bakey tipo, 15,5 cm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 1,5 mm pločio	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.27
12.	30-0061	Mikro pincetas	De Bakey tipo (arba lygiavertis), 20 cm ±3 mm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 1,5 mm pločio	Mikro pincetas, 30-0061, Lawton Medizintechnik. De Bakey tipo, 20 cm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 1,5 mm pločio	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.27
13.	09-3038	Mikro pincetas	18 cm ±3 mm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 0,8 mm pločio	Mikro pincetas, 09-3038, Lawton Medizintechnik. 18 cm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 0,8 mm pločio	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.28
14.	09-3036	Mikro pincetas	21 cm ±3 mm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 0,8 mm pločio	Mikro pincetas, 09-3036, Lawton Medizintechnik. 21 cm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 0,8 mm pločio	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.28
15.	09-3138	Mikro pincetas	18 cm ±3 mm ilgio, darbinē dalis - tiesi, gale 1,0 mm skersmens „rutuliukas“	Mikro pincetas, 09-3138, Lawton Medizintechnik. 18 cm ilgio, darbinē dalis - tiesi, gale 1,0 mm skersmens „rutuliukas“	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.29
16.	09-3136	Mikro pincetas	21 cm ±3 mm ilgio, darbinē dalis - tiesi, gale 1,0 mm skersmens „rutuliukas“	Mikro pincetas, 09-3136, Lawton Medizintechnik. 21 cm ilgio, darbinē dalis - tiesi, gale 1,0 mm skersmens „rutuliukas“	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.29
17.	25-0277	Mikro adatkotis	Su volframo karbido idēklais, 21 cm ±3 mm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 0,2 mm pločio	Mikro adatkotis, 25-0277, Lawton Medizintechnik. Su volframo karbido idēklais, 21 cm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 0,2 mm pločio	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.30
18.	25-0216-C	Mikro adatkotis	Dengtas keramika arba lygiaverte danga, 18 cm ±3 mm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 1,0 mm pločio	Mikro adatkotis, 25-0216-C, Lawton Medizintechnik. Dengtas keramika, 18 cm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 1,0 mm pločio	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.31
19.	25-0217	Mikro adatkotis	21 cm ±3 mm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 1,0 mm pločio	Mikro adatkotis, 25-0217, Lawton Medizintechnik. 21 cm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 1,0 mm pločio	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.32
20.	25-0384	Mikro adatkotis	18 cm ±3 mm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 0,6 mm pločio	Mikro adatkotis, 25-0384, Lawton Medizintechnik. 18 cm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 0,6 mm pločio	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.33
21.	25-0542	Mikro adatkotis	18 cm ±3 mm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 1,0 mm pločio	Mikro adatkotis, 25-0542, Lawton Medizintechnik. 18 cm ilgio, darbinē dalis - tiesi, 1,0 mm pločio	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.34
22.	06-0076	Kraujagslēs spauštukas	Lenktas, Dietrich tipo (arba lygiavertis), 48 ±1 mm ilgio, darbinē dalis 12 ±1 mm ilgio, spaudimo galia 60 ±5 g. Instrumento svoris 3 g.	Kraujagslēs spauštukas, 06-0076, Lawton Medizintechnik. Lenktas, Dietrich tipo, 48 mm ilgio, darbinē dalis 12 mm ilgio, spaudimo galia 60 ±5 g. Instrumento svoris 3 g.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.35
23.	06-0070	Kraujagslēs spauštukas	Tiesus, Dietrich tipo (arba lygiavertis), 49 ±1 mm ilgio, darbinē dalis 8 ±1 mm ilgio, spaudimo galia 60 ±5 g. Instrumento svoris 3 g.	Kraujagslēs spauštukas, 06-0070, Lawton Medizintechnik. Tiesus, Dietrich tipo, 49 mm ilgio, darbinē dalis 8 mm ilgio, spaudimo galia 60 ±5 g. Instrumento svoris 3 g.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.35

24.	30-0985	Kraujagyslės spauštukas	Lenktas, Bobik tipo (arba lygiavertis), 40 mm \pm 3 mm ilgio, darbinė dalis 15-16 mm ilgio, spaudimo galia 110 \pm 10 g. Instrumento svoris 1 g.	Kraujagyslės spauštukas, 30-0985, Lawton Medizintechnik. Lenktas, Bobik tipo, 40 mm ilgio, darbinė dalis 15 mm ilgio, spaudimo galia 110 \pm 10 g. Instrumento svoris 1 g.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.36
25.	30-0995	Kraujagyslės spauštukas	Lenktas, Bobik tipo (arba lygiavertis), 40 mm \pm 3 mm ilgio, darbinė dalis 13-14 mm ilgio, spaudimo galia 110 \pm 10 g. Instrumento svoris 1 g.	Kraujagyslės spauštukas, 30-0995, Lawton Medizintechnik. Lenktas, Bobik tipo, 40 mm ilgio, darbinė dalis 14 mm ilgio, spaudimo galia 110 \pm 10 g. Instrumento svoris 1 g.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.36
26.	30-0984	Kraujagyslės spauštukas	Tiesus, Bobik tipo (arba lygiavertis), 40 mm \pm 3 mm ilgio, darbinė dalis 14 \pm 1 mm ilgio, spaudimo galia 110 \pm 10 g. Instrumento svoris 1 g.	Kraujagyslės spauštukas, 30-0984, Lawton Medizintechnik. Tiesus, Bobik tipo, 40 mm ilgio, darbinė dalis 14 mm ilgio, spaudimo galia 110 \pm 10 g. Instrumento svoris 1 g.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.37
27.	30-0980	Kraujagyslės spauštukas	Tiesus, Bobik tipo (arba lygiavertis), 30 mm \pm 3 mm ilgio, darbinė dalis 9 \pm 1 mm ilgio, spaudimo galia 110 \pm 10 g. Instrumento svoris 1 g.	Kraujagyslės spauštukas, 30-0980, Lawton Medizintechnik. Tiesus, Bobik tipo, 30 mm ilgio, darbinė dalis 9 mm ilgio, spaudimo galia 110 \pm 10 g. Instrumento svoris 1 g.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.37
28.	30-0981	Kraujagyslės spauštukas	Lenktas, Bobik tipo (arba lygiavertis), 30 mm \pm 3 mm ilgio, darbinė dalis 10 \pm 1 mm ilgio, spaudimo galia 110 \pm 10 g. Instrumento svoris 1 g.	Kraujagyslės spauštukas, 30-0981, Lawton Medizintechnik. Lenktas, Bobik tipo, 30 mm ilgio, darbinė dalis 10mm ilgio, spaudimo galia 110 \pm 10 g. Instrumento svoris 1 g.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.36
29.	31-0785	Heparino kaniulė	Nitinolinė arba lygiavertės medžiagos, 140 \pm 3 mm ilgio, vienas galas su 3 mm diametro „bumbuliuku“	Heparino kaniulė, 31-0785, Lawton Medizintechnik. Nitinolinė, 140 mm ilgio, vienas galas su 3 mm diametro „bumbuliuku“	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.38
30.	31-0701	Koronaro dilatatorius (zondelis)	Cooley tipo (arba lygiavertis), instrumento ilgis 13 cm \pm 3 mm, darbinės dalies diametras 1,0 mm	Koronaro dilatatorius (zondelis), 31-0701, Lawton Medizintechnik. Cooley tipo, instrumento ilgis 13 cm, darbinės dalies diametras 1,0 mm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.39
31.	31-0702	Koronaro dilatatorius (zondelis)	Cooley tipo (arba lygiavertis), instrumento ilgis 13 cm \pm 3 mm, darbinės dalies diametras 1,5 mm	Koronaro dilatatorius (zondelis), 31-0702, Lawton Medizintechnik Cooley tipo, instrumento ilgis 13 cm, darbinės dalies diametras 1,5 mm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.39
32.	31-0703	Koronaro dilatatorius (zondelis)	Cooley tipo (arba lygiavertis), instrumento ilgis 13 cm \pm 3 mm, darbinės dalies diametras 2,0mm	Koronaro dilatatorius (zondelis), 31-0703, Lawton Medizintechnik. Cooley tipo, instrumento ilgis 13 cm, darbinės dalies diametras 2,0mm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.39
33.	07-0916	Instrumentų konteineris	Pagamintas iš plastiko, su permatomu dangčiu, išimama vidine perforuota dėžute ir 2 silikoniniais kilimėliais. Išoriniai matmenys: (264x157x43) \pm 3 mm, vidiniai matmenys: (254x152x38) \pm 3 mm.	Instrumentų konteineris, 07-0916, Lawton Medizintechnik. Pagamintas iš plastiko, su permatomu dangčiu, išimama vidine perforuota dėžute ir 2 silikoniniais kilimėliais. Išoriniai matmenys: (264x157x43) mm, vidiniai matmenys: (254x152x38) mm.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.40
34.	08-1650	Indelis adatoms	(\varnothing 65x15) \pm 3 mm	Indelis adatoms, 08-1650, Lawton Medizintechnik. (\varnothing 65x15) mm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.41
35.	05-0661 (feine modelle)	Žirkklės preparavimui	Delikačios, Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), 18 cm \pm 3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žirkklės preparavimui, 05-0661 (feine modelle), Lawton Medizintechnik. Delikačios, Metzenbaum tipo, 18 cm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.42

36.	05-0622 (Standart modelle)	Žirkklės preparavimui	Standartinės, Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), 20,5 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žirkklės preparavimui, 05-0622 (Standart modelle), Lawton Medizintechnik. Standartinės, Metzenbaum tipo, 20,5 cm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.42
37.	09-1060	Pincetas kraujagyslinis	De Bakey tipo (arba lygiavertis), 20 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis rantiyta kas 0,4 mm, darbinės dalies plotis 2 mm, galas tinkantis adatos sugriebimui, su volframo karbido įdėklais	Pincetas kraujagyslinis, 09-1060, Lawton Medizintechnik. De Bakey tipo, 20 cm ilgio, darbinė dalis rantiyta kas 0,4 mm, darbinės dalies plotis 2 mm, galas tinkantis adatos sugriebimui, su volframo karbido įdėklais	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.43
38.	30-0061	Pincetas kraujagyslinis (atraumatinis)	De Bakey tipo (arba lygiavertis), 20 cm ±3 mm ilgio, darbinės dalies plotis 1,5 mm, darbinės dalies ilgis 2,4 ±0,2 cm	Pincetas kraujagyslinis (atraumatinis), 30-0061, Lawton Medizintechnik. De Bakey tipo, 20 cm ilgio, darbinės dalies plotis 1,5 mm, darbinės dalies ilgis 2,4 cm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.44
39.	30-0060	Pincetas kraujagyslinis (atraumatinis)	De Bakey tipo (arba lygiavertis), 20 cm ±3 mm ilgio, darbinės dalies plotis 2 mm, darbinės dalies ilgis 2,4 ±0,2 cm	Pincetas kraujagyslinis (atraumatinis), 30-0060, Lawton Medizintechnik. De Bakey tipo, 20 cm ilgio, darbinės dalies plotis 2 mm, darbinės dalies ilgis 2,4 cm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.44
40.	09-1168	Pincetas chirurginis	Oehler tipo (arba lygiavertis), 16 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis rantiyta kas 0,5 mm, gale dantukai 1x2, su volframo karbido įdėklais	Pincetas chirurginis, 09-1168, Lawton Medizintechnik. Oehler tipo 16 cm ilgio, darbinė dalis rantiyta kas 0,5 mm, gale dantukai 1x2, su volframo karbido įdėklais	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.45
41.	30-0050	Pincetas kraujagyslinis	De Bakey tipo (arba lygiavertis), 15,5 cm ±3 mm ilgio, darbinės dalies plotis 2 mm, darbinės dalies ilgis 2,4 ± 0,2 cm	Pincetas kraujagyslinis, 30-0050, Lawton Medizintechnik. De Bakey tipo, 15,5 cm ilgio, darbinės dalies plotis 2 mm, darbinės dalies ilgis 2,4 cm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.44
42.	05-0461	Žirkklės	Mayo tipo (arba lygiavertės), 17 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žirkklės, Mayo tipo, 05-0461, Lawton Medizintechnik. 17 cm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.46
43.	05-0663 (feine modelle)	Žirkklės preparavimui	Delikačios, Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), 20,5 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žirkklės preparavimui, 05-0663 (feine modelle), Lawton Medizintechnik. Delikačios, Metzenbaum tipo, 20,5 cm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.47
44.	05-0665(feine modelle)	Žirkklės preparavimui	Delikačios, Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), 23 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žirkklės preparavimui, 05-0665(feine modelle), Lawton Medizintechnik. Delikačios, Metzenbaum tipo, 23 cm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.47
45.	05-0641 (Standart modelle)	Žirkklės preparavimui	Standartinės, Metzenbaum tipo (arba lygiavertis), 23 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žirkklės preparavimui, 05-0641 (Standart modelle), Lawton Medizintechnik. Standartinės, Metzenbaum tipo, 23 cm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.47
46.	05-0643	Žirkklės	Nelson-Metzenbaum tipo (arba lygiavertis), 26 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žirkklės, 05-0643, Lawton Medizintechnik. Nelson-Metzenbaum tipo, 26 cm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.48
47.	05-2023	Žirkklės	Labai delikačios, su volframo karbido įdėklais, Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), 18 cm ±3 mm, darbinė dalis lenkta	Žirkklės, 05-2023, Lawton Medizintechnik. Labai delikačios, su volframo karbido įdėklais, Metzenbaum tipo, 18 cm, darbinė dalis lenkta	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.49
48.	05-2043	Žirkklės	Labai delikačios su volframo karbido įdėklais, Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), 20,5 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žirkklės, 05-2043, Lawton Medizintechnik. Labai delikačios su volframo karbido įdėklais, Metzenbaum tipo, 20,5 cm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.49

49.	05-2063	Žirklys	Labai delikatiškas su volframo karbidu, Metzzenbaum tipo (arba lygiavertis), 23 cm±3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žirklys, 05-2063, Lawton Medizintechnik. Labai delikatiškas su volframo karbidu, Metzzenbaum tipo, 23 cm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.49
50.	05-1553	Žirklys ligatūrai	Skirtos kirpti ligatūrai 17 cm ±3 mm ilgio. Darbinė kerpančioji dalis 5,5 cm ±5 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti).	Žirklys ligatūrai, 05-1553, Lawton Medizintechnik. Skirtos kirpti ligatūrai 17 cm ilgio. Darbinė kerpančioji dalis 5,5 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti).	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.50
51.	05-1554	Žirklys ligatūrai	Skirtos kirpti ligatūrai, 23 cm±3 mm ilgio. Darbinė kerpančioji dalis 6,5 cm ±5 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti).	Žirklys ligatūrai, 05-1554, Lawton Medizintechnik. Skirtos kirpti ligatūrai, 23 cm ilgio. Darbinė kerpančioji dalis 6,5 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti).	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.50
52.	05-0575	Žirklys Toennis -adson preparavimo	Labai delikatiškas, Toennis-Adson tipo (arba lygiavertis), 17,5 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žirklys Toennis -adson preparavimo, 05-0575, Lawton Medizintechnik. Labai delikatiškas, Toennis-Adson tipo, 17,5 cm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.51
53.	08-0241	Adatkotis ilgas	Masson tipo (arba lygiavertis), 26,5 cm ±3 mm ilgio, darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm, su volframo karbido įdėklais	Adatkotis ilgas, 08-0241, Lawton Medizintechnik. Masson tipo, 26,5 cm ilgio, darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm, su volframo karbido įdėklais	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.52
54.	08-0245	Adatkotis	Wangensteen tipo (arba lygiavertis), 27 cm ±3 mm ilgio, darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm, su volframo karbido įdėklais	Adatkotis, 08-0245, Lawton Medizintechnik. Wangensteen tipo, 27 cm ilgio, darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm, su volframo karbido įdėklais	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.52
55.	08-0183	Adatkotis	Mayo- Hegar tipo (arba lygiavertis), 18,5 cm ±3 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm	Adatkotis, 08-0183, Lawton Medizintechnik. Mayo- Hegar tipo, 18,5 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.53
56.	08-0185	Adatkotis	Mayo- Hegar tipo (arba lygiavertis), 20,5 cm ±3 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm	Adatkotis, 08-0185, Lawton Medizintechnik. Mayo- Hegar tipo, 20,5 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.53
57.	08-0195	Adatkotis	Mayo- Hegar tipo (arba lygiavertis), 24 cm ±3 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm	Adatkotis, 08-0195, Lawton Medizintechnik. Mayo- Hegar tipo, 24 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.53
58.	08-0186	Adatkotis	Mayo- Hegar tipo (arba lygiavertis), 18,5 cm ±3 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm, stambaus modelio	Adatkotis, 08-0186, Lawton Medizintechnik. Mayo- Hegar tipo, 18,5 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm, stambaus modelio	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.53
59.	08-0187	Adatkotis	Mayo- Hegar tipo (arba lygiavertis), 20,5 cm ±3 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm, stambaus modelio	Adatkotis, 08-0187, Lawton Medizintechnik. Mayo- Hegar tipo, 20,5 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais darbinis paviršius rantiškas kas 0,5 mm, stambaus modelio	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.53
60.	08-0227	Adatkotis	French Eye tipo (arba lygiavertis), 23 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis rantiška kas 0,5 mm, su volframo karbido įdėklais	Adatkotis, 08-0227, Lawton Medizintechnik. French Eye tipo, 23 cm ilgio, darbinė dalis rantiška kas 0,5 mm, su volframo karbido įdėklais	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.54
61.	08-0051	Adatkotis	Ryder tipo (arba lygiavertis), 20 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis rantiška kas 0,4 mm, su volframo karbido įdėklais	Adatkotis, 08-0051, Lawton Medizintechnik. Ryder tipo, 20 cm ilgio, darbinė dalis rantiška kas 0,4 mm, su volframo karbido įdėklais	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.54

62.	08-0072	Adatkotis	Crile-Wood tipo (arba lygiavertis), 20,5 cm \pm 3 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantiytas kas 0,4 mm	Adatkotis, 08-0072, Lawton Medizintechnik. Crile-Wood tipo, 20,5 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantiytas kas 0,4 mm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.55
63.	08-0100	Adatkotis	De-Bakey tipo (arba lygiavertis), 18,0 cm \pm 3 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantiytas kas 0,4 mm	Adatkotis, 08-0100, Lawton Medizintechnik. De-Bakey tipo, 18,0 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantiytas kas 0,4 mm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.55
64.	08-0056	Adatkotis	De-Bakey tipo (arba lygiavertis), 20,5 cm \pm 3 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantiytas kas 0,4 mm	Adatkotis, 08-0056, Lawton Medizintechnik. De-Bakey tipo, 20,5 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantiytas kas 0,4 mm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.55
65.	08-0101	Adatkotis	De-Bakey tipo (arba lygiavertis), 23,0 cm \pm 3 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantiytas kas 0,4 mm	Adatkotis, 08-0101, Lawton Medizintechnik. De-Bakey tipo, 23,0 cm ilgio, su volframo karbido įdėklais, darbinis paviršius rantiytas kas 0,4 mm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.55
66.	08-1026	Adatkotis	Vascular tipo (arba lygiavertis), 19,5cm \pm 3 mm ilgio, darbinė dalis padengta volframo karbido arba deimantinėmis dulėmis (rankenos spalviškai pažymėtos)	Adatkotis, 08-1026, Lawton Medizintechnik. Vascular tipo, 19,5cm ilgio, darbinė dalis padengta volframo karbido dulėmis (rankenos spalviškai pažymėtos)	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.56
67.	08-1024	Adatkotis	Vascular tipo (arba lygiavertis), 17,5 cm \pm 3 mm ilgio, darbinė dalis padengta volframo karbido arba deimantinėmis dulėmis (rankenos spalviškai pažymėtos)	Adatkotis, 08-1024, Lawton Medizintechnik. Vascular tipo, 17,5 cm ilgio, darbinė dalis padengta volframo karbido dulėmis (rankenos spalviškai pažymėtos)	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.56
68.	08-0159	Adatkotis	Eufrate Pasque tipo (arba lygiavertis), 17,5 cm \pm 3 mm ilgio, darbinis paviršius rantiytas kas 0,2 mm, su volframo karbido įdėklais.	Adatkotis, 08-0159, Lawton Medizintechnik. Eufrate Pasque tipo, 17,5 cm ilgio, darbinis paviršius rantiytas kas 0,2 mm, su volframo karbido įdėklais.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.57
69.	08-0160	Adatkotis	Eufrate Pasque tipo (arba lygiavertis), 20,0 cm \pm 3 mm ilgio, darbinis paviršius rantiytas kas 0,2 mm, su volframo karbido įdėklais.	Adatkotis, 08-0160, Lawton Medizintechnik. Eufrate Pasque tipo, 20,0 cm ilgio, darbinis paviršius rantiytas kas 0,2 mm, su volframo karbido įdėklais.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.57
70.	08-0247	Adatkotis	Sarot tipo (arba lygiavertis), 18,0 cm \pm 3 mm ilgio, darbinis paviršius rantiytas kas 0,4 mm, su volframo karbido įdėklais.	Adatkotis, 08-0247, Lawton Medizintechnik. Sarot tipo, 18,0 cm ilgio, darbinis paviršius rantiytas kas 0,4 mm, su volframo karbido įdėklais.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.57
71.	48-1491	Žnyplės vielai kirpi	17,5 cm \pm 3 mm ilgio, šoninio kirpimo, lenktos kampu, su volframo karbido įdėklais, ne mažiau 4 žnyplių tvirtinimo taškų (žnyplių stabilumui užtikrinti), skirtos iki 2,0 mm skersmens kietos vielos bei iki 1,7 mm skersmens kietos vielos kirpimui	Žnyplės vielai kirpi, 48-1491, Lawton Medizintechnik. 17,5 cm ilgio, šoninio kirpimo, lenktos kampu, su volframo karbido įdėklais, 4 žnyplių tvirtinimo taškų (žnyplių stabilumui užtikrinti), skirtos iki 2,0 mm skersmens minkštos vielos bei iki 1,7 mm skersmens kietos vielos kirpimui	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.58
72.	08-0299	Adatkotis krūtinkauliui siūti vielomis	18,5 cm \pm 3 mm ilgio, darbinė dalis rantiyta, su volframo karbido įdėklais, rankenos su užraktu.	Adatkotis krūtinkauliui siūti vielomis, 08-0299, Lawton Medizintechnik. 18,5 cm ilgio, darbinė dalis rantiyta, su volframo karbido įdėklais, rankenos su užraktu.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.59
73.	92-0561	Kraujagyslės spaustukas	Guyon-DeBakey tipo (arba lygiavertis), 23 cm \pm 3 mm ilgio, su atraumatinium rantiytumu darbinėje dalyje.	Kraujagyslės spaustukas, 92-0561, Lawton Medizintechnik. Guyon-DeBakey tipo, 23 cm ilgio, su atraumatinium rantiytumu darbinėje dalyje.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.60

74.	06-0703	Kraujagyslės spautukas	Baby-Meeker tipo (arba lygiavertis), 18 cm \pm 3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta 90° kampu.	Kraujagyslės spautukas, 06-0703, Lawton Medizintechnik. Baby-Meeker tipo, 18 cm ilgio, darbinė dalis lenkta 90° kampu.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.61
75.	06-0702	Kraujagyslės spautukas	Baby-Mixer tipo (arba lygiavertis), 18 cm \pm 3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta.	Kraujagyslės spautukas, 06-0702, Lawton Medizintechnik. Baby-Mixer tipo, 18 cm ilgio, darbinė dalis lenkta.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.61
76.	06-0763	Kraujagyslės spautukas	Gemini tipo (arba lygiavertis), 18,5 cm \pm 3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta	Kraujagyslės spautukas, 06-0763, Lawton Medizintechnik. Gemini tipo, 18,5 cm ilgio, darbinė dalis lenkta	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.62
77.	30-1161	Kraujagyslės spautukas	DeBakey tipo (arba lygiavertis), 21,5 cm \pm 3 mm ilgio, lenktas	Kraujagyslės spautukas, 30-1161, Lawton Medizintechnik. DeBakey tipo, 21,5 cm ilgio, lenktas	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.63
78.	30-1916	Aortos spautukas (užspaudėjas)	DeBakey tipo (arba lygiavertis), 20 cm \pm 3 mm ilgio, lenktas kampu, darbinė dalies ilgis 4,7 cm \pm 5 mm	Aortos spautukas (užspaudėjas), 30-1916, Lawton Medizintechnik. DeBakey tipo, 20 cm ilgio, lenktas kampu, darbinė dalies ilgis 4,7 cm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.64
79.	30-1245	Aortos spautukas (užspaudėjas)	DeBakey tipo (arba lygiavertis), 19 cm \pm 3 mm ilgio, išgaubtas puslankiu, atraumatinis.	Aortos spautukas (užspaudėjas), 30-1245, Lawton Medizintechnik. DeBakey tipo, 19 cm ilgio, išgaubtas puslankiu, atraumatinis.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.65
80.	30-1250	Aortos spautukas (užspaudėjas)	DeBakey tipo (arba lygiavertis), 15,5 cm \pm 3 mm ilgio, išgaubtas puslankiu, atraumatinis.	Aortos spautukas (užspaudėjas), 30-1250, Lawton Medizintechnik. DeBakey tipo, 15,5 cm ilgio, išgaubtas puslankiu, atraumatinis.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.65
81.	30-1154	Kraujagyslės spautukas	Gregory tipo (arba lygiavertis), 18 cm \pm 3 mm ilgio, atraumatinis	Kraujagyslės spautukas, 30-1154, Lawton Medizintechnik. Gregory tipo, 18 cm ilgio, atraumatinis	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.66
82.	30-1150	Kraujagyslės spautukas	Gregory tipo (arba lygiavertis), 14 cm \pm 3 mm ilgio, atraumatinis	Kraujagyslės spautukas, 30-1150, Lawton Medizintechnik. Gregory tipo, 14 cm ilgio, atraumatinis	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.66
83.	30-1274	Aortos atspaudėjas	Dale tipo (arba lygiavertis), 18 cm \pm 3 mm ilgio, atraumatinis	Aortos atspaudėjas, 30-1274, Lawton Medizintechnik. Dale tipo, 18 cm ilgio, atraumatinis	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.67
84.	30-1270	Aortos atspaudėjas	Dale tipo (arba lygiavertis), 17 cm \pm 3 mm ilgio, atraumatinis	Aortos atspaudėjas, 30-1270, Lawton Medizintechnik. Dale tipo, 17 cm ilgio, atraumatinis	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.67
85.	30-1280	Kraujagyslės spautukas	DeBakey tipo (arba lygiavertis), 15 cm \pm 3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta atgal ir išlenkta puslankiu, atraumatinis	Kraujagyslės spautukas, 30-1280, Lawton Medizintechnik. DeBakey tipo, 15 cm ilgio, darbinė dalis lenkta atgal ir išlenkta puslankiu, atraumatinis	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.68
86.	23-2037	Kraujagyslės spautukas	Subramanian tipo (arba lygiavertis), 15,5 cm \pm 3 mm ilgio, atraumatinis	Kraujagyslės spautukas, 23-2037, Lawton Medizintechnik. Subramanian tipo, 15,5 cm ilgio, atraumatinis	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.69
87.	23-2038	Kraujagyslės spautukas	Subramanian tipo (arba lygiavertis), 15,5 cm \pm 3 mm ilgio, atraumatinis	Kraujagyslės spautukas, 23-2038, Lawton Medizintechnik. Subramanian tipo, 15,5 cm ilgio, atraumatinis	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.69
88.	23-2566	Aortos spautukas (atspaudėjas)	DeBakey - Derra tipo (arba lygiavertis), 16,5 cm \pm 3 mm ilgio	Aortos spautukas (atspaudėjas), 23-2566, Lawton Medizintechnik. DeBakey - Derra tipo, 16,5 cm ilgio	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.70

89.	30-1630	Aortos užspaudėjas	DeBakey-Bahnsen tipo (arba lygiavertis), 24,5 cm±3 mm ilgio, atraumatinis, lenktas puslankiu	Aortos užspaudėjas, 30-1630, Lawton Medizintechnik. DeBakey-Bahnsen tipo, 24,5 cm ilgio, atraumatinis, lenktas puslankiu	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.71
90.	05-2205	Žirklės	Ergonomiškos, 20,5 cm ± 2 mm ilgio, lenktos, disekcinės, su volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti). Lenkti kojelių žiedai patogiam pirštų pozicionavimui ir darbui. Kerpačioji dalis suapvalinta. Matinis paviršius. Žirklių kojelės turi anatomiškai suformuotas platformas patogiam piršto pozicionavimui.	Žirklės, 05-2205, Lawton Medizintechnik. Ergonomiškos, 20,5 cm ilgio, lenktos, disekcinės, su volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti). Lenkti kojelių žiedai patogiam pirštų pozicionavimui ir darbui. Kerpačioji dalis suapvalinta. Matinis paviršius. Žirklių kojelės turi anatomiškai suformuotas platformas patogiam piršto pozicionavimui.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.72
91.	23-2080	Aortos užspaudėjas	Cooley tipo (arba lygiavertis), 16 cm ±3 mm ilgio, darbinė dalis lenkta puslankiu, rankenos lenktos tiesiu lenkimu į priešingą darbinei daliai pusę.	Aortos užspaudėjas, 23-2080, Lawton Medizintechnik. Cooley tipo, 16 cm ilgio, darbinė dalis lenkta puslankiu, rankenos lenktos tiesiu lenkimu į priešingą darbinei daliai pusę.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.73
92.	06-0769	Disektorius	Gemini-Mixer tipo (arba lygiavertis), 18,5 cm ±3 mm ilgio, lenktas	Disektorius, 06-0769, Lawton Medizintechnik. Gemini-Mixer tipo, 18,5 cm ilgio, lenktas	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.74
93.	11-0431	Disektorius	Lahey tipo (arba lygiavertis), 19 cm ±3 mm ilgio, lenktas, rankenos su užraktu	Disektorius, 11-0431, Lawton Medizintechnik. Lahey tipo, 19 cm ilgio, lenktas, rankenos su užraktu	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.75
94.	51-0658	Nervinis kabiukas	Crile tipo (arba lygiavertis), 20 cm ±3 mm ilgio, lenktas 90 laipsniu kampų, užlenktos dalies ilgis 7mm±1 mm.	Nervinis kabiukas, 51-0658, Lawton Medizintechnik. Crile tipo, 20 cm ilgio, lenktas 90 laipsniu kampų, užlenktos dalies ilgis 7mm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.76
95.	51-0660	Nervinis kabiukas	Dandy tipo (arba lygiavertis), 21,5 cm± 3 mm ilgio, lenktas 90 laipsniu kampų, užlenktos dalies ilgis 3mm±1 mm.	Nervinis kabiukas, 51-0660, Lawton Medizintechnik. Dandy tipo, 21,5 cm ilgio, lenktas 90 laipsniu kampų, užlenktos dalies ilgis 3mm.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.76
96.	21-0246	Skėstuvas (kraujagyslinis)	Adson tipo (arba lygiavertis), 21 cm ±3 mm ilgio, buki 3x4 nagai	Skėstuvas (kraujagyslinis), 21-0246, Lawton Medizintechnik. Adson tipo, 21 cm ilgio, buki 3x4 nagai	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.78
97.	52-0494	Skėstuvas (kraujagyslinis)	Beckmann-Adson tipo (arba lygiavertis), 30,5 cm ±3 mm ilgio, aštrūs 4x4 nagai	Skėstuvas (kraujagyslinis), 52-0494, Lawton Medizintechnik. Beckmann-Adson tipo, 30,5 cm ilgio, aštrūs 4x4 nagai	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.77
98.	21-0243	Skėstuvas (kraujagyslinis)	Adson tipo (arba lygiavertis), 16 cm ±3 mm ilgio, buki 3x4 nagai	Skėstuvas (kraujagyslinis), 21-0243, Lawton Medizintechnik. Adson tipo, 16 cm ilgio, buki 3x4 nagai	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.78
99.	20-0847	Bojarskio mentelė	170±3 mm ilgio, 16±1 mm pločio, lanksti, užapvalintais galais	Bojarskio mentelė, 20-0847, Lawton Medizintechnik. 170mm ilgio, 16mm pločio, lanksti, užapvalintais galais	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.79
100.	20-0431	Kablių kompleksas (pora)	Farabeuf tipo (arba lygiavertis), 12,5 cm ±3 mm ilgio dvipusiai kabliai, kurių darbinį dalių dydžiai (ilgis x plotis): (25x10) ±1 mm / (22x10) ±1 mm ir (29x12) ±1 mm / (32x12) ±1 mm	Kablių kompleksas (pora), 20-0431, Lawton Medizintechnik. Farabeuf tipo, 12,5 cm ilgio dvipusiai kabliai, kurių darbinį dalių dydžiai (ilgis x plotis): (25x10) mm / (22x10) mm ir (29x12) mm / (32x12) mm	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.80

101.	30-0041	Retraktorius	Cushing tipo (arba lygiavertis), 20 cm \pm 3 mm ilgio, darbinė dalis (9x10) \pm 1 mm dydžio, rankenėlė lygi, nerifiuota	Retraktorius, 30-0041, Lawton Medizintechnik. Cushing tipo, 20 cm ilgio, darbinė dalis (9x10) mm dydžio, rankenėlė lygi, nerifiuota	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.81
102.	07-0748	Instrumentų krepšelis	Vielinis sterilizavimo krepšelis su rankenėlėmis, (520x240x100) \pm 2 mm dydžio, tinkantis į 600 mm ilgio konteinerį	Instrumentų krepšelis, 07-0748, Lawton Medizintechnik. Vielinis sterilizavimo krepšelis su rankenėlėmis, (520x240x100) mm dydžio, tinkantis į 600 mm ilgio konteinerį	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.82
103.	07-0788	Instrumentų krepšelis	Perforuoto plieno sterilizavimo krepšelis su rankenėlėmis, (520x260x100) \pm 2 mm dydžio, tinkantis į 600 mm ilgio konteinerį	Instrumentų krepšelis, 07-0788, Lawton Medizintechnik. Perforuoto plieno sterilizavimo krepšelis su rankenėlėmis, (520x260x100) mm dydžio, tinkantis į 600 mm ilgio konteinerį	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.82
104.	37-0137	Krūtinės žaizdos skėstuvai	Skirtas torakalinei chirurgijai, Chevalier tipo (arba lygiavertis). Mentelių matmenys: 27 \pm 3 mm /100 \pm 3 mm. Skėstuvai išsiplėčia 190 \pm 3 mm. Skėstuvai rėmas dantytas, plėtimas reguliuojamas rankenėle, plėtimo žingsnis - 1 dantukas.	Krūtinės žaizdos skėstuvai, 37-0137, Lawton Medizintechnik. Skirtas torakalinei chirurgijai, Chevalier tipo. Mentelių matmenys: 27 mm /100 mm. Skėstuvai išsiplėčia 190 mm. Skėstuvai rėmas dantytas, plėtimas reguliuojamas rankenėle, plėtimo žingsnis - 1 dantukas.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.83
105.	05-2005-SCC	Žirklys	Lenktos, dengtos keramika arba lygiaverte danga, 20,5 cm \pm 2 mm ilgio, su homogeniškai įlydytais volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti). Vienas ašmuo skustuvo tipo, viršutinis ašmuo su mikro seracija.	Žirklys, 05-2005-SCC, Lawton Medizintechnik. Lenktos, dengtos keramika, 20,5 cm ilgio, su homogeniškai įlydytais volframo karbido įdėklais (rankenų žiedai spalviškai pažymėti). Vienas ašmuo skustuvo tipo, viršutinis ašmuo su mikro seracija.	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“.pdf., psl.23

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. 1 poz. techninės specifikacijos lentelėje išvardinti instrumentai sudaro vieną pirkimo dalį (į atskiras pirkimo dalis neskaidoma, nes perkamas tos pačios sritys operacijoms atlikti skirtas medicininį chirurginių instrumentų rinkinys).
2. Lentelėje nurodyti firmos „Lawton“ kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų instrumentų technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais kataloginiais numeriais įvardinti instrumentai arba jiems lygiaverčiai, lentelėje pateiktus reikalavimus atitinkantys instrumentai.
3. Siūlomi instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).
4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su visų siūlomų instrumentų eskizais – iliustracijomis.
5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.
6. Būtinai instrumentų žymėjimas CE ženklų. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijas.
7. Instrumentams suteikiama garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.

*Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomą prekę, turi būti nurodyta prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos charakteristikos“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentai

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SARAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	14
2	Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą	1
3	Igaliojimas tvirtinti kopijas	1
4	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	13
5	KONFIDENCIALU Katalogai	86
6	Gamintojų sertifikatai ir įgaliojimai	12

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, t. y. iki 2018-12-04 d.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): KONFIDENCIALU Atskirų pirkimo dalių kainų sudedamosios dalys bei sudėtinių pirkimo objekto dalių įkainiai, KONFIDENCIALU Katalogai, KONFIDENCIALU Prekės modelis, kodas, gamintojas.

Viešųjų pirkimų specialiste

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



Greta Rumševičiūtė

(Vardas ir pavardė*)