

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠALDYMO ĮRENGINYS SU PRIEDAIS IR KOMPIUTERIU, NR. 4069

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Garantijos sąlygos:
 - 1.1. Garantinis laikotarpis nurodytas prekės techninėje specifikacijoje.
 - 1.2. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatus privaloma pateikti teikiant prekes.
2. Privalomas pilnas sistemos instaliavimas, paleidimas ir funkcionalumo testavimas.
3. Teikiant ir instaliuojant prekes privalomas personalo apmokymas darbui su įranga.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu) **su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.** Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Eil. Nr	Parametro pavadinimas	Reikalavimas	Tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai / nuoroda į pateiktą dokumentaciją, nuoroda į interneto tinklalapį (jei yra)
1	Paskirtis	Kompiuteriu valdomas programuoto šaldymo įrenginys	Kompiuteriu valdomas programuoto šaldymo įrenginys Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas, 1 psl. https://cryobiology.sylab.com/products/p/show/Product/product/product-2-1.html
2	Gamintojas	Privalo būti nurodytas įrangos gamintojas	SY-LAB Gerate GmbH, Austrija Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas, 1 psl.
3	Modelis	Privalo būti nurodytas įrangos modelis	IceCube 14M Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas, 1 psl.
4	Kameros diametras (plotis x gylis x aukštis)	Ne mažesnis nei 290 x 310 x 375 mm	297x317x378 mm Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas, 1 psl.
5	Kameros tūris	Ne mažesnis nei 35 litrai	35.6 litrai Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas, 1 psl.
6	Išoriniai įrenginio matmenys (plotis x gylis x aukštis)	Ne daugiau nei 650 x 530 x 570 mm	630x510x550 mm Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas, 1 psl.

7	Svoris	Ne daugiau nei 40 kg	39 kg Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas, 1 psl.
8	Užšaldymo greičio diapazonas	Nuo 0,01°C/min iki 60°C/min	Nuo 0,01°C/min iki 60°C/min Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas, 1 psl.
9	Atšildymo greičio diapazonas	Nuo 0,01°C/min iki 20°C/min	Nuo 0,01°C/min iki 20°C/min Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas, 1 psl.
10	Temperatūros diapazono ribos	Nuo +40 iki -180°C	Nuo +40 iki -180°C Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas, 1 psl.
11	Privalomi priedai prie kompiuteriu valdomo programuoto šaldymo įrenginio	1. Kompiuteris šaldymo kameros valdymui su monitoriumi, valdymo pele ir klaviatūra; 2. Nepertraukiamas maitinimo šaltinis (UPS)- ne mažesnio nei 2200V galingumo ; 3. Reguliuojama lentyna maišeliams 260x200 mm ; ne mažiau nei 10 horizontalių pozicijų; 4. Reguliuojama lentyna maišeliams 260x200 mm; ne mažiau nei 10 vertikalų pozicijų; 5. mėginio temperatūros daviklis 65 x 1,0mm, ne trumpesnis kaip 1 m kabelis; 6. mėginio temperatūros daviklis lankstus 65 x 1,5mm, ne trumpesnis kaip 1 m kabelis	1. Kompiuteris šaldymo kameros valdymui su monitoriumi, valdymo pele ir klaviatūra; 2. Nepertraukiamas maitinimo šaltinis (UPS)- 2200V galingumo ; 3. Reguliuojama lentyna maišeliams 260x200 mm, 11 horizontalių pozicijų; 4. Reguliuojama lentyna maišeliams 260x200 mm, 11 vertikalų pozicijų; 5. mėginio temperatūros daviklis 65 x 1,0mm, 1 m kabelis; 6. mėginio temperatūros daviklis lankstus 65 x 1,5mm, 1 m kabelis
12	IQ/OQ	Privaloma	IQ/OQ
13	Garantija šaldymo kamerai	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėnesių garantija