

UAB „Medita“
(tiekėjo pavadinimas)

**Uždaroji akcinė bendrovė, P. Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius, Tel.: (8~5) 272 03 72, Faks. (8~5) 272 01 01,
El. p. info@medita.lt, www.medita.lt, Juridinių asmenų registras, 110323729, LT103237219**
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas,
juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikoms
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ IR TIRPALŲ DIALIZĖMS, HEMOSORBCIJAI,
GYDOMOSIOMS AFEREZĖMS BEI KITOMS INVAZINĖMS PROCEDŪROMS PIRKIMO

2022 m. liepos 8 d. Nr. 1
Vilnius

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Medita“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	P.Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	110323729, LT103237219
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Viešųjų pirkimų specialistė Jurgita Žaliauskienė
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Aivaras Pliauckys
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/s LT06 7044 0600 0091 4603, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	vadybininkas Audrius Raišelis, 8 677 80262, audrius.raiselis@medita.lt
Telefono numeris	(8~5) 272 03 72, (8~5) 272 03 60
Fakso numeris	(8~5) 272 01 01
El. pašto adresas	info@medita.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

***Pastaba:** Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.

Prekių žiniaraštis

Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Kaina vnt. be PVM, Eur	PVM tarifas	Kaina viso be PVM, Eur	Kaina viso su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas (katalogo kodas)
5	33181200-4	0,2–0,3 m ² dializatorius su didelio laidumo sintetinė membrana	vnt.	100	16,00	5%	1600,00	1680,00	Medica /HFP 03 (M03987)
6	33181200-4	0,6–0,7 m ² dializatorius su didelio laidumo sintetinė membrana	vnt.	150	15,60	5%	2340,00	2457,00	Medica/ HFP 06 (M03690)
9	33181200-4	1,4–2,2 m ² dializatoriai su didelio laidumo sintetinė membrana	vnt.	13 000	5,94	5%	77220,00	81081,00	Medica/ HFP150 (M03538); HFP170 (M90032); HFP210 (M90033);
10	33181200-4	2,4–2,7 m ² dializatorius su didelio laidumo sintetinė membrana	vnt.	1 000	12,74	5%	12740,00	13377,00	Medica/ HFP270(M90081)
13	33181100-3	Universalios kraujo magistralės	kompl.	11 000	2,98	5%	32780,00	34419,00	Medica/ Universali AV magistralė (M90126)
23	33181100-3	Trišakis perjungėjas „vienos adatos” hemodializei	vnt.	3 500	1,30	5%	4 550,00	4 777,50	Bionic/ SNA3
24	33181100-3	Trišakis perjungėjas „vienos adatos” hemodializei	vnt.	400	1,30	5%	520,00	546,00	Bionic/ SNA3
25	33181100-3	Kraujo ir kitų magistralių spaustukas	vnt.	400	0,82	21%	328,00	396,88	Bionic/ K2565
26	33181100-3	Kraujo ir kitų magistralių laikiklis	vnt.	100	6,3	21%	630,00	762,30	Bionic/ Hed-Clip
43	33181100-3	Periferinės arterijos ir centrinės venos hibridinė jungtis	vnt.	3	3800,00	5%	11400,00	11970,00	Merit Medical (JAV), HeroGraft Vascular Access Set HERO1001, HERO1002, HERO1003.
51	33141000-0	Spaudžiamasis hemostatinis tvarstis arterioveninei fistulei	vnt.	8 000	0,65	5%	5200,00	5460,00	Emodial/ Sovan S0075
52	33141000-0	Vidinės arterioveninės jungties punkcijos vietų užspaudėjas	vnt.	50	7,80	21%	390,00	471,90	Bionic/ CLAMP-WK
53	33141000-0	Užmaunamas tvarstis kateterių priežiūrai	vnt.	12 000	1,38	5%	16560,00	17388,00	Emodial/ S201208/Y1/P
55	33141000-0	Antialerginis pleistras	vnt.	2 000	0,65	5%	1300,00	1365,00	Emodial/ Sovan S0075
62	33124131-2	Multitestas psichoaktyvioms medžiagoms šlapime nustatyti	kompl.	500	4,50	5%	2250,00	2362,50	WHPM Bioresearch and Technology Co., LTD , Multitestas 14 narkot. medž. (šlapime) ECO II Cup (puodelis)

63	33124131-2	Multitestas sintetinėms psichoaktyvioms medžiagoms šlapime nustatyti	kompl.	200	9,50	5%	1900,00	1995,00	Kappa City Biotech. Multitestas 4 sintetinėms nark. medž. šlapime nustatyti K2 (Spice) / K3 (AB-Pinica) / MCAT / MDP
66		Priemonės gydymosioms aferezėms Haemonetics tipo frakcionatoriais							
66.1	33141000-0	Priemonės plazmaferezei Haemonetics MCS+ frakcionatoriumi	kompl.	150	155,00	5%	23250,00	24412,50	Haemonetics/ 980/981 + Macopharma/ SD100080Q
66.2	33141000-0	Priemonės citaferezei Haemonetics MCS+ frakcionatoriumi	kompl.	200	220,00	5%	44000,00	46200,00	Haemonetics/ 971 + Macopharma/ SD100080Q
66.3	33141000-0	Priemonės plazmaferezei Haemonetics tipo frakcionatoriais	kompl.	2 500	30,00	5%	75000,00	78750,00	Haemonetics/ 620 + 690 + 625B + Macopharma/ SD10080Q
66.4	33141000-0	Kraujo paėmimo sistema	kompl.	2 000	5,35	5%	10700,00	11235,00	Macopharma/ MDE6500LU
66.5	33141000-0	Adapteris Haemonetics MCS+ frakcionatoriui	vnt.	2	1480,00	21%	2960,00	3581,60	Haemonetics/ Adapter (48910-00)
66-os pirkimo dalies kaina				4 852			155910,00	164179,10	
68	33181200-4	Plazmos filtras	vnt.	40	78,00	5%	3120,00	3276,00	Medica/ PLASSMART 400 (M03860) ir PLASSMART 600 (M03861)
72	33695000-8	Konservantas	maišas	1000	3,92	5%	3920,00	4116,00	Macopharma/ SD10080Q

**Vienkartinių priemonių ir tirpalų dializėms, hemosorbcijai, gydomosioms aferezėms
bei kitoms invazinėms procedūroms techninė specifikacija (VPP-2295)**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos techninės charakteristikos
1	2	3
5	0,2–0,3 m ² dializatorius su didelio laidumo sintetinė membrana	1. Vienkartiniai. 2. Sterilizuoti radioaktyviaja spinduliuote. 3. Apirogeniški. 4. Kapiliariniai. 5. Sintetinė didelio laidumo (high flux) membrana iš Polietersulfono (PES). 6. Ultrafiltracijos koeficientų (nustatytų in vitro su krauju) ribos: Šlapalo-84; Kreatinino-73; Fosfatų-62; Vit. B₁₂-30; Inulino-20; UFK-14±20% 7. Šlapalo, kreatinino, fosfatų, vitamino B12 ir inulino klirensai (ml/min.) paklaidos ribose yra lygūs arba didesni už minimalius, kurių reikšmės pateiktos lentelėje. Klirensai in vitro esant šiems parametrams: – kraujo srovės greitis (QB) 100 ml/min. – dializato tėkmės greitis (QD) 300 ml/min – ultrafiltracijos greitis (QF) 0 ml/min. 8. Smartflux HFP-03, membranos plotas 0,3 m²
6	0,6–0,7 m ² dializatorius su didelio laidumo sintetinė membrana	1. Vienkartiniai. 2. Sterilizuoti radioaktyviaja spinduliuote. 3. Apirogeniški. 4. Kapiliariniai. 5. Sintetinė didelio laidumo (high flux) membrana iš Polietersulfono (PES). 6. Ultrafiltracijos koeficientų (nustatytų in vitro su krauju) ribos ±5% : Šlapalo-168 ±5%; Kreatinino-143 ±5%; Fosfatų-134 ±5%; Vit. B₁₂-86 ±5%; Inulino>50; UFK-30±20% 7. Šlapalo, kreatinino, fosfatų, vitamino B12 ir inulino klirensai (ml/min.) paklaidos ribose yra lygūs arba didesni už minimalius, kurių reikšmės pateiktos lentelėje. Klirensai in vitro esant šiems parametrams: – kraujo srovės greitis (QB) 200 ml/min. – dializato tėkmės greitis (QD) 500 ml/min – ultrafiltracijos greitis (QF) 0 ml/min. 8. Smartflux HFP-06, membranos plotas 0,6 m²

9	1,4–2,2 m ² dializatoriai su didelio laidumo sintetinė membrana	1. Vienkartiniai. 2. Sterilizuoti radioaktyviaja spinduliuote (pažymėta brošiūroje). 3. Apyrogeniški. 4. Kapiliariniai. 5. Sintetinės didelio laidumo (high flux) membranos iš Polietersulfono (PES). 6. Darbiniai membranos plotai 1,5; 1,7 ir 2,1 m². 7. Ultrafiltracijos koeficientų (nustatytų in vitro su krauju) ribos: - 1,5 m² membranos ploto UFK-63; 1,7 m² membranos ploto UFK-69; 2,1 m² membranos ploto UFK-81. Visų siūlomų dializatorių ultrafiltracijos koeficientai nurodyti pateikiant gamintojo patvirtinančius dokumentus su dializatorių pavadinimais. 8. Šlapalo, kreatinino, fosfatų, vitamino B12 ir inulino klirensai (ml/min.) yra lygūs arba didesni už minimalius, kurių reikšmės pateiktos lentelėje: - 1,5 m² membranos ploto Šlapalo-273; Kreatinino-250; Fosfatų-234; Vit. B12-176; Inulino-100; - 1,7 m² membranos ploto Šlapalo-279; Kreatinino-259; Fosfatų-242; Vit. B12-185; Inulino-110; - 2,1 m² membranos ploto Šlapalo-286; Kreatinino-272; Fosfatų-254; Vit. B12-201; Inulino-125. Visų siūlomų dializatorių klirensai nurodyti pateikiant gamintojo patvirtinančius dokumentus su dializatorių pavadinimais. Klirensai nustatyti in vitro esant šioms parametrams: – kraujo srovės greitis (QB) 300 ml/min.; – dializato tėkmės greitis (QD) 500 ml/min.; – ultrafiltracijos greitis (QF) 0 ml/min. 9. Pateikiami gamintojo patvirtinantys dokumentai su dializatorių pavadinimais ir nurodytais filtracijos (sieving) koeficientais, kurie yra: beta2 mikroglobulino 0,9; albumino – 0,002. 10. SmartFlux HFP 150, membranos plotas 1,5 m² SmartFlux HFP 170, membranos plotas 1,7 m² SmartFlux HFP 210, membranos plotas 2,1 m²
10	2,4–2,7 m ² dializatorius su didelio laidumo sintetinė membrana	1. Vienkartiniai. 2. Sterilizuoti radioaktyviaja spinduliuote (pažymėta brošiūroje). 3. Apyrogeniški. 4. Kapiliariniai. 5. Sintetinės didelio laidumo (high flux) membranos iš Polietersulfono (PES). 6. Darbiniai membranos plotas 2,7 m². 7. Ultrafiltracijos koeficientas (nustatytas in vitro su krauju) 124 (Pateikiamas gamintojo patvirtintas dokumentas su dializatoriaus pavadinimu). 8. Klirensai (ml/min): Šlapalo-295; Kreatinino-283; Fosfatų-264; Vit. B12-210; Inulino- 220 yra lygūs arba didesni už minimalius, kurių reikšmės pateiktos lentelėje. Visų siūlomų dializatorių klirensai nurodyti pateikiant gamintojo patvirtinančius dokumentus su dializatorių pavadinimais. Klirensai nustatyti in vitro esant šioms parametrams: – kraujo srovės greitis (QB) 300 ml/min.; – dializato tėkmės greitis (QD) 500 ml/min.; – ultrafiltracijos greitis (QF) 0 ml/min. 9. Pateikiami gamintojo patvirtinantys dokumentai su dializatorių pavadinimais ir nurodytais filtracijos (sieving) koeficientais, kurie yra: beta2 mikroglobulino 0,9; albumino – 0,002. 10. SmartFlux HFP 270, membranos plotas 2,7 m²
13	Universalios kraujo magistralės	1. Vienkartinės. 2. Sterilios. 3. Apyrogeniškos. 4. Elastingos. 5. Į komplekto sudėtį įeina arterinė ir veninė magistralės. 6. Ant magistralių galų ir visų atšakų yra plastmasiniai spaustukai, ant visų atšakų yra kamšteliai. 7. Arterinės magistralės intarpo kraujo siurbliui elastingosios dalies ilgis 34 cm, vidinis diametras – 8mm. 8. Arterinės magistralės su prisukta stora plastmasine adata ir atšaka heparinui dozuoti. 9. Veninės magistralės: 9.1. Tarpas tarp dializatoriaus ir oro gaudyklės - 70 cm. 9.2. Su 22 cm diametro konusine oro gaudykle, kurios konuso smailėjimas „darbinėje zonoje“ 70 mm ilgyje sudaro 2,0 mm. 9.3. Kraujo grąžinimo pacientui galas yra su kamšteliumi, yra ir drenažo maišas. 10. Yra atšakos arterinio ir veninio spaudimo kontrolei ir matavimui su filtrais prieš spaudimo daviklius.

23	Trišakis perjungėjas „vienos adatos“ hemodializei	1. Vienkartiniai. 2. Sterilūs. 3. Apirogeniški. 4. Su dviem 10 cm atšakomis, skirtomis sujungimui su magistralėmis. 5. Su konusinio tipo (2 female, 1 male) sujungimais. 6. Galimas kraujo greitis 200 ml/min.
24	Trišakis perjungėjas „vienos adatos“ hemodializei	1. Vienkartiniai. 2. Sterilūs. 3. Apirogeniški. 4. Su dviem 10 cm atšakomis, skirtomis sujungimui su magistralėmis su plastmasiniais spaustukais. 5. Su konusinio tipo (2 female, 1 male) sujungimais. 6. Galimas kraujo greitis 200 ml/min.
25	Kraujo ir kitų magistralių spaustukas	1. Tinkami daugkartiniam naudojimui. 2. Pagaminti iš medžiagos, atsparios vandeniui ir dezinfektantams. 3. Spaustukai užspaudimo metu nepažeidžia magistralių.
26	Kraujo ir kitų magistralių laikiklis	1. Tinkami daugkartiniam naudojimui. 2. Pagaminti iš medžiagos, atsparios vandeniui ir dezinfektantams. 4. Laikikliai, susideda iš spaustuko ir besisukančio laikiklio dviems magistralėms.
43	Periferinės arterijos ir centrinės venos hibridinė jungtis	1. Vienkartinė. 2. Sterili, dviguboje sterilioje pakuotėje. 3. Apirogeniška, atsparūs infekcijai. 4. Skirta hemodializei. 5. Tinkama daugkartinai punktuoti 15–17G hemodializės adatomis. 8.1 Sudarytas iš dviejų dalių (arterinės ir veninės), sujungtų konektoriumi. 8.2 Arterinė dalis pagaminta iš ePTFE, vidinis diametras 6 mm, ilgis 50 cm, sienelė inertiška (žemo trombogeniškumo) kraujo atžvilgiu, savaime užsisandarinanti po adatos ištraukimo. 8.3 Konektorius pagamintas iš titano, inertiškas kraujo atžvilgiu, vidinis diametras pereinantis iš 6 mm į 5 mm. 8.4 Veninė dalis sustiprinta nitinoliu arba kita lygiaverte medžiaga, dengta silikonu, vidinis diametras 5 mm, ilgis 40 cm (pritaikomas pagal paciento poreikius), sienelė inertiška kraujo atžvilgiu. 8.5. Visos dalys biologiškai suderinamos su audiniais.
51	Spaudžiamasis hemostatinis tvarstis arterioveninei fistulei	1. Vienkartinis. 2. Sterilus. 3. Su hemostatine (2,6 mm skermens) kempine. Dydis 15x5 cm
52	Vidinės arterioveninės jungties punkcijos vietų užspaudėjas	Tinkamas daugkartiniam naudojimui, pagamintas iš medžiagos, atsparios vandeniui ir dezinfektantams.
53	Užmaunamas tvarstis kateterių priežiūrai	1. Vienkartinis. 2. Sterilus. 3. Skirtas hemodializės kateterių priežiūrai (užmaunamas ant jų). 4. Užmaunamos dalies ilgis 18 cm, jos vidinės ertmės plotis 5 cm. 5. Abiejose tvarsčio galuose yra lipnios juostelės jo fiksacijai.
54	Tvarstis kateterių fiksavimui	
55	Antialerginis pleistras	1. Vienkartinis. 2. Sterilus. 3. Hipoalerginis. 4. Tinkantis hemodializės kateterių priežiūrai. 5. 15x10 cm dydžio.
62	Multitestas psichoaktyvioms medžiagoms šlapime nustatyti	Komplektai skirti vienam tyrimui atlikti ir supakuoti hermetiškose pakuotėse. Į komplekto sudėtį turi įeiti multitestas ir šlapimo indelis. Multitestas skirtas 14 psichoaktyvių medžiagų, tarp jų būtinai – amfetaminui, barbitūratams, benzodiazepinams, kokainui, metadonui, metamfetaminui, metilendioksiamfetaminui (ekstaziui), opioidams ir tricikliams antidepresantams šlapime nustatyti. 14 nustatomų medžiagų kiekis. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 62 p.d. 12-13 psl., 27-28 psl.

63	Multitestas sintetinėms psichoaktyvioms medžiagoms šlapime nustatyti	Komplektai skirti vienam tyrimui atlikti ir supakuoti hermetiškose pakuotėse. Į komplekto sudėtį turi įeiti multitestas ir šlapimo indelis. Multitestas skirtas sintetinėms psichoaktyvioms medžiagoms, tarp jų – sintetiniams kanabinoidams ir katinonams šlapime nustatyti. Multitestas 4 sintetinėms nark. medž. šlapime. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 63 p.d. 3-4 psl., 8-9 psl.
66	Priemonės gydomosioms aferezėms Haemonetics tipo frakcionatoriais	1. Vienkartinės. 2. Sterilios.
66.1	Priemonės plazmaferezei Haemonetics MCS+ frakcionatoriumi	3. Apirogeniškos. 4. Elastingos. 5. 66.1 pozicijoje priemonės skirtos masyviajai plazmaferezei (0,5–1,5 ir daugiau cirkuliuojančios plazmos tūrio šalinti), siūlomi komplektai su 225 ml ir 125 ml tūrio varpo formos kraujo centrifugavimo talpomis.
66.2	Priemonės citaferezei Haemonetics MCS+ frakcionatoriumi	6. 66.2 pozicijoje priemonės skirtos eritraferezei, leukaferzei, trombocitaferezei bei periferinėms kraujodaros kamieninėms ląstelėms rinkti (su 125 ml tūrio varpo formos kraujo centrifugavimo talpa).
66.3	Priemonės plazmaferezei Haemonetics tipo frakcionatoriais	7. 66.3 pozicijoje esančios priemonės su cilindro formos kraujo centrifugavimo talpa, skirtos nedidelės (iki 1 000 ml) apimties plazmaferezei, ir tinka Haemonetics PCS2, o, naudojant adapterius, ir Haemonetics MCS+ frakcionatoriams. 8. Į visų komplektų sudėtį įeina kraujo ir konservanto tirpalo magistralės, atitinkamos kraujo centrifugavimo talpos, šalinamos arba renkamos kraujo frakcijos surinkimo maišai su magistralėmis, 800ml konservanto (antikoagulianto) tirpalo pagaminto natrio citrato pagrindu maišas, 66.1 pozicijoje įtrauktos ir kompensacinių tirpalų magistralės.
66.4	Kraujo paėmimo sistema	9. 66.4 pozicijoje kraujo paėmimo sistema hermetiška, pagaminta iš permatomos medžiagos, susidedanti iš kraujo ir plazmos maišelių (tarpusavyje atskirtų nulaužiamu kamšteliu, kraujo maišelio talpa 600 ml, plazmos maišelio talpa 500ml, kraujo maišelis su 63 ml konservuojančio tirpalo CPDA-1), 16G adatos su kaniule, leidžiančia hermetiškai sujungti ją su kito hemakono magistrale, ir 80 cm ilgio magistralės su plastmasiniu spaudstuku, atšaka tyrimams paimti ir adatos užraktu.
66.5	Adapteris Haemonetics MCS+ frakcionatoriui	10. 66.5 pozicijoje esantis adapteris daugkartinio naudojimo, pagamintas iš dezinfekuoti tinkamų medžiagų ir skirtas 66.3 pozicijoje esančio komplekto kraujo centrifugavimo talpos centrifugavimui Haemonetics MCS+ frakcionatoriumi.
68	Plazmos filtras	1. Vienkartinis. 2. Sterilus. 3. Apirogeniškas. 4. Kapiliarinis. 5. Plazmai laidī membrana pagaminta iš sintetinių medžiagų (polieterosulfono) 6. Siūlomi dviejų darbinių membranos plotų filtrai 0,4 m2 ir 0,6 m2, pradinis plazmos filtravimo greitis 1000 ml/val. 7. Sterilizuoti Beta spinduliuote 8. Tikslūs siūlomų filtrų darbiniai membranos plotai - 0,4 ir 0,6 m2
72	Konservantas	1. Sterilus. 2. Apirogeniškas. 3. Skaidrus. 4. Bespalvis. 5. Pagamintas natrio citrato pagrindu ir išfasuotas po 0,8 litro. 6. Su dviem konusinio (female) tipo sujungimais, tinkančiais prijungti prie frakcionatorių vienkartinį priemonių rinkinių magistralių, ir įtvirtinimais pakabinimui ties dugnu.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	UAB „Medita” įgaliojimas (konfidencialu)	1	Medita įgaliojimas (konfidencialu)
2.	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	182	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)
3.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	14	Medita EBVPD
4.	Tiekejo deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų	1	Tiekejo deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų
5.	Tiekėjo deklaracija dėl tarybos reglamente (es) 2022576 nustatytų sąlygų nebuvimo	1	Tiekėjo deklaracija dėl tarybos reglamento

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)*:

UAB „Medita” įgaliojimas (konfidencialu); Gamintojo dokumentai (konfidencialu)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Viešųjų pirkimų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Jurgita Žaliauskienė

(Vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė JURGITA
ŽALIAUSKIENĖ
Data: 2022-07-09 07:21:06