



easy CRP

wrCRP

wrCRP+Hb

CRP

CRP+Hb

HbA1c

Strep A

iFOBT

Mėginio tipas	Bendras kraujas serumas, plazma	Bendras kraujas serumas, plazma	Bendras kraujas serumas, plazma	Bendras kraujas serumas, plazma	Bendras kraujas serumas, plazma	Bendras kraujas	Gerklės tepinėlis	Išmatos
Mėginio paėmimas	Mėginio paėmėjas (10 µl)	Kapiliaras su oranžine juoste	Kapiliaras su oranžine juoste	Kapiliaras su mėlyna juoste	Kapiliaras su mėlyna juoste	Mėginio paėmėjas (1 µl)	Gerklės tepinėlis	Paėmimo mėgintuvėlis
Mėginio tūris	10 µl	10 µl	10 µl	20 µl	20 µl	1 µl	NA	10 mg
Mėginio stabilumas kiuvetėje	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	5 min	4 h	2 h
Matavimo laikas	2 min	2 min	2 min	2 min	2 min	<6 min	4 min, stipriai teigiamas 2 min	3 min
Matavimo ribos	1–200 mg/l	0.5–200 mg/l	CRP 0.5–200 mg/l Hb 50–220 g/l	5–200 mg/l	CRP 5–200 mg/l Hb 50–245 g/l	20–140 mmol/mol 4.0–15.0 %	Teigiamas/neigiamas	10–200 µg/g (50–1000 ng/ml)
Kombinacija: 1 tyrimas – 2 rezultatai	–	–	taip	–	taip	–	–	–
Testų skaičius pakuotėje	50	50	50	50	50	25	50	50
Laikymas	2–25°C	2–25°C	2–25°C	2–25°C 4 savaitės 2–8°C	2–25°C 4 savaitės 2–8°C	18–25°C 2 mėnesiai 2–8°C	2–25°C	2–25°C 4 savaitės 2–8°C
Programinės įrangos versija	7.6.2 ar naujesnė	7.5.1 ar naujesnė	7.5.1 ar naujesnė	Visos versijos	4.1 ar naujesnė	8.1.1 ar naujesnė	4.1 ar naujesnė	6.5.1 ar naujesnė
QuikRead go Instrumento galimybė jungtis prie HIS ir LIS sistemų	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip

El.paštas užsakymams: mediq@mediq.com

www.aidian.eu/www.quikread.com/www.tacklearnr.com



QuikRead go Instrumentas

Metodas	Imunoturbidimetrinis ir fotometrinis
Išmatavimai	27 cm (l) x 15.5 cm (w) x 14.5 cm (h)
Svoris	1.7 kg be baterijų
Laikymas ir transportavimas	Tarp 2°C ir 35°C. Saugoti nuo drėgmės
Kilmės šalis	Suomija
Energijos šaltiniai	100–240 V AC, 50–60 Hz elektros šaltiniai arba akumulatorius. Energijos sąnaudos 8 W.
Galimybė naudoti baterijas	Taip, tiekiamos atskirai. Gali būti naudojamas tik akumulatorius, skirtas QuikRead go.
Atmintis	100 pacientų rezultatų, 100 kokybės kontrolės rezultatų ir 100 LIS (neperkeltų rezultatų).
Galimybė pasirinkti kalbą	23
Išorinio spausdintuvo prijungimas	Taip
Brūkšinių kodų skaitytuvas	Taip

QuikRead go sąsajų specifikacija

TCP/IP tinklo komunikacija	RJ45 LAN, pasirinktą WLAN USB adapterį
Laidinė komunikacija	Per RJ45, per pasirinktą QuikRead go laidą (RJ45 į RS-232)*
Naudojami protokolai	LIS01-A2 (ASTM), POCT1-A2
Komunikacijos tipas	Vienpusė (LIS01-A2, POCT1-A2), dvipusė (POCT1-A2)
USB jungtys	3 x Tipas A USB jungtis 1 x Tipas B USB jungtis
Siunčiama informacija	Pacientų rezultatai, KK rezultatai, rezultatų komentarai, pastabos ir klaidų kodai
Siunčiami rezultatai	Automatinis (LIS01-A2, POCT1-A2) arba rankinis (LIS01-A2)
Instrumento programinės įrangos nuotolinis naujinimas	taip**
Nuotolinis užrakinimas / atrakinimas	taip **
Nuotolinis valdymas	taip**
Kokybės kontrolės medžiagos	taip**
Pacientų sąrašas / teigiamo paciento rezultato identifikavimas	taip**
Instrumento konfigūracija	taip**
Instrumento laiko nustatymas	taip**

* LIS01-A2 only, ** POCT1-A2 only

AIDIAN

