

Techninės priežiūros (TP) REGLAMENTAS

2022 m. rugsėjo mėn. 08 d.

PRIETAISAS	Pavadinimas: DPV aparatas Modelis: Bellavista 1000 Gamybos metai: Gamintojas: imtmedical ag	
PERIODIŠKUMAS	12 mėn.	
ATLIEKAMI DARBAI	Pavadinimas	Aprašymas
	Techninės priežiūros darbai:	1. DPV aparato išorinė apžiūra 2. DPV aparato klaidų archyvo analizė 3. O2 sensoriaus keitimas; 4. Rezervinio maitinimo akumuliatorių testavimas; 5. Iškvėpimo oro vožtuvo membranos keitimas 6. Aparato oro paėmimo filtro keitimas 7. Aparato aušinimo ventiliatoriaus oro filtro keitimas 8. Drėgmės surinkimo indo sandarumo patikra 9. Sistemos jutiklių kalibravimas;(O2, CO2, Prox) 10. Programinės įrangos atnaujinimas 11. Sistemos darbo patikra. 12. Tęstavimas ir kalibravimas
NAUDOJAMI PRIETAISAI IR MEDŽIAGOS	Filtrų komplektas, deguonies sensorius, iškvėpimo oro vožtuvo membrana, PC su programine įranga, dujų srauto ir slėgio matuoklis, multimetras, oro srauto daviklis, kvėpavimo kontūras, dirbtinis plautis.	
DOKUMENTACIJA	Bellavista 1000 serviso vadovas	

Parengė: UAB „Real Fusion“
(Imonės pavadinimas)