

UAB REAL FUSION
ĮM. KODAS 305575214
PVM KODAS LT100013232318
V.DAUNIO 78-1, VILNIUS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS ĮVAIRIAI MEDICINOS ĮRANGAI PIRKTI NR. 4694 ir 4738

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB REAL FUSION
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	V. DAUNIO 78-1, VILNIUS
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	ĮGALIOTAS ASMUO RITA JARUTĖ
Telefono numeris	+370 609 09981
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	INFO@REALFUSION.EU

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
 - 2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose.
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
4. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas
	-

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai*

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

TIEKĖJO TECHNINĖ PASIŪLYMO DALIS

Mes siūlome šias prekes su nurodytomis techninėmis charakteristikomis:

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

PASIŪLYMAS KETVIRTAI PIRKIMO DALIAI

Elektrokardiografas, (tipas 2), 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
----------	------------	----------------------------------	-----------------------------

1.	Skirtas suaugusiems, pediatriiniams pacientams ir kūdikiams	Būtina	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 4 Yra. Skirtas suaugusiems, pediatriiniams pacientams ir kūdikiams
2.	Ne mažiau kaip 12 kanalų EKG įrašymas	Būtina	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 30 Yra - EKG įrašymas, 12 kanalų
3.	EKG analizės dažnis	Ne mažesnis kaip 1000 Hz	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 30 EKG analizės dažnis 1000 Hz
4.	Belaidis arba laidinis ryšys tarp EKG įrenginio ir kompiuterio su specialia programine įranga analizei ir duomenų perdavimui į ligoninės sistemą	Būtina, į pasiūlymą įskaičiuotos visos išlaidos funkcijai šiai įgyvendinti	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 4; „flexi12 brošiūra“ puslapis: 2; 5 Yra- Belaidis ryšys tarp EKG įrenginio ir kompiuterio su specialia programine įranga(BTL cardiopoint) analizei ir duomenų perdavimui į ligoninės sistemą į pasiūlymą įskaičiuotos visos išlaidos funkcijai šiai įgyvendinti
5.	Galimybė atlikti ramybės EKG ir EKG streso testą su tuo pačiu prietaisu	Būtina	Atitikimas dokumente: „flexi12 brošiūra“, puslapis 3; 5; „flexi12 devėjimas“ Galima atlikti ramybės EKG ir EKG streso testą su tuo pačiu prietaisu- Flexi 12
6.	Ekrano dydis ne mažiau 2,7 "	Būtina	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 30 Yra, ekrano dydis 2,8 "
7.	EKG įrenginio svoris	Ne daugiau 1,1 kg. Jei svoris viršija 400 g, kartu su prietaisu privaloma pateikti specialų transportavimo vežimėlį ir specialų paciento kabelio laikiklį.	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 30 EKG įrenginio svoris: 150 g.
8.	Klaviatūros atvaizdavimas lietimui jautriame ekrane	Būtina	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 30 Yra - Klaviatūros atvaizdavimas lietimui jautriame ekrane
9.	Vidinė EKG įrenginio atmintis	Ne mažiau 90 kardiogramų	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 30 Vidinė EKG įrenginio atmintis 90 kardiogramų
10.	EKG įrenginio akumuliatoriaus veikimo laikas	Ne mažiau nei 4 valandos	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 12 EKG įrenginio akumuliatoriaus veikimo laikas 8val.;
11.	Pakraunamas akumuliatorius	Būtina	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 30; 11 Yra, ličio baterija, 3200 mAh talpa, 3.6 V
12.	Laisvų laidų aptikimas	Būtina	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 21 Laisvų laidų aptikimas - yra

13.	Širdies stimulatoriaus aptikimas	Būtina	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 30 Širdies stimulatoriaus aptikimas - yra
14.	Aparatas turintis apsauga nuo defibriliacijos iškrovų	Būtina	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 22 Aparatas turintis apsauga nuo defibriliacijos iškrovų
15.	Duomenys pateikiami aparato ekrane	1. EKG signalas. 2. Paciento širdies ritmas realiuoju laiku 3. EKG įrašymo mygtukas 4. Įrašymo laikas 5. Baterijos indikatorius 6. Paciento duomenys(vardas ir ID)	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 15; 16 1. EKG signalas. 2. Paciento širdies ritmas realiuoju laiku 3. EKG įrašymo mygtukas 4. Įrašymo laikas 5. Baterijos indikatorius 6. Paciento duomenys(vardas ir ID)
16.	Galimybė išsaugoti EKG rezultatus PDF ar lygiaverčiu formatu	Būtina	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 22 Yra, Galimybė išsaugoti EKG rezultatus PDF formatu
17.	EKG filtrai	Ne mažiau 3 filtrų	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 24 EKG 3 filtrai: mains, drift, myo
18.	Papildoma programinė įranga duomenims perduoti, analizuoti	Būtina	Atitikimas dokumente: „flexi brošiūra“, puslapis 2 “BTL Cardiopoint” - Papildoma programinė įranga duomenims perduoti, analizuoti
19.	Galimybė užrašytą elektrokardiogramą perduoti belaidžiu kompiuteriniu tinklu į ligoninės informacinę sistemą (tiesiogiai WIFI ryšiu į ligoninės sistemą (DICOM formatu) arba perduodant belaidžiu ryšių į kompiuterį, o iš jo į ligoninės sistemą (taikoma aparatams, kurie sveria ≤400g))	Būtina. Į pasiūlymą įskaičiuotas šios funkcijos įdiegimo kaštai. Duomenys turi būti perduoti į ligoninės informacinę sistemą PO tinkančiu būdu.	Atitikimas dokumente: „flexi brošiūra“, puslapis 2; 5 Galimybė užrašytą elektrokardiogramą perduoti belaidžiu kompiuteriniu tinklu į ligoninės informacinę sistemą (perduodant belaidžiu ryšių į kompiuterį, o iš jo į ligoninės sistemą): Yra. Į pasiūlymą įskaičiuotas šios funkcijos įdiegimo kaštai. Duomenys bus perduoti į ligoninės informacinę sistemą PO tinkančiu būdu.
20.	Komplektacija:		
20.1	Paciento kabelis	Ne mažiau 1 vnt. Skirtas atlikti EKG tyrimus suaugusiems, pediatrijoms pacientams ir kūdikiams	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis 13; 29 Paciento kabelis; 2 vnt (1vnt krūtininis kabelis, 1 vnt galūninis kabelis) Skirtas atlikti EKG tyrimus suaugusiems, pediatrijoms pacientams ir kūdikiams (universalus)
20.2	Elektrodai	Suaugusiems, pediatrijoms pacientams ir kūdikiams klijuojami, vienkartiniai elektrodai, iš	Atitikimas dokumente: „flexi12“, puslapis: 29 Suaugusiems, pediatrijoms pacientams ir kūdikiams (universalūs) klijuojami,

		viso ne mažiau kaip 450 vnt.	vienartiniai elektrodai, iš viso bus pateikti 450 vnt.
21.	EKG tyrimui atlikti nereikalingi papildomi įrenginiai	Planšetiniai kompiuteriai, telefonai ir t.t	Atitikimas dokumente: „flexi12 įrašymas“ puslapis 1; „flexi12 brošiūrą“, puslapis 5 EKG tyrimui atlikti nereikalingi papildomi įrenginiai: Planšetiniai kompiuteriai, telefonai ir t.t.
22.	Garantija	Ne mažiau 36 mėn.	Atitikimas dokumente: „deklaracija garantija flexi12“ Garantija suteikiama 36 mėn.

TIEKĖJO KAINOS PASIŪLYMO DALIS

PIRKIMO DALIES Nr.	Prekės pavadinimas, kodas, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. Kaina Eur	PVM	Bendra kaina Eur	
				Be PVM	Dydis %	Be PVM	Su PVM
4	Modelis: Kardiografas „Flexi 12“ Gamintojas: „BTL“ Šalis: Čekija.	Vnt.	1	2934.71	21	2934.71	3551.00

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	CE BTL EN 2017-2022.07.14[1] (Failas „CE“)	3
2	CE BTL EN (Failas „CE“)	3
3	CE BTL LT (Failas „CE“)	3
4	CE CZE_BTL_Flexi_12_ECG_103[1] (Failas „CE“)	3
5	Igaliojimas BTL (Failas „Igaliojimai“)	1
6	Igaliojimas BTL EN (Failas „Igaliojimai“)	1
7	Igaliojimas Real Fusion dalyvauti konkursuose-signed (Failas „Igaliojimai“)	1
8	deklaracija garantija flexi12 (Failas „Priedai“)	1
9	flexi 12 devėjimas (Failas „Priedai“)	1
10	Flexi12 brošiūra (Failas „Priedai“)	5
11	Flexi12 įrašas (Failas „Priedai“)	1
12	EBVPD	16
13	flexi12	36

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje:

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Tiekėjai prašomi pasiūlymo dalį (-is), kurios (-ių) informacija jo pasiūlyme yra konfidenciali, sugrupuoti ir pateikti viename dokumente, pavadinime nurodant „Konfidencialu“.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Igaliotas asmuo Rita Jarutė
(tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

[xxxxxx]
(parašas*)

(vardas, pavardė*)