

1 priedas

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 1477 36647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,
A.s. LT587181500044467652, AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC, Banko kodas 71815, Tel.845 57 06 05
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms

PASIŪLYMAS

DĖL LIGONIŲ STEBĖJIMO MONOTORIŲ IR DEFIBRILIATORIAUS PIRKIMO

Pirkimo Nr. 595186

2022-05-05 Nr. KD22-112

Panevėžys

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „GRAINA“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	147736647, LT477366410
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	a.s. LT587181500044467652 AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC, b.k. 71815
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Arūnas Padvariškis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Administratorė VP specialistė Vilma Gudonienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Produktų vadovas Juozas Baltrušaitis, tel. 8 645 52604, el.p. juozas.baltrušaitis@graina.lt
Telefono numeris	8-45 507798
Fakso numeris	8-45 433540
El. pašto adresas	v.gudoniene@graina.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra

tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)
	NEPASITELKIAMI

**Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)*

PASIŪLYMO KAINA

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur su PVM
2.	Defibriliatorius	“BeneHeart D3” Mindray	vnt.	1	3.900,00	3.900,00	4.719,00

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

2 pirkimo dalis. Defibriliatoriaus techninė specifikacija (kiekis - 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūloma prekės charakteristikos
1.	Paskirtis	Defibriliacija su gyvybinių funkcijų monitoravimu	Defibriliatorius BeneHeart D3, Mindray - defibriliacija su gyvybinių funkcijų monitoravimu Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 4
2.	Reikalavimai defibriliatoriui:		
2.1.	Defibriliatoriaus impulso forma	Bifazinė, su voltažo kompensacija priklausomai nuo paciento varžos	Defibriliatoriaus impulso forma bifazinė, su voltažo kompensacija priklausomai nuo paciento varžos Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 10
2.2.	Bifazinio impulso energijos nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)	1. Nuo 2 iki 200 J; 2. Keitimo žingsnis 2 - 200 J diapazone - ne daugiau 50 J.	Bifazinio impulso energijos nustatymas 1. Nuo 1 iki 360 J; Prekių aprašymo psl. Nr. 2 2. Keitimo žingsnis 2 - 200 J diapazone - ne daugiau 50 J. Prekių aprašymo psl. Nr. 2
2.3.	Defibriliatoriaus darbo režimai:	1. Nesinchronizuota defibriliacija; 2. Sinchronizuota kardioversija.	Defibriliatoriaus darbo režimai: 1. Nesinchronizuota defibriliacija; Prekių aprašymo psl. Nr. 2 2. Sinchronizuota kardioversija. Prekių aprašymo psl. Nr. 2
2.4.	Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė	Ne daugiau 7 s įsikrovimui iki 200 J	Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė 3 sekundės iki 200 J Prekių aprašymo psl. Nr. 2
2.5.	Automatinės funkcijos	1. Automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkcija; 2. Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti rankiniame režime.	1. Automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkcija; Prekių aprašymo psl. Nr. 5 2. Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti rankiniame režime. Prekių aprašymo psl. Nr. 6, 11
3.	Reikalavimai EKG monitoravimo kanalui:		
3.1.	EKG derivacijų skaičius	Ne mažiau 3	EKG derivacijų skaičius 3 Prekių aprašymo psl. Nr. 2

3.2.	Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 20 iki 300 kartų/min	Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos 15 – 350 k/min. Prekių aprašymo psl. Nr. 2
3.3.	EKG amplitudės nustatymas	40 (arba 30), 20, 10, 5 mm/mV (ne blogiau)	EKG amplitudės nustatymas 40, 20, 10, 5, 2.5 mm/mV Prekių aprašymo psl. Nr. 2
4.	Reikalavimai ekranui:	1. Skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; 2. Spalvotas; 3. Įstrižainė ne mažiau 14 cm; 4. Ne mažiau 2 kreivių atvaizduojama vienu metu.	1. Skystųjų kristalų (LCD); Prekių aprašymo psl. Nr. 1 2. Spalvotas; Prekių aprašymo psl. Nr. 1 3. Įstrižainė 17,78 cm; Prekių aprašymo psl. Nr. 1 4. 3 kreivių atvaizduojama vienu metu. Prekių aprašymo psl. Nr. 1
5.	Spausdintuvas	Ne mažiau dviejų kanalų	Spausdintuvas trijų kanalų Prekių aprašymo psl. Nr. 2
6.	Maitinimo šaltiniai:	1. 230V, 50Hz elektros tinklas; 2. Akumuliatorius. Nenaudojant papildomo išorinio maitinimo, naujas pilnai pakrautas akumuliatorius užtikrina ne mažiau kaip 100 iškrovų, naudojant maksimalią energiją.	Maitinimo šaltiniai: 1. Nuo 100 iki 240 V V (Reikalavimuose esantis 230 V reikalavimas patenka į mūsų siūlomo prietaiso techniniuose dokumentuose nurodyto parametro ribas), 50Hz elektros tinklas; Prekių aprašymo psl. Nr. 1 2. Akumuliatorius. Nenaudojant papildomo išorinio maitinimo, naujas pilnai pakrautas akumuliatorius užtikrina 200 iškrovų, naudojant maksimalią energiją (360 J). Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 2
7.	Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija	Defibriliatorius turi akumuliatoriaus įkrovos lygio indikaciją	Defibriliatorius turi akumuliatoriaus įkrovos lygio indikaciją Prekių aprašymo psl. Nr. 1
8.	Defibriliatoriaus vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimas į kompiuterį	Defibriliatorius pritaikytas bei sukomplektuotas reikiamomis techninėmis priemonėmis jo vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį	Defibriliatorius pritaikytas bei sukomplektuotas reikiamomis techninėmis priemonėmis jo vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 4
9.	Testinė įranga defibriliatoriaus iškrovos patikrinimui	Defibriliatorius turi testinę įrangą, leidžiančią vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą	Defibriliatorius turi testinę įrangą, leidžiančią vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą Prekių aprašymo psl. Nr. 9, 13
10.	Komplektacija	Defibriliatorius pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, šiuos priedus: a) daugkartinius defibriliacijos elektrodus suaugusiems – 1 kompl.,	Defibriliatorius pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, šiuos priedus: a) daugkartinius defibriliacijos elektrodus suaugusiems – 1 kompl.,

		b) vienkartinius defibriliacijos elektrodus suaugusiems – 1 kompl. <i>(tiekėjas privalo patvirtinti, kad siūlomas defibriliatorius bus pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas bei išvardinti visus į siūlomo defibriliatoriaus komplektaciją įskaičiuotus priedus)</i>	<u>Prekių aprašymo psl. Nr. 7</u> b) vienkartinius defibriliacijos elektrodus suaugusiems – 1 kompl. <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 8</u> Patvirtiname, kad siūlomas defibriliatorius bus pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas bei išvardinti visus į siūlomo defibriliatoriaus komplektaciją įskaičiuotus priedus)
11.	Įrangos pristatymas, išskrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas)	Įrangos pristatymo, išskrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	Įrangos pristatymo, išskrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
12.	Medicininio personalo apmokymas	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
13.	Techninio personalo apmokymas	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
14.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) instaliavimo instrukcijos; c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) aptarnavimo instrukcijos; e) gedimų nustatymo instrukcijos; f) išardymo-surinkimo instrukcijos; g) atsarginių dalių katalogas; h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių: a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) instaliavimo instrukcijos; c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) aptarnavimo instrukcijos; e) gedimų nustatymo instrukcijos; f) išardymo-surinkimo instrukcijos; g) atsarginių dalių katalogas; h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) derinimo/kalibravimo instrukcijos;

		j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (<i>taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo</i>).	j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti.
15.	Garantinis laikotarpis	≥ 36 mėnesiai. Akumuliatoriui suteikiama garantija gali būti kitokios trukmės, tačiau ne trumpesnė kaip 24 mėn.	Garantinis laikotarpis 36 mėnesiai. Akumuliatoriui suteikiama 24 mėn.

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui bus pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

*Pastabos:

1. Lentelė užpildyta pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomas prekes, turi būti nurodyta prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos prekės charakteristika“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai, taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentai

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas ir techninė specifikacija	5
2.	Prekių aprašymas KONF	19
3.	Gamintojo įgaliojimas KONF	2
4.	Vartotojo instrukcija KONF	194
5.	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus	1
6.	EBVPD	14

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

KONFIDENCIALAUS CVP IS sistemoje pateikto dokumento pavadinimas
Prekių aprašymas KONF
Gamintojo įgaliojimas KONF
Vartotojo instrukcija KONF

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vilma Gudonienė

(Vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė VILMA GUDONIENĖ
Data: 2022-05-05 15:15:14