Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas.

Pirkimo sąlygų 1 priedas

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA**

**2023-12-13**

**Pirkimo pavadinimas: INSTRUMENTAI (NR. 6407)**

| | |
|---|---|
| **Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:** | UAB„Osteca“ |
| **Tiekėjo kodas:** | 300871049 |
| **Tiekėjo adresas:** | Danės g. 47, LT – 92108 Klaipėda |
| **Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:** | LT100003238211 |
| **A/s numeris:** | LT397300010121261479 |
| **Bankas, banko kodas:** | Bankas Swedbank, Banko kodas 73000 |
| **Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:** | Greta Vilkaitė |
| **Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:** | Tel.: 8 46 400002, Faks.: 8 46 314094 |
| **Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:** | gv@osteca.lt |
| **Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:** | Direktorius Arvydas Klovas |
| **Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:** | |

**1. Tiekėjo patvirtinimai:**

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1.3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

**2. Bendrieji reikalavimai:**

1. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekiama laiku.

2. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.

3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus **kartu su pasiūlymu**, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo **savo pasiūlyme** patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

5. Pasiūlymų pd 1-4 ir 6-13 techninių specifikacijų grafoje (stulpelyje) „Siūlomos parametrų reikšmės“ tiekėjas nurodo siūlomas parametrų reikšmes, o taip pat privalo įrašyti kiekvieno siūlomo instrumento (prekės) gamintojo pavadinimą ir modelį (atitinkančius konkursui pateiktus gamintojo katalogus).

**3. Specialieji reikalavimai instrumentams:**

1. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.
2. Būtinas CE ženklinimas (privalomas ilgalaikio žymėjimo būdas): CE ženklinimas, prekės kodas kiti reikalingi kodai.
3. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.
4. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių).
5. Tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu per nurodytą terminą pateiks instrumentų pavyzdžius apžiūrai. Pateikimo terminas – negali būti ilgesnis kaip 30 k. d.
6. Instrumentams taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.
7. Kartu su prekėmis Tiekėjas pateiks instrumentų valymo ir priežiūros aprašus lietuvių kalba,.

**4. Aplinkosauginiai reikalavimai:**

Pirkimui taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).

1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis.

Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad prekių pakuotės yra perdirbamos (deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus).
2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.
Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomų prekių pagrindinės medžiagos/komponentai yra tinkamos pakartotinam naudojimui ar perdirbimui (deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus).

**5. Techniniai ir specialieji reikalavimai:**

**5 PIRKIMO DALIS: Automatinis turniketas** Perkamas
kiekis – 2 kompl.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė | Kiekis, kompl. | Siūloma parametro reikšmė / prekės pavadinimas, modelis, gamintojas |
|---|---|---|---|---|
| **Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas** | | | | |
| 1 | Paskirtis, konstrukcija | 1. Automatinis portabilus turniketas, dviejų portų, dviejų kanalų,<br>2. Vienu metu galima prijungti ne mažiau 2 manžečių,<br>3. Galima tvirtinti ant stovo,<br>4. Stovas su ratukais (ne mažiau kaip 2 su stabdžiais), lentynėle ir krepšeliu priedams. | 2 | 1. Automatinis portabilus turniketas, dviejų portų, dviejų kanalų,<br>2. Vienu metu galima prijungti ne mažiau 2 manžečių,<br>3. Galima tvirtinti ant stovo.<br>4. Stovas su ratukais (ne mažiau kaip 2 su stabdžiais), lentynėle ir krepšeliu priedams.<br>DDMedical Pneumatinis turniketas ref.nr.G10903;<br>Turniketo stovas su krepšiu ref.nr. A10701.<br>Gamintojas DDM Dessillons&Dutrillaux (Prancūzija)<br>www.ddmedical.fr/EN/ |
| 2 | Ekranas | 1. Spalvotas, lietimui jautrus, ne mažiau 8“<br>2. Ekrane rodomas ir valdomas manžečių slėgis ir procedūros trukmė, galimybė keisti parametrus | | 1. Spalvotas, lietimui jautrus, ne mažiau 8“ Ekrane<br>2. rodomas ir valdomas manžečių slėgis ir procedūros trukmė, galimybė keisti parametrus. |
| 3 | Suspaudimas | 1. Slėgio diapazonas ne siauresnėse ribose kaip 50-600 mmHg<br>2. Spaudimo paklaida ne daugiau kaip ± 2 % mmHg | | 1. Slėgio diapazonas ne siauresnėse ribose kaip 50-600 mmHg. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Spaudimo paklaida ne daugiau kaip ± 2 % mmHg. |
| 4 | Kontrolė | 1. Manžetės ar žarnelės oro nuotėkių stebėjimo mechanizmas, automatinis spaudimo laikymas net ir esant oro nuotėkiui,<br>2. Automatinis manžetės žarnelės okliuzijos atpažinimas su garsiniu signalu,<br>3. Galimybė prijungti galūnės okliuzijos sensorių (LOP), kuris automatiškai nustato reikiamą mažiausią galūnės suspaudimą, mažinant pooperacines turniketų komplikacijas | | 1. Manžetės ar žarnelės oro nuotėkių stebėjimo mechanizmas, automatinis spaudimo laikymas net ir esant oro nuotėkiui.<br>2. Automatinis manžetės žarnelės okliuzijos atpažinimas su garsiniu signalu.<br>3. Galimybė prijungti galūnės okliuzijos sensorių (LOP), kuris automatiškai nustato reikiamą mažiausią galūnės suspaudimą, mažinant pooperacines turniketų komplikacijas |
| | | | | |
| 5 | Manžetės | 1. Manžetės daugkartinio naudojimo.<br>2. Manžečių pajungimo žarnos ne trumpesnės nei 4m., po 2 žarnas kiekvienoje.<br>3. Manžetės (dviejų portų), viso 8 vnt.:<br>• ilgis 61 cm ±3 cm, plotis 10 cm ± 1 cm, 1 vnt.<br>• ilgis 76 cm ±3 cm, , plotis 10 cm ± 1 cm, 2 vnt.<br>• ilgis 86 cm ±3 cm, plotis 10 cm ± 1 cm, 4 vnt.<br>• ilgis 107 cm ±3 cm, plotis 10 cm ± 1 cm, 1 vnt. | | 1. Manžetės daugkartinio naudojimo.<br>2. Manžečių pajungimo žarnos ne trumpesnės nei 4m., po 2 žarnas kiekvienoje.<br>3. Manžetės (dviejų portų), viso 8 vnt.:<br>• ilgis 61 cm , plotis 10 cm, 1 vnt.<br>• ilgis 76 cm, plotis 10 cm, 2 vnt.<br>• ilgis 86 cm, plotis 10 cm, 4 vnt.<br>• ilgis 107 cm, plotis 10 cm, 1 vnt.<br>Manžetės:<br>Ref.nr. GCCMS104; GCCMS105; GCCMS106; GCCMS107; Gamintojas DDM Dessillons&Dutrillaux (Prancūzija)<br>www.ddmedical.fr/EN/ |
| 6 | Maitinimas | 1. Elektros tinklas, nominal. 230 V 50 Hz<br>2. Gali dirbti iš baterijų:<br>2.1. Baterija Ličio jonų ar lygiavertė<br>2.2. Darbo iš baterijų trukmė – ne mažiau 6 val. | | 1.Elektros tinklas, nominal. 230 V 50 Hz<br>2.Gali dirbti iš baterijų:<br>2.1 Baterija Ličio jonų ar lygiavertė<br>2.2 Darbo iš baterijų trukmė – ne mažiau 6 val. |
| 7 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn | | Būtina |
| 8 | CE ženklinimas | Būtina, Pateikti CE deklaracijos ar atitikties sertifikato kopiją | | Būtina |

**8 PIRKIMO DALIS: Menisko siuvimo sistemos outside-in instrumentai** Perkamas kiekis – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis, kompl. | Siūloma parametro reikšmė / prekės pavadinimas, modelis, gamintojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menisko susiuvimo sistema siuvimo technikai „iš išorės į vidų“. (outside in) | Sistemą sudaro:<br>dvi tiesios adatos su obturatoriais,<br>dvi lenktos spinalinės adatos, du kilpiniai ištraukikliai siūlui. | 1 | Sistemą sudaro:<br>dvi tiesios adatos su obturatoriais,<br>dvi lenktos spinalinės adatos, du kilpiniai ištraukikliai siūlui.<br>Meniscus Mender Ref.Nr. 7209485, Smith&Nephew (JAV)<br>www.smith-nephew.com |
| | | | | |

**9 PIRKIMO DALIS: Artroskopinės Latarjet operacijos instrumentų rinkinys** Perkamas kiekis – 1 kompl.

| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Kiekis, vnt.** | **Siūloma parametro reikšmė / prekės pavadinimas, modelis, gamintojas** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilga pusinė kaniulė su obturatoriumi | Buku nuožulniu distaliniu instrumento galu | 1 | Buku nuožulniu distaliniu instrumento galu.<br>Half Cannula Obturator, Long<br>Ref. Nr.71935608 Smith&Nephew (JAV) www.smith-nephew.com |
| 2. | Obturatorius ilgai pusinei kaniulei | Tinkanti ilgai pusinei kaniulei, skirta naudoti su ilga pusine kaniule, kad sumažinti sąnario paviršiaus ir aplinkinių audinių pažeidimo tikimybę | 1 | Tinkanti ilgai pusinei kaniulei, skirta naudoti su ilga pusine kaniule, kad sumažinti sąnario paviršiaus ir aplinkinių audinių pažeidimo tikimybę. Half Cannula Obturator,Long<br>Ref. Nr.71935609 Smith&Nephew (JAV)<br>www.smith-nephew.com |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Pomentinio raumens plėtėjo slankusis blokelis | Su tvirtinimo sraigtu | 1 | Su tvirtinimo sraigtu.<br>Subscapularis Spreader Sliding Block<br>Ref. Nr. 71935614 Smith&Nephew (JAV)<br>www.smith-nephew.com |
| 4. | Pomentinio raumens plėtėjas | Rankena su spyruokliniu mechanizmu, plėtimo reguliavimo sraigtu ir atrama pirštams, darbinė instrumento dalis pailgos kilpos formos | 1 | Rankena su spyruokliniu mechanizmu, plėtimo reguliavimo sraigtu ir atrama pirštams, darbinė instrumento dalis pailgos kilpos formos.<br>Subscapularis Spreader<br>Ref. Nr. 71935613, Smith&Nephew (JAV)<br>www.smith-nephew.com |
| 5. | Endoskopinis mentės snapinės ataugos nukreipėjas | Darbinė dalis kaniuliuota, darbinės dalies distalinė dalis su trimis griebiančiomis lopetėlėmis su smulkiais dantukais, prisitvirtinimui prie kaulo, instrumento rankena su spyruokliniu mechanizmu, ir fiksavimo sraigtu | 1 | Darbinė dalis kaniuliuota, darbinės dalies distalinė dalis su trimis griebiančiomis lopetėlėmis su smulkiais dantukais, prisitvirtinimui prie kaulo, instrumento rankena su spyruokliniu mechanizmu, ir fiksavimo sraigtu. Coracoid Drilling Guide |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Ref. Nr. 71935615, Smith&Nephew (JAV) |
| 6. | Audinių retraktorius | Darbinė dalis lenkta 45° ± 1° kampu; | 1 | Darbinė dalis lenkta 45°,<br>Tissue Retractor. Ref.Nr.<br>71935611 www.smith-nephew.com |
| 7. | Mentės snapinės ataugos čiupiklis | Darbinė dalis 5 mm pločio, su smulkiais dantukais, atsidaro 20 ±0,5 mm , rankenos kaip žirklių; | 1 | Darbinė dalis 5 mm pločio, su smulkiais dantukais, atsidaro 20 ±0,5 mm, rankenos kaip žirklių;<br>Bone Grasper;<br>Ref. Nr. 71935459, Smith&Nephew (JAV)<br>www.smith-nephew.com |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Fiksuojamas mentės sąnarinės duobės taikiklis | Darbinė dalis su smulkiais dantukais, su kairės ir dešinės pusės lazerine atžymą, su sriegiu fiksavimui prie mentės sąnarinės duobės nukreipėjo | 1 | Darbinė dalis su smulkiais dantukais, su kairės ir dešinės pusės lazerine atžymą, su sriegiu fiksavimui prie mentės sąnarinės duobės nukreipėjo. Glenoid Drill guide Short Bullet Ref. Nr. 71935461, Smith&Nephew (JAV) www.smith-nephew.com |
| 9. | Mentės sąnarinės duobės nukreipėjas | Lenktas 10° ± 1° kampu, rankena su specialiu kanalu fiksuojamam taikikliui | 1 | Lenktas 10° kampu, rankena su specialiu kanalu fiksuojamam taikikliui; Single Posterior Glenoid Drill Guide Ref. Nr. 71935612 www.smith-nephew.com |
| 10. | Endoskopinis siūlo įtempėjas | Kaniuliuotas, cilindro formos, su slenkančia skale, lazerinėmis atžymomis ir siūlo tempimo fiksavimo sraigtu | 1 | Kaniuliuotas, cilindro formos, su slenkančia skale, lazerinėmis atžymomis ir siūlo tempimo fiksavimo sraigtu; Suture Tensioner Ref. Nr. 71935607, Smith&Nephew (JAV) www.smith-nephew.com |
| 11. | Vinių įvedėjas/ištraukėjas | Peties nestabilumo operacijoms, endoskopinis | 1 | Peties nestabilumo operacijoms, endoskopinis. Ref. Nr. 71928166, Pink Inserter/Extractor Smith&Nephew (JAV) www.smith-nephew.com |
| 12. | Gręžimo rinkinys | Pakuotėje 1sugraduotas 2 mm ± 0,05 grąžtas ir 2 pravedimo rankovės 2,8 mm | 1 | Pakuotėje 1sugraduotas 2 mm grąžtas ir 2 pravedimo rankovės 2,8 mm; Ref. Nr. 014771, T-FIX RCG Drill Pac with one Drill and two Sleeves Smith&Nephew (JAV) www.smith-nephew.com |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Artroskopinio pjūklo geležtė/dildė | Reciprokiniam pjovimui/ kaulo paviršiaus paruošimui | 1 | Reciprokiniam pjovimui/kaulo paviršiaus paruošimui.<br>Ref. Nr. 71935043,<br>Reciprocating Rasp<br>Smith&Nephew (JAV)<br>www.smith-nephew.com |

**12 PIRKIMO DALIS: Riešo tempimo sistema su priedais** Perkamas kiekis – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis, kompl. | Siūloma parametro reikšmė / prekės pavadinimas, modelis, gamintojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riešo tempimo stovas | Riešo tempimo stovas fiksuojamas prie bet kokio operacinio stalo. Stovą sudaro:<br><br>1. fiksavimo prie operacinio stalo komponentas – 1 vnt.<br>2. moduliniai strypai, lengvai fiksuojami tarpusavyje – 3 vnt.<br>3. fiksavimo prie strypo mechanizmai – 2 vnt.: žasto fiksavimo strypas su išlenkta plokšte (1 vnt.) ir tempimo mechanizmo fiksavimo strypas (1 vnt.).<br>4. Visos jungiamosios detalės spalviškai pažymėtos. | 1 | Riešo tempimo stovas fiksuojamas prie bet kokio operacinio stalo. Stovą sudaro:<br><br>1. fiksavimo prie operacinio stalo komponentas – 1 vnt.<br>2. moduliniai strypai, lengvai fiksuojami tarpusavyje – 3 vnt.<br>3. fiksavimo prie strypo mechanizmai – 2 vnt.: žasto fiksavimo strypas su išlenkta plokšte (1 vnt.) ir tempimo mechanizmo fiksavimo strypas (1 vnt.).<br>4. Visos jungiamosios detalės spalviškai pažymėtos.<br>Wrist Tower and Accessories, Smith&Nephew (JAV)<br>Riešo tempimo stovas ref.nr. 72202114;<br>www.smith-nephew.com |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 2 | Tempimo sistema | Tempimo sistema fiksuojama prie riešo tempimo stovo. Sudėtis:<br><br>1. Cilindro formos reguliatorius stabiliam tempimui iki 15 kg.<br>2. Riešo artroskopijos priedas su riešo plokštele.<br>3. Sterilus riešo stabilizavimo rinkinys, kurį sudaro 2 vnt. spalviškai pažymėti pirštų fiksatoriai ir viena fiksavimo juosta (mažas/vidutinis dydis) - 5 kompl.<br>4. Sterilus riešo stabilizavimo rinkinys, kurį sudaro 2 vnt. spalviškai pažymėti pirštų fiksatoriai ir viena fiksavimo juosta (didelis/ypatingai didelis dydis) - 5 kompl. | 1 | 1. Tempimo sistema fiksuojama prie riešo tempimo stovo. Sudėtis:<br><br>2. Cilindro formos reguliatorius stabiliam tempimui iki 15 kg. Riešo artroskopijos priedas su riešo plokštele.<br>3. Sterilus riešo stabilizavimo rinkinys, kurį sudaro 2 vnt. spalviškai pažymėti pirštų fiksatoriai ir viena fiksavimo juosta (mažas/vidutinis dydis) - 5 kompl.<br>4. Sterilus riešo stabilizavimo rinkinys, kurį sudaro 2 vnt. spalviškai pažymėti pirštų fiksatoriai ir viena fiksavimo juosta (didelis/ypatingai didelis dydis) - 5 kompl.<br>Wrist Tower and Accessories, Smith&Nephew (JAV)<br>Tempimo sistena ref.nr. 7210577,<br>Riešo artroskopijos priedas su riešo plokštele ref.nr. 72200660;<br>Pirštų laikikliai-riešo stabilizavimo rinkinys (mažas/vidutinis dydis) ref.nr 72201550;<br>Pirštų laikikliai-riešo stabilizavimo rinkinys (didelis/ypatingai didelis dydis) ref.nr 72201552;<br>www.smith-nephew.com |

**13 PIRKIMO DALIS: Artroskopinių instrumentų rinkinys** Perkamas kiekis – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis, vnt. | Siūloma parametro reikšmė / prekės pavadinimas, modelis, gamintojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siūlo kandiklis | 1. Plokščia, plastikine rankena, darbinė dalis tuščiavidurio cilindro | 5 | 1. Plokščia, plastikine rankena, darbinė dalis |
| | sąnarių artroskopijoms | formos, į kurį įmontuotas siūlo užfiksavimo mechanizmas, kuris valdomas ant plokščios rankenos įmontuotu mygtuku- pastūmus ir laikant mygtuką į šoną atsidaro cilindro distaliniame gale esantis langas, į kurį įsistato siūlas, paleidus mygtuką siūlas uždaromas instrumento distaliniame gale, su galimybe laisvai slankioti siūlą angoje.<br>Kito ant rankenos įmontuoto slankaus mygtuko pagalba siūlas yra nukerpamas.<br>2. | | tuščiavidurio cilindro formos, į kurį įmontuotas siūlo užfiksavimo mechanizmas, kuris valdomas ant plokščios rankenos įmontuotu mygtuku- pastūmus ir laikant mygtuką į šoną atsidaro cilindro distaliniame gale esantis langas, į kurį įsistato siūlas, paleidus mygtuką siūlas uždaromas instrumento distaliniame gale, su galimybe laisvai slankioti siūlą angoje.<br>2. Kito ant rankenos įmontuoto slankaus mygtuko pagalba siūlas yra nukerpamas.<br>Novocut suture manager, ref.nr. CTX-C001, Smith&Nephew (JAV) www.smith-nephew.com |
| 2 | Čiupiklismanipuliatorius artroskopijoms, vertikalus | 1. Darbinė dalis be ašies (angl. „pinless"), tiesi, vertikali, buku galu, atsidaro tik viršutinė čiupiklio dalis, darbinė dalis uždarytoje būsenoje sudaro netaisyklingos ovalo formos kilpą,<br>2. Vienu metu gali suimti ne mažiau kaip keturis siūlus,<br>3. Numatytas paimtų siūlų migravimas uždarytos darbinės dalies viduje,<br>4. Rankena spalviškai pažymėta. | 1 | 1. Darbinė dalis be ašies (angl. „pinless"), tiesi, vertikali, buku galu, atsidaro tik viršutinė čiupiklio dalis, darbinė dalis uždarytoje būsenoje sudaro netaisyklingos ovalo formos kilpą,<br>2. Vienu metu gali suimti ne mažiau kaip keturis siūlus,<br>3. Numatytas paimtų siūlų migravimas uždarytos darbinės dalies viduje,<br>4. Rankena spalviškai pažymėta.<br>Elite premium Suture Loop Vertical Grasper, blue handle.<br>Ref.nr. 7209494, Smith&Nephew (JAV) www.smith-nephew.com |
| 3 | Artroskopinė dildė | Naudojama kelio artroskopijoms, deimantine galvute, darbinė dalis lenkta 90° | 1 | Naudojama kelio artroskopijoms, deimantine galvute, darbinė dalis lenkta 90°<br>Diamond Rasp<br>Ref.nr.014550; Smith&Nephew (JAV) www.smith-nephew.com |

**6. Tiekėjo siūloma kaina:**

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus Kiekis | Vieneto kaina Eur, be PVM | Kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | PVM suma, Eur | Kaina EUR, su PVM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Automatinis turniketas | kompl | 2 | 3748,00 | 7496,00 | 21% | 1574,16 | 9070,16 |
| 8 | Menisko siuvimo sistemos outside-in instrumentai | kompl | 1 | 1647,89 | 1647,89 | 21% | 346,06 | 1993,95 |
| 9 | Artroskopinės Latarjet operacijos | kompl | 1 | 15487,60 | 15487,60 | 21% | 3252,40 | 18740,00 |
| | instrumentų rinkinys | | | | | | | |
| 12 | Riešo tempimo sistema su priedais | kompl | 1 | 5697,48 | 5697,48 | 21% | 1196,47 | 6893,95 |
| 13 | Artroskopinių instrumentų rinkinys | kompl | 1 | 2431,36 | 2431,36 | 21% | 510,59 | 2941,95 |

**7. Bendra pasiūlymo kaina:**

| | |
|---|---|
| **Pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR be PVM:** | **32760,33** |
| **PVM suma, EUR:** | **6879,68** |
| **Pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR su PVM:** | **39640,01** |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

**8. Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:**

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |
|---|---|---|---|
| 1. | Katalogas 5 pirkimo dalis | 25 | Ne |
| 2. | Katalogas 8 pirkimo dalis | 10 | Ne |
| 3. | Katalogas 9 pirkimo dalis | 33 | Ne |
| 4. | Katalogas 12 pirkimo dalis | 6 | Ne |
| 5. | Katalogas 13 pirkimo dalis | 14 | Ne |
| 6. | Pasiūlymas | 10 | Ne |
| 7. | EBVPD | 14 | Ne |
| 8. | Jungtinė pažyma | 2 | Ne |
| 9. | Įgaliojimas Gretai Vilkaitei | 1 | Ne |
| 10. | Gamintojo dokumentai SN | 4 | Ne |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. | Gamintojo dokumentai PRO-MED | 12 | Ne |
| 12. | Gamintojo dokumentai DDM | 1 | Ne |
| 13. | Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų BPS priedas Nr.1 | 1 | Ne |
| 14. | Sterilizacija | 15 | Ne |
| 15. | Tiekėjo deklaracija | 1 | Ne |

## 9. Numatomi pasitekti subtiekėjai ir/ar specialistai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis pasiūlymo kainoje, Eur su PVM |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė GRETA,VILKAITĖ
Data: 2024-01-15 11:41:19