

EKS implantavimo rinkinys

Ref. kodas EGICV008

Sudėtis:

1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140x190 cm $\pm$ 2cm – 1 vnt.
2. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 130 cm $\pm$ 2cm, rankovių ilgis 60 cm $\pm$ 2cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomaj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi vidinį ir išorinį diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm $\pm$ 1cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm $\pm$ 1cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno, vandenį atstumiančios medžiagos, kurios svoris 35 g/m² – 1 vnt.
3. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas, XLL dydžio, ilgis 150 cm $\pm$ 2cm, rankovių ilgis 67 cm $\pm$ 1cm. Neišlankstytas chalatas matomaj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi vidinį ir išorinį diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm $\pm$ 1cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais priglundančiais prie riešo 7 cm $\pm$ 1cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno, vandenį atstumiančios medžiagos, kurios svoris 35 g/m² – 1 vnt.
4. Kempinėlė su koteliu 18 cm $\pm$ 1cm ilgio – 3 vnt.
5. Angiografinė adata 18 G, 70 cm ilgio – 1 vnt.
6. Tvarstukai, marliniai, 12 sluoksnių, 10x10 cm – 20 vnt.
7. Tvarstukai, marliniai, 12 sluoksnių, 5x5 cm – 10 vnt.
8. Kišenė instrumentams, pagaminta iš polietileno plėvelės, 41x33 cm $\pm$ 1cm, 2 dviejų dalių, lipniu kraštu – 1 vnt.
9. Dubuo 120 ml, iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 1 vnt.
10. Dubuo 500 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt.
11. Operacinė juosta 9x50 cm $\pm$ 1cm – 1 vnt.
12. Apdangalas rentgeno aparatui, gaubto formos su tvirtai prisiūta gumele 80 cm $\pm$ 1cm diametro – 1 vnt.
13. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 90x150 cm $\pm$ 1cm, pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos (svoris 58 g/m²): viršutinis – iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.
14. Apklotas 100x120 cm $\pm$ 1cm, pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos (svoris 58 g/m²): viršutinis – iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.
15. Paciento apklotas 220x360 cm $\pm$ 2cm, krūtinės plote apklotas turi incizine plėvele dengtą angą 15 x 15 cm. Aplink angą padidinto skysčių sugėrimo zona 65x150 cm $\pm$ 2cm. Abi apkloto pusės su skaidria polietilenine dalimi. Apklotas pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos (svoris 66 g/m²): viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija 338 %, vidurinis – iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris 70 g/m² ir polietileno, absorbcija 379% – 1 vnt.

