Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės intervencinei radiologijai (Nr.10036)

1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams ir turi būti CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų šiuos reikalavimus įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami lietuvių ir/ar anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) procentų nuo prekės galiojimo termino.

Pirk. dalies Nr.	**Pirkimo dalies pavadinimas**	**Techniniai reikalavimai**	**Preliminarus kiekis**	**Vieno vieneto įkainis, Eur be PVM**	**PVM tarifas %**	**Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge (jei toks yra)**	**Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams** ***(tiekėjas pateikia tikslius prekės duomenis pagal techninius reikalavimus)***	**Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM**	**Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM**	***Pirkimui skirtos lėšos, Eur su PVM***
4	Vaistais dengtas savaime išsiskleidžiantis stentas	Vienkart.,steril. stentas is nitinolo Stentas padengtas paclitaxelio vaistu ir biodegraduojančiu (per 360 dienų ištirpstančiu) PVDF polimeru, turinčiu antiproliferacinį poveikį, ir mažinantį restenozių dažnį Stento paviršiaus padengimo vaisto dozė ne daugiau 0.2 µg / mm² Ergonomiška konstrukcija su dvigubo įvedimo sistema, tri-axial SDS stento sistema užtikrinanti tikslų išskleidimą, kur vidurinis ir distalinis segmentas turi rentgenokontrastinį markerį Hibridinės ‘‘closed-open cell‘‘ stento dizainas Diametras: 6, 7 mm Ilgis:40 , 60 ,80, 100, 120, 150 mm praeinantys per 6 F kateterį , tinkantys 0,035‘‘ vielai Kateterio ilgis 75 ir 130 cm , "Crossing profile" 0.083" Distalinis ir proksimalinis stento galas turi po 4 rentgeno kontrastinius markerius iš tantalo medžiagos.	100	1175,00	5	DES Eluvia, Boston Scientific, kodai nuo: H74939295600470 iki H74939295601210 , nuo H74939295700470 iki H74939295701210	Vienkart.,steril. stentas is nitinolo Stentas padengtas paclitaxelio vaistu ir biodegraduojančiu (per 360 dienų ištirpstančiu) PVDF polimeru, turinčiu antiproliferacinį poveikį, ir mažinantį restenozių dažnį Stento paviršiaus padengimo vaisto dozė 0.167 µg / mm² Ergonomiška konstrukcija su dvigubo įvedimo sistema, tri-axial SDS stento sistema užtikrinanti tikslų išskleidimą, kur vidurinis ir distalinis segmentas turi rentgenokontrastinį markerį Hibridinės ‘‘closed-open cell‘‘ stento dizainas Diametras: 6, 7 mm Ilgis:40 , 60 ,80, 100, 120, 150 mm praeinantys per 6 F kateterį , tinkantys 0,035‘‘ vielai Kateterio ilgis 75 ir 130 cm , "Crossing profile" 0.083" Distalinis ir proksimalinis stento galas turi po 4 rentgeno kontrastinius markerius iš tantalo medžiagos. Katalogas Nr.1	117500,00	123375,00	***123375,00***
			100				**Viso:**	**117 500,0**	**123 375,00**	123375