

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“
- 1.2. **Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Paslaugos** – Dujų apskaitos prietaisų terminų, tarp metrologinių patikrų, prailginimo įvertinimo studijos parengimo paslaugos.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Dujų apskaitos prietaisų terminų, tarp metrologinių patikrų, prailginimo įvertinimo studijos parengimo paslaugos.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Dujų apskaitos prietaisų terminų, tarp metrologinių patikrų, prailginimo įvertinimo studija ir pristatymas valstybinėms institucijoms priimančios sprendimą dėl metrologijos terminų peržiūrėjimo ir atsakymų šioms institucijoms pateikimas (1 vnt.).

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Paslaugų rezultato pristatymo vieta : Laisvės pr. 10, Vilnius.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas

5.1.1. Šiuo metu, pagal 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymą Nr. 4-523 „Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-11-01), dujų apskaitos prietaisams galioja žemiau nurodyti terminai tarp metrologinių patikrų:

5.1.1.1. turbininiams dujų skaitikliams – 2 metai;

5.1.1.2. dujų tūrio perskaičiavimo įtaisams su slėgio keitikliu – 2 metai;

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

5.2.1. Paslaugų teikėjas turi atlikti dujų apskaitos prietaisų terminų, tarp metrologinių patikrų, prailginimo įvertinimo studiją, kurios rezultatai turi būti pagrįsti statistiniais duomenimis ir statistiniais modeliais (ateities prognozė).

5.2.2. Paslaugų teikėjo parengta dujų apskaitos prietaisų terminų, tarp metrologinių patikrų, prailginimo įvertinimo studija turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktų, standartų ir ES direktyvų reikalavimams.

5.2.3. Perkamos studijos esmė, kad atsižvelgiant į ne mažiau kaip penkiose, geografiškai artimiausiose Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos šalyse taikomus dujų apskaitos prietaisų metrologinių patikrų terminus, įvertinant Lietuvos Respublikoje esančių paskirtųjų laboratorijų, atliekančių dujų apskaitos prietaisų metrologinę patikrą, metrologinių patikrų rezultatus bei Paslaugų teikėjo nuožiūra reikalingus duomenis, įvertinti galimybę prailginti metrologinių patikrų terminus, kurie yra nurodyti 5.1.1.1. ir 5.1.1.2. punktuose.

5.2.4. Dujų apskaitos prietaisų metrologinės patikros prailginimo terminų įvertinimo studijoje, turi būti apžvelgti ir įvertinti Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių laboratorijų atliktų dujų apskaitos prietaisų metrologinių patikrų rezultatai už ne trumpesnę kaip paskutinių 5 metų laikotarpį. Paslaugų teikėjo atsakomybėje būtų gauti studijai reikiamus duomenis iš paskirtųjų laboratorijų.

5.2.5. Įvertinti Lietuvos Respublikoje veikiančių paskirtųjų laboratorijų metinėse veiklos ataskaitose teikiamose Lietuvos metrologijos inspekcijai duomenis bei pateikti įvertinimus:

5.2.5.1. Kokią įtaką terminų, tarp metrologinių patikrų, prailginimui, daro techniškai netvarkingos matavimo priemonės. Esant galimybei, išskaidyti į atskiras grupes techniškai netvarkingas matavimo priemones pagal jų techninius defektus.

5.2.5.2. Įvertinti kaip didėtų (ar išliktų tas pats) techniškai netvarkingų matavimo prietaisų kiekis, per prailgintą tarp metrologinių patikrų laiko tarpą.

5.2.5.3. Pagal galimybes įvertinti ar techniškai netvarkingos dujų apskaitos priemonės iki jų demontavimo iš objekto, suvartojamus dujų kiekius apskaitė teisingai. Jei ne, tada kokie galimi nepriskaityti ar per daug priskaičiuoti dujų kiekiai. Įvertinti, kokie iš viso būtų nepriskaityti ar per daug priskaityti dujų kiekiai, per prailgintą tarp metrologinių patikrų laiko tarpą.

5.2.6. Apskaičiuoti, koks dujų kiekis būtų neapskaitytas (ar per daug priskaičiuotas) per prailgintą tarp metrologinių patikrų laiko tarpą.

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Dujų apskaitos prietaisų terminų, tarp metrologinių patikrų, prailginimo įvertinimo studija (arba - studija) ruošiama lietuvių kalba;
- 6.2. Paslaugų teikėjas, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, turi pateikti studijos parengimo grafiką bei ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio pirmos darbo dienos pabaigos 15.00 val. Kliento nurodytiems kontaktiniams asmenims elektroniniu paštu privalo pateikti kokybiškas ataskaitas apie dujų apskaitos prietaisų terminų, tarp metrologinių patikrų, prailginimo įvertinimo studiją rengimo eigą. Ataskaitoje turi būti pateikiama informacija apie per praėjusį mėnesį atliktus veiksmus, sutarties vykdymo grafiko vertinimą, rizikų vertinimą, problemų sąrašą ir jų sprendimo priemonės. Ataskaitos teikiamos Klientui lietuvių kalba.
- 6.3. Dujų apskaitos prietaisų terminų, tarp metrologinių patikrų, prailginimo įvertinimo studijos modelis (kokie duomenys bus reikalingi, kaip bus skaičiuojama ir pan.) turi būti paruošta ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 6.4. Paslaugų teikėjas prieš pateikdamas galutinę studijos versiją, Klientui privalo pateikti studiją susipažinimui bei pastaboms ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Studijos variantas derinimui pateikiamas Sutartyje nurodytu kontaktinio asmens elektroniniu paštu.
- 6.5. Klientas, Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu, gavęs pradinį studijos variantą suderinimui, per 10 darbo dienų pateikia Paslaugų tiekėjui pastabas ir klausimus susijusius su studijos rengimu.
- 6.6. Į visas Kliento pastabas turi būti atsakyta, pataisant dokumentaciją ir pateikiant pastabų suderinimo lentelę, kurioje nurodoma Kliento pastaba, Paslaugų teikėjo atsakymas į ją ir tiksli dokumento vieta, kurioje buvo atlikti pakeitimai. Jei Klientui pateiktoje galutinėje studijos versijoje nebus įvertintos (ar įvertintos ne visos, ne visa apimtimi) Kliento pateiktos pastabos, laikoma, kad Paslaugos rezultatas (galutinė studijos versija) yra nekokybiška ir neatitinka Techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų.
- 6.7. Paslaugų teikimo metu abiejų šalių pastabos, komentarai, papildymai teikiami raštu. Susirašinėjimas tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo vykdomas Sutartyje nurodytais elektroninio pašto adresais.
- 6.8. Bet kuriuo atveju Paslaugos turi būti suteiktos ir galutinis, suderintas studijos variantas pateiktas ne vėliau kaip per 11 (vienuolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 6.9. Suderinus galutinę studijos ataskaitą ir gavus Kliento pritarimą, jog ataskaita atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, Paslaugų teikėjas turi studijos ataskaitą pateikti redaguojamaisiais MS Office ir PDF formatais lietuvių kalba elektroniniu formatu.
- 6.10. Su Klientu sutartu laiku Paslaugų teikėjas, dalyvaujant Klientui, pristato tarpines ir galutinę studijos versiją valstybinėms institucijoms, priimančios sprendimą dėl metrologijos terminų peržiūrėjimo bei metrologinės patikros paslaugas teikiančių įmonių atstovams pakviestiems Kliento, pateikia atsakymus į pateiktus klausimus.
- 6.11. Paslaugos laikomos suteiktomis tik Šalims suderinus galutinę studijos versiją ir galutinės studijos versiją pristatymas valstybinėms institucijoms, priimančios sprendimą dėl metrologijos terminų peržiūrėjimo, bei metrologinės patikros paslaugas teikiančių įmonių atstovams, atsakymų pateikimas. Suteikus Paslaugas pasirašomas Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo aktas.
-

8. KLIENTO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

- 8.1. Pateikti Paslaugų tiekėjui prašomus Kliento turimus statistinius duomenis (turimus statistinius duomenis, eksploatuojamų dujų apskaitos prietaisų duomenis bei kitą Kliento nekonfidencialią informaciją), kurie bus reikalingi atliekant dujų apskaitos prietaisų metrologinės patikros prailginimo terminų studiją.