

VITASEPT® COLOR

Odos antiseptikas su dažikliu

Naudojimui paruoštas tirpalas

Produkto savybės

- greitas ir veiksmingas poveikis
- gerai prisitvirtina prie odos
- jam išdžiūvus, gerai prikimba chirurginė pjūvio plėvelė
- nepažeidžia, nedirgina ir nealergizuoja odos
- sudėtyje esantis dažiklis pažymi dezinfekuotą pjūvio vietą

Sudėtis

Izopropanolis 60% (g/g), etanolis 15% (g/g), ketvirtiniai amonio junginiai, dažiklis

Poveikio spektras

Baktericidinis, virucidinis, tuberkulicidinis, fungicidinis poveikis.

Poveikio trukmė

Higieninė rankų antiseptika EN 1500 ir DGHM	30 sek.
Chirurginė rankų antiseptika EN 12791 ir DGHM	90 sek.
Bakterijos (E.coli, Salmonella, MRSA ir kt.)	15 sek.
Grybeliai (C. albicans, A. niger ir kt.)	30 sek.
Tuberkuliozės sukėlėjas (M. terrae)	30 sek.
Apvalkalą turintys virusai HIV (ŽIV), hepatito B virusas (HBV), hepatito C virusas (HCV)	15 sek.
Vaccinia virusas	15 sek.
Gripo virusas	15 sek.
Virusai be apvalkalo Adenovirusas, rotavirusas	30 sek.
Norovirusas, poliovirusas	60 sek.

Atitiktis ET standartams

EN 1500, EN 12791, EN 1276, EN 13727, EN 1275, EN 14348, prEN 14476, EN14562, EN1040, EN13624.

Kiti standartai: DVV/RKI

Naudojimas

Odos injekcijų ir kraujo ėmimo vietų išankstinis dezinfekavimas:

VITASEPT® COLOR užpurkšti ant vietos, kur bus daroma injekcija ar imamas kraujas, nuvalyti tamponu, užpurkšti antrą kartą ir palaukti, kol tirpalas nudžius.

Poveikio trukmė: 15 sek.

Odos antiseptinis apdorojimas prieš klijuojant chirurginę pjūvio plėvelę

Odą punkcijų, operacinių pjūvių vietoje gerai sudrėkinti steriliu tamponu impregnuotu Vitasept Color preparatu arba apipurkšti. Palaukti, kol oda nudžius, procedūrą pakartoti. Ekspozicijos laikas 60 sek. Odos, turinčios daug riebalinių liaukų, dezinfekcijos trukmė – 90 sek. Chirurginę pjūvio plėvelę klijuoti tik ant sausos odos.

Gaminio liekamasis poveikis 3 val.

Atsargumo informacija

- Elektros įrangą galima naudoti tik tada, kai paviršius yra visiškai sausas.
- Negalima naudoti ant varžčių suveržtos odos.
- Vengti kontakto su akimis.
- Netinka dezinfekuoti atvirų žaizdų ir gleivinės.

Lengvai užsidegantis. Negalima naudoti arti atviros ugnies. Negalima naudoti šalia šildymo šaltinių. Vykdyti alkoholinės dezinfekcinės priemonės nustatytas naudojimo taisykles ir saugos reikalavimus.

Biocido registracijos numeris:

Pakuotė: 250ml / 500ml / 1 l / 5 l



„Goodpoint Chemicals OÜ“

<http://www.goodpointchemicals.com/>

Vabaõhumuuseumi tee 3

13522 Talinas

Telefonas: 6626 511

info@goodpointchemicals.com



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV- 11693 (A-01PNO603336-19-215)**

Išduotas 2019 m. birželio 13 d., galioja iki 2024 m. birželio 12 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Goodpoint Chemicals OÜ, Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522 Tallinn (Estija).

Biocidinio produkto tipas
I produktų tipas. Asmens higienos dezinfekantas.

Biocidinio produkto pavadinimas
Vitasept Color.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Goodpoint Chemicals OÜ, Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522 Tallinn (Estija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7;
etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6;
benzil-C₁₂₋₁₈-alkildimetilo chloridų, CAS Nr. 68391-01-5, EB Nr. 269-919-4 ir C₁₂₋₁₄-alkil[(etilfenil)metil]dimetilo chloridų, CAS Nr. 85409-23-0, EB Nr. 287-090-7 mišinys.

Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik profesionaliesiems naudotojams. Odos dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.
Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo I priede.

Biocidinio produkto ženklavimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
Biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A01PNO603336.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

Vilniaus departamento direktorė

Liudijimą gavau



Rolanda Lingienė

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV-11693(A-01PNO603336-19-215)
3 priedas
Aktuali priedo redakcija nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

VITASEPT COLOR

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Tik profesionaliesiems naudotojams. Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir šioje instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Paruoštas naudojimui preparatas Vitasept Color naudojamas odos dezinfekcijai (prieš operacijas, punkcijas, injekcijas ir kitas procedūras) sveikatos priežiūros įstaigose (operacinėse, procedūriniuose kabinetuose ir kt.). Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

Odos dezinfekcija prieš operacijas ir punkcijas:

Odą punkcijų, operacinių pjūvių vietoje gerai sudrėkinti steriliu tamponu impregnuotu Vitasept Color preparatu arba apipurkšti. Palaukti, kol oda nudžius, procedūrą pakartoti. Ekspozicijos laikas 60 sek. Odos, turinčios daug riebalinių liaukų, dezinfekcijos trukmė – 90 sek. Chirurginę pjūvio plėvelę klijuoti tik ant sausos odos.

Odos dezinfekcija prieš injekcijas, kraujo ėmimą

Vitasept Color tirpalą užpurkšti ant vietos, kur bus daroma injekcija ar imamas kraujas, nuvalyti tamponu, užpurkšti antrą kartą ir palaukti, kol oda nudžius. Ekspozicijos laikas 15 sek.

Atsargumo priemonės

Nenaudoti gleivinių, žaizdų ir veido odos dezinfekcijai.

Pakuotę laikyti ne aukštesnėje nei 25 °C temperatūroje sandariai uždarytą pašaliniais asmenims neprieinamoje vietoje.