

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

PASIŪLYMAS MEDICINOS ĮRANGAI (VI ETAPAS)

2021-04-29

Šiauliai

Tiekėjo pavadinimas	UAB „M Prekyba“
Tiekėjo adresas	Metalistų g. 8, LT-78136, Šiauliai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Marius Martinaitis, Direktorius
Telefono numeris, Fakso numeris	869889208
Tiekėjo įmonės kodas	302575426
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas	LT100005808814
El. pašto adresas	info@mprekyba.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - atviro konkurso pirkimo dokumentuose; kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- Sutinkame, jog vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 d., laimėjimo atveju, CVPIS būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai):

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Statusas (<i>jungtinės veiklos partneris, subtiekęs ar trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi</i>)	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %) (<i>ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas</i>)

Mes siūlome šias prekes šioms pirkimo dalims: 4 pirkimo dalis .

Pastaba: pasiūlymo lentelėje būtina nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir prekės modelį bei konkrečią modifikaciją, jeigu tokia yra (taikoma visoms pirkimo dalims).

4 pirkimo dalis

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas, gamintojas, modelis, konkreti modifikacija	Kiekis	Mato vnt.	Vnt. kaina EUR be PVM	Vnt. kaina EUR su PVM	Suma EUR be PVM
4	Mobili operacinė lempa Mimsal, Mimled 1000	2	vnt.	2465.00	2982.65	4930.00
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai EUR be PVM						4930.00
PVM (21%) suma						1035.30
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai EUR su PVM						5965.30

Siūlomos prekės visiškai atitinka SPS 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas privalo užpildyti 1 SPS priedą „Techninė specifikacija“ siūlomoms prekėms.

Su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. vertimuose į lietuvių k. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti tikslias nuorodas konkrečią prekę gamintojo interneto tinklalapyje (jei toks yra) (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Tiekėjui nepateikus reikalaujamų dokumentų– pasiūlymai bus atmetami. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (*perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*):

Eil. Nr	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Prekių garantinis aptarnavimo terminas yra toks:

Prekės pavadinimas	Garantinis aptarnavimo terminas (mėnesiai)

Direktorius

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Marius Martinaitis

(vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASTABA: Konkretūs prekės ženklai, modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, patentai, tipai, standartai, konkreiti kilmė ar gamyba yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižymintią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

*dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. Nr, kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)

		4 PIRKIMO DALIS. MOBILI OPERACINĖ LEMPA (2 VNT.)	
Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomos prekės parametrai ir jų reikšmės bei nuorodos į juos patvirtinančią dokumentą ir informaciją*, prekės gamintojas ir konkretus modelis
1.	Paskirtis (taikymas)	Skirta apšvietimui atliekant išorines apžiūras, įvairias manipuliacijas ar tyrimus	Skirta apšvietimui atliekant išorines apžiūras, įvairias manipuliacijas ar tyrimus
2.	Reikalavimai konstrukcijai	1. Vieno modulio („galvos“) apžiūros lempa su įmontuotais šviesos diodais LED (arba lygiavertiškai); 2. Lempos modulis tvirtinamas prie mobilaus stovo per manipuliacinę alkūnę, kurios dėka reguliuojamas lempos modulio aukštis ir nukreipimo kampas; 3. Mobilus stovas su ≥ 4 ratukais, iš kurių ≥ 2 su stabdžiais; 4. Galimybė lempos modulį sukkti apie laikiklio ašį.	1. Vieno modulio („galvos“) apžiūros lempa su įmontuotais šviesos diodais LED; 2. Lempos modulis tvirtinamas prie mobilaus stovo per manipuliacinę alkūnę, kurios dėka reguliuojamas lempos modulio aukštis ir nukreipimo kampas; 3. Mobilus stovas su 4 ratukais, iš kurių 4 su stabdžiais; 4. Galimybė lempos modulį sukkti apie laikiklio ašį.
3.	Apšvietos reguliavimo ribos	$\text{nuo } \leq 10\% \text{ iki } 100\% \text{ (maksimalios apšvietos vertės)}$	$\text{nuo } \leq 10\% \text{ iki } 100\% \text{ (maksimalios apšvietos vertės)}$
4.	Šviesos diodų vidutinis darbinis resursas	$\geq 50\,000 \text{ val.}$	50 000 val.
5.	Maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstumu	$\geq 100\,000 \text{ lx}$	100 000 lx
6.	Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis (d10, matuojamas 1 m atstumu)	$\geq 180 \text{ mm}$	195 mm
7.	Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra)	≥ 95	95

8.	Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra	4500 ± 100 K	4500
9.	Sterilus (nepriliečiant) apšvietimo intensyvumo reguliavimas (yra įmontuoti judesiui jautrūs sensoriai kupole)	Būtina	Sterilus (nepriliečiant) apšvietimo intensyvumo reguliavimas (yra įmontuoti judesiui jautrūs sensoriai kupole)
10.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 36 mėn.	36 mėn.