

Pirkimas: Vienkartinės medicininės paskirties priemonės**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA****Bendrieji reikalavimai:**

1	Perkamos vienkartinės medicininės priemonės (toliau – Prekės). Prekės turi būti naujos, nenaudotos.
2	Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 papunkčiu Prekėms nustatomi aplinkosauginiai kriterijai: Pirminė, antrinė ir (ar) tretinė Prekių pakuotės turi būti pakuojamos į perdirbamąsias pakuotes pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas arba daugkartinio naudojimo pakuotes (talpas). Tiekėjas pateikdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) arba daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).
3	Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su prekėmis turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija originalo ir lietuvių kalba.
4	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos/ priemonių (šiuo metu gaminamų, išbandytų, sertifikuotų ir paruoštų tiekimui) techninių charakteristikų aprašymus (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamos prekės parametro atitiktį patvirtinančios informacijos, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją.
5	Ant siūlomos prekės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas.
6	Tiekėjas, komisijai pareikalavus, turės pateikti bet kurios iš žemiau lentelės 1 – 58 punktuose siūlomos prekės pavyzdžius - 2 vnt. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – Viešojo pirkimo komisijai paprašius, per 5 darbo dienas adresu VŠĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė – Smėlynės g. 25, Panevėžys, juos turės pateikti galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas. Pavyzdžių pristatymo terminas, tiekėjo prašymu, gali būti pratęstas 1 kartą maksimaliam 5 darbo dienų laikotarpiui. - Pavyzdžio vertinimas: esant klinikiniam atvejui ir pacientui sutikus pavyzdys naudojamas procedūros metu ir tokiu būdu patikrinamos prekės savybės; nesant klinikinio atvejo - savybės nustatomos apžiūrint prekę, tiriant atitinkamais prietaisais (jei taikoma). - Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su ligoninės paskirtu kontaktiniu asmeniu ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo. Kontaktinis asmuo: Evelina Rimkutė, tel. +370 455 02104, el.p.: evelina.rimkute@panevezioligonine.lt - Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui – „Vienkartinės medicininės paskirties priemonės“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. - Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį. - Prekių pavyzdžių pristatymo ir atsiėmimo (jei tokių bus) išlaidas dengia patys tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes. Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai grąžinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui.
7	*Tiekėjai, neatstovaujantys perkančiosios organizacijos turimos įrangos gamintojo, gali siūlyti kitą, perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią įrangą panaudai. Tiekėjas, iš anksto susitaręs su Pirkėju dėl abiem šalims patogaus laiko, gali atvykti apžiūrėti įrangą, kuriai kartu su vienkartinėmis priemonėmis planuoja teikti panaudai lygiavertę įrangą. Susitikimo metu į kilusius klausimus nebus teikiami atsakymai, nes susitikimas skirtas tik apžiūrai. Tiekėjai klausimus teikia CVP IS priemonėmis. Atvykę į apžiūrą tiekėjai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį oficialų dokumentą su nuotrauka.

8	Prekės turi būti ženklintos lietuvių kalba, turi būti aiški informacija apie įgaliotą atstovą, ženklinimas turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos parlamento ir Tarybos medicinos priemonių reglamentą (ES) 2017/745.
---	---

Nr.	Pavadinimas ir reikalavimai	Preliminarus kiekis	Mato vienetas	Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
3 pirkimo dalis. Vienkartinės medicininės priemonės				
3.1.	Prailginimo linijos	45000	vnt.	Extention line, extention lines, Jiangsu Shenli. žr. „Katalogas“ - 1 lap.
3.1.1.	Sterilios			Sterilios
3.1.2.	vienkartinės			vienkartinės
3.1.3.	lanksčios			lanksčios
3.1.4.	ilgis nuo 120 iki 250 cm, diametras 2,5 mm			ilgis nuo 120 iki 250 cm, diametras 2,5 mm
3.1.5.	permatomos su kamšteliais galuose			permatomos su kamšteliais galuose
3.1.6.	sandarios			sandarios
3.1.7.	tvirtinimas prie intraveninių kaniulių, švirkštų			tvirtinimas prie intraveninių kaniulių, švirkštų
3.2.	3-jų padėčių kraneliai lašinei sistemai	30000	vnt.	3 Way Stop Cock, 3 Way stop cock, La-med Healthcare Pvt. Ltd žr. „Katalogas“ - 2-3 lap.
3.2.1.	Sterilūs			Sterilūs
3.2.2.	vienkartiniai			vienkartiniai
3.2.3.	supakuoti po 1 vnt.			supakuoti po 1 vnt.
3.3.	Kamšteliai tirpalų aspiracijai daugartinio atidarymo	25000	vnt.	Vial Access Spike, 13068, Poly Medicure Ltd. žr. „Katalogas“ - 4-5 lap.
3.3.1.	Vienkartiniai			Vienkartiniai
3.3.2.	sterilūs			sterilūs
3.3.3.	PVC			PVC
3.3.4.	supakuoti po 1 vnt.			supakuoti po 1 vnt.
4 pirkimo dalis. Nitinolinis akmenų krepšelis-žnyplės				
4.1.	Nitinolinis akmenų krepšelis-žnyplės	30	vnt.	NGage nitinol stone extractor NGE-017115-MB, Cook medical žr. „Katalogas“ - 6 lap.
4.1.1.	Vienkartinis, sterilus, nitinolinis			Vienkartinis, sterilus, nitinolinis
4.1.2.	Skersmuo 1,7 Fr			Skersmuo 1,7 Fr
4.1.3.	Išleidimo krepšelio skersmuo 11 mm, ilgis 115 cm±2 cm			Išleidimo krepšelio skersmuo 11 mm, ilgis 115 cm
4.1.4.	Specialios konstrikcijos ir formos ekstraktorius su galimybe akmenį suimti ir perkelti bei ištraukti.			Specialios konstrikcijos ir formos ekstraktorius su galimybe akmenį suimti ir perkelti bei ištraukti.
4.2.	Nitinolinis akmenų krepšelis-žnyplės	15	vnt.	NCircle nitinol tipless stone extractor NTSE-022115-UDH, Cook medical žr. „Katalogas“ - 7 lap.
4.2.1.	Vienkartinis, sterilus, nitinolinis, be galiuko (tipless), 4 vielų			Vienkartinis, sterilus, nitinolinis, be galiuko (tipless), 4 vielų
4.2.2.	Skersmuo 2,2 Fr			Skersmuo 2,2 Fr
4.2.3.	Krepšelio skersmuo 10mm ilgis 115 cm±2 cm			Krepšelio skersmuo 10mm ilgis 115 cm
4.3.	Nitinolinis akmenų krepšelis-žnyplės	15	vnt.	Captura helical stone extractor CE-428115, Cook medical žr. „Katalogas“ - 8 lap.
4.3.1.	Vienkartinis, sterilus, nitinolinis, 4 vielų			Vienkartinis, sterilus, nitinolinis, 4 vielų
4.3.2.	„Helical“ tipo pynimo			„Helical“ tipo pynimo
4.3.3.	Krepšelio skersmuo 2,8 mm, ilgis 115 cm±2 cm			Krepšelio skersmuo 2,8 mm, ilgis 115 cm

4.4.	Nitinolinis akmenų krepšelis-žnyplės	9	vnt.	Captura helical stone extractor CE-332115, Cook medical žr. „Katalogas" - 8 lap.
4.4.1.	Vienkartinis, sterilus, nitinolinis , 3 vielų			Vienkartinis, sterilus, nitinolinis , 3 vielų
4.4.2.	„Helical“ tipo pynimo			„Helical“ tipo pynimo
4.4.3.	Krepšelio skersmuo 3,2 mm, ilgis 115 cm±2 cm			Krepšelio skersmuo 3,2 mm, ilgis 115 cm
10 pirkimo dalis. Endotrachėjiniai vamzdeliai su manžetėmis				
10.1.	Endotrachėjiniai vamzdeliai su manžetėmis Nr. 5-9	12000	vnt.	Endotracheal tube with cuff, Well Lead žr. „Katalogas" - 9-11 lap.
10.1.1.	Dydžiai 5-9			Dydžiai 5-9
10.1.2.	Su manžete, nurodytas vamzdelio dydis ir serijos numeris, graduoti, su žemo slėgio cilindro formos manžete, rentgenokonstrastinis visame ilgyje iki pačio galiuko, užapvalintas, įstrižo pjūvio galas užtikrina atraumatinę intubaciją			Su manžete, nurodytas vamzdelio dydis ir serijos numeris, graduoti, su žemo slėgio cilindro formos manžete, rentgenokonstrastinis visame ilgyje iki pačio galiuko, užapvalintas, įstrižo pjūvio galas užtikrina atraumatinę intubaciją
10.1.3.	Su Merfio akimi, padedančia išvengti balso stygų pažeidimų			Su Merfio akimi, padedančia išvengti balso stygų pažeidimų
10.2.	Endotrachėjiniai vamzdeliai su manžetėmis Nr. 3-4,5	600	vnt.	Endotracheal tube with cuff, Well Lead žr. „Katalogas" - 9-11 lap.
10.2.1.	Įvairių dydžių.			Įvairių dydžių.
10.2.2.	Su manžete, nurodytas vamzdelio dydis ir serijos numeris, graduoti, su žemo slėgio cilindro formos manžete, rentgenokonstrastinis visame ilgyje iki pačio galiuko, užapvalintas, įstrižo pjūvio galas užtikrina atraumatinę intubaciją.			Su manžete, nurodytas vamzdelio dydis ir serijos numeris, graduoti, su žemo slėgio cilindro formos manžete, rentgenokonstrastinis visame ilgyje iki pačio galiuko, užapvalintas, įstrižo pjūvio galas užtikrina atraumatinę intubaciją.
10.2.3.	Su Merfio akimi padedančia išvengti balso stygų pažeidimų.			Su Merfio akimi padedančia išvengti balso stygų pažeidimų.
12 pirkimo dalis. Tracheostominių vamzdelių su manžete rinkinys				
12.1.	Tracheostominių vamzdelių su manžete rinkinys	500	vnt.	Tracheostomy tube cuffed, Well Lead žr. „Katalogas" - 12 lap.
12.1.1.	Dydžiai: 5; 5.5; 6 ;6.5; 7; 7.5; 8 ;8.5; 9; 9.5; 10 mm			Dydžiai: 5; 5.5; 6 ;6.5; 7; 7.5; 8 ;8.5; 9; 9.5; 10 mm
12.1.2.	1 PVC arba lygiavertės medžiagos kaniulė, lenkta, lanksti, skaidri, išilginės rentgenokonstrastinės linijos			1 PVC medžiagos kaniulė, lenkta, lanksti, skaidri, išilginės rentgenokonstrastinės linijos
12.1.3.	poliruotas atraumatinis galiukas			poliruotas atraumatinis galiukas
12.1.4.	lanksčios fiksacijos flančas su kūgine jungtimi			lanksčios fiksacijos flančas su kūgine jungtimi
12.1.5.	žemo slėgio manžetė			žemo slėgio manžetė
12.1.6.	1 įterpėjas			1 įterpėjas
12.1.7.	1 lipni kaklo juosta			1 lipni kaklo juosta
18 pirkimo dalis. Tracheostominiai vamzdeliai prailginti armuoti				
18.1.	Tracheostominiai vamzdeliai prailginti armuoti	30	vnt.	Priflex XL, 200xxx, Primed žr. „Katalogas" - 17 lap.
18.1.1.	Dydžiai 7-10			Dydžiai 7-10
18.1.2.	Armuotas tracheostominis vamzdelis prailgintas			Armuotas tracheostominis vamzdelis prailgintas
18.1.3.	Vienkartinis, sterilioje pakuotėje			Vienkartinis, sterilioje pakuotėje
18.1.4.	Skaidrus, pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos			Skaidrus, pagamintas iš PVC
18.1.5.	Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų			Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų
18.1.6.	Užapvalintu atraumatiniu galu			Užapvalintu atraumatiniu galu
18.1.7.	Rentgenokonstrastinis			Rentgenokonstrastinis
18.1.8.	Su standartine 15 mm jungtimi			Su standartine 15 mm jungtimi
18.1.9.	Pripučiamą manžetę stabili, su pilotiniu balionėliu ir vožtuvėliu pripūtimo kontrolei			Pripučiamą manžetę stabili, su pilotiniu balionėliu ir vožtuvėliu pripūtimo kontrolei
18.1.10.	Reguliuojamas sparnelių fiksatorius leidžiantis keisti jų padėtį			Reguliuojamas sparnelių fiksatorius leidžiantis keisti jų padėtį
18.1.11.	Rinkinyje - minkštas kaklo raištis, vamzdelio stabilumui išlaikyti			Rinkinyje - minkštas kaklo raištis, vamzdelio stabilumui išlaikyti
18.1.12.	Dydžiai: 7 - ilgis ne mažiau 104 mm; 8 - ilgis ne mažiau 120 mm; 9 - ilgis ne mažiau 134 mm; 10- ilgis ne mažiau 135 mm			Dydžiai: 7 - ilgis 155 mm; 8 - ilgis 155mm; 9 - ilgis 155 mm; 10- ilgis 155 mm

22 pirkimo dalis. Blekmoro zondas				
22.1.	Blekmoro zondas	15	vnt.	Tube for treatment of esophageal varices, ref 9825, EPSA žr. „Katalogas” - 26 lap.
22.1.1.	Vamzdelis pagamintas iš PVC, balonėliai - lateksiniai, 3 kanalų, su dviem pripučiamais balionėliais			Vamzdelis pagamintas iš PVC, balonėliai - lateksiniai, 3 kanalų, su dviem pripučiamais balionėliais
22.1.2.	3 rengenokontrastinės žymės			3 rengenokontrastinės žymės
22.1.3.	CH 14-21			CH 14-21
22.1.4.	Vienkartinis, sterilus			Vienkartinis, sterilus
22.1.5.	Supakuota po 1 vnt.			Supakuota po 1 vnt.
23 pirkimo dalis. Gleivių atsiurbėjas su rezervuaru				
23.1.	Gleivių atsiurbėjas su rezervuaru	1200	vnt.	Extractor mucus, GT017-200, Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd žr. „Katalogas” - 27-28 lap.
23.1.1.	Vamzdelio ilgis 30-40 cm			Vamzdelio ilgis 30-40 cm
23.1.2.	rezervuaro talpa 25 (+/-1) ml			rezervuaro talpa 25 ml
23.1.3.	kateteris pagamintas iš PVC			kateteris pagamintas iš PVC
23.1.4.	rezervuaras užsidaro kamšteliu			rezervuaras užsidaro kamšteliu
23.1.5.	sterilus			sterilus
24 pirkimo dalis. T.U.R. - Y tipo irigacinis rinkinys				
24.1.	T.U.R. - Y tipo irigacinis rinkinys	1700	vnt.	Irrigation Set, F040032, Medifly žr. „Katalogas” - 29 lap.
24.1.1.	Sterili, vienkartinio naudojimo, supakuota po 1 vnt.			Sterili, vienkartinio naudojimo, supakuota po 1 vnt.
24.1.2.	Sistema transureterinėms operacijoms.			Sistema transureterinėms operacijoms.
24.1.3.	2 adatos silikoniniais galais sujungta su sistema, reguliatorius, rezervuaras.			2 adatos silikoniniais galais sujungta su sistema, reguliatorius, rezervuaras.
24.1.4.	Sistema baigiasi silikoniniu galu, jungiasi su Foley kateteriu.			Sistema baigiasi silikoniniu galu, jungiasi su Foley kateteriu.
24.1.5.	Ilgis nuo 2,0 iki 2,1 m			Ilgis 2.10m
25 pirkimo dalis. Indeliai biopsinei medžiagai žr. „Katalogas” - 30-38 lap.				
25.1.	30,0-60,0 ml	3000	vnt.	Indelis biopsinei medžiagai, 25181, FL Medical, žr. dok. 25.1 PD
25.1.1.	Plastmasiniai			Plastmasiniai
25.1.2.	užsukami			užsukami
25.1.3.	paskirtis - biopsinei medžiagai rinkti			paskirtis - biopsinei medžiagai rinkti
25.1.4.	vienkartinio naudojimo			vienkartinio naudojimo
25.2.	100 ml	600	vnt.	Indelis biopsinei medžiagai, 25031, FL Medical, žr. dok. 25.2 PD
25.2.1.	Plastmasiniai			Plastmasiniai
25.2.2.	užsukami			užsukami
25.2.3.	paskirtis - biopsinei medžiagai rinkti			paskirtis - biopsinei medžiagai rinkti
25.2.4.	vienkartinio naudojimo			vienkartinio naudojimo
25.3.	200 ml	600	vnt.	Indelis biopsinei medžiagai, 3801, Kaltek, žr. dok. 25.3 PD
25.3.1.	Plastmasiniai			Plastmasiniai
25.3.2.	užsukami			užsukami
25.3.3.	paskirtis - biopsinei medžiagai rinkti			paskirtis - biopsinei medžiagai rinkti
25.3.4.	vienkartinio naudojimo			vienkartinio naudojimo
25.4.	500ml	600	vnt.	Indelis biopsinei medžiagai, 3802, Kaltek, žr. dok. 25.4 PD
25.4.1.	Plastmasiniai			Plastmasiniai

25.4.2.	užsukami			užsukami
25.4.3.	paskirtis - biopsinei medžiagai rinkti			paskirtis - biopsinei medžiagai rinkti
25.4.4.	vienkartinio naudojimo			vienkartinio naudojimo
25.5.	1000 ml	600	vnt.	Indelis biopsinei medžiagai, 3803, Kaltek, žr. dok. 25.5 PD
25.5.1.	Plastmasiniai			Plastmasiniai
25.5.2.	užsukami			užsukami
25.5.3.	paskirtis - biopsinei medžiagai rinkti			paskirtis - biopsinei medžiagai rinkti
25.5.4.	vienkartinio naudojimo			vienkartinio naudojimo
25.6.	3000 ml	600	vnt.	Indelis biopsinei medžiagai, 3806, Kaltek, žr. dok. 25.6 PD
25.6.1.	Plastmasiniai			Plastmasiniai
25.6.2.	užsukami			užsukami
25.6.3.	paskirtis - biopsinei medžiagai rinkti			paskirtis - biopsinei medžiagai rinkti
25.6.4.	vienkartinio naudojimo			vienkartinio naudojimo
25.7.	5000 ml	600	vnt.	Indelis biopsinei medžiagai, 3809, Kaltek, žr. dok. 25.7 PD
25.7.1.	Plastmasiniai			Plastmasiniai
25.7.2.	užsukami			užsukami
25.7.3.	paskirtis - biopsinei medžiagai rinkti			paskirtis - biopsinei medžiagai rinkti
25.7.4.	vienkartinio naudojimo			vienkartinio naudojimo
28 pirkimo dalis. Silikoninis purškiklis kateterių instrumentų suteipimui				
28.1.	Silikoninis purškiklis kateterių instrumentų suteipimui	50000	ml	Silicone spray medispray, I7 10, Servoprax GmbH žr. „Katalogas“ - 40-42 lap.
28.1.1.	Skirtas chirurginių instrumentų priežiūrai, apsaugo nuo korozijos, nedirgina			Skirtas chirurginių instrumentų priežiūrai, apsaugo nuo korozijos, nedirgina
28.1.2.	Naudojama purškiant			Naudojama purškiant
28.1.3.	Supakuota aerozolyje 400 - 500 ml			Supakuota aerozolyje 500 ml
28.1.4.	Sudėtis sterilaus parafino pagrindu			Sudėtis silikono pagrindu
29 pirkimo dalis. Operacinio lauko atsiurbėjai				
29.1.	Operacinio lauko atsiurbėjai Yankauer arba lygiaverčiai CH 30	19500	vnt.	Yankaur suction set, 35203, PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH žr. „Katalogas“ - 43-44 lap.
29.1.1.	Sterilus			Sterilus
29.1.2.	vienkartinis			vienkartinis
29.1.3.	supakuoti po 1 vnt.			supakuoti po 1 vnt.
29.1.4.	Susideda iš: lenkto standaus antgalio su plastikine rankena, jo vidinis diametras 8mm ir keturios perforacijos gale, taip pat jungiamojo vamzdelio, diametras CH 30 ir 290-300 cm ilgio, du piltuvėlio tipo antgaliai galuose			Susideda iš: lenkto standaus antgalio su plastikine rankena, jo vidinis diametras 8mm ir keturios perforacijos gale, taip pat jungiamojo vamzdelio, diametras CH 30 ir 300 cm ilgio, du piltuvėlio tipo antgaliai galuose
29.1.5.	Tinkantis siurbti kraujo krešulius ir kaulų skeveldras			Tinkantis siurbti kraujo krešulius ir kaulų skeveldras
29.2.	Operacinio lauko atsiurbėjai Poole (Ileus) arba lygiaverčiai CH 30	7500	vnt.	Suction sets ILEUS POOL, 35205, PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH žr. „Katalogas“ - 45-46 lap.
29.2.1.	Sterilus			Sterilus
29.2.2.	vienkartinis			vienkartinis
29.2.3.	supakuoti po 1 vnt.			supakuoti po 1 vnt.

29.2.4.	Susideda iš lenkto standaus plataus antgalio, susidedančio iš daugybės skylių, kurio diametras 10 mm, o ilgis ne mažiau 25 cm ir jungiamojo vamzdelio, kurio diametras CH 30 ir 290 - 300 cm ilgio, su dviem konusinėmis jungtimis ir plastikine rankena			Susideda iš lenkto standaus plataus antgalio, susidedančio iš daugybės skylių, kurio diametras 10 mm, ilgis 25 cm ir jungiamojo vamzdelio, kurio diametras CH 30 ir 300 cm ilgio, su dviem konusinėmis jungtimis ir plastikine rankena
29.2.5.	Skirtas siurbti sekretams abdominalinių ir Cezario operacijų metu			Skirtas siurbti sekretams abdominalinių ir Cezario operacijų metu
33 pirkimo dalis. Tinklelis hemostazei žr. „Katalogas“ - 50 -53 lap.				
33.1.	Tinklelis hemostazei	360	vnt.	Tinklelis hemostazei, Surgi-ORC Knit, SOO-0304, AEGIS LIFESCIENCES PVT. LTD.
33.1.1.	Oksiduota regeneruota celiuliozė			Oksiduota regeneruota celiuliozė
33.1.2.	pH=5.5-6.0			pH=5.5-6.0
33.1.3.	hemostazė kelios (2-8) min.			hemostazė kelios (2-8) min.
33.1.4.	Veikia bakteriocidiškai prieš gram teigiamus ir gram neigiamus organizmus įskaitant aerobus ir anaerobus , pilna bio-absorbicija 5-8 dienos			Veikia bakteriocidiškai prieš gram teigiamus ir gram neigiamus organizmus įskaitant aerobus ir anaerobus , pilna bio-absorbicija 5-8 dienos
33.1.5.	Sterilus			Sterilus
33.1.6.	dydis nuo 10x7,5 (±1) cm			dydis 10.2x7.6cm
33.1.7.	Supakuotas po 1 vnt.			Supakuotas po 1 vnt.
33.2.	Tinklelis hemostazei	360	vnt.	Tinklelis hemostazei, Surgi-ORC Knit, SOO-0203, AEGIS LIFESCIENCES PVT. LTD.
33.2.1.	Oksiduota regeneruota celiuliozė			Oksiduota regeneruota celiuliozė
33.2.2.	pH=5.5-6.0			pH=5.5-6.0
33.2.3.	hemostazė kelios (2-8) min			hemostazė kelios (2-8) min
33.2.4.	Veikia bakteriocidiškai prieš gram teigiamus ir gram neigiamus organizmus įskaitant aerobus ir anaerobus, pilna bio-absorbicija 5-8 dienos			Veikia bakteriocidiškai prieš gram teigiamus ir gram neigiamus organizmus įskaitant aerobus ir anaerobus, pilna bio-absorbicija 5-8 dienos
33.2.5.	Sterilus, dydis nuo 5x7 (±1) cm			Sterilus, dydis 5.1x7.6 cm
33.2.6.	Supakuotas po 1 vnt.			Supakuotas po 1 vnt.
35 pirkimo dalis. Neurochirurginė vata				
35.1.	Neurochirurginė vata 13 mm x 25 mm (± 3 mm)	90	pak.	Saugermed Soft BP SFT1225, Medikokim žr. „Katalogas“ - 54 -56 lap.
35.1.1.	Vata, speciali neurochirurginė			Vata, speciali neurochirurginė
35.1.2.	su rentgeno kontrastiniu siūlu			su rentgeno kontrastiniu siūlu
35.1.3.	sterili			sterili
35.1.4.	nesiglamžanti			nesiglamžanti
35.1.5.	nepaliekanti plaušų operaciniame lauke			nepaliekanti plaušų operaciniame lauke
35.1.6.	pagaminta iš kotonoido (medvilninio pluošto)			pagaminta iš kotonoido (medvilninio pluošto)
35.1.7.	turi rentgeno kontrastinį spalvotą siūlą			turi rentgeno kontrastinį spalvotą siūlą
35.1.8.	įpakuota po 10 vnt. į permatomą maišelį			įpakuota po 10 vnt. į permatomą maišelį
49 pirkimo dalis. Invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis				
49.1.	Invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklio sistema	300	vnt.	Pressure monitoring line, 40018211, Bicakilar žr. „Katalogas“ - 72-74 lap.
49.1.1.	Sterili			Sterili
49.1.2.	Individualiame įpakavime			Individualiame įpakavime
49.1.3.	Be latekso			Be latekso
49.1.4.	Sistema suderinama su įstaigoje naudojamais Nihon Kohden arba lygiavertė*			Sistema suderinama su įstaigoje naudojamais Nihon Kohden monitoriais
49.1.5.	Infuzinė linija 150 (+/- 0,5) cm;			Infuzinė linija 150 cm;

49.1.6.	Praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti 3ml/h greičiu, kai slėgis sistemoje yra 300mmHg;			Praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti 3ml/h greičiu, kai slėgis sistemoje yra 300mmHg;
49.1.7.	Vienkartinis invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis (transdiuseris);			Vienkartinis invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis (transdiuseris);
49.1.8.	Laidas, skirtas sistemai prijungti prie monitoriaus per tarpinį kabelį;			Laidas, skirtas sistemai prijungti prie monitoriaus per tarpinį kabelį;
49.1.9.	Aukšto slėgio prailginimo linija 120±2cm, pagaminta iš skaidraus perlinkimui atsparaus plastiko.;			Aukšto slėgio prailginimo linija 120cm, pagaminta iš skaidraus perlinkimui atsparaus plastiko.;
49.1.10.	Trijų krypčių kranelis su prieiga kraujo mėginiams imti, integruotas 10±2cm atstumu nuo distalinio linijos galo.			Trijų krypčių kranelis su prieiga kraujo mėginiams imti, integruotas 10cm atstumu nuo distalinio linijos galo.
50 pirkimo dalis. Kateteris išorinis vyrams				
50.1.	Kateteris išorinis vyrams	300	vnt.	Latex external male catheter, EXCAT-M; EXCAT-L, Van Oostveen Medical B.V. (Romed) žr. „Katalogas“ - 75-76 lap.
50.1.1.	Prezervatyvo tipo, lateksinis kateteris			Prezervatyvo tipo, lateksinis kateteris
50.1.2.	Dydžiai M, L - ilgis 167-187 mm			Dydžiai M, L - ilgis 167-170 mm
54 pirkimo dalis. Apsauginis morceliavimo maišas				
54.1.	Apsauginis morceliavimo maišas	18	vnt.	Apsauginis morceliavimo maišas, Disposable Morcellation Bag, QW4-7, Jiangsu BANA Medical Technology Co., Ltd. žr. „Katalogas“ -77-80 lap.
54.1.1.	Skirtas saugiam morceliavimui ginekologinių operacijų metu			Skirtas saugiam morceliavimui ginekologinių operacijų metu
54.1.2.	Permatomas, atsparus įplišimams ir įpjovimui			Permatomas, atsparus įplišimams ir įpjovimui
54.1.3.	Su dviem instrumentų įvedimo kanalais:vienas-laparoskopui,kitas-morceliatoriui			Su dviem instrumentų įvedimo kanalais:vienas-laparoskopui,kitas-morceliatoriui
54.1.4.	Komplekte maišo pravedėjas			Komplekte maišo pravedėjas
54.1.5.	Tūris ne mažiau 2100 ml, +/- 200 ml			Tūris 2100 ml
54.1.6.	Pirmo kanalo išsiskleidimo plotis 210 mm , +/- 20 mm			Pirmo kanalo išsiskleidimo plotis 210 mm
54.1.7.	Pirmo kanalo diametras 135 mm, +/- 10 mm			Pirmo kanalo diametras 135 mm
54.1.8.	Antro kanalo diametras 6 mm, +/- 2 mm			Antro kanalo diametras 6 mm
54.1.9.	Vienkartinio naudojimo			Vienkartinio naudojimo
54.1.10.	Pagamintas iš medicininės paskirties poliuretano			Pagamintas iš medicininės paskirties poliuretano
54.1.11.	Steriliai įpakuota po vieną			Steriliai įpakuota po vieną

ŠALIŲ PARAŠAI

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

Direktorius
Arvydas Skorupskas

UAB EazyMed

Direktorius
Povilas Janonis