

Biologinių skysčių surinkimo maišelių techninė specifikacija

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Biologinių skysčių surinkimo maišelis (kiekis 432 vnt.)	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Serries Oy“ biologinių skysčių siurbimo sistema; 2. Vienkartinis, 2 l talpos (talpa turi būti nurodyta ant biologinių skysčių surinkimo maišelio); 3. Pagamintas iš tvirto polietileno arba lygiavertės medžiagos (sudėtyje nėra PVC); 4. Be granulių; 5. Be vakuumo jungties; 6. Su kombinuotu hidrofobiniu ir antibakteriniu filtru maišelio viduje, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą; 7. Su jungtimi mėginių indelio prijungimui; 8. Su atskira tvirtinimo jungtimi specialiam skysčių matavimo indui ir rankena maišo išėmimui; 9. Žymimas CE ženklu (<i>kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentą, patvirtinantį siūlomų biologinių skysčių surinkimo maišelių žymėjimą CE ženklu</i>).	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Serries Oy“ biologinių skysčių siurbimo sistema; 2. Vienkartinis, 2 l talpos (talpa nurodyta ant biologinių skysčių surinkimo maišelio); 3. Pagamintas iš tvirto polietileno (sudėtyje nėra PVC); 4. Be granulių; 5. Be vakuumo jungties; 6. Su kombinuotu hidrofobiniu ir antibakteriniu filtru maišelio viduje, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą; 7. Su jungtimi mėginių indelio prijungimui; 8. Su atskira tvirtinimo jungtimi specialiam skysčių matavimo indui ir rankena maišo išėmimui; 9. Žymimas CE ženklu.

Papildomas reikalavimas:

Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
