

SMULKI LABORATORINĖ ĮRANGA II (PTC) (8587) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) **konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.** Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Garantinis laikotarpis visoms prekėms: ne mažiau nei 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos). Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

LABORATORINĖ ĮRANGA: MAŽA STALINĖ MIKROCENTRIFŪGA (9 vienetai)

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimas	Tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai / nuoroda į pateiktą dokumentaciją, nuoroda į interneto tinklapį (jei yra)
1	Gamintojas	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas	Gamintojas Biosan
2	Modelis	Privalo būti nurodytas įrangos modelis	Modelis FVL-2400N, kat. nr. BS-010202-AAA
3	Paskirtis	Eppendorf (ar lygiaverčio tipo) 1,5 mL tipo mėgintuvėlių vorteksavimui ir centrifugavimui	Minicentrifuga-vorteksas skirta mėgintuvėlių, kurių tūris 0.2, 0.5, 1.5 ir 2 ml, centrifugavimui ir vorteksavimui
4	Automatinis sustojimas atidarius dangtelį	Yra	Yra automatinis sustojimas, atidarius dangtelį Dokumentas: „Biosan 2400n-combispin“ (1 psl.)
5	Nuolatinio ir impulsinio darbo režimai	Yra	Yra nuolatinio ir impulsinio darbo režimai Dokumentas: „Biosan 2400n-combispin“ (1 psl.)
6	Reikalavimai priedams (kiekvienam įrangos vienetui)	- Priedas centrifuguoti ne mažiau 12 vnt. 1,5 mL Eppendorf (ar lygiaverčio) tipo mėgintuvėlių - Priedas centrifuguoti ne mažiau 16 vnt. 0,2 mL mikromėgintuvėlių	Į komplektą įeina šie priedai: 1. R-1.5 rotorius, skirtas 12 x 1.5/2 ml mėgintuvėliams (kat. nr. BS-010205-AK)

		Su maitinimo bloku	2. R-0.5/0.2 rotorius, skirtas 12x0.5 ml, 12x0.2 ml mėgintuvėliams (kat. nr. BS-010205-BK) 3. SR-16 rotorius, skirtas 2x8 0.2 ml mėgintuvėliams (kat. nr. BS-010202-AK) 4. Maitinimo blokas (<i>Euro plug</i>) Dokumentas: „Biosan 2400n-combispin“ (2 psl.)
7	CE ženklavimas	Prekės privalo turėti CE sertifikatus (ir/arba atitikties deklaracijas)	Pridedamas CE sertifikatas Dokumentas: „Biosan CE CentrifugesVortexes“